

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Ruc/código : 20608985094

Nombre o Razón social : SOL GENETICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 09:19:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

buenos días, en el ítem III, en requisitos de calificación indica bienes similares TERMOCICLADOR E TIEMPO REAL, TERMOCILCADOR DE GRADIENTE, TERMOCILCADOR CON GRANDIENTE TERMICO VARIABLE.
pedimos por favor considerar como bienes similares equipos de laboratorio en general.

Acápites de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en pleno ACLARA QUE: Se encuentra como bienes similares equipos de laboratorio en general. En ese sentido el comité en pleno PRECISA la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Ruc/código : 20608985094

Nombre o Razón social : SOL GENETICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 09:29:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

buenos días, en el ítem IV, en requisitos de calificación indica bienes similares TERMOCICLADOR E TIEMPO REAL, TERMOCILCADOR DE GRADIENTE, TERMOCILCADOR CON GRANDIENTE TERMICO VARIABLE.
pedimos por favor considerar como bienes similares equipos de laboratorio en general.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en pleno ACLARA QUE: No corresponde, el ÍTEM IV no existe en la presente convocatoria. En ese sentido el comité en pleno PRECISA la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:29:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

2. Cambiador giratorio (carrusel) de celdas de 8 posiciones

Teniendo en consideración que cada fabricante tiene sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; en el presente caso SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección se sirva aceptar un equipo espectrofotometro cambiador lineal de 6 posiciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 2.4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 026-2023-AAAL-FAG/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: El equipo espectrofotómetro UV visible, es requerido para el trabajo semiautomático de análisis de P, K y nitratos, con un cambiador giratorio de ocho celdas, el requerimiento se basa en el procedimiento de trabajo de laboratorio y la fluidez del análisis de los trabajos de investigación. En ese sentido el comité en pleno PRECISA la consulta y no se acoge.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null