

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código : 20611783508

Fecha de envío : 14/10/2024

Nombre o Razón social : BIRO S.A.C.

Hora de envío : 18:28:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto al requerimiento del plazo de entrega a 30 días; es preciso señalar que este tipo de reactivos y equipamiento, por su alta especialidad, requiere de los tiempos necesarios y prudentes para su fabricación, esto implica pruebas en fábrica y demás acciones que todo fabricante debe realizar para poner a la venta un reactivo y equipo en óptimas condiciones; asimismo, se debe tener en consideración que a esto se le suma los tiempos que toma la travesía para su importación, aunado a los tiempos de desaduanaje y nacionalización; se debe tomar en cuenta además, la congestión que en estas épocas del año se genera debido a la gran cantidad de pedidos que los fabricantes reciben pues es sabido el último trimestre del año son los más pesados para las importaciones y despachos de diversas cargas a nivel global; considerando entonces lo anteriormente señalado, consideramos prudente que el tiempo prudencial para la entrega sea de 45 días; en ese sentido, tomando en consideración que la ley de contrataciones, a través de su artículo 2°, Principios que rigen las contrataciones, literal a), que a la letra señala lo siguiente: Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores; solicitamos de la manera más atenta, por los argumentos expuestos, que el plazo de entrega sea ampliado a 45 días.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, no se acoge la consulta.

El área usuaria reafirma que el plazo de entrega es el consignado en el requerimiento que fue sometido a la indagación de mercado, en donde se registró la pluralidad de marcas y postores, así como en las bases administrativas. Es necesario precisar que no se cuenta actualmente con los reactivos que son objeto de la convocatoria, por lo que una demora en la atención de la primera entrega perjudica directamente a los usuarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	18:28:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Conforme se establece en el Artículo 59.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 344-2018-EF (en adelante el RLCE), la regla general es que los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. Asimismo, en el referido Artículo se establece que ¿Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en idioma original¿. Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado establece requisitos que debe ser cumplidos en relación a, entre otros, la presentación de documentos a ser incluidos en las ofertas. En tal sentido, la exigencia legal es que aquellos documentos que no se encuentren en idioma español y vayan a formar parte de una oferta, deberán ser traducidos por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, lo cual no sucede en el presente caso, pues en el literal m), la entidad solicita traducciones simples.

En ese sentido, observamos esta sección de las bases y solicitamos corregir este extremo de las bases y adecuar la normativa vigente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: m Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando lo expuesto por el área usuaria se acoge parcialmente la consulta.

Debido a que el literal m) es información complementaria también se aceptará la traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado cuando no se encuentre en idioma español.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará en el literal m) del numeral 2.2.1.1. de las bases, lo siguiente:

"(¿) en caso de estar en idioma extranjero se aceptará traducción simple o traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado)."

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	18:28:39

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación de los reactivos, solicitan que se acredite la metodología, muestra biológica y presentación; al respecto, dentro de este último (presentación) se menciona que el reactivo debe tener una vigencia no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega, lo cual no resulta congruente acreditar pues la responsabilidad de entregar los reactivos con el tiempo de expiración solicitado en las bases es el contratista, no del fabricante, en consecuencia, exigir que dicha característica sea acreditada con documentación del fabricante resulta excesivo e innecesario, más aún si dicho requerimiento puede ser acreditado con la sola presentación del anexo 03. Por tal motivo, observamos esta sección de las bases, basados en el literal a), Principios que rigen las contrataciones, que a la letra señala: ¿Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias¿ y solicitamos al comité aclarar que los postores deberán acreditar la característica PRESENTACIÓN, a excepción del tiempo de expiración la cual se acreditará con la sola presentación del anexo 03, Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: m Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, se acoge la observación.

El área usuaria señala que los postores deberán acreditar la característica presentación, a excepción del tiempo de expiración. El tiempo de expiración quedará acreditado con la presentación del Anexo N°03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El literal m) del numeral 2.2.1.1. de las bases quedará de la siguiente manera:

"Para el reactivo: metodología, muestra biológica y presentación (a excepción del tiempo de expiración)".

Se agregará en la sección Especificaciones Técnicas del Capítulo III lo siguiente:

"El área usuaria señala que los postores deberán acreditar la característica presentación, a excepción del tiempo de expiración".

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	18:28:39

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la página 31 se solicita que la experiencia de postor, para los bienes similares, la venta de reactivos de inmunología; al respecto, si bien lo que busca la entidad a través de dicho requisito de calificación es medir el grado de expertise del postor, también es cierto que dicha medición también es posible determinar cuando los empresas comercializan diversos reactivos en el mercado, que el postor no comercialice reactivos de inmunología, no inhibe en lo absoluto su debida diligencia para con sus obligaciones ni mucho menos merma su conocimiento en el mercado. En ese sentido, observamos esta seccion de las bases y solicitamos atentamente, considerar para la experiencia de postor la venta de reactivos de laboratorio en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, se acoge parcialmente la observación.

El área usuaria precisa que, a fin de garantizar la pluralidad de marcas y postores, la acreditación de los bienes similares será en: VENTA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO CLÍNICO EN GENERAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la seccion Requisitos de Calificacion de las EE.TT, y en el numeral 3.2, literal b) de las bases, los bienes similares quedarán de la siguiente manera:

"VENTA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO CLÍNICO EN

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	18:44:26

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En relación al ítem 2 Anticuerpo anti mieloperoxidasa de neutrófilo (p-ANCA) o anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCA) fijados en etanol, se solicita la siguiente presentación:

" Reactivo para la detección de autoanticuerpos contra mieloperoxidasa de neutrófilo (p-ANCA)... y se aceptará también reactivo para la detección de Autoanticuerpos contra mieloperoxidasa de neutrófilo (p-ANCA) y Autoanticuerpos para proteinasa 3 de neutrófilo (c-ANCA)".

Al respecto debemos recalcar que la presentación de los reactivos dependen del fabricante, por lo que entendemos que aquellos fabricantes que cuenten con un kit de reactivo que detecte ANCA y reporte anticuerpos p-ANCA y c-ANCA por separado cumplirán con lo requerido.

¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge la consulta.

El área usuaria señala que su apreciación es correcta, aquellos fabricantes que cuenten con un kit de reactivo que detecte ANCA y reporte anticuerpos p-ANCA y c-ANCA por separado cumplirán lo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	18:44:26

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En relación al ítem 3 Anticuerpo anti proteinasa 3 de neutrófilo (c-ANCA) o anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCA) fijados en formalina o formaldehído, se solicita la siguiente presentación:

" Reactivo para la detección de autoanticuerpos contra mieloperoxidasa de neutrófilo (c-ANCA)... y se aceptará también reactivo para la detección de Autoanticuerpos contra mieloperoxidasa de neutrófilo (p-ANCA) y Autoanticuerpos para proteinasa 3 de neutrófilo (c-ANCA)".

Sin embargo, observamos que hubo un error tipográfico involuntario al mencionar: "Reactivo para la detección de autoanticuerpos contra mieloperoxidasa de neutrófilo (c-ANCA)".

Consulta: En base a lo descrito, solicitamos al Comité de Selección en conjunto con el área usuaria se sirva a corregir la presentación: " Reactivo anti proteinasa 3 de neutrófilo (c-ANCA) ... y se aceptará también reactivo para la detección de Autoanticuerpos contra mieloperoxidasa de neutrófilo (p-ANCA) y Autoanticuerpos para proteinasa 3 de neutrófilo (c-ANCA)".

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge la consulta.

El área usuaria señala que se corregirá el error tipográfico involuntario, quedando el ítem 3: "(¿) reactivo para la detección de autoanticuerpos contra mieloperoxidasa del neutrófilo (p-ANCA)".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la Sección Presentación de las EE.TT del Ítem 3, se modificará en la segunda línea de (c-ANCA) a (p-ANCA)

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	18:44:26

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En relación al ítem 3 Anticuerpo anti proteinasa 3 de neutrófilo (c-ANCA) o anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCA) fijados en formalina o formaldehído, se solicita la siguiente presentación:

" Reactivo para la detección de autoanticuerpos contra mieloperoxidasa de neutrófilo (c-ANCA)... y se aceptará también reactivo para la detección de Autoanticuerpos contra mieloperoxidasa de neutrófilo (p-ANCA) y Autoanticuerpos para proteinasa 3 de neutrófilo (c-ANCA)".

Al respecto debemos recalcar que la presentación de los reactivos dependen del fabricante, por lo que entendemos que aquellos fabricantes que cuenten con un kit de reactivo que detecte ANCA y reporte anticuerpos p-ANCA y c-ANCA por separado cumplirán con lo requerido.

¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3. Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge la consulta.

El área usuaria señala que su apreciación es correcta, aquellos fabricantes que cuenten con un kit de reactivo que detecte ANCA y reporte anticuerpos p-ANCA y c-ANCA por separado cumplirán lo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	18:44:26

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En relación al ítem 4 Anticuerpo anti DNA nativo IFA, se solicita la siguiente metodología:
"Inmunofluorescencia indirecta en sustrato de Chritidia lucillae"
Sobre ello notamos que hubo un error tipográfico involuntario al mencionar: " Chritidia lucillae", siendo el nombre correcto Crithidia luciliae.
Consulta: En base a lo descrito, solicitamos al Comité de Selección en conjunto con el área usuaria se sirva corregir el nombre del sustrato a Crithidia luciliae.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge la consulta.

El área usuaria señala que se corregirá el error tipográfico involuntario, quedando el ítem 4: "Crithidia Luciliae"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en el Ítem 4-Metodología de las EE.TT, de "Chritidia lucillae" a "Crithidia Luciliae"

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	18:44:26

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Notamos que solicitan microscopio que trabaje con objetivos de aumento de 10x, 20x, 40x y 100x. Sobre ello cabe mencionar que si bien el lente de alto aumento (100x) permitirá observar detalles finos y patrones de fluorescencia gracias a su alto nivel de resolución, no obstante, en el mercado también existe microscopios con lentes de aumento de 60x donde también se podrá observar patrones generales y obtener información útil. En ese sentido, solicitamos atentamente aceptar microscopios validados por el fabricante y en su defecto que trabaje con objetivos de aumento de 10x, 20x, 40x y 60x o 100x.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge parcialmente la consulta.

El área usuaria señala que puede añadirse al requerimiento original de objetivos de aumento los de 4x y 60x (como opcionales), sumado a los objetivos de aumentos 10x, 20x, 40x y permaneciendo el objetivo de 100x, pues la necesidad del área usuaria es, a través del lente de alto aumento (100x), el poder observar detalles finos en los patrones de fluorescencia. Cabe mencionar que existe pluralidad de marcas y postores para el requerimiento señalado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptará en el B04 de las EETT del microscopio lo siguiente:

"SE ACEPTARÁ COMO OPCIONALES A LOS OBJETIVOS DE 4X Y 60X".

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura :LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	18:47:07

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el numeral B01 se solicita cabezal con componentes de cristal. Al respecto cabe mencionar que los componentes pueden estar elaborados con otros materiales de muy buena calidad, por lo que no afectaría su desempeño.

Por lo que solicitamos al Comité de Selección en conjunto con el área usuaria considerar cabezal con componentes de cristal o según material establecido por fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge parcialmente la consulta.

El área usuaria señala que la característica contenida en el apartado B01 "(¿) y demás componentes ópticos de cristal de alta calidad" será considerada como opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La característica B01 de las EE.TT del miscroscopio quedará de la siguiente manera: "(¿) y demás componentes ópticos de cristal de alta calidad (opcional)".

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	18:47:07

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el numeral B05 se solicita platina fabricada con material altamente resistente a la abrasión o rayadura. Sobre ello entendemos que el producto brindado debe ser de muy buena calidad, sin embargo, esta característica no limita el buen funcionamiento del microscopio.

Por lo tanto, solicitamos tenga a bien considerar para el punto B05 platina fabricada con material altamente resistente a la abrasión o rayadura o según material establecido por el fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria no se acoge la consulta.

El área usuaria reafirma que debe mantenerse el requerimiento original de platina fabricada con material altamente resistente a la abrasión o rayadura, máxime si se procesa una cantidad considerable de muestras por lo que el microscopio tendrá un alto uso, además de corresponder a la necesidad del área usuaria definida con claridad en el requerimiento y plasmada en las bases administrativas. Cabe mencionar que existe pluralidad de marcas y postores para el requerimiento señalado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	18:47:07

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el numeral B06 se solicita estativo ergonómico fabricado con material altamente resistente a la corrosión. Sobre ello cabe mencionar que el estativo es la pieza que da soporte a todos los elementos del microscopio y debe ser de muy buena calidad, sin embargo, esta característica no limita el buen funcionamiento del microscopio.

Por lo que, solicitamos tenga a bien considerar para el punto B06 estativo ergonómico fabricado con material altamente resistente a la corrosión o según material establecido por el fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge parcialmente la consulta.

El área usuaria señala que el requerimiento original de estativo ergonómico fabricado con material altamente resistente a la corrosión, será considerado como opcional, solo de ser necesario si el instrumento lo indica en sus indicaciones generales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará en la característica B06 del Microscopio de las EE.TT lo siguiente:

"Opcional, solo de ser necesario si el instrumento lo indica en sus indicaciones generales".

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	18:47:07

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el numeral B08 se solicita retículo o puntero al menos uno de ellos. Al respeto debemos mencionar que actualmente no todos los microscopios cuentan con puntero, no obstante, esta característica no limita el buen funcionamiento del microscopio.

Por lo que, solicitamos tenga a bien considerar como opcional el punto B08 retículo o puntero al menos uno de ellos (opcional).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria no se acoge la consulta.

El área usuaria reafirma que debe mantenerse el requerimiento original de retículo o puntero al menos uno de ellos, pues el área usuaria es un área docente formadora de profesionales, por lo que el microscopio debe tener esta característica por todo el periodo de contrato que es de 3 años, además corresponder a la necesidad del área usuaria definida con claridad en el requerimiento y plasmada en las bases administrativas. Cabe mencionar que existe pluralidad de marcas y postores para el requerimiento señalado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:33:37

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Según el requerimiento solicitan que el microscopio deba ser :¿ ¿tubo trinocular y objetivos , los mismo que deben estar plenamente identificados.¿, entendemos que hace referencia a los dos binoculares que se encuentran en la parte frontal del microscopio, y el tercero es el que se encuentra en la parte superior del equipo en donde se le adiciona una cámara para la visualización de imágenes . Solicitamos al comité indicar si nuestra apreciación es la correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: NA Literal: A Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge la consulta.

El área usuaria señala que su apreciación es correcta, la característica señalada hace referencia a los dos binoculares que se encuentran en la parte frontal del microscopio, y el tercero es el que se encuentra en la parte superior del equipo en donde se le adiciona una cámara para la visualización de imágenes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:33:37

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el requerimiento solicitan ¿Estativo ergonómico fabricado en material altamente resistente a la corrosión¿. Con el fin de generar pluralidad de postores y amparándonos en la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, en el artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, en el inciso ¿a. Libertad de concurrencia¿, las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores, realizamos la siguiente consulta:
Solicitamos a la entidad se pueda considerar este petitorio como opcional, solo de ser necesario si el instrumento lo indica en sus indicaciones generales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: NA Literal: B06 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge parcialmente la consulta.

El área usuaria señala que el requerimiento original de estativo ergonómico fabricado con material altamente resistente a la corrosión, será considerado como opcional, solo de ser necesario si el instrumento lo indica en sus indicaciones generales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará en la característica B06 del Microscopio de las EE.TT lo siguiente:

"Opcional, solo de ser necesario si el instrumento lo indica en sus indicaciones generales".

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura :LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	23:03:04

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el cuadro de Especificaciones Técnicas del equipo en cesión de uso asociado al paquete 1, en el numeral A01 indica Sistema de Gorreccion Infinita, entendemos que la palabra correcta es CORRECCIÓN, y que lo indica en la especificaciones técnica es un error de Digitación Involuntario.

Solicitamos amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria sirvan indica si nuestra apreciación es correcta y la frase correcta es "SISTEMA DE CORRECCIÓN INFINITA"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A01 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge la consulta.

El área usuaria señala que se corregirá el error tipográfico involuntario, quedando en el numeral A01: "Sistema de corrección infinita (¿)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la característica A01 de las especificaciones técnicas del microscopio del capítulo III de las bases se cambiará de:

"Sistema de gorrección infinita" a "Sistema de corrección infinita".

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	23:03:04

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

De la consulta anterior se indica para el mismo numeral A01: "SISTEMA DE CORRECCIÓN INFINITA (TODO EL SISTEMA DE OBSERVACIÓN INCLUYENDO TUBO TRINOCULAR Y OBJETIVOS, LOS MISMOS QUE DEBEN ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADOS)

Considerando que para los diversos concursos públicos las especificaciones técnicas es evaluada muy literalmente, solicitamos amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria sirva ampliar su requerimiento y acepte también la siguiente especificación técnica: "Objetivos plano-acromáticos corregidos a infinito 4x/0.10, 10x/0.25, 20x/0.40, S40x/0.65, S60x/0.85 y S100x/1.25 (inmersión en aceite)"

Colocando como Especificación Técnica
A01: "SISTEMA DE CORRECCIÓN INFINITA (TODO EL SISTEMA DE OBSERVACIÓN INCLUYENDO TUBO TRINOCULAR Y OBJETIVOS, LOS MISMOS QUE DEBEN ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADOS) Y/O OBJETIVOS PLANO ACROMATICOS CORREGIDOS A INFINITO (IOS) 4x/0.10, 10x/0.25, 20x/0.40, S40x/0.65, S60x/0.85 y S100x/1.25 (inmersión en aceite)"

Permitiendo así una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A01 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge parcialmente la consulta.

El área usuaria señala que se aceptará también para el Numeral A01: "Sistema de corrección infinita (todo el sistema de observación incluyendo tubo trinocular y objetivos, los mismos que deben estar plenamente identificados) y/u objetivos plano acromáticos corregidos a inifinito (IOS) 4x/0.10, 10x/0.25, 20x/0.40, S40x/0.65, S60x/0.85 y S100x/1.25 (inmersión en aceite). Los objetivos 4x y 60x son opcionales".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La característica A01 de las EE.TT quedará de la siguiente manera:

"Sistema de corrección infinita (todo el sistema de observación incluyendo tubo trinocular y objetivos, los mismos que deben estar plenamente identificados) y/u objetivos plano acromáticos corregidos a inifinito (IOS) 4x/0.10, 10x/0.25, 20x/0.40, S40x/0.65, S60x/0.85 y S100x/1.25 (inmersión en aceite). Los objetivos 4x y 60x son opcionales"

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	23:03:04

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el cuadro de Especificaciones Técnicas del equipo en cesión de uso asociado al paquete 1, en el numeral A02, indican Tratamiento antimicótico

Solicitamos amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria, sirvan aceptar también el termino Anti-Moho por ser un sinónimo de la palabra Antimicótico.

Indicando como característica A02: "TRATAMIENTO ANTIMICOTICO / ANTI-MOHO"

Permitiendo así una mayor pluralidad de Postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A02 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge la consulta.

El área usuaria señala que se aceptará también en la característica A02: "Tratamiento antimicótico / antimoho"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La característica A02 de las especificaciones técnicas del microscopio del capítulo III de las bases quedará de la siguiente manera:

A02 Tratamiento antimicótico / Anti moho que permita (¿)

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	23:03:04

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el cuadro de Especificaciones Técnicas del equipo en cesión de uso asociado al paquete 1, en el numeral B01 , indican un tercero para visualización adicional de imágenes con cámara ...

De lo mencionado, solicitamos amablemente para que en coordinación con el área usuaria, sirvan indicar si el Microscopio En cesión de Uso solicitado también DEBERÁ Contar con una Cámara para visualización de Imágenes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B01 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge la consulta.

El área usuaria señala que el microscopio en cesión en uso deberá contar con una camara para visualización de imágenes, tal cual se indica en las especificaciones técnicas señaladas: "(¿) un tercero para visualización adicional de imágenes CON CÁMARA"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura :LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	23:03:04

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En el cuadro de Especificaciones Técnicas del equipo en cesión de uso asociado al paquete 1, en el numeral B01 , "CABEZAL DE OBSERVACIÓN BINOCULAR Y DEMÁS COMPONENTES ÓPTICOS DE CRISTAL DE ALTA CALIDAD"

Considerando que para los diversos concursos públicos las especificaciones técnicas es evaluada muy literalmente, Considerando ademas que la especificación indicada es muy general y que los productos que comercializamos cuentan con garantía desde fabrica, solicitamos amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria, sirva retirar el termino Y DEMÁS COMPONENTES ÓPTICOS DE CRISTAL DE ALTA CALIDAD" Permitiendo asi una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B01 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge parcialmente la consulta.

El área usuaria señala que la característica contenida en el apartado B01 "(¿) y demás componentes ópticos de cristal de alta calidad" será considerada como opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La característica B01 de las EE.TT del miscroscopio quedará de la siguiente manera: "(¿) y demás componentes ópticos de cristal de alta calidad (opcional)".

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-9-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA (AUTO INMUNIDAD A) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	23:03:04

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el cuadro de Especificaciones Técnicas del equipo en cesión de uso asociado al paquete 1, en el numeral B03; indican Ajuste Macro y Micrómetro comandados mediante perillas coaxiales graduadas.

Solicitamos amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria sirvan aceptar también: "MANDOS DE ENFOQUE MACRO Y MICRÓMETRICO DE PRECISIÓN CON GRADUACIONES POR VUELTA "

B03: Ajuste Macro y Micrometrico comandados mediante perillas coaxiales graduadas y/o Mando de enfoque macro y micrometrico de precisión con graduaciones por vuelta"

Permitiendo así una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B03 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge la consulta.

El área usuaria señala que también aceptará en la característica B03: mandos de enfoque macro y micrométrico de precisión con graduaciones por vuelta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará en B03 de las EE.TT del microscopio lo siguiente:

"SE ACEPTARÁ TAMBIÉN: MANDOS DE ENFOQUE MACRO Y MICROMÉTRICO DE PRECISIÓN CON GRADUACIONES POR VUELTA"