

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO (COMPRESA DE GASA QUIRURGICA RADIOPACA ESTERIL 48 CMX48CM X 5), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO.

Ruc/código : 20605701435

Nombre o Razón social : LINAMES S.A.C.

Fecha de envío : 04/09/2024

Hora de envío : 15:20:36

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las presentes bases en:

CAPITULO III

3.1 Especificaciones Técnicas

ITEM N° 1 COMPRESA GASA QUIRURGICA RADIOPACA ESTERIL 48 CM X 48 CM X 5

Sobre el particular debemos indicar que todo producto que ingrese a una sala de operaciones debe contener doble empaque puesto que la enfermera rotante deja caer en la mesa de productos estériles el empaque interno o envoltorio que contiene las compresas y este está estéril completamente por lo que no requerir en las especificaciones técnicas el envoltorio interno en contacto con las compresas y este a su vez dentro de un sobre de papel grado médico y poliéster estaría atentando contra la normas de asepsia y esterilidad que debe mantenerse en una sala de operación para el cuidado de la salud de los pacientes.

Para cumplir con el requerimiento OBSERVAMOS las bases y nos atrevemos a sugerir las características técnicas para poder cumplir con las bases.

ENVASE INMEDIATO:

- Envoltorio interno: papel crepado grado médico debe ser de gramaje no menor de 60 gr/m2 . De 45 cm x 45 cm para la compresa de 48 cm x 48 cm
- Envase externo de papel grado médico y film, con indicador de esterilización visible

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL ARE USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE SE CONSIDERARA EN LAS BASES INGRDAS ENVASE INMEDIATO:

- Envoltorio interno: papel crepado grado médico debe ser de gramaje no menor de 60 gr/m2 . De 45 cm x 45 cm para la compresa de 48 cm x 48 cm
- Envase externo de papel grado médico y film, con indicador de esterilización visible

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO (COMPRESA DE GASA QUIRURGICA RADIOPACA ESTERIL 48 CMX48CM X 5), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO.

Ruc/código :	20605701435	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	LINAMES S.A.C.	Hora de envío :	15:20:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las presentes bases solicitan en el:

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.9 Plazo de entrega: Plazo de 07 días calendarios

CAPITULO III

REQUERIMIENTO

6.5.2. Plazo de entrega: Sera de 04 días calendarios

Al revisar las bases se encuentra una incongruencia en el plazo de entrega.

CONSULTA:

Solicitamos al comité sÍrvase aclarar el PLAZO DE ENTREGA al momento de la integración de las bases.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 07 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null