

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ESSALUD/RAPUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de manómetros con certificado de calibración para el Hospital Base III de la Red Asistencial Puno

Ruc/código : 20563292343

Nombre o Razón social : REDI INDUSTRIAL S.A.C.

Fecha de envío : 23/06/2023

Hora de envío : 09:56:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

A quién se le puede solicitar el nativo de las especificaciones técnicas ya que el que envían en el documento (TDR) no es legibles en ciertas requerimientos esenciales.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** Especifica **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta corresponde solicitar a la División de Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial Puno

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ESSALUD/RAPUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de manómetros con certificado de calibración para el Hospital Base III de la Red Asistencial Puno

Ruc/código :	20606423731	Fecha de envío :	24/06/2023
Nombre o Razón social :	BARDI IMPORTACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES E.I.R.L.	Hora de envío :	16:46:11

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita que el punto 4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MANÓMETROS, el detalle pueda ser mas legible, no se logra ver de manera clara.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reemplazará lo mas legible posible de acuerdo a lo requerido por el área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ESSALUD/RAPUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de manómetros con certificado de calibración para el Hospital Base III de la Red Asistencial Puno

Ruc/código :	20606423731	Fecha de envío :	24/06/2023
Nombre o Razón social :	BARDI IMPORTACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES E.I.R.L.	Hora de envío :	16:46:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sobre el regulador de presión de oxígeno ÍTEM 3, no se distingue el valor de presión máxima de entrada. Se solicita aclarar el valor solicitado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a la consulta se aclara que el valor máximo es 3,000 PSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ESSALUD/RAPUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de manómetros con certificado de calibración para el Hospital Base III de la Red Asistencial Puno

Ruc/código : 20606423731

Fecha de envío : 24/06/2023

Nombre o Razón social : BARDI IMPORTACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES
E.I.R.L.

Hora de envío : 16:46:11

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al ítem 3 REGULADOR DE PRESIÓN DE OXIGENO DE LATÓN DE (BAJO FLUJO) PARA CILINDRO DE OXIGENO TIPO YOKE DE BAJO FLUJO ROSCABLE, se solicita se pueda evaluar que la presión máxima de entrada pueda ser 2000 psi.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 4

Literal: 4.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que deberá ceñirse a lo que indica las bases del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ESSALUD/RAPUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de manómetros con certificado de calibración para el Hospital Base III de la Red Asistencial Puno

Ruc/código :	20604222428	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	VC PARTS AND SERVICES E.I.R.L. - VC PARTS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:37:33

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al área usuaria mejorar la calidad del escaneo de las especificaciones técnicas, ya que tal como se encuentra en las bases, no permite la correcta visualización del requerimiento.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Mayor concurrencia de postores.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reemplazará lo mas legible posible de acuerdo a lo requerido por el área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null