

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

en el ítem N°2-BAJALENGUAS DE MADERA ADULTO X 500, solicitamos al comité de selección indicar si requieren ESTERIL O NO ESTERIL , para así no caer en error al momento de ofertar el producto.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de competencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

PARA EL PRESENTE ÍTEM DE BAJALENGUAS DE MADERA ADULTO X 500, SE REQUIERE ESTERIL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

en el ítem N°3-CAMARA DE NEUBAUER DE VIDRIO 76 mm X 31 mm CON ESPEJO , solicitamos que también se acepte con doble espejo , esto resultaría una mejora al producto y permitir una mayor pluralidad de postores,

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** - **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE AL ÍTEM N° 3 CAMARA DE NEUBAUER DE VIDRIO 76 mm X 31 mm CON ESPEJO CON DOBLE ESPEJO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
en el ítem N°6-CINTA INDICADORA DE PH 1 A 14 X 100 , solicitamos al comité de selección aceptar también de 0 a 14 X 100 puesto que es la presentación mas comercializada en el mercado y asi permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NOSE ACOGE EN VISTA QUE EL PLENO DEL COMITE DETERMINAN MANTENER EL ítem N°6-CINTA INDICADORA DE PH 1 A 14 X 100

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

en el ítem N°7-CRIOVIAL DE PLASTICO 2.0 mL CON TAPA ROSCA, solicitamos al comité de selección indicar si es estéril o no estéril el que requieren para no caer en error al momento de ofertar el producto.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PLENO DEL COMITE EN CORDINACION CON EL AREA USUAREA ACLARAN QUE EL ITEM SOLICITADO ES °7-CRIOVIAL DE PLASTICO 2.0 mL CON TAPA ROSCA SE REQUIERE ESTERIL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

-EN EL ITEM N°8-DENSIMETRO DE VIDRIO PARA ORINA CON PROBETA MILIMETRADO DE 30 ML , solicitamos al comite de seleccion ampliar el rango considerando de 30 ml a 100 ml , puesto que son las medidas mas comercializadas en el mercado .

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PLENO DEL COMITE DETERMINA NO ACOGER A LA OBSERVACION AL ITEM ITEM N°8-DENSIMETRO DE VIDRIO PARA ORINA CON PROBETA MILIMETRADO DE 30 ML , SE MANTIENE TAL COMO ENDICA EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

en el ítem N°13-HISOPOS DE ALGODÓN CON MANGO DE MADERA ESTERIL DE 6 PULGADAS X 100, solicitamos al comité de selección indicar si es ESTERIL O NO ESTERIL el producto que requieren

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

PARA EL SIGUIENTE ÍTEM N°13-HISOPOS DE ALGODÓN CON MANGO DE MADERA ESTERIL DE 6 PULGADAS X 100 SE ACLARA ES ESTERIL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

en el ítem N°22-PAPEL LENTE PARA MICROSCOPIO 100 mm X 150 mm X 100 HOJAS UNIDAD , INDICAMOS AL COMITE DE SELECCION QUE ESTE PRODUCTO VIENE X 50 UNIDADES, EN ESTE CASO ¿PODEMOS OFERTAR 2 BLOCK X 50 UNND? SIENDO EL TOTAL A ENTREGAR 120 BLOCK

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** - **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PLENO DEL COMITE DETERMIAN NO ACOGER ESTAS OBSERVACION ítem N°22-PAPEL LENTE PARA MICROSCOPIO 100 mm X 150 mm X 100

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

en el ítem 27-PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLASTICO GRADUADO DESCARTABLE 3 ml, SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION INDICAR SI REQUIEREN EN ESTERIL O NO ESTERIL

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PLENO DEL COMITE ACLARA QUE EL ítem 27-PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLASTICO GRADUADO DESCARTABLE 3 ml ES EN ESTERIL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

EN EL ITEM 42-TUBOS PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA AL VACIO DE POLIPROPILENO DE 8ml CON GEL SEPARADOR, SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION ACEPTAR DE 6 ML A 8 ML , PARA PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OSERBACION AL ITEM ITEM 42-TUBOS PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA AL VACIO DE POLIPROPILENO DE 8ml CON GEL NO SE ACOGE SE MANTIENE COMO INDICA EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:
en el ítem 25 y 36- PIPETA DE THOMAS PARA GLOBULOS BLANCOS Y ROJOS , solicitamos al comité de selección suprimir el termino THOMAS , puesto que estaría dirigido a una marca especifica y limitando a la pluralidad de postores

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PLENO DEL COMITE DETERMINAN ACOGER A LA OBSERVACION AL ITEM 25 y 36- PIPETA DE THOMAS PARA GLOBULOS BLANCOS Y ROJOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 10 mL SIN ADITIVO SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION AMPLIAR EL RANGO CONSIDERANDO UN RANGO DE 8 ML A 10 ML Y ASI PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** - **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

A LA OBSERVACION DEL ITEM UBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 10 mL, EL PLENO DETERMINA NO ACOGER SU ABSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:
EN EL ITEM N°44-TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 7 mL, SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION AMPLIAR EL RANGO CONSIDERANDO DE 5 ML A 7 ML PUESTO QUE ES LO MAS COMERCIALIZADO EN EL MERCADO Y ASI PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

A LA SEGUENTE OBSERVACION AL ITEM N°44-TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el ítem n°15-LAMINA EXCAVADA 76 mm X 60 mm X 3 mm DE 12 POCILLOS , solicitamos al comité de selección indicar si requieren en porcelana o vidrio

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** - **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PLENO DEL COMITÉ ACLARA QUE EL ÍTEM REQUERIDO ES EN VIDRIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

en el capitulo III de la pagina 22, indica presentación de cuadernillos y protocolos de procedimiento, quiere decir que se debe presentar protocolo de analisis ? solicitamos al comite de seleccion peudan aclararnos esta duda asi mismo en caso de que sea efectiva la presentación, solicitamos al comité de selección que sea protocolo de análisis /o ficha técnica emitida por el fabricante o postor para acreditar las especificaiones tecnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PLENO DETERMINA QUE NOSE ACOGE LA OBSERVACION SE MANTIENE SOLO PARA EL ITEM 14 QUE REQUIERE presentación de cuadernillos y protocolos de procedimiento, quiere decir que se debe presentar protocolo de analisis

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:38

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

en el numero 5, indican la presentación de imagen y/o muestra del producto ofertado, solicitamos al comité de selección que este sea presentado al momento de perfeccionar el contrato puesto que son varios items y los proveedores nos entregan el producto al momento de adquirir el producto , asi mismo hay productos que no tienen fecha de vencimiento y no pueden ser plasmadas en el producto como los productos de vidrio, micropipetas , laminas excavadas etc

O en su defecto solicitamos al comité de selección suprimir dicho requerimiento par ano caer en error al momento de ofertar el producto

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

A LA OBSERVACION REQUERIDA NO SE ACOGE POR QUE SE MANTIENE LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:10:01

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

La convocatoria del presente proceso de selección, tiene por objeto la BIENES PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS EE.SS. DE LA RSSCN, en su mayoría son productos descartables, de un solo uso, los cuales no cuentan con Registro Sanitario y por consecuencia no tienen Protocolo de Análisis. Solicitamos al Comité que nos indique que para los productos descartables no será necesario la presentación del Protocolo de Análisis y el Registro Sanitario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PLENO DEL COMITE ACLARA SI DEBE CUMPLIR PARA EL ITEM 14 ES necesario la presentación del Protocolo de Análisis y el Registro Sanitario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:10:01

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Vigencia del Producto

Se está solicitando los insumos de laboratorio con una vigencia de 18 meses. Hay algunos insumos como son los tubos para extracción de sangre al vacío que cuentan con una vigencia de 14 a 16 meses.

Solicitamos al comité, que reconsidere la exigencia de los vencimientos a 12 meses y acepte una carta de compromiso de canje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

COMO INDICA EL REQUERIMIENTO DEL AREA USUAREA LAS BASES ADMINISTRATIVAS SE MANTIENE EN ITEM A 18 MESES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:10:01

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando CONTADOR o CAMARA DE CELULAS SANGUINEAS DE 8 TECLAS, 10 unidades.
Dada la tecnología actual los contadores de células sanguíneas ya no vienen con sistema mecánico ahora son digitales.
Solicitamos al comité que indique y aclare que los contadores solicitados son digitales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL PRESENTE CONSULTA EL PLENO DEL COMITE NO ACOGE SE MANTIENE SEGUN EETT DE LA AREA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:10:01

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando TUBOS PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA AL VACIO DE POLIPROPILENO DE 8ml CON GEL SEPARADOR

La presentación más comercial es de 5 ml y en ésta presentación podemos encontrar con fecha de vencimiento más prolongada.

Solicitamos al comité que acepte la presentación de 5 ML.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL PRESENTE CONSULTA EL PLENO DEL COMITE NO ACOGE SE MANTIENE SEGUN EETT DE LA AREA USUARIA Y LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:10:01

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 7 mL SIN ADITIVO CON AGUJA NRO 21 G X 1 1/2 IN X 100

En este tipo de tubos no existe tubo con capacidad de 7 ml La presentación más comercial es de 6 ml.

Solicitamos al comité que acepte la presentación de 6 ML.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL PRESENTE CONSULTA EL PLENO DEL COMITE NO ACOGE SE MANTIENE SEGUN EETT DE LA AREA USUARIA Y LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:10:01

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

La entidad está solicitando TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 6 a 7 ml CON EDTA DI POTASICO, esta medida no es tan comercial por lo que la vigencia de éste producto no es muy larga. La medida de 4 ml es la más comercial. Solicitamos al comité que acepte la presentación de 4 ML.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL PRESENTE CONSULTA EL PLENO DEL COMITE NO ACOGE SE MANTIENE SEGUN EETT DE LA AREA USUARIA Y LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-RSSCN-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EE.SS.

Ruc/código :	20498674098	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICORP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:10:01

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En el presente procedimiento de selección, en el Capítulo I GENERALIDADES, podemos observar que se está considerando como plazo de entrega:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en dos etapas

¿ PRIMERA ENTREGA EN EL PLAZO DE 15 DIAS CALENDARIOS

¿ SEGUNDO ENTREGA EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIOS

Computados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Y en el Capítulo III REQUERIMIENTO, numeral 7, se indica como plazo de entrega para los TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 10 ML SIN ADITIVO Y TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 6 A 7 ML CON EDTA DI POTASICO, se solicita la entrega en dos partes iguales 50% en la primera entrega y después de tres meses el 50% restante con nuevo lote y fecha de vencimiento.

Solicitamos al comité aclarar nuestra duda, si la entrega en 02 partes es para todos los insumos o es solamente para los TUBOS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACIO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: A Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL PRESENTE CONSULTA EL PLENO DEL COMITE NO ACOGE SE MANTIENE SEGUN EETT DE LA AREA USUARIA Y LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null