

FORMATO N° 22
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

1 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, la ciudad de Chiclayo, a los 10 días del mes de octubre del año 2023, en las instalaciones del HRL, a las 12:00 :00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Directoral N° 000346-2023-GR.LAMB/GERESA/HRL-DE [4381971-53], encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de A.S. N° 15-2023-CS-1 DERIVADO DE L.P. N° 03-2023-HRL-CS-1, cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.

2 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	TONY HERMAN FARIAS RODRIGUEZ	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: LABORATORIO CLÍNICO
		Suplente			
Primer Miembro	MARIA MERCEDES LUJAN TUPEZ	Titular	X	Dependencia:	Dependencia: LABORATORIO CLÍNICO
		Suplente			
Segundo Miembro	JAMES ERMENSON CUBAS CASTILLO	Titular		Dependencia:	Dependencia: UNIDAD DE LÓGISTICA
		Suplente	X		

3 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	S/.799,545.00

4 BASE LEGAL

Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".

5 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 3.

6

TONY HERMAN FARIAS RODRIGUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE SELECCIÓN (T)

MARIA MERCEDES LUJAN TUPEZ
PRIMER MIEMBRO (T)

JAMES ERMENSON CUBAS CASTILLO
SEGUNDO MIEMBRO (S)

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 13

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS , EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: A.S. N° 15-2023-CS-1 DERIVADO DE L.P. N° 03-2023-HRL-CS-1-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

1	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL								
<p>En, la ciudad de Chiclayo, durante los días 05 y 06 del mes de octubre del año 2023, en las instalaciones del HRL, a las 11:00 :00 a.m, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Directoral N° 000346-2023-GR.LAMB/GERESA/HRL-DE [4381971-53] , encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de A.S. N° 15-2023-CS-1 DERIVADO DE L.P. N° 03-2023-HRL-CS-1 , cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO, a fin de efectuar la APERTURA DE OFERTAS , ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>									
2	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)								
<p>El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p>									
	Presidente	TONY HERMAN FARIAS RODRIGUEZ	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; text-align: center;">Titular</td> <td style="width:10%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Suplente</td> <td></td> </tr> </table>	Titular	X	Suplente		Dependencia:	Dependencia: LABORATORIO CLÍNICO
Titular	X								
Suplente									
	Primer Miembro	MARIA MERCEDES LUJAN TUPEZ	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; text-align: center;">Titular</td> <td style="width:10%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Suplente</td> <td></td> </tr> </table>	Titular	X	Suplente		Dependencia:	Dependencia: LABORATORIO CLÍNICO
Titular	X								
Suplente									
	Segundo Miembro	JAMES ERMENSON CUBAS CASTILLO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; text-align: center;">Titular</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Suplente</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	Titular		Suplente	X	Dependencia:	Dependencia: UNIDAD DE LÓGISTICA
Titular									
Suplente	X								
3	OBSERVACIÓN								
<p>El SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE asume la función ante la ausencia del miembro titular, por las razones expuestas en el MEMORANDO N° 000607-2023-GR.LAMB/GERESA/HRL-ADM [4788182 - 0]</p>									
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES								
<p>De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:</p>									
	N°	Nombre o razón social del participante	RUC						
	1	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	20137015987						
	2	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901						
	3	LABIN PERU S.A.	20458379395						
	4	UNILAP SAC	20481492433						
	5	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	20501887286						
	6	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20503650186						
	7	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	20505110651						
	8	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	20524800510						
	9	DELTALAB PERU S.A.C.	20537139120						
	10	SIMED PERU S.A.C.	20553853355						
	11	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	20557788841						
	12	FARAH GROUP S.R.L.	20602409385						
5	DETALLE DE LOS POSTORES								
<p>Los siguientes participantes presentaron sus ofertas de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases</p>									
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación					
	1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	26/09/2023	22:28:55					
	2	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	26/09/2023	21:15:53					
	3	SIMED PERU S.A.C.	26/09/2023	19:25:09					
6	<p>Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas previstas en las bases.</p>								

FORMATO N° 13

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS , EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: A.S. N° 15-2023-CS-1 DERIVADO DE L.P. N° 03-2023-HRL-CS-1-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	SIMED PERU S.A.C.	De las EETT del numeral 3.1, del capítulo III Requerimiento, en el punto 5.1 descripción y características técnicas(cantidades y entregas en cronograma adjunto): "los frascos que conforman un mismo analito (ejem: R1 + R2) deben tener el mismo número de pruebas a realizar, de tal forma que se acaben al mismo tiempo y se evite desfases y de esta manera llevar un mejor control.", para la presentación de los reactivos ofertados en su oferta según el registro sanitario y en la carta del fabricante: los ítem 1, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25 y 29 NO CUMPLEN con la característica solicitada En las EETT (ver folios 13 al 57 y 75 al 86 de la oferta).
2	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	De la documentación de presentación obligatoria del Numeral 2.2, del capítulo II del procedimiento de selección, en el punto 2.2.1 en el literal h): NO CUMPLE con la característica solicitada para el reactivo del ítem 17 (Glucosa Enzimática) del TIPO de Muestra: Reactivo ofertado GLUCOSA (ver folios. 30 y 280 de la oferta). Así mismo NO CUMPLE con la característica solicitada para el reactivo del ítem 27 (Test de proteína C reactiva (PCR) de alta sensibilidad, el reactivo ofertado no es el solicitado en las EETT (ver folios. 43 y 283 de la oferta). * Nota: respeto De las EETT del numeral 3.1, del capítulo III Requerimiento, en el punto 5.1 descripción y características técnicas(cantidades y entregas en cronograma adjunto): "los frascos que conforman un mismo analito (ejem: R1 + R2) deben tener el mismo número de pruebas a realizar, de tal forma que se acaben al mismo tiempo y se evite desfases y de esta manera llevar un mejor control." no es posible evaluar SU CUMPLIMIENTO debido a que no especifica en su oferta la presentación con la cual está postulando.

8 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	único

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta
1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	S/799,545.00

9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo N° 02: que forma parte de la presente Acta.

10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	95 puntos
	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	05 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos

FORMATO N° 13

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS , EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: A.S. N° 15-2023-CS-1 DERIVADO DE L.P. N° 03-2023-HRL-CS-1-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO

11 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

11.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	A CAPACIDAD LEGAL		
	A.1 HABILITACIÓN	X	
	B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	B.1 FACTURACIÓN	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CALIFICADA	

11.2 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación de la oferta se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo N°02 que forma parte de la presente Acta.

12 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.


13 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del Comité de Selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

14


 TONY HERMAN FARIAS RODRIGUEZ
 PRESIDENTE DEL COMITE
 DE SELECCION (T)


 MARIA MERCEDES LUJAN TUPEZ
 PRIMER MIEMBRO (T)


 JAMES ERMENSON CUBAS CASTILLO
 SEGUNDO MIEMBRO (S)

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

ANEXO N° 01:CUADRO DE ADMISIÓN DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS																	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2023-HRL-CS-1 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA N° 03-2023-HRL-CS-1-"ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO"															
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	POSTORES	2.2.1 DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA														
			2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA														
			a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	RESULTADO	
			Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Copia de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	f) Copia de Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)	Documentos de las Especificación Técnicas emitidos por el fabricante a ser acreditados en la presentación de ofertas	Documentos sustentatorios y/o folletería que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los reactivos señalados en la ficha técnica	h) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta. (Anexo N° 6)	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (BPD)		
1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
		W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	* NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPOND E	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA
		SIMED PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	** NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPOND E	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA

W.P. BIOMED SOCIEDAD ANÓNIMA

De la documentación de presentación obligatoria del Numeral 2.2, del capítulo II del procedimiento de selección, en el punto 2.2.1 en el literal h): NO CUMPLE con la característica solicitada para el reactivo del ítem 17 (Glucosa Enzimática) del TIPO de Muestra: Reactivo ofertado GLUCOSA (ver folios, 30 y 280 de la oferta). Así mismo NO CUMPLE con la característica solicitada para el reactivo del ítem 27 (Test de proteína C reactiva (PCR) de alta sensibilidad, el reactivo ofertado no es el solicitado en las EETT (ver folios, 43 y 283 de la oferta).

* Nota: respecto De las EETT del numeral 3.1, del capítulo III Requerimiento, en el punto 5.1 descripción y características técnicas(cantidades y entregas en cronograma adjunto): "los frascos que conforman un mismo analito (ejem: R1 + R2) deben tener el mismo número de pruebas a realizar, de tal forma que se acaben al mismo tiempo y se evite desfases y de esta manera llevar un mejor control." no es posible evaluar SU CUMPLIMIENTO debido a que no especifica en su oferta la presentación con la cual está postulando.

SIMED PERU S.A.C.

** De las EETT del numeral 3.1, del capítulo III Requerimiento, en el punto 5.1 descripción y características técnicas(cantidades y entregas en cronograma adjunto): "los frascos que conforman un mismo analito (ejem: R1 + R2) deben tener el mismo número de pruebas a realizar, de tal forma que se acaben al mismo tiempo y se evite desfases y de esta manera llevar un mejor control.", para la presentación de los reactivos ofertados en su oferta según el registro sanitario y en la carta del fabricante: los ítem 1, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25 y 29 NO CUMPLEN con la característica solicitada En las EETT (ver folios 13 al 57 y 75 al 86 de la oferta).



MARIA MIRCELES LUJAN TUPEZ
PRIMER MIEMBRO (T)



TONY HERMAN FARIAS RODRIGUEZ
PRESIDENTE DEL COMITE
DE SELECCION (T)



JAMES ERMONSON CUBAS CASTILLO
SEGUNDO MIEMBRO (S)

ANEXO N° 02 :CUADRO DE EVALUACION Y CALIFICACION DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 15-2023-HRL-CS-1 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 03-2023-HRL-CS-1-"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO"										
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	POSTOR	VALOR ESTIMADO	FACTORES DE EVALUACIÓN					CALIFICACIÓN	RESULTADO
				OFERTA	PRECIO PUNTAJE	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN		
1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	S/. 910,941.00	S/.799,545.00	95.00	5.00	100.00	1°	CUMPLE	CUMPLE
									EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
									CAPACIDAD LEGAL	
									CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	


MARIA MERCEDES LUJAN TUPEZ
PRIMER MIEMBRO (T)


TONY HERMAN FARIAS RODRIGUEZ
PRESIDENTE DEL COMITE
DE SELECCION (T)


JAMES ERMENSON CUBAS CASTILLO
SEGUNDO MIEMBRO (S)