

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD
Nomenclatura :	AS-SM-42-2024-DIRSAPOL-UE 020-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES AF- 2024. ITEM 4,5,12

Ruc/código :	20609085411	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	OA BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	Hora de envío :	19:48:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas ítem 1, Bolsa colectora de orina con urómetro de 500 ml, solicitan urómetro de 500 ml milimetrado de 1 en 1, ¿podemos ofertar urómetro de 500ml milimetrado de 1 en1 desde los 5 ml hasta los 50 ml, desde los 50 ml a 150 ml milimetrado de 5 en 5ml y desde los 150 a 500 ml milimetrado de 10 en 10 ml?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en base a la absolucion del area usuaria donde precisa que: también se aceptará lo ofertado por la empresa:Bolsa colectora de orina con urómetro de 500ml milimetrado de 1 en1 desde los 5 ml hasta los 50 ml, desde los 50 ml a 150 ml milimetrado de 5 en 5ml y desde los 150 a 500 ml milimetrado de 10 en 10 ml; toda vez, que no altera los resultados esperados para la atención en los usuarios beneficiados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria también aceptará: Bolsas colectora de orina con urómetro de 500ml milimetrado de 1 en 1, desde los 5ml hasta los 50ml, desde los 50 ml a 150ml milimetrado de 5 en 5 ml y desde los 150 a 500 ml milimetrado de 5 rn 5ml de 10 en 10ml.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-DIRSAPOL-UE 020-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES AF- 2024. ITEM 4,5,12

Ruc/código :	20609085411	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	OA BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	Hora de envío :	19:48:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas Ítem 1, BOLSA COLECTORA DE ORINA CON UROMETRO DE 500 ML, solicitan doble válvula antirreflujo/cámara con doble válvula antirreflujo. ¿A cambio de ello podemos ofertar CÁMARA ANTIRREFLUJO TIPO DIAFRAGMA? Teniendo en cuenta que una cámara antirreflujo tipo diafragma es mucho más segura que una simple válvula antirreflujo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en base a la absolucion del area usuaria donde precisa que: que también se aceptará lo ofertado por la empresa:Bolsa colectora de orina con urómetro de 500ml CON CAMARA ANTIRREFLUJO TIPO DIAFRAGMA; toda vez, que no altera los resultados esperados para la atención en los usuarios beneficiados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CARACTERÍSTICAS:

Válvula antireflujo y/o con cámara antirreflujo tipo diafragma

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-DIRSAPOL-UE 020-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES AF- 2024. ITEM 4,5,12

Ruc/código :	20609085411	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	OA BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	Hora de envío :	19:48:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas Ítem 1, BOLSA COLECTORA DE ORINA CON UROMETRO DE 500 ML, solicitan tiras elásticas libre de látex. ¿A cambio de ello podemos ofertar CORDÓN DE POLIPROPILENO PARA AMARRE SEGURO?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en base a la absolucion del area usuaria donde precisa que: respecto a la CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: BOLSA COLECTORA DE ORINA CON UROMETRO DE 500 ML CON TIRAS Y/O BANDAS ELASTICAS GRADUABLE PARA ADAPATADOR A MUSLO LIBRE DE LATEX; a fin de proporcionar una mejor sujecion al MUSLO, lo que permitira una mejor atención en los usuarios beneficiados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CARACTERÍSTICAS:

Tiras y/o bandas elásticas graduable para adaptador a muslo o libre de latex

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-DIRSAPOL-UE 020-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES AF- 2024. ITEM 4,5,12

Ruc/código :	20609085411	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	OA BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	Hora de envío :	19:48:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas Ítem 1, BOLSA COLECTORA DE ORINA CON URÓMETRO DE 500 ML, Recomendamos solicitar en forma obligatoria tubuladura con protectores anti-acodamiento en espiral en ambos extremos de esta, Para proteger la tubuladura de posibles obstrucciones del flujo del fluido corporal por acodamiento accidental de la tubuladura. ¿Será obligatorio el cumplimiento de esta especificación técnica?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en base a la absolucion del area usuaria donde precisa que: que también aceptará lo ofertado por la empresa: TUBULADURA CON PROTECTORES ANTI-ACODAMIENTO EN ESPIRAL EN AMBOS EXTREMOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CARACTERÍSTICAS:

Se aceptará tabuladura con protectores anti-acodamiento en espiral en ambos entremos

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-DIRSAPOL-UE 020-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES AF- 2024. ITEM 4,5,12

Ruc/código :	20609085411	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	OA BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANOMINA CERRADA	Hora de envío :	19:48:07

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas Ítem 1, BOLSA COLECTORA DE ORINA CON UROMETRO DE 500 ML, solicitan Tubo de 1200 mm, luego en Dimensiones indican Tubuladura de 100 a 150 cm, lo cual representa una contradicción, pues el tubo es la tubuladura. ¿podemos ofertar Tubo o Tubuladura de 110 cm (1100 mm)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en base a la absolucion del area usuaria donde precisa que: que las CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN RELACION A LAS DIMENSIONES DE LA TUBULADURA DE LA BOLSA COLECTORA DE ORINA CON UROMETRO DE 500 ML ES DE 100 A 150CM; POR LO CUAL LO OFERTADO POR LA EMPRESA SE ENCONTRARIA DENTRO DEL RANGO REQUERIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CARACTERÍSTICAS:

- Tubo de entradatraslúcida de polivinilcloruro también se aceptará de 1100mm (¿).

DIMENSIONES:

- Tubuladura de 100 a 150 cm (la medida de 110cm se encuentra dentro del rango)

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-DIRSAPOL-UE 020-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES AF- 2024. ITEM 4,5,12

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:06:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En cuanto a las características:

Material :

Filtro intercambiador calor humedad

Los filtros intercambiador calor humedad HME cuentan con características distintas y valores que no se mencionan en las EETT, su función es proporcionar calor y humedad en las vías aéreas, mientras que los filtros bacteriano viral proporcional una barrera de protección ante virus, bacterias y ayuda a prevenir la infección cruzada asociadas al ventilador.

Por lo tanto, se le solicita al comité especificar si el filtro solicitado es: Filtro Bacteriano Viral o Filtro HME intercambiador calor humedad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en base a la absolucion del area usuaria donde precisa que:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MATERIAL:

El área usuaria aclara que lo solicitado es: Filtro Bacteriano presión paciente.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-DIRSAPOL-UE 020-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES AF- 2024. ITEM 4,5,12

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:06:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En cuanto a las características:
Estéril
considerando la categoría de dispositivo médico en la que se encuentran los filtros bacteriano, resulta innecesario incrementar el nivel de las condiciones biológicas solicitadas, ya que esto aumenta considerablemente los costos de los productos. De acuerdo con la categoría II de dispositivos médicos, es suficiente con productos asépticos. Por lo tanto, para una mayor pluralidad de postores, solicitamos al comité que amplíe el requerimiento a:
FILTRO BACTERIANO PRESION PACIENTE
Empaque: Estéril o aséptico"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en base a la absolucion del area usuaria donde precisa que: que también se aceptara lo ofertado por la empresa, a :FILTRO BACTERIANO PRESION PACIENTE. Empaque : Estéril o ascéptico; toda vez que no altera los resultados esperados para la atención en los usuarios beneficiados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ENVASE:
Estéril o aséptico2