

ANEXO N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE-SM-2-2023-GRA-DIRESA/OEC-1		
		Fecha	01-08-2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO – DIRESA		
		RUC	20181079968		
		Dirección	Av. Independencia N° 355 – Huamanga – Ayacucho – Ayacucho		
		Teléfono(s)	987332007		
		Correo electrónico	logistica@saludayacucho.gob.pe		
		Persona de contacto	Wilber Cisneros Gómez		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	GRUPO D Y S S.R.L.		
		RUC	20546950396		
		Dirección	CAL.LAS MIMOSAS MZA. G1 LOTE. 36 INT. A URB. LA CAPITANA (A UNA CUADRA DE LA FABRICA CHEMA) LIMA - LIMA - LURIGANCHO		
		Teléfono(s)	936812722		
		Correo electrónico	ventas@grupodyssrl.com		
		Representante o persona de contacto	HUAMAN HUAMAN HUGO		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE OXÍMETROS DE PULSO DE MESA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA ASISTENCIA FRENTE DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, DENTRO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO.		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<p align="center"> <small>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</small> </p> <p align="center">  Ing. KELER A. CHAGUA TUCTO DIRECTOR </p>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

ANEXO N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRESM-2-2023-GRA-DIRESA/OEC-1			
		Fecha	01-08-2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO – DIRESA			
		RUC	20181079968			
		Dirección	Av. Independencia N° 355 – Huamanga – Ayacucho – Ayacucho			
		Teléfono(s)	987332007			
		Correo electrónico	logistica@saludayacucho.gob.pe			
		Persona de contacto	Wilber Cisneros Gómez			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	KRAJHER COMPANY S.A.C.			
		RUC	20603488840			
		Dirección	JR. R CACERES NRO. 1083 (ALT. 1RA CDRA AV PERU) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES			
		Teléfono(s)	989436871			
		Correo electrónico	kiahventas@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	ROMERO ALVARADO KATTY			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE OXÍMETROS DE PULSO DE MESA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA ASISTENCIA FRENTE DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, DENTRO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<p align="center">  </p>					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

ANEXO N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE-SM-2-2023-GRA-DIRESA/OEC-1		
		Fecha	01-08-2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO – DIRESA		
		RUC	20181079968		
		Dirección	Av. Independencia N° 355 – Huamanga – Ayacucho – Ayacucho		
		Teléfono(s)	987332007		
		Correo electrónico	logistica@saludayacucho.gob.pe		
		Persona de contacto	Wilber Cisneros Gómez		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CORPORACION DISE EIRL		
		RUC	20393025868		
		Dirección	JR. AGAMIS NRO. 902 URB. ZARATE (ENTRE LA AV LIMA Y LA AV LURIGANCHO) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO		
		Teléfono(s)	993723101		
		Correo electrónico	corpdisesac@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	CORDOVA MUCHA KATTIA YANINA		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE OXÍMETROS DE PULSO DE MESA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA ASISTENCIA FRENTE DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, DENTRO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO.		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<p align="center">   Ing. KELERA CHAGUATUCTO DIRECTOR </p>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL OXIMETRO DE PULSO DE MESA.

OXIMETRO DE PULSO DE MESA (PULSIOXIMETRO)	
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
A1	EQUIPO DE SOBREMESA, DISEÑO COMPACTO
A2	PANTALLA TFT-LCD A COLOR MAYOR A 3" Y DE ALTA RESOLUCIÓN.
A3	FUNCIONAMIENTO CON RED ELÉCTRICA Y BATERÍA.
A4	VISUALIZACIÓN DE BARRA DE INTENSIDAD DE PULSO Y ONDA PLESTIMOGRÁFICA
A5	TENDENCIAS NUMÉRICAS DE 72 HORAS O MÁS.
COMPONENTES	
PARÁMETROS DE MEDICIÓN	
A6	SATURACIÓN DE OXÍGENO (SPO2): DE 0 A 100% O RANGO MÁS AMPLIO. CON UNA RESOLUCIÓN DE 1%.
A7	FRECUENCIA DE PULSACIONES (BPM): DE 25 A 300 IPM O RANGO MÁS AMPLIO.
A8	PRECISIÓN: +/- 2% (70-100%, ADULTO/PEDÁTRICO), +/- 3% (70-100%, NEONATAL).
ALARMAS (AUDIBLES Y VISIBLES)	
A9	DE SPO2, NIVEL ALTO Y BAJO (AJUSTABLES).
A10	DE FRECUENCIA DE PULSO, CONFIGURABLE DE 30 A 300 PPM
A11	INDICADOR DE BATERÍA BAJA.
A12	INDICADOR DE SENSOR DESCONECTADO
A13	SILENCIADOR DE ALARMA.
ACCESORIOS	
A14	UN (01) SENSOR DE SPO2 REUSABLE ADULTO (POR CADA EQUIPO, TOTAL 12).
A15	UN (01) SENSOR DE SPO2 REUSABLE PEDIÁTRICO (POR CADA EQUIPO, TOTAL 12).
A16	UN (01) SENSOR DE SPO2 REUSABLE NEONATAL (POR CADA EQUIPO, TOTAL 12).
A17	UN (01) CABLE DE PODER DE GRADO MÉDICO CON TOMA A TIERRA (POR CADA EQUIPO, TOTAL 12).
A18	MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL (POR CADA EQUIPO, TOTAL 12)
A19	CON CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA DE UN (01) AÑO (POR CADA EQUIPO, TOTAL 12).
REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	
A20	FUNCIONAMIENTO CON RED ELÉCTRICA 100 – 240 VAC, POTENCIA 70 VA, FRECUENCIA 50/60 Hz.
A21	BATERÍA DE LITIO - ION RECARGABLE INCORPORADA EN CADA EQUIPO (14.8V CON CAPACIDAD MAYOR A 2200 mAh) CON AUTONOMÍA DE 8.5 / 17 HORAS O MÁS DE TRABAJO CONTINUO.

A



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE AYACUCHO
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL
DE EMERGENCIAS Y DE SALES

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DIRESA