

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ESSALUD 2023

Ruc/código : 20459090003

Nombre o Razón social : JP REHAB S.R.L.

Fecha de envío : 02/07/2024

Hora de envío : 22:45:09

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

Las Bases solicitan planchas de orthoplast con C.Informacion Ecologica C02. Europea Directo de dispositivos Medicos 2007/47/ec efectivo desde Marzo 2010, Siendo que existen planchas de orthoplast de procedencia americana (USA) y no solo europeas, existen Planchas de Orthoplast con Certificacion ISO por el material que usa (Policaprolactone) y Certificacion FDA por ser Dispositivo Medico registrado de Clase 1, por lo cual se solicita al Comité Especial se acepten Certificaciones americanas y europeas para permitir la pluralidad de postores y la libre competencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: C      Literal: C02      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité acepta las Certificaciones Americanas y Europeas.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Absolución de Consulta presentada por la Empresa JP REHAB S.R.L., las Planchas de Ortoplast de 18"X24"X 3 sobre 32" de Espesor, para el numeral C02 INFORMACIÓN ECOLÓGICA, se aceptan las Certificaciones Americanas y Europeas.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ESSALUD 2023

Ruc/código :	20459090003	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	JP REHAB S.R.L.	Hora de envío :	22:45:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Las Bases solicitan planchas de orthoplast con A.Generales:A07. Cambio de estado: se pone moldeable a 136-140°F /58-60°C. Consulta, Siendo que existen diferentes modelos de planchas de orthoplast en el mercado mundial, cuyas temperaturas a las cuales son moldeables tambien pueden variar logrando el mismo resultado, por lo cual se solicita al Comité Especial se acepte planchas de orthoplast moldeables a temperaturas en rangos de 150° -160° F/ 65°-70° C para permitir la pluralidad de postores y la libre competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A07 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité aclara su Consulta, con respecto a las Especificaciones Técnicas - FORMATO N° 02 Literal A GENERALES, numeral A07 CAMBIO DE ESTADO indica: se pone moldeable a 136-140°F / 58-60°C hasta 150°-160°F / 65-70°C. Se aceptan también los Rangos de 150° -160° F/ 65°-70° C; en aplicación a los principios que rigen las contrataciones (Libertad de concurrencia, Igualdad de trato y Transparencia).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Absolución de Consulta presentada por la Empresa JP REHAB S.R.L., para el numeral A07 CAMBIO DE ESTADO: se pone moldeable a 136-140°F / 58-60°C hasta 150°-160°F / 65-70°C., se aceptan también los Rangos de 150° -160° F/ 65°-70°

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ESSALUD 2023

Ruc/código :	20459090003	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	JP REHAB S.R.L.	Hora de envío :	22:45:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las Bases se solicita en B. Propiedades Físicas y Químicas de las planchas de orthoplast B02. Densidad a 140°F- 60°C: 1,2 G/CM3. Se solicita al Comité Especial que siendo un característica tecnica especifica se pueda presentar una Declaracion Jurada de la empresa como sustento tecnico, adjutamos muestra en el momento de la presentacion de propuestas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B02 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité aclara su Consulta, con respecto a las Especificaciones Técnicas - FORMATO N° 02 Literal B PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS, numeral B02 indica: DENSIDAD a 140°F - 60°C: 1.2 G/CM3. Se acepta presentar una Declaración Jurada de la Empresa como sustento técnico, debiendo adjuntar una muestra al momento de la presentación de propuestas, con la finalidad de ser evaluada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Absolución de Consulta presentada por la Empresa JP REHAB S.R.L., para el numeral B02 DENSIDAD a 140°F - 60°C: 1.2 G/CM3., se acepta presentar una Declaración Jurada de la Empresa como sustento técnico, debiendo adjuntar una muestra al momento de la presentación de propuestas, con la finalidad de ser evaluada.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ESSALUD 2023

Ruc/código :	20459090003	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	JP REHAB S.R.L.	Hora de envío :	22:45:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las Bases se solicita en B. Propiedades Fisicas y Quimicas de las planchas de orthoplast B05.Viscosidad:21 °F -100° C 150000 pas. Se solicita al Comité Especial que siendo una característica tecnica especifica sobre la Viscosidad que es un indicador del material se pueda presentar una Declaracion Jurada de la empresa como sustento tecnico, adjutamos muestra en el momento de la presentacion de propuesta. .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B05 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité aclara su Consulta, con respecto a las Especificaciones Técnicas - FORMATO N° 02 Literal B PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS, numeral B05 indica: VISCOSIDAD 212°F - 100°C: 150000 Pa s. Se acepta presentar una Declaración Jurada de la Empresa como sustento técnico, debiendo adjuntar una muestra al momento de la presentación de propuestas, con la finalidad de ser evaluada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Absolución de Consulta presentada por la Empresa JP REHAB S.R.L., para el numeral B05 VISCOSIDAD 212°F - 100°C: 150000 Pa s., se acepta presentar una Declaración Jurada de la Empresa como sustento técnico, debiendo adjuntar una muestra al momento de la presentación de propuestas, con la finalidad de ser evaluada.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ESSALUD 2023

Ruc/código :	20459090003	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	JP REHAB S.R.L.	Hora de envío :	22:45:09

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las Bases en la presentacion de documentos obligatorios solicitan en el item h. Certificado de Analisis del producto terminado (Protocolo de Analisis) Siendo que la Norma de Salud Peruana en la Ley N° 29459 de productos farmaceuticos, dispositivos medicos y productos sanitarios. Decreto Supremo 016-2011 y sus modificatorias indica que las planchas de ortoplast al ser un producto de material moldeable para la confeccion de ferulas no se encuentran dentro del listado de productos publicados en la pagina web de la Direccion de Salud del Peru, por lo cual no requiere Registro Sanitario y no estamos obligados a presentar certificado de analisis o metodologia de analisis. Por lo cual se solicita al Comité Especial que la presentacion de este documento sea OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: 2.2.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios que rige las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité NO ACOGE su Observación, en vista queel Certificado de Analisis del producto terminado (Protocolo de Analisis), es un informe técnico necesario y útil para nosotros, el cual nos permitirá evaluar los resultados del producto (consignando la siguiente información: nombre del producto, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis, especificaciones técnicas y resultados analíticos).

Asimismo, lo estipulado en el último párrafo que indica: La presentación del Certificado de Análisis del Producto que se ofrece es obligatoria independientemente cuente o no con Registro Sanitario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null