

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-HDNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS REGISTRADORES Y ANALIZADORES DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE PRODUCTO PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20518568648	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	INSPER S.A.C.	Hora de envío :	12:12:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Favor de aclarar el texto mantenimiento interno porque no forma parte del objeto del concurso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que el mantenimiento interno consiste en desarmar las carcasas y limpiar suciedad, cambio y ajuste de pernos que requiere cada equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS REGISTRADORES Y ANALIZADORES DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE PRODUCTO PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20518568648	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	INSPER S.A.C.	Hora de envío :	12:12:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El equipo cesinel medcal-s es monofasico sin emargo se encuentra como registrador trifásico en el cuadro de cantidad de equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta y aclara que el registrador a calibrar es trifasico modelo Medcal ST II

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.1. CANTIDADES
(...)
CESINEL / MEDCAL-ST II 10

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS REGISTRADORES Y ANALIZADORES DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE PRODUCTO PARA HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20565793382	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	GADO-SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	15:22:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En dicho numeral solicitan como descripción técnica del servicio, que se realice el mantenimiento interno, sin embargo la acreditación ante INACAL para la calibración de equipos registradores impide que se realice este tipo de mantenimiento por ser incompatible con la acreditación mencionada, por lo que se sugiere no sea considerado dentro de los servicios solicitados

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Normas INACAL (17025)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria no acoge y aclara que el mantenimiento interno consiste en desarmar las carcasas y limpiar suciedad, cambio y ajuste de pernos que requiere cada equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null