

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11 DE ABRIL DEL 2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SERVICIO DE FARMACIA - SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES, FORTALECIDOS; CON ENFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 333-SF-DASP-INSN-2025 Memorando N° 334-SF-DASP-INSN-2025		Fecha de recepción	20.02.2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	28.03.2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	08.04.2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
							MEMO N° 150 y 162- UPLCP-OL-INSN-2025	07 y 12. Mar.2025
<p>La empresa ENDOMET TECHNOLOGHIES SAC, consulta si se aceptaran lo siguiente: - Cateter PBA. - Guia de 0.035. - Acero inoxidable, alambre multifilamento con memoria para conservar la forma, catéter de PTFE, mango de ABS. - Canastilla de acero inoxidable viene cargado en un catéter de PTFE con mango de ABS de sujeción para su manejo.</p> <p style="text-align: right;">La empresa ANJECI</p> <p>IMPORT. Y DIST. SRL, consulta se ampliar lo siguiente: - ENTIDAD: Catéter de Teflón AMPLIAR A: Catéter de PEBAX; - ENTIDAD: Longitud del catéter no menor de 180cm AMPLIAR A: Longitud 200cm; - ENTIDAD: Longitud no menor de 160cm AMPLIAR A: Longitud 200cm; ENTIDAD: Balón de Inflación no menor de 12mm de diámetro AMPLIAR A:.</p>								



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

						MEMO N° 149 y 164- UPLCP-OL-INSN-2025	07 y 12. Mar.2025
<p>La empresa ANJECI IMPORT. Y DIST. SRL, consulta se ampliar lo siguiente: - ENTIDAD: Catéter de Polivinilo AMPLIAR A: Catéter de PTFE y Mango (manija de control y anillo de pulgar) de ABS; - ENTIDAD: Catéter mayor o igual a 5Fr AMPLIAR A: 7Fr.; - ENTIDAD: Longitud no menor de 160cm AMPLIAR A: Longitud 200cm; - ENTIDAD: Aguja Regulable no mayor de 7mm AMPLIAR A: Aguja Regulable 6mm.</p> <p>La empresa HEMO MEDICAL SAC, consulta considerar como opcional lo siguiente: - 01 xilocaína al 1%; - 01 banda plástica; - 01 tijera.</p> <p>La empresa ENDOMET TECNOLOGHIES SAC, solicita se considere lo siguiente: - Catéter de PTFE; - Mango de ABS que tiene conexión para electro bisturi; - Catéter que termina en forma ahusada con aguja de 5 mm. Distal y no radiopaca; - 01 Bandeja de preparación que contenga: • 01 Jeringa de plástico, • 01 Aguja de 1 -1/2" calibre 19, • 01 aguja de 5/8" calibre 25, • 01 escalpelo No. 11, • 01 Cánula con aguja, • 01 dispositivo de fijación, • 01 Banda plástica – metálica de torsión, • 01 Tijera, • 01 Maquina de afeitar</p> <p>• 01 Pinzas hemostáticas, • 01 Bloque de mordida.</p>							
						MEMO N° 207-UPLCP-OL- INSN-2025	03.Abr.25
<p>La empresa HEMO MEDICAL SAC, consulta considerar como opcional lo siguiente: • 01 Banda plástica, • 01 Tijera, • 01 Maquina de afeitar, • 01 Pinzas hemostáticas, • 01 Bloque de mordida</p>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
						MEMO N° 533-SF-DASP- INSN-2025	19.03.2025
Mediante el MEMO N° 533-SF-DASP-INSN-2025 , el Servicio de Farmacia adjunta el MEMO N° 57-SG-INSN-2025 Idel Servicio de Gastroenterología, en el cual se indica que para lograr una mayor pluralidad de postoes se amplian las Especificaciones Técnicas.							
						MEMO N° 532-SF-DASP- INSN-2025	19.03.2025
Mediante el MEMO N° 532-SF-DASP-INSN-2025 , el Servicio de Farmacia adjunta el MEMO N° 56-SG-INSN-2025 Idel Servicio de Gastroenterología, en el cual se indica que para lograr una mayor pluralidad de postoes se amplian las Especificaciones Técnicas.							
						MEMO N° 707-SF-DASP- INSN-2025	07.04.2025
Mediante el MEMO N° 707-SF-DASP-INSN-2025 , el Servicio de Farmacia adjunta el MEMO N° 73-SG-INSN-2025 Idel Servicio de Gastroenterología, en el cual se indica que para lograr una mayor pluralidad de postoes se amplian las Especificaciones Técnicas.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20.02.2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			11.Abr.25	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
<p>ATILIO PALMIERI SRL / ENDOMET TECNOLOGHIES SAC / NOVA MEDICAL SAC</p> <p>Se remitió solicitud de cotización a los distintos proveedores que se dedican al rubro, requerimiento que fue atendido por las empresas antes mencionadas; Se ha evidenciado que en la indagacion de mercado efectuado se ha logrado obtener la pluralidad de postoes.</p>							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL			SI		NO	X
<p>COOK / MTW / CLINY / OSYPKA</p> <p>De la búsqueda realizada en la indagacion de mercado, Se ha evidenciado que en la indagacion de mercado efectuado se ha logrado obtener la pluralidad de marcas.</p>							
3.4				SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>					

4	<div style="text-align: center;">  MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Lic. Adm. MARCO SARANGO TORNERO <small>Jefe de la Oficina de Logística</small> </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

[Handwritten signature]



