

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-MP-FN-JN-IMLCF-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN SEMIAUTOMATIZADO PARA PROCEDIMIENTO FTA PARA MUESTRAS DE REFERENCIA PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO		

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:51:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

"De acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas:
""A5 Soporta todo tipo de placas con capacidad máxima de 2 placas (100 a 200 tarjetas FTA) o similares""

De acuerdo a los formatos utilizados en los equipos requeridos, usualmente son de 96 pocillos o sus múltiplos, al igual que los termocicladores, real time, secuenciadores, etc.
Con los que se tiene los flujos de trabajo forense o de identificación humana.

Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria si la capacidad máxima de 2 placas en relación a la cantidad de tarjetas tipo FTA o similares,
serían para 96 o 192 tarjetas FTA o similares?"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: A6 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Par permitir la pluralidad de postores se aclara la consulta y se admite la modificación en las bases, aclarando de que en relación a las placas que cada una de ellas es de 96 pocillos
""A5 Soporta todo tipo de placas con capacidad máxima de 2 placas (96-100 a 192 -200 tarjetas FTA) o similares""

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MP-FN-JN-IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN SEMIAUTOMATIZADO PARA PROCEDIMIENTO FTA PARA MUESTRAS DE REFERENCIA PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:51:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"De acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas:
""A5 Soporta todo tipo de placas con capacidad máxima de 2 placas (100 a 200 tarjetas FTA) o similares""

De acuerdo a los formatos utilizados en los equipos requeridos, usualmente son de formato de 96 pocillos de 0.2mL, al igual que los termocicladores, real time, secuenciadores, etc.
Con los que se tiene los flujos de trabajo forense o de identificación humana.

Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria si la característica ""todo tipo de placas"" no incluye a las placas de pozo profundo (Deep Well) o si pueden ser opcionales, debido a que difieren en capacidad de las de 0.2mL. El requerimiento de soporte sería en todo tipo de placas en formato de 0.2mL?"

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 4.1 Literal: A6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara de que en relacion a las placas que la característica ""todo tipo de placas"", tambien se consideran las placas en formato de 0.2 mL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MP-FN-JN-IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN SEMIAUTOMATIZADO PARA PROCEDIMIENTO FTA PARA MUESTRAS DE REFERENCIA PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:51:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"De acuerdo a los ""Requisitos del Proveedor y/o Técnico"":

""7.2 PERFIL DE PERSONAL CLAVE""

a) Ingeniero Biomédico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Electrónico, con experiencia como mínimo 03 años en mantenimiento, instalación de equipos de laboratorio de biología molecular.

b) El personal clave que hace la entrega, capacitación y puesta en funcionamiento del bien, deberá ser certificada por el fabricante del bien a adquirir.

Debido a que el personal que instala o realiza mantenimientos, no necesariamente es el mismo que realiza la capacitaciones o puesta en funcionamiento del bien. Se consulta al comité en comunicación con el área usuaria, si en los perfiles de personal clave pueden tambien aceptar a profesionales de ciencias de la salud o relacionados, para las tareas de capacitación y puesta en funcionamiento, certificado por el fabricante."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Par permitir la pluralidad de postores se acoge parcialmente la consulta y se admite la modificacion en las bases:

b) Para la configuración a nivel usuario, puesta en funcionamiento, pruebas operativas y capacitación del bien, se deberá contar con Ingeniero Biomédico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Electrónico o profesionales de ciencias de la salud o relacionados y ser certificado por el fabricante del bien a adquirir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MP-FN-JN-IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN SEMIAUTOMATIZADO PARA PROCEDIMIENTO FTA PARA MUESTRAS DE REFERENCIA PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:51:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"De acuerdo a lo requerido en el numeral ""8. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION"":

""8.1 Al momento de la entrega y recepción de los equipos, el proveedor deberá entregar un (01) video tutorial de la operación y mantenimiento del equipo (en un dispositivo USSB), un (01) juego de manuales originales (en un dispositivo USB e impreso); si los manuales estuvieran en idioma extranjero deberán presentar un juego traducido por un traductor certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores u otra entidad competente.""

Considerando que los manuales son de contenido técnico y relacionado a procedimientos o flujos de trabajo en laboratorio, se consulta al comité en coordinación con el área usuaria, si la traducción de los manuales pueden ser realizado de manera fidedigna por traductor simple, evitando sobre costos en certificaciones."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Par permitir la pluralidad de postores se acoge la consulta y se admite la modificación en las bases:

8.1. Al momento de la entrega y recepción de los equipos, el proveedor deberá entregar un (1) video tutorial de la operación y mantenimiento del equipo (en un dispositivo USB), un (01) juego de manuales originales (en un dispositivo USB e impreso); si los manuales estuvieran en idioma extranjero deberán presentar un juego traducido al idioma español en dispositivo USB e impreso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MP-FN-JN-IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN SEMIAUTOMATIZADO PARA PROCEDIMIENTO FTA PARA MUESTRAS DE REFERENCIA PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:51:54

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas:
8.3. El equipo deberá contar con carta de garantía del fabricante.
Debido a que una garantía se pide con el fin de asegurar el equipo frente a fallas de fabricación o fallas que no se observen en la instalación,etc y esta garantía se pide por uno o más años; el postor es el que respalda esta garantía directamente ante la entidad, además de que el postor presenta ante la institución una declaración jurada que indica el compromiso adquirido por el postor para cubrir la garantía del equipo(s) según los aspectos y tiempos requeridos en las bases. En base a lo expuesto, solicitamos al comité en consulta con el área usuaria aceptar alternativamente "8.3. El equipo deberá contar con carta de garantía por parte del fabricante o postor", permitiendo mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Par permitir la pluralidad de postores se acoge la consulta y se admite la modificacion en las bases:
8.3. El equipo deberá contar con carta de garantía del fabricante o postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MP-FN-JN-IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN SEMIAUTOMATIZADO PARA PROCEDIMIENTO FTA PARA MUESTRAS DE REFERENCIA PARA LA UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA DE AYACUCHO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	21:26:28

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas:

"7.2 Perfil de Personal Clave:

b) El personal clave que hace la entrega, capacitación y puesta en funcionamiento del bien, deberá ser certificada por el fabricante del bien a adquirir"

Se debería de tener en consideración que la línea del equipo que se desea adquirir está relacionada a los equipos analizadores genéticos, por lo que comparten tecnología. En base a lo expuesto, consultamos amablemente al comité especial en coordinación con el área usuaria aceptar alternativamente " b) El personal clave que hace la entrega, capacitación y puesta en funcionamiento del bien, deberá ser certificada por el fabricante del bien a adquirir en equipos Analizadores Genéticos" .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Par permitir la pluralidad de postores se acoge parcialmente la consulta y se admite la modificacion en las bases:

b)Para la configuración a nivel usuario, puesta en funcionamiento, pruebas operativas y capacitación del bien, se deberá contar con Ingeniero Biomédico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Electrónico o profesionales de ciencias de la salud o relacionados y ser certificado por el fabricante del bien a adquirir (Estación semiautomatizada para procedimientos FTA y/o en equipos Analizadores Genéticos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null