

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 15/01/2024

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 13:30:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 1.2 señalan para los 07 marcadores serológicos a la metodología Quimioluminiscencia.

En el mercado existen diferentes metodologías consideradas como Quimioluminiscencia, clasificadas como Quimioluminiscencia Convencional y Quimioluminiscencia Variante. Nuestra representada ofrece reactivos y equipos de metodología quimioluminiscente, con un principio patentado llamado Electroquimioluminiscencia, considerada como una metodología quimioluminiscente variante ofreciendo mejoras tecnológicas como: mejor sensibilidad, rapidez y mayor linealidad. De acuerdo al Artículo 29, numeral 29.1, literal a) del reglamento de contrataciones del estado (RLCE): ¿La indicación de todos los factores de evaluación, los cuales deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación?, solicitamos que los criterios de congruencia y equidad de las especificaciones técnicas del equipo y los reactivos considere ambos tipos de quimioluminiscencia (convencional y/o variante) a fin de no excluir ni limitar la participación de los postores de acuerdo a lo establecido por la ley de contrataciones del estado.

Solicitamos amablemente al comité especial confirmar que se aceptará la presentación de ofertas con reactivos y equipos con metodología quimioluminiscente convencional y/o variante, a fin de no excluir ni limitar la participación de los postores de acuerdo a lo establecido por la ley de contrataciones del estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge la consulta y aceptara las metodologias quimioluminiscente convencional y/o variante con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria acoge la consulta y aceptara las metodologias quimioluminiscente convencional y/o variante con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sobre el plazo de entrega:

Al respecto, se debe tomar en cuenta que una adecuada implementación implica adecuación del ambiente, posibles obras civiles, cableado, instalación de analizador con accesorios, equipos de cómputo y además de considerar la puesta en funcionamiento, eso quiere decir que el personal esté completamente capacitado para poner en marcha y operar los equipos, por lo cual, el plazo de 05 días calendarios resultaría insuficiente. Por lo cual solicitamos amablemente considerar para la primera entrega un plazo de entrega de 30 días calendario a partir de la recepción de la orden de compra, de modo que pueda realizarse de manera óptima la instalación y puesta en marcha de analizadores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: a Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria acoge parcialmente la consulta, pero considera excesivo lo solicitado en la consulta sin embargo acepta ampliar el plazo de la primera entrega hasta 20 dias calendario lo cual incluye la entrega de insumos e instalacion de equipos y puesta en funcionamiento, este plazo sera contabilizado a partir del dia siguiente de emitida la orden, para las entregas desde 2 hasta 12 se mantendra el plazo de 05 dias calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria acoge parcialmente la consulta, pero considera excesivo lo solicitado en la consulta sin embargo acepta ampliar el plazo de la primera entrega hasta 20 dias calendario lo cual incluye la entrega de insumos e instalacion de equipos y puesta en funcionamiento, este plazo sera contabilizado a partir del dia siguiente de emitida la orden, para las entregas desde 2 hasta 12 se mantendra el plazo de 05 dias calendario.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para los 07 marcadores serológicos, sobre la presentación de controles y calibradores líquidos y listos para usar.

Existen en el mercado diferentes proveedores que, a fin de brindarle una mayor estabilidad a los materiales de referencia (controles y calibradores), ha optimizado su proceso de producción ofreciendo productos diseñados para la evaluación de los procedimientos de medida incrementando significativamente su estabilidad y tiempo de vida útil; trazables a estándares internacionales bajo una presentación liofilizados, asegurando que la utilidad y procesamiento de dicho material no afecte su rendimiento ni desempeño en el control de calidad. Al tener mayor estabilidad estos controles y calibradores, se favorece la disponibilidad de un mismo lote de control calidad por más tiempo generando una estadística más robusta que impacta en resultados más confiables y representativos sin perjuicio de la estabilidad, conmutabilidad ni trazabilidad de dichos materiales.

Al respecto, la Guía C24-ED4 de la Clinical & Laboratory Standards Institute- CLSI señala lo siguiente: 1. Hay dos enfoques comunes para estabilizar el material de control de calidad: liofilización o líquido "congelado". 2. Los materiales liofilizados son la forma más estable en la que se suministran los materiales de control. Se caracterizan por una larga vida útil. Necesitan reconstituirse con un diluyente específico o, como en nuestro caso, necesitan agua para reconstituirse. Estos materiales son ideales para laboratorios en lugares donde los congeladores son poco comunes o costosos de manejar, o en laboratorios que tienen espacio limitado para congeladores. 3. En los materiales líquidos (¿) no se necesita reconstitución, sin embargo, los controles líquidos congelados necesitan una mezcla cuidadosa antes de su uso, y los agentes estabilizantes pueden interferir o contribuir a las estimaciones de imprecisión para algunos procedimientos de medición. Es decir, como bien se puede apreciar, ambos materiales de control y calibración presentan ventajas y desventajas; sin embargo, ninguna de ellas es determinante para elegir una opción y excluir la otra.

Solicitamos amablemente INCLUIR la presentación de controles y calibradores líquidos y/o liofilizados bajo la presentación de cada fabricante, en cantidad suficiente para la realización total de pruebas efectivas; a fin de no excluir ni limitar la participación de los postores de acuerdo a lo establecido por la ley de contrataciones del estado, toda vez que los bienes objeto de la convocatoria son los reactivos para el tamizaje serológico y los controles/calibradores son considerados como accesorios.

Paginas 22 a la 24

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el Area usuaria no acoge la consulta y aclara que el proceso de reconstitucion de material liofilizado implica un procedimiento adicional que es una posible fuente de error, pues es operador dependiente y ademas requiere de implementar pipetas las cuales deben estar adecuadamente calibradas y validadas tal como lo establece la CLSI, asi mismo se aclara que lo solicitado es reactivos, controles y calibradores LISTOS PARA USAR (sin reconstituyentes) y NO CONGELADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el Area usuaria no acoge la consulta y aclara que el proceso de reconstitucion de material liofilizado implica un procedimiento adicional que es una posible fuente de error, pues es operador dependiente y ademas requiere de implementar pipetas las cuales deben estar adecuadamente calibradas y validadas tal como lo establece la CLSI, asi mismo se aclara que lo solicitado es reactivos, controles y calibradores LISTOS PARA USAR (sin reconstituyentes) y NO CONGELADOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUSICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para los 07 marcadores serológicos, respecto a la ¿solución de lavado para todos los reactivos¿, observamos que este requerimiento no marca mayor relevancia en el proceso, limitando la participación de algunos postores por tener diferentes metodologías de análisis, por lo cual solicitamos amablemente al comité permitir que las soluciones de lavado se usen acorde a cada metodología.

Paginas 22 a la 24

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acoge la consulta y aclara al postor que las consultas realizadas deben ser claras y especificas, al respecto de la presente consulta no queda claro lo solicitado por tanto el Area usuaria aclara que todos los reactivos requieren solucion de lavado, las características del uso de la misma depende de la metodología propia de cada procedimiento de acuerdo a la propuesta realizada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria no acoge la consulta y aclara al postor que las consultas realizadas deben ser claras y especificas, al respecto de la presente consulta no queda claro lo solicitado por tanto el Area usuaria aclara que todos los reactivos requieren solucion de lavado, las características del uso de la misma depende de la metodología propia de cada procedimiento de acuerdo a la propuesta realizada

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUSICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN:

Mejoras a las especificaciones técnicas:

Sugerimos amablemente al comité, permitir incluir como mejora las siguientes características:

Para los REACTIVOS:

1. Reactivo de tamizaje BS anti Trypanosoma cruzi (Chagas) que emplee antígenos recombinantes de la proteína flagelar y cruzipaina, con la finalidad de detectar al patógenos en sus diferentes fases morfológicas de la enfermedad y así evitar falsos negativos, adicional que no presenta reacción cruzada con Leishmania que puedan causar transfusiones erróneas y causar efectos en la institución.
2. Reactivo de tamizaje BS anti HBc core con doble antígeno recombinante dirigidos al núcleo (core) del virus de la hepatitis B, el cual permite aumentar la especificidad del ensayo sin afectar la sensibilidad, esta mejora le permite a la institución obtener menos reprocesos y un mejor manejo de donantes y pacientes.
3. Reactivos de tamizaje de HCV que emplee tecnología de detección antígeno y anticuerpo el cual permite a la institución tener mejores resultados, sensibilidad y permite realizar confirmaciones certeras ya sea por antígeno o por anticuerpo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: F. EVALUAC Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acoge la consulta y no considera lo solicitado como factor de evaluacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria no acoge la consulta y no considera lo solicitado como factor de evaluacion

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a la prueba de Anti Hepatitis C, se observa que se solicita en metodología VHC CORE+ NS3 + NS4 + NS5, al respecto las diferentes marcas en el mercado diseñan sus metodologías y reactivos de acuerdo diversos criterios, evidenciando la calidad de los mismos a través de sus valores de sensibilidad y especificidad manifestos en insertos, por lo expuesto, solicitamos amablemente al comité suprimir el la proteína NS5₂ y/o ponerla de manera opcional y permitir la libre participación de postores, presentando el diseño de prueba de Anti Hepatitis C de acuerdo a su metodología, mientras cumpla los parámetros de sensibilidad y especificidad requeridos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria acoge la consulta y considerara la proteina NS5 como opcional, pero mantendra las condiciones de sensibilidad y especificidad para la prueba de Hepatitis C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria acoge la consulta y considerara la proteina NS5 como opcional, pero mantendra las condiciones de sensibilidad y especificidad para la prueba de Hepatitis C

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EQUIPO 1:

En las características del equipo, respecto a la metodología Quimioluminiscencia, en el mercado existen diferentes metodologías consideradas como Quimioluminiscencia, clasificadas como Quimioluminiscencia Convencional y Quimioluminiscencia Variante. Nuestra representada ofrece reactivos y equipos de metodología quimioluminiscente, con un principio patentado llamado Electroquimioluminiscencia, considerada como una metodología quimioluminiscente variante ofreciendo mejoras tecnológicas como: mejor sensibilidad, rapidez y mayor linealidad. De acuerdo al Artículo 29, numeral 29.1, literal a) del reglamento de contrataciones del estado (RLCE): ¿La indicación de todos los factores de evaluación, los cuales deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación¿, solicitamos que los criterios de congruencia y equidad de las especificaciones técnicas del equipo y los reactivos considere ambos tipos de quimioluminiscencia (convencional y/o variante) a fin de no excluir ni limitar la participación de los postores de acuerdo a lo establecido por la ley de contrataciones del estado.

Solicitamos amablemente al comité especial confirmar que se aceptará la presentación de ofertas con reactivos y equipos con metodología quimioluminiscente convencional y/o variante, a fin de no excluir ni limitar la participación de los postores de acuerdo a lo establecido por la ley de contrataciones del estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria acoge la consulta y aceptara las metodologias quimioluminiscente convencional y/o variante con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria acoge la consulta y aceptara las metodologias quimioluminiscente convencional y/o variante con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

EQUIPO 1:

En las especificaciones técnicas en el apartado de características indica lectores de códigos de barras para los tubos primarios aguja de titanio, al respecto, en el mercado existen diferentes instrumentos que son fabricados y validados para el uso exclusivo en los analizadores diagnósticos, asegurando calidad por su metodología en uso, con puntas y cubetas descartables y por sus pruebas la alta calidad y performance de los mismos, por lo cual exigir agujas de titanio para soportar lavados extremos para de esa forma asegurar calidad, limita la libre competencia y pluralidad de postores. Por lo expuesto, solicitamos amablemente al comité y para permitir una mayor pluralidad de postores, considerar que las agujas de titanio sean opcionales o de acuerdo a la metodología del fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria aclara al postor que lo que se requiere es que la dispensacion se realice mediante el sistema de agujas, para evitar que estas mismas sufran desperfectos por colisiones,etc deben ser fabricadas con materiales altamente resistentes por tal motivo se solicita sean de Titanio o de un material altamente resistente, esta caracterisitica debe ser sustentada mediante cualquiera de los documentos solicitados, no se aceptaran equipos que utilicen sistema de punteras, asi mismo se aclara que en el mercado existen diversos proveedores que ofrecen equipos con estas características de sistemas de aguja.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria aclara al postor que lo que se requiere es que la dispensacion se realice mediante el sistema de agujas, para evitar que estas mismas sufran desperfectos por colisiones,etc deben ser fabricadas con materiales altamente resistentes por tal motivo se solicita sean de Titanio o de un material altamente resistente, esta caracterisitica debe ser sustentada mediante cualquiera de los documentos solicitados, no se aceptaran equipos que utilicen sistema de punteras, asi mismo se aclara que en el mercado existen diversos proveedores que ofrecen equipos con estas características de sistemas de aguja.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

EQUIPO 1:

En las especificaciones técnicas en características del equipo, respecto a la temperatura de funcionamiento de 15 a 30°C, consultamos amablemente a la entidad que se aclare si es temperatura de ambiente de funcionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria aclara que hace referencia a la temperatura de ambiente de funcionamiento del equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria aclara que hace referencia a la temperatura de ambiente de funcionamiento del equipo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

EQUIPO 1:

En las Especificaciones técnicas de equipo en cesion de uso en Consumibles, controles y complementarios, indica ¿Calibradores y controles líquidos listos para usar¿.

Sobre la presentación de calibradores y controles líquidos listos para usar, existen en el mercado diferentes proveedores que, a fin de brindarle una mayor estabilidad a los materiales de referencia (controles y calibradores), ha optimizado su proceso de producción ofreciendo productos diseñados para la evaluación de los procedimientos de medida incrementando significativamente su estabilidad y tiempo de vida útil; trazables a estándares internacionales bajo una presentación liofilizados, asegurando que la utilidad y procesamiento de dicho material no afecte su rendimiento ni desempeño en el control de calidad. Al tener mayor estabilidad estos controles y calibradores, se favorece la disponibilidad de un mismo lote de control calidad por más tiempo generando una estadística más robusta que impacta en resultados más confiables y representativos sin perjuicio de la estabilidad, conmutabilidad ni trazabilidad de dichos materiales.

Al respecto, la Guía C24-ED4 de la Clinical & Laboratory Standards Institute- CLSI señala lo siguiente:

1. Hay dos enfoques comunes para estabilizar el material de control de calidad: liofilización o líquido "congelado".
2. Los materiales liofilizados son la forma más estable en la que se suministran los materiales de control. Se caracterizan por una larga vida útil. Necesitan reconstituirse con un diluyente específico o, como en nuestro caso, necesitan agua para reconstituirse. Estos materiales son ideales para laboratorios en lugares donde los congeladores son poco comunes o costosos de manejar, o en laboratorios que tienen espacio limitado para congeladores.
3. En los materiales líquidos (¿) no se necesita reconstitución, sin embargo, los controles líquidos congelados necesitan una mezcla cuidadosa antes de su uso, y los agentes estabilizantes pueden interferir o contribuir a las estimaciones de imprecisión para algunos procedimientos de medición. Es decir, como bien se puede apreciar, ambos materiales de control y calibración presentan ventajas y desventajas; sin embargo, ninguna de ellas es determinante para elegir una opción y excluir la otra.

Solicitamos amablemente INCLUIR la presentación de calibradores y controles líquidos y/o liofilizados bajo la presentación de cada fabricante, en cantidad suficiente para la realización total de pruebas efectivas; a fin de no excluir ni limitar la participación de los postores de acuerdo a lo establecido por la ley de contrataciones del estado, toda vez que los bienes objeto de la convocatoria son los reactivos para el tamizaje serológico y los controles/calibradores son considerados como accesorios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el Area usuaria no acoge la consulta y aclara que el proceso de reconstitucion de material liofilizado implica un procedimiento adicional que es una posible fuente de error, pues es operador dependiente y ademas requiere de implementar pipetas las cuales deben estar adecuadamente calibradas y validadas tal como lo establece la CLSI, asi mismo se aclara que lo solicitado es reactivos, controles y calibradores LISTOS PARA USAR (sin reconstituyentes) y NO CONGELADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

el Area usuaria no acoge la consulta y aclara que el proceso de reconstitucion de material liofilizado implica un procedimiento adicional que es una posible fuente de error, pues es operador dependiente y ademas requiere de implementar pipetas las cuales deben estar adecuadamente calibradas y validadas tal como lo establece la CLSI, asi mismo se aclara que lo solicitado es reactivos, controles y calibradores LISTOS PARA USAR (sin reconstituyentes) y NO CONGELADOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

EQUIPO 2:

En las especificación técnica, en Equipo back up se solicita la metodología Quimioluminiscencia, en el mercado existen diferentes metodologías consideradas como Quimioluminiscencia, clasificadas como Quimioluminiscencia Convencional y Quimioluminiscencia Variante. Nuestra representada ofrece reactivos y equipos de metodología quimioluminiscente, con un principio patentado llamado Electroquimioluminiscencia, considerada como una metodología quimioluminiscente variante ofreciendo mejoras tecnológicas como: mejor sensibilidad, rapidez y mayor linealidad. De acuerdo al Artículo 29, numeral 29.1, literal a) del reglamento de contrataciones del estado (RLCE): ¿La indicación de todos los factores de evaluación, los cuales deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación¿, solicitamos que los criterios de congruencia y equidad de las especificaciones técnicas del equipo y los reactivos considere ambos tipos de quimioluminiscencia (convencional y/o variante) a fin de no excluir ni limitar la participación de los postores de acuerdo a lo establecido por la ley de contrataciones del estado.

Solicitamos amablemente al comité especial confirmar que se aceptará la presentación de ofertas con reactivos y equipos principal y backup con metodología quimioluminiscente convencional y/o variante, a fin de no excluir ni limitar la participación de los postores de acuerdo a lo establecido por la ley de contrataciones del estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria acoge la consulta y aceptara las metodologias quimioluminiscente convencional y/o variante con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria acoge la consulta y aceptara las metodologias quimioluminiscente convencional y/o variante con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las bases señala que el postor ganador debera garantizar la inscripción en un Programa de Control de Calidad Externo Interlaboratorial.

Solicitamos amablemente al comite especial aclarar si la institución necesita inscripción en un programa de calidad externo y adicional un programa de control interlaboratorial, por favor indicar si la interpretación es la correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria aclara a los postores que lo que se requiere es la inscripcion en un programa de control de calidad externo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria aclara a los postores que lo que se requiere es la inscripcion en un programa de control de calidad externo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

EQUIPO 1 Y 2:

En las paginas 26, 27 y 28 con respecto al ¿personal de soporte técnico certificado por el fabricante; nuestra representada (al igual que la gran mayoría de proveedores con tecnologías, marcas, fabricantes y fabricantes legales diferentes) ha establecido un representante autorizado para la ejecución de las capacitaciones y entrenamientos, con la aprobación y reconocimiento oficial por parte del fabricante; siendo posible que nuestro personal de ingeniería se encuentre certificado por el representante autorizado del fabricante.

Solicitamos al comité especial admita la presentación de propuestas con personal de ingeniería certificado por el fabricante y/o representante autorizado por el fabricante con autorización para entrenamiento de usuarios finales, garantizando las competencias necesarias para brindar el servicio necesario y oportuno ante cualquier solicitud de soporte técnico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria acoge la consulta y aceptara que el personal de soporte tecnico sea certificado por el fabricante y/o representante autorizado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria acoge la consulta y aceptara que el personal de soporte tecnico sea certificado por el fabricante y/o representante autorizado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Respecto a los accesorios solicitados ¿centrífuga con capacidad de 36 tubos a más de antigüedad no mayor a 2 años¿, entendemos que al ser accesorios para un nuevo proceso de licitación y la importancia de que estos cuenten con la garantía de soporte durante el proceso, estos materiales deben cumplir con una antigüedad no mayor igual a un año para así asegurar su respectivo funcionamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acoge la consulta y considerara la antigüedad del equipo mencionado en no mayor a 2 años

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria no acoge la consulta y considerara la antigüedad del equipo mencionado en no mayor a 2 años

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto al cronograma de entregas, cada casa comercial maneja diferentes cantidades de test en sus kits de reactivo, por lo cual el permitir que se ajusten las cantidades de acuerdo a la presentación de cada postor brinda un trato igualitario entre los postores, beneficiando a la entidad con una mayor pluralidad de postores y por ende una mejor oferta económica.

Por lo expuesto, solicitamos amablemente al comité y en coordinación con el área usuaria, permitir que el postor ganador presente un cronograma de entregas acorde a la presentación de sus reactivos dentro de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: a Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria acoge parcialmente y aclara al postor que aceptara las presentaciones de acuerdo a la marca ofertada siempre y cuando estas sean mayores o iguales a 100 determinaciones por kit (esto debido a la capacidad operativa de la institucion para almacenamiento de insumos y reactivos), asi mismo no se debe afectar la cantidad total de determinaciones solicitadas, para este fin el area usuaria propondra un cronograma ajustado a la necesidad y de acuerdo a la presentacion del producto del postor ganador al momento de la firma del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria acoge parcialmente y aclara al postor que aceptara las presentaciones de acuerdo a la marca ofertada siempre y cuando estas sean mayores o iguales a 100 determinaciones por kit (esto debido a la capacidad operativa de la institucion para almacenamiento de insumos y reactivos), asi mismo no se debe afectar la cantidad total de determinaciones solicitadas, para este fin el area usuaria propondra un cronograma ajustado a la necesidad y de acuerdo a la presentacion del producto del postor ganador al momento de la firma del contrato

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUSICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las bases señala que el proveedor debe proporcionar un equipo de respaldo Quimioluminiscencia para Back Up

Solicitamos amablemente al comite especial que el equipo Back Up se pueda implementar en la institución de acuerdo a la coordinación con el área usuaria.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria aclara al postor que de acuerdo a la ley de contrataciones las especificaciones tecnicas de los bienes solicitados deben estar establecidos en las bases, al respecto el area usuaria ha enviado las especificaciones tecnicas de insumos, reactivos, equipos (equipo 01, equipo back up y equipo 02) y otros como requerimientos minimos y deben ser cumplidos por los diversos postores para ser considerados en la evaluacion, asi mismo se aclara que se aceptaran bienes con caracterisitcas superiores a las solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria aclara al postor que de acuerdo a la ley de contrataciones las especificaciones tecnicas de los bienes solicitados deben estar establecidos en las bases, al respecto el area usuaria ha enviado las especificaciones tecnicas de insumos, reactivos, equipos (equipo 01, equipo back up y equipo 02) y otros como requerimientos minimos y deben ser cumplidos por los diversos postores para ser considerados en la evaluacion, asi mismo se aclara que se aceptaran bienes con caracterisitcas superiores a las solicitadas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las bases solicitan un software de gestión de laboratorio.

Solicitamos amablemente al comite especial confirmar en cuantas áreas se debe instalar el software

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria indica al postor que en la pag. 25 no se solicita ningun software de laboratorio, por no corresponder a este tipo de proceso, aclara ademas que lo solicitado es un Software de banco de Sangre y cuyas características estan establecidas en la pag 27 de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria indica al postor que en la pag. 25 no se solicita ningun software de laboratorio, por no corresponder a este tipo de proceso, aclara ademas que lo solicitado es un Software de banco de Sangre y cuyas características estan establecidas en la pag 27 de las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases solicitan un software de gestión de laboratorio,

Solicitamos amablemente al comite especial confirmar que la infraestructura de computadoras, red, impresoras, etc. requerida para acceder al software será provista por la entidad?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria indica al postor que en la pag. 25 no se solicita ningun software de laboratorio, por no corresponder a este tipo de proceso, aclara ademas que lo solicitado es un Software de banco de Sangre y cuyas características estan establecidas en la pag 27 de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria indica al postor que en la pag. 25 no se solicita ningun software de laboratorio, por no corresponder a este tipo de proceso, aclara ademas que lo solicitado es un Software de banco de Sangre y cuyas características estan establecidas en la pag 27 de las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las bases solicitan en el literal e) Copia simple de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente.

A nuestro entender Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente aplica SOLO al requerimiento de los 7 ¿REACTIVOS¿ objeto de la convocatoria.

Solicitamos amablemente al comite especial confirmar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuario acoge la consulta e indica que los registros sanitarios hacen referencia unicamente a los reactivos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuario acoge la consulta e indica que los registros sanitarios hacen referencia unicamente a los reactivos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las bases solicitan en el literal f) Copia Simple de Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente o documento equivalente.

A nuestro entender el documento solicitado aplica SOLO al requerimiento de los 7 ¿REACTIVOS¿ objeto de la convocatoria.

Solicitamos amablemente a vuestra entidad confirmar si es correcto nuestro entender.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria indica al postor que su apreciacion no es correcta e indica que el documento Copia Simple de Certificado de Buenas Practicas de Manufactura vigente o dicuemnto equivalente, se aplicaran para reactivos y equipos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria indica al postor que su apreciacion no es correcta e indica que el documento Copia Simple de Certificado de Buenas Practicas de Manufactura vigente o dicuemnto equivalente, se aplicaran para reactivos y equipos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUSICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las bases solicitan en el literal h) Hoja de presentación del bien ofertado Anexo N° 12. Dicho formato se acreditará mediante folletos, catálogos o similares para sustentar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del requerimiento.

En las bases estandar señala que en caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento TALES como FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES, la Entidad debe especificar con claridad qué Especificaciones Tecnicas serán acreditados con la documentación requerida.

En ese orden de ideas, solicitamos amablemente al comite especial precisar que en el anexo 12 se debe consignar lo siguiente:

Para los Reactivos: Presentación (Excepto el tiempo de expiración) metodología y muestra biologica

Y que estas especificaciones deben ser acreditadas con folletos y/o catálogos y/o similares, entendiendose que las demas especificaciones seran acreditadas con el anexo 3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria aclara al postor que las especificaciones tecnicas que deben ser acreditadas con documentacion como FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS, CARTAS DE FABRICANTE SON LOS SIGUIENTES:

5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DE REACTIVOS (PAG DE LA 21 A LA 23)

EQUIPOS EN CESION EN USO

EQUIPO 01 (PAG 23 A LA 25)

- 1. TIPO
- 2. METODOLOGIA
- 3. PERFORMANCE
- 4. CARACTERISITICAS
- 5. MUESTRA
- 6. PROCESAMIENTO DE DATOS
- 7. ACCESORIOS DEL EQUIPO
- 8. CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS
- 9. SOPORTE TECNICO
- 10. EQUIPO BACK UP
- 11. ANTIGÜEDAD

EQUIPO 02 (PAG 25 A LA 27)

- 1. TIPO
 - 2. METODOLOGIA
 - 3. PERFORMANCE
 - 4. CARACTERISITICAS
 - 5. MUESTRA
 - 6. PROCESAMIENTO DE DATOS
 - 7. ACCESORIOS DEL EQUIPO
 - 8. CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS
 - 9. SOPORTE TECNICO
 - 10. ANTIGÜEDAD
- CARACTERISTICAS DE SOFTWARE DE GESTION (PAG 27)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria aclara al postor que las especificaciones tecnicas que deben ser acreditadas con documentacion como FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS, CARTAS DE FABRICANTE SON LOS SIGUIENTES:

5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DE REACTIVOS (PAG DE LA 21 A LA 23)

EQUIPOS EN CESION EN USO

EQUIPO 01 (PAG 23 A LA 25)

1. TIPO

2. METODOLOGIA

3. PERFORMANCE

4. CARACTERISITICAS

5. MUESTRA

6. PROCESAMIENTO DE DATOS

7. ACCESORIOS DEL EQUIPO

8. CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

9. SOPORTE TECNICO

10. EQUIPO BACK UP

11. ANTIGÜEDAD

EQUIPO 02 (PAG 25 A LA 27)

1. TIPO

2. METODOLOGIA

3. PERFORMANCE

4. CARACTERISITICAS

5. MUESTRA

6. PROCESAMIENTO DE DATOS

7. ACCESORIOS DEL EQUIPO

8. CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

9. SOPORTE TECNICO

10. ANTIGÜEDAD

CARACTERISTICAS DE SOFTWARE DE GESTION (PAG 27)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUSICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las bases solicitan en el literal h) Hoja de presentación del bien ofertado Anexo N° 12. Dicho formato se acreditará mediante folletos, catálogos o similares para sustentar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del requerimiento.

Al respecto debemos indicar que en diversos Pronunciamientos del OSCE señala que los folletos, manuales, catálogos elaborados por el fabricante no necesariamente contienen todas las especificaciones de los bienes fabricados, limitándose muchas veces solo a las características que el fabricante busca resaltar; por lo tanto, resultaría razonable permitir que las características no contempladas en los referidos documentos puedan ser acreditadas con documentos elaborados por el fabricante, conforme lo establece en el Pron N°466-2012/DSU.

Solicitamos amablemente al comité de selección, aceptar la presentación de cartas emitidas por el fabricante para la acreditación de las especificaciones técnicas de los reactivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria acoge la consulta e indica al postor que ademas de lo señalado en las bases se aceptara las cartas del fabricante como documento para acreditar especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria acoge la consulta e indica al postor que ademas de lo señalado en las bases se aceptara las cartas del fabricante como documento para acreditar especificaciones tecnicas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las bases señalan en el literal h) Hoja de presentación del bien ofertado Anexo N° 12. Dicho formato se acreditará mediante folletos, catálogos o similares para sustentar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del requerimiento.

A nuestro enetender este anexo corresponde a los reactivos

Solicitamos amablemente al comite especial confirmar si nuestro enetender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selecion aclara que deberan presentar un anexo 12 para los insumos y otro anexo 12 para los equipos en cesion en uso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Comité de Selecion aclara que deberan presentar un anexo 12 para los insumos y otro anexo 12 para los equipos en cesion en uso

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO		
Nomenclatura :	LP-SM-7-2023-HRHD-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO		

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	15/01/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	13:30:45

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En las bases señalan en el literal h) Hoja de presentación del bien ofertado Anexo N° 12, completar alguna información.

Solicitamos amablemente al comite especial confirmar que el llenado del Anexo 12 debe ser de acuerdo a lo autorizado por Digemid en lo que corresponda.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** h **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion aclara al postor que las características técnicas que deben ser acreditadas con documentacion como FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS, CARTAS DE FABRICANTE SON LOS SIGUIENTES: características técnicas: 5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DE REACTIVOS (PAG DE LA

21 A LA 23)

EQUIPOS EN CESION EN USO

EQUIPO 01 (PAG 23 A LA 25)

1. TIPO

2. METODOLOGIA

3. PERFORMANCE

4. CARACTERISITICAS

5. MUESTRA

6. PROCESAMIENTO DE DATOS

7. ACCESORIOS DEL EQUIPO

8. CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

9. SOPORTE TECNICO

10. EQUIPO BACK UP

11. ANTIGÜEDAD

EQUIPO 02 (PAG 25 A LA 27)

1. TIPO

2. METODOLOGIA

3. PERFORMANCE

4. CARACTERISITICAS

5. MUESTRA

6. PROCESAMIENTO DE DATOS

7. ACCESORIOS DEL EQUIPO

8. CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

9. SOPORTE TECNICO

10. ANTIGÜEDAD

CARACTERISTICAS DE SOFTWARE DE GESTION (PAG 27)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el comite de seleccion aclara al postor que las características técnicas que deben ser acreditadas con documentacion como FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS, CARTAS DE FABRICANTE SON LOS SIGUIENTES: características técnicas: 5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DE REACTIVOS (PAG DE LA

21 A LA 23)

EQUIPOS EN CESION EN USO

EQUIPO 01 (PAG 23 A LA 25)

1. TIPO

2. METODOLOGIA

3. PERFORMANCE

4. CARACTERISITICAS

5. MUESTRA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA TAMIZAJE SANGUINEO CON EQUIPOS EN CESION EN USO

- 6. PROCESAMIENTO DE DATOS
 - 7. ACCESORIOS DEL EQUIPO
 - 8. CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS
 - 9. SOPORTE TECNICO
 - 10. EQUIPO BACK UP
 - 11. ANTIGÜEDAD
- EQUIPO 02 (PAG 25 A LA 27)
- 1. TIPO
 - 2. METODOLOGIA
 - 3. PERFORMANCE
 - 4. CARACTERISITICAS
 - 5. MUESTRA
 - 6. PROCESAMIENTO DE DATOS
 - 7. ACCESORIOS DEL EQUIPO
 - 8. CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS
 - 9. SOPORTE TECNICO
 - 10. ANTIGÜEDAD
- CARACTERISTICAS DE SOFTWARE DE GESTION (PAG 27)