



Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios N°010-2024- RSSCVRAEM/OEC-1						
1	Datos del documento	Número de informe			INFORME N° 006-2024/GRC/GRSC/UE406 RSCCVRAEM/ADM-UASA-NHM	
		Fecha de informe			11/10/2024	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ARTICULOS CLINICOS SANITARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD PICHARI			
3	Antecedentes					
<p>Con fecha 24 de setiembre del 2024, la Unidad de Logística recibe el INFORME N°032-2024/GRC/GRSC/US.406-RSSCV/U.S./KJMR, con lo que se procede la indagación de mercado, resultado del cual concluye en el presente informe.</p>						
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general				¿Cumple con la condición?	
					Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata.				x	
	Al realizar la indagación de mercados, lo proveedores del producto han ofertado con la condición de una entrega que no supera los 5 días, por ello se concluye que es un bien de disponibilidad inmediata.					
	b. Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.				x	
	Los productos ofertados no son fabricados a pedido, por el contrario, existe abundancia de los productos en el mercado, cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria.					
	c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.				x	
	Los productos ofertados son fáciles de obtener en el mercado pues existe múltiples empresas que ofertan dichos bienes.					
<p>Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.</p>						
5	Observaciones					
ninguna						
6	 <p align="center">GOBIERNO REGIONAL CUSCO GOBIERNO REGIONAL DE SALUD CUSCO UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO, PERU</p> <p align="center">ECON. NAIN HUAMAN MEDINA Jefe de la Unidad de Abastecimiento Servicios Auxiliares</p>					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					


Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE-SM-10-2024-RSSKP/OEC-1			
		Fecha	10/10/2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	UNIDAD EJECUTORA 406: RED DE SERVICIOS DE SALUD			
		RUC	20494981280			
		Dirección	JR. INTIRRAYMI NRO. 322 SEC. VILLA FLORES (A 1 CDRA			
		Teléfono(s)	941452734			
		Correo electrónico	abastecimientooredsaludkimbiri@gmail.com			
		Persona de contacto	Nain Huaman Medina			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	TESA MEDIC EIRL			
		RUC	20609656264			
		Dirección	P.J. NAZARETH MZA. D LOTE. 14 LIMA - LIMA - EL			
		Teléfono(s)	937 147 100			
		Correo electrónico	tesamedic@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	Maricruz velarde			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ARTICULOS CLINICOS SANITARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD PICHARI			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL CUSCO SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD UNIDAD EJECUTIVA 406: RED DE SERVICIOS DE SALUD ECON. NAIN HUAMÁN MEDINA Unidad de Abastecimiento Servicios Auxiliares</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	10/10/2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ARTICULOS CLINICOS SANITARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD PICHARI	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado:	=	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4			
Nombre, firma y sello del proveedor			



Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE-SM-10-2024-RSSKP/OEC-1			
		Fecha	10/10/2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	UNIDAD EJECUTORA 406: RED DE SERVICIOS DE SALUD			
		RUC	20494981280			
		Dirección	JR. INTIRRAYMI NRO. 322 SEC. VILLA FLORES (A 1 CDRA			
		Teléfono(s)	941452734			
		Correo electrónico	abastecimientoredsaludkimbiri@gmail.com			
		Persona de contacto	Nain Huaman Medina			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	MEDFAR EIRL			
		RUC	20611774738			
		Dirección	MZA. C LOTE. 10 OTR. COOP VIV. AMERICA LIMA - LIMA -			
		Teléfono(s)	991310401			
		Correo electrónico	medfar.ventas@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	Mirian			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ARTICULOS CLINICOS SANITARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD PICHARI			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	 <p align="center"> ECON NAIN HUAMAN MEDINA Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares </p>					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	10/10/2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ARTICULOS CLINICOS SANITARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD PICHARI	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado:	=	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4			
Nombre, firma y sello del proveedor			


Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE-SM-10-2024-RSSKP/OEC-1			
		Fecha	10/10/2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	UNIDAD EJECUTORA 406: RED DE SERVICIOS DE SALUD			
		RUC	20494981280			
		Dirección	JR. INTIRRAYMI NRO. 322 SEC. VILLA FLORES (A 1 CDRA			
		Teléfono(s)	941452734			
		Correo electrónico	abastecimientoredsaludkimbiri@gmail.com			
		Persona de contacto	Nain Huaman Medina			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	BRAN LAB EIRL			
		RUC	20609971879			
		Dirección	P.J. BUENO AIRES MZA. E LOTE. 3 ASC. EL BOSQUE			
		Teléfono(s)	992 270 445			
		Correo electrónico	branlabeirl@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	Estefany Morales			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ARTICULOS CLINICOS SANITARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD PICHARI			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">   ECON. NAIN HUAMAN MEDINA <small>Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares</small> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	10/10/2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ARTICULOS CLINICOS SANITARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD PICHARI	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado:	=	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4			
Nombre, firma y sello del proveedor			

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE-SM-10-2024-RSSKP/OEC-1			
		Fecha	10/10/2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	UNIDAD EJECUTORA 406: RED DE SERVICIOS DE SALUD			
		RUC	20494981280			
		Dirección	JR. INTIRRAYMI NRO. 322 SEC. VILLA FLORES (A 1 CDRA			
		Teléfono(s)	941452734			
		Correo electrónico	abastecimientoredsaludkimbiri@gmail.com			
		Persona de contacto	Nain Huaman Medina			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	BIOMEDICA SUPPLY SAC			
		RUC	20605447873			
		Dirección	PJ. RIO JORDAN NRO. 115 URB. BETHANIA LIMA - LIMA - EL AGUSTINO			
		Teléfono(s)	922 564 700			
		Correo electrónico	biomedicasupply@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	Saccatoma Contreras, Fernando			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ARTICULOS CLINICOS SANITARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD PICHARI			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  ECON NAIN HUAMAN MEDINA Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor				
1	Fecha del documento	10/10/2024		
2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ARTICULOS CLINICOS SANITARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD PICHARI	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
			No cumple	
	2.3	Monto total cotizado:	=	
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
3	Declaración jurada del proveedor			
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4				
	Nombre, firma y sello del proveedor			

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO Y ARTÍCULOS CLÍNICOS SANITARIOS PARA ATENCIÓN A PACIENTES.

I. DENOMINACIÓN DE ADQUISICIÓN:

Adquisición de instrumental médico quirúrgico y artículos clínicos sanitarios para el Centro de salud Pichari, para la atención directa a los pacientes.

II. AREA SOLICITANTE:

Dirección de Atención Integral de Salud de la Red de Servicios de Salud Cusco VRAEM.

III. FINALIDAD PÚBLICA:

La finalidad pública de la "**Adquisición de instrumental médico quirúrgico y artículos clínicos sanitarios**" para el Centro de Salud Pichari es garantizar una atención médica de calidad y oportuna a los pacientes, fortaleciendo la capacidad de respuesta del establecimiento de salud. Esta adquisición permitirá mejorar los procedimientos quirúrgicos y clínicos, optimizando el manejo de casos médicos y asegurando la protección de la salud pública en la comunidad. Al dotar al centro de salud con el instrumental adecuado, se busca también reducir complicaciones en intervenciones, minimizar riesgos y garantizar un entorno sanitario seguro y eficiente para los usuarios.

IV. OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN

El objetivo de la "**Adquisición de instrumental médico quirúrgico y artículos clínicos sanitarios**" es dotar al Centro de Salud Pichari con equipos y materiales esenciales que permitan la atención médica segura, eficiente y de calidad para los pacientes. Esto incluye mejorar la capacidad operativa del establecimiento, optimizar los procedimientos quirúrgicos y clínicos, y garantizar la disponibilidad de recursos para el tratamiento adecuado de emergencias y otras intervenciones médicas, contribuyendo a la mejora continua de los servicios de salud en la comunidad.



V. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios, Meta 146.

VI. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Antecedentes:

- La Ley del Sector Público para el Año Fiscal 2024 ha asignado presupuesto al Gobierno Regional de Cusco para financiar la operación y mantenimiento de los centros de salud, incluyendo el Centro de Salud Pichari.
- El Presupuesto Inicial Anual (PIA) 2024 incluye fondos destinados al Plan de Implementación Multianual 2023-2025 del Centro de Salud Pichari, contemplando la contratación de servicios esenciales para la operatividad continua del establecimiento, incluyendo el mantenimiento del grupo electrógeno, UPS y el tablero de transferencia eléctrica automática.

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Justificación:


La adquisición de instrumental médico quirúrgico y artículos clínicos sanitarios es imprescindible para garantizar la operatividad y la mejora continua de los servicios de salud en el Centro de Salud Pichari. La Ley del Sector Público para el Año Fiscal 2024 ha asignado recursos al Gobierno Regional de Cusco, los cuales incluyen la implementación de mejoras en los centros de salud, con el fin de asegurar la atención adecuada y oportuna a la población.

El Plan de Implementación Multianual 2023-2025 contempla la optimización de los servicios esenciales del Centro de Salud Pichari, lo que requiere dotar de instrumental y equipamiento de calidad, especialmente en el ámbito quirúrgico y clínico. La adecuada disponibilidad de estos recursos es fundamental para atender con seguridad las urgencias, emergencias y procedimientos médicos de rutina, lo cual contribuye a reducir riesgos, mejorar la atención al paciente y cumplir con los estándares de calidad en salud pública.

Además, esta adquisición no solo permitirá la continuidad operativa del establecimiento, sino que también fortalecerá su capacidad para enfrentar la demanda creciente de atención en la comunidad, evitando la desatención o demoras en los procedimientos que pueden afectar la salud y bienestar de los pacientes.

VII. ALCANCE Y CARACTERÍSTICA DE LOS BIENES:

La adquisición de instrumental médico quirúrgico y artículos clínicos sanitarios comprende los siguientes ítems, detallados a continuación. Las especificaciones técnicas mínimas de cada bien se encuentran anexadas al presente documento:



ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
1	BOLSA DE REANIMACION CON OXIGENO PARA ADULTO	UNIDAD	3
2	BOLSA DE REANIMACION CON OXIGENO PARA NEONATO	UNIDAD	3
3	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS (CINTA ERGONÓMICA PARA MEDIR PERÍMETRO 205 CM)	UNIDAD	6
4	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR ADULTO	UNIDAD	4
5	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR NEONATAL	UNIDAD	2
6	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR PEDIATRICO	UNIDAD	5
7	FRASCO DE PLASTICO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO 200 ML.	UNIDAD	5
8	LINTERNA PARA EXAMEN MÉDICO CHICA	UNIDAD	7
9	MARTILLO DE PERCUSION Modelo: Buck Procedencia: alemán	UNIDAD	5
10	RIÑONERA MEDIANA DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO MEDIDA DE 21.5 CM X 11 CM X 4 CM.	UNIDAD	15
11	RIÑONERA PEQUEÑA DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO MEDIDA DE 17 CM X 10 CM X 3CM	UNIDAD	15
12	SET DE INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO 11 PIEZAS	SET	7
13	SET INSTRUMENTAL DE CURACION X 08 PIEZAS	SET	7
14	SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA	SET	5
15	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 20CM X 17 CM CON TAPA	UNIDAD	15
16	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 10CM X 12. 5 CM CON TAPA	UNIDAD	15
17	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 16CM X 12 CM CON TAPA	UNIDAD	15

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Las características detalladas de cada bien, así como sus especificaciones técnicas, se presentan en el anexo correspondiente para asegurar que cumplan con los requisitos y estándares de calidad necesarios para su uso en la atención de pacientes del Centro de Salud Pichari.

VIII. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

- ✓ Persona Natural o Persona Jurídica, con RUC activo y habido
- ✓ Registro Nacional de Proveedores – RNP
- ✓ Contar con CCI
- ✓ No tener impedimento para contratar con el estado

IX. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:

8.1.- LUGAR: En el Almacén de la Red de Servicios de Salud Cusco VRAEM.

8.2. PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega es de 10 días calendarios, desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra.

X. FORMA DE PAGO:

LA ENTIDAD se obligue a pagar la contraprestación a EL PROVEEDOR en SOLES, en **PAGO UNICO**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 ° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción del trámite de pago y que sus documentos se encuentren completos y conformes.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los servicios.



11.1 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La conformidad será otorgada por la Dirección de atención Integral de Salud de la Red de Salud Cusco VRAEM, en el plazo máximo de 05 días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al PROVEEDOR, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días.

XI. PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Proveedor declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato u servicio, los términos de referencia y su oferta presentada; en caso de incumplimiento se procederá a imponer las penalidades o impedimentos correspondientes.

Penalidad por Mora: Sera por incumplimiento de dietas programadas para pacientes hospitalizados.

La penalidad será aplicada acorde a lo regulado por el artículo 162 ° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Otras Penalidades:

En concordancia con el art. 163^o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se considerarán las penalidades que a continuación se indican.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

XII. ANTICORRUPCIÓN:

El CONTRATADO se compromete a no ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato de manera directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado.

El CONTRATADO está obligado a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATADO se compromete a:

- comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento.
- Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.




"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
01	<p><u>BOLSA DE REANIMACION CON OXIGENO PARA ADULTO</u></p> <p>Resucitador manual, designado para la respiración artificial y la resucitación cardiopulmonar.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bolsa ventiladora de silicona, transparente de 1600ml, resistente al uso frecuente, de fácil limpieza y desinfección. (Adulto) -Válvula de seguridad para sobre presiones (RELIEF) -Tabuladora para oxígeno de 2 mtrs. -Bolsa de Reservorio de oxígeno de 2500ml. (Adulto) -Mascarilla transparente con borde anatómico para garantizar la hermeticidad, fácilmente lavable, resistentes al uso continuo, para adulto Nº 5 -Resucitador reusable y autoclavable a 134°C. En estuche de PLASTICO RESISTENTE. <p>Garantía: 1 año</p>	02	UNIDAD
02	<p><u>BOLSA DE REANIMACION CON OXIGENO PARA NEONATO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bolsa de silicona semi-transparente, esterilizable en autoclave. ➤ Conexiones estándar para mascarillas y tubos endotraqueales. ➤ Válvula de paciente (pico de pato) con sistema de pivote. ➤ Válvula limitadora de presión (relief). ➤ Mascarilla facial de silicona, completamente transparente con bordes anatómicos, esterilizable en autoclave ➤ Bolsa de reservorio de oxígeno desechable. ➤ Válvula de reservorio de oxígeno esterilizable en autoclave. ➤ Válvula PEEP esterilizable en autoclave. (Opcional). ➤ Tubo de conexión al balón de oxígeno desechable. <p>DATOS TÉCNICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volumen bolsa de silicona: 280ml • Volumen reservorio de O2: 600 ml. • Válvula relief: 40 cmH2O. • Concentración de oxígeno con bolsa de reservorio: 99% • Concentración de oxígeno sin bolsa de reservorio: 90% • Esterilización en autoclave a 134°C • Peso de paciente: < 7 Kg • Longitud del tubo de conexión al balón de oxígeno: 2m <p>ACCESORIOS ESTANDAR</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 01 mascarilla facial Nº 1. ○ 01 bolsa de silicona 280ml. ○ 01 válvula de paciente. ○ 01 válvula de sobrepresión 40cm H2O. ○ 01 bolsa de reservorio de oxígeno 600ml. ○ 01 tubo para conexión a balón de oxígeno 2m. ○ 01 maletín rígido de transporte y almacenamiento. ○ 01 manual de usuario. 	02	UNIDAD
03	<p><u>Cinta Ergonómica para Medir Perímetro</u></p> <p>Rango de medición en cm: 0 – 205 cm</p> <p>Rango de medición en inch: 0 – 80</p> <p>División: 1 mm, 1/8 inch</p> <p>Dimensiones (AxPxP): 70 x 22 x 65 mm , 2,8 x 0,9 x 2,6 inch</p> <p>Peso neto: 50 g , 0,1 lbs</p> <p>Funciones: Medición móvil</p> <p>CE: CE 0123</p>	52	UNIDAD



ITEM 5		
FAMILIA	EQUIPO DE DIAGNOSTICO COMPLEMENTARIO	
COMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD (MINSA)	ESTETOSCOPIO ADULTO	
COMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO	1. ESTETOSCOPIO ADULTO	
FIGO DEL BIEN	D-124	
A. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	A01 MODELO: : CLASSIC II ADULTO A02 DISPOSITIVO MEDICO UTILIZADO PARA LA AUSCULTACIÓN O PARA OÍR LOS SONIDOS INTERNOS DEL CUERPO, GENERALMENTE SE USA EN LOS RUIDOS CARDIACOS O RUIDOS RESPIRATORIOS, ES USADO EN MEDICINA, CARDIOLOGÍA, ENFERMERÍA, ETC.	
B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	B01 GENERALES B02 CAPACIDAD PARA DETECTAR SONIDOS DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA. B03 CON DIAFRAGMA GRANDE. B04 DE CAMPANA CIRCULAR. B05 PACIENTE: ADULTO. B06 ACABADO DE LA CAMPANA: ACERO INOXIDABLE. B07 APLICACIONES: EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO FÍSICO. B08 CONSTRUCCIÓN BINAURAL: DOBLE LUMEN. B09 CONSTRUCCIÓN DEL TUBO: DOBLE LUMEN. B10 FORMA DEL DIAFRAGMA: CIRCULAR. B11 MATERIAL DEL AURICULAR: ALUMINIO ANODIZADO. B12 MATERIAL DEL DIAFRAGMA: EPOXI/FIBRA DE VIDRIO. B13 MATERIAL DEL DIAFRAGMA: EPOXI/FIBRA DE VIDRIO. B14 TECNOLOGÍA DE LA PECHERA: DOBLE CARA. B15 TIPO DE DIAFRAGMA: DIAFRAGMA FLOTANTE. B16 TIPO DE PRODUCTO: FONENDOSCOPIO. B17 TIPO DE OLIVA: SELLADO SUAVE O CIERRE SUAVE. B18 MANGA DE CAMPANA: NO FRÍA PARA EL PACIENTE.	
C. ACCESORIOS, PERIFÉRICOS E INSUMOS ORIGINALES	C01 01 CABEZAL DE DOBLE CAMPANA, MEMBRANA SIMPLE ADULTO, CAMPANAS PARA ALTA Y BAJA FRECUENCIA. C02 01 JUEGO O KIT DE REPUESTOS (01 MEMBRANA PEDIÁTRICA, 01 PAR DE OLIVAS, 01 ANILLO O MANGA). C03 01 ESTUCHE RESISTENTE PARA GUARDAR Y TRANSPORTAR EL EQUIPO Y ACCESORIOS. C04 01 MANUAL DE USUARIO, EN ESPAÑOL.	
D. CAPACITACIÓN	D01 INSTALACIÓN DEL EQUIPO PARA SU VERIFICACIÓN OPERACIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD Y SOPORTE TÉCNICO.	
E. GARANTÍA	E01 GARANTÍA CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O MATERIAL 24 MESES.	
F. IMAGEN REFERENCIAL		




ITEM 6	
FAMILIA	EQUIPO DE DIAGNOSTICO COMPLEMENTARIO
NOMINACIÓN Estandarizada de Equipamiento de Salud (Minsa)	ESTETOSCOPIO NEONATAL
NOMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO	2. ESTETOSCOPIO NEONATAL
CÓDIGO DEL BIEN	D-124

A. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	A01	MODELO: CLASSIC II NEONATAL
	A02	DISPOSITIVO MEDICO UTILIZADO PARA LA AUSCULTACIÓN O PARA OÍR LOS SONIDOS INTERNOS DEL CUERPO, GENERALMENTE SE USA EN LOS RUIDOS CARDIACOS O RUIDOS RESPIRATORIOS, ES USADO EN MEDICINA, CARDIOLOGÍA, ENFERMERÍA, ETC.
B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	B01	GENERALES
	B02	CAPACIDAD PARA DETECTAR SONIDOS DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA.
	B03	CON DIAFRAGMA PEQUEÑO.
	B04	DE CAMPANA CIRCULAR.
	B05	PACIENTE: NEONATAL.
	B06	ACABADO DE LA CAMPANA: ACERO INOXIDABLE.
	B07	APLICACIONES: EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO FÍSICO.
	B08	CONSTRUCCIÓN BINAURAL: LUMEN ÚNICO.
	B09	CONSTRUCCIÓN DEL TUBO: LUMEN ÚNICO.
	B10	FORMA DEL DIAFRAGMA: CIRCULAR.
	B11	MATERIAL DEL AURICULAR: ALUMINIO ANODIZADO.
	B12	MATERIAL DEL DIAFRAGMA: EPOXI/FIBRA DE VIDRIO.
	B13	MATERIAL DEL DIAFRAGMA: EPOXI/FIBRA DE VIDRIO.
	B14	TECNOLOGÍA DE LA PECHERA: DOBLE CARA.
	B15	TIPO DE DIAFRAGMA: DIAFRAGMA FLOTANTE.
	B16	TIPO DE PRODUCTO: FONENDOSCOPIO.
	B17	TIPO DE OLIVA: SELLADO SUAVE O CIERRE SUAVE.
	B18	MANGA DE CAMPANA: NO FRÍA PARA EL PACIENTE.
C. ACCESORIOS, PERIFÉRICOS E INSUMOS ORIGINALES	C01	01 CABEZAL DE DOBLE CAMPANA, DE CAMPANAS PARA ALTA Y BAJA FRECUENCIA.
	C02	01 JUEGO O KIT DE REPUESTOS (01 MEMBRANA, 01 PAR DE OLIVAS, 01 ANILLO O MANGA).
	C03	01 ESTUCHE RESISTENTE PARA GUARDAR Y TRANSPORTAR EL EQUIPO Y ACCESORIOS.
	C04	01 MANUAL DE USUARIO, EN ESPAÑOL.
D. CAPACITACIÓN	D01	INSTALACIÓN DEL EQUIPO PARA SU VERIFICACIÓN OPERACIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD Y SOPORTE TÉCNICO.
E. GARANTÍA	E01	GARANTÍA CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O MATERIAL 24 MESES.
F. IMAGEN REFERENCIAL	F01	



ITEM 7

FAMILIA	EQUIPO DE DIAGNOSTICO COMPLEMENTARIO
NOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD (MINSAL)	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
NOMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO	3. ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
CÓDIGO DEL BIEN	D-124

A. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	<p>A01 MODELO: : CLASSIC II PEDIATRICO</p> <p>A02 DISPOSITIVO MEDICO UTILIZADO PARA LA AUSCULTACIÓN O PARA OÍR LOS SONIDOS INTERNOS DEL CUERPO, GENERALMENTE SE USA EN LOS RUIDOS CARDIACOS O RUIDOS RESPIRATORIOS, ES USADO EN MEDICINA, CARDIOLOGÍA, ENFERMERÍA, ETC.</p>
B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<p>B01 GENERALES</p> <p>B02 CAPACIDAD PARA DETECTAR SONIDOS DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA.</p> <p>B03 CON DIAFRAGMA PEQUEÑO.</p> <p>B04 DE CAMPANA CIRCULAR.</p> <p>B05 PACIENTE: PEDIÁTRICO.</p> <p>B06 ACABADO DE LA CAMPANA: ACERO INOXIDABLE.</p> <p>B07 APLICACIONES: EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO FÍSICO.</p> <p>B08 CONSTRUCCIÓN BINAURAL: DOBLE LUMEN.</p> <p>B09 CONSTRUCCIÓN DEL TUBO: DOBLE LUMEN.</p> <p>B10 FORMA DEL DIAFRAGMA: CIRCULAR.</p> <p>B11 MATERIAL DEL AURICULAR: ALUMINIO ANODIZADO.</p> <p>B12 MATERIAL DEL DIAFRAGMA: EPOXI/FIBRA DE VIDRIO.</p> <p>B13 MATERIAL DEL DIAFRAGMA: EPOXI/FIBRA DE VIDRIO.</p> <p>B14 TECNOLOGÍA DE LA PECHERA: DOBLE CARA.</p> <p>B15 TIPO DE DIAFRAGMA: DIAFRAGMA FLOTANTE.</p> <p>B16 TIPO DE PRODUCTO: FONENDOSCOPIO.</p> <p>B17 TIPO DE OLIVA: SELLADO SUAVE O CIERRE SUAVE.</p> <p>B18 MANGA DE CAMPANA: NO FRÍA PARA EL PACIENTE.</p>
C. ACCESORIOS, PERIFÉRICOS E INSUMOS ORIGINALES	<p>*La cantidad es referencial. los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas.</p> <p>C01 01 CABEZAL DE DOBLE CAMPANA, MEMBRANA SIMPLE PEDIÁTRICA, CAMPANAS PARA ALTA Y BAJA FRECUENCIA.</p> <p>C02 01 JUEGO O KIT DE REPUESTOS (01 MEMBRANA PEDIÁTRICA, 01 PAR DE OLIVAS, 01 ANILLO O MANGA).</p> <p>C03 01 ESTUCHE RESISTENTE PARA GUARDAR Y TRANSPORTAR EL EQUIPO Y ACCESORIOS.</p> <p>C04 01 MANUAL DE USUARIO, EN ESPAÑOL.</p>
D. CAPACITACIÓN	<p>D01 INSTALACIÓN DEL EQUIPO PARA SU VERIFICACIÓN OPERACIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD Y SOPORTE TÉCNICO.</p>
E. GARANTÍA	<p>E01 GARANTÍA CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O MATERIAL 24 MESES.</p>
F. IMAGEN REFERENCIAL	<p>F01</p> 



VASO HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO MEDICINAL



Descripción de Producto

Vaso Humidificador oxígeno proporciona una alta humedad a la burbuja de oxígeno con el tipo de proceso de humidificación.


- Contiene una válvula de alivio de seguridad, O2 DISS tuerca hembra Adaptador de entrada y un difusor de extraíble cabeza
- De metal cromado.
- El racor de salida es una púa de manguera de 3/16" a 1/4" ID tubo de plástico.
- El pc/jar de polipropileno puede ser vapor, gas o líquido esterilizado y aptos para el lavavajillas.
- Max y Min los niveles de agua claramente marcadas.
- La línea max de 200 mL de agua.



El nombre del elemento	La válvula de alivio de seguridad	Jar la capacidad de línea max	La capacidad de water utilizable	El racor de entrada	Adaptador de salida
Vaso humidificador oxígeno HQ-HB-01	Bloqueado, libera gas	200ml	150ml	El oxígeno DISS hembra con la tuerca de mariposa (9/16-18 rosca)	Manguera de 3/16" a 1/4" de diámetro interior

ITEM 10

FAMILIA	EQUIPO DE DIAGNOSTICO COMPLEMENTARIO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD (MINSU)	LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO
DENOMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO	4. LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO
CÓDIGO DEL BIEN	-

A. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	<p>A01 MODELO: E-XAM 5131-01.</p> <p>A02 LINTERNA VALIDADA FOTOBIOLOGICAMENTE, PARA ILUMINAR LAS ABERTURAS DE LA GARGANTA, LA NARIZ Y LAS OREJAS, EL EXAMEN DE LA PUPILA Y EL USO EN GENERAL. UTILIZADO POR EL MEDICO O ESPECIALISTA PARA LA DETECCIÓN, EL DIAGNOSTICO, EL CONTROL, EL TRATAMIENTO O EL ALIVIO DE ENFERMEDADES, LESIONES O DISCAPACIDADES, EN ENTORNOS CLÍNICOS GENERALES</p>
B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<p>B01 GENERALES</p> <p>B02 LIGERO DE USAR Y FÁCIL PARA LLEVAR, EQUIPO PORTÁTIL DE MANO.</p> <p>B03 TIPO LAPICERO CON CLIP, PARA SU FIJADO EN BATA.</p> <p>B04 PARA USO MEDICO.</p> <p>B05 VALIDACIÓN FOTOVOLTAICA: LAMPARA DE DIAGNÓSTICO PARA PUPILAS SEGÚN NORMA EN62471:2008.</p> <p>B06 FUENTE DE LUZ: LED BLANCA.</p> <p>B07 DIÁMETRO DEL ESPEJO: 90 mm.</p> <p>B08 LONGITUD DEL BRAZO DEL ESPEJO: APROX. 45 mm.</p> <p>B09 TEMPERATURA DE COLOR LED: 5000-5500 K.</p> <p>B10 CAMPO DE LUZ LED: APROX. 11 cm Ø / DISTANCIA 15 cm.</p> <p>B11 LUX MAX: 180000.</p> <p>B12 ACABADO DE LA CARCASA: ALUMINIO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON LACADO ESPECIAL RESISTENTE A LOS MATERIALES DESINFECTABLES.</p> <p>B13 ENCENDIDO Y APAGADO: SENCILLA FUNCIÓN POR CONTACTO CON EL CLIP METÁLICO.</p>
C. ACCESORIOS, PERIFÉRICOS E INSUMOS ORIGINALES	<p>C01 01 SOPORTE PARA DEPRESOR LINGUAL.</p> <p>C02 02 LÁMPARAS LED. 01 PRINCIPAL Y 01 DE REPUESTO.</p> <p>C03 02 JUEGO DE BATERÍAS RECARGABLES, CON 01 CARGADOR EXTERNO INCLUIDO.</p> <p>C04 01 ESTUCHE RESISTENTE PARA GUARDAR Y TRANSPORTAR EL EQUIPO Y ACCESORIOS.</p> <p>C05 01 MANUAL DE USUARIO, EN ESPAÑOL.</p>
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	D01 FUENTE DE ENERGÍA: AC 220-240V/60HZ CON ENCHUFE PLANO Y TOMA A TIERRA.
E. CAPACITACIÓN	E01 INSTALACIÓN DEL EQUIPO PARA SU VERIFICACIÓN OPERACIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD Y SOPORTE TÉCNICO.
F. GARANTÍA	F01 GARANTÍA CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O MATERIAL 24 MESES.
G. IMAGEN REFERENCIAL	<p>G01</p> 



FAMILIA	EQUIPO DE DIAGNOSTICO COMPLEMENTARIO
DENOMINACIÓN Estandarizada de Equipamiento de Salud (Minsa)	MARTILLO DE REFLEJOS
DENOMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO	1. MARTILLO DE REFLEJOS
CÓDIGO DEL BIEN	-

A. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	A01	MODELO: BUCK 5035.
	A02	INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO DISEÑADO PARA EVALUAR LA ACTIVACIÓN DE UN REFLEJO, LAS RESPUESTAS MIOTÁTICAS Y CUTÁNEAS EN LOS PACIENTES.
B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	B01	GENERALES
	B02	LIGERO DE USAR Y FÁCIL PARA LLEVAR, EQUIPO PORTÁTIL DE MANO.
	B03	CON CABEZAL DE GOMA
	B04	ACABADO DEL MANGO: CROMADO O ACERO INOXIDABLE.
	B05	PACIENTES: ADULTO, PEDIÁTRICO.
C. ACCESORIOS, PERIFÉRICOS E INSUMOS ORIGINALES		*La cantidad es referencial. los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas.
	C01	01 MARTILLO DE REFLEJO.
	C02	01 AGUJA.
	C03	01 CEPILLO.
	C04	01 ESTUCHE RESISTENTE PARA GUARDAR Y TRANSPORTAR EL EQUIPO Y ACCESORIOS.
	C05	01 MANUAL DE USUARIO, EN ESPAÑOL.
D. CAPACITACIÓN	D01	INSTALACIÓN DEL EQUIPO PARA SU VERIFICACIÓN OPERACIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD Y SOPORTE TÉCNICO.
E. GARANTÍA	E01	GARANTÍA CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O MATERIAL 24 MESES.
F. IMAGEN REFERENCIAL	F01	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO:

1. Riñonera Mediana de Acero Quirúrgico (21.5 cm x 11 cm x 4 cm)

- **Material:** Fabricada en acero quirúrgico inoxidable de calidad 304 2B, con un espesor de 1/32", garantizando alta durabilidad, resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Diseño:** Moldeada sin costuras, con acabado sanitario para facilitar la limpieza y desinfección. No presenta bordes inferiores, lo que reduce el riesgo de acumulación de suciedad o bacterias.
- **Acabado:** Superficie satinada o mate, adecuada para entornos clínicos y quirúrgicos, evitando reflejos molestos.
- **Limpieza:** Compatible con el uso de detergentes enzimáticos con pH neutro y bacteriostáticos, facilitando su desinfección y manteniendo la higiene necesaria en ambientes médicos.

2. Riñonera Pequeña de Acero Quirúrgico (17 cm x 10 cm x 3 cm)

- **Material:** Fabricada en acero quirúrgico inoxidable de calidad 304 2B, con un espesor de 1/32", resistente a la corrosión y apta para su uso en procedimientos quirúrgicos.
- **Diseño:** Moldeada sin costuras, con acabado sanitario y sin bordes inferiores, asegurando facilidad de limpieza y esterilización, cumpliendo con los estándares de higiene médica.
- **Acabado:** Superficie satinada o mate, que minimiza el riesgo de reflejos indeseados en el área quirúrgica.
- **Limpieza:** Adecuada para ser lavada con detergentes enzimáticos con pH neutro y bacteriostáticos, asegurando la descontaminación efectiva y la prevención de infecciones.

Ambas riñoneras cumplen con los estándares requeridos para su uso en ambientes clínicos, garantizando seguridad y durabilidad en su aplicación.



Especificaciones Técnicas: Set Instrumental para Atención de Parto **(12 Piezas)**

Material y Acabado:

- Fabricado en acero quirúrgico inoxidable de calidad 304 o superior, conforme a la norma ISO 7153-1 o equivalente.
- Acabado satinado o mate.
- Resistente a la corrosión y adecuado para ser esterilizado.

Componentes del Set:

1. Contenedor de acero quirúrgico, moldeado en una sola pieza, con tapa y asas.
2. Pinza hemostática Rankin-Kelly, curva, 16 cm.
3. Pinzas hemostáticas Rochester-Pean, curvas, 18 cm (2 unidades).
4. Pinza de anillo y/o Forester, recta, 24 cm.
5. Pinza de Foerster, curva, 24 cm.
6. Tijera umbilical Schumacher, 16 cm.
7. Tijera Mayo, recta, 17 cm.
8. Tijera Braun-Stadler, para episiotomía, 20 cm.
9. Pinza porta aguja Mayo-Hegar, 20 cm.
10. Pinza de disección, recta, 14.5 cm.
11. Tijera de Mayo, curva, punta roma, 17 cm.

Nota: Todos los componentes deben permitir una limpieza y desinfección adecuadas.

Especificaciones Técnicas: Set de Instrumental para Curaciones por 8 **piezas**

Material y Acabado:

- Acero quirúrgico inoxidable conforme a la norma ISO 7153-1 o equivalente.
- Acabado satinado o mate.
- Compatible con detergentes enzimáticos de pH neutro.

Componentes del Set:

1. Estilete Abotonado Doble (180 mm).
2. Pinza de Disección con Dientes (145 mm).
3. Pinzas Hemostáticas Kelly Rectas (145 mm) – 2 unidades.
4. Porta Agujas Mayo-Hegar (160 mm).
5. Sonda Acanalada (145 mm).
6. Tijera de Cirugía Recta, Punta Roma-Aguda (140 mm).
7. Contenedor de Acero Quirúrgico Inoxidable con capacidad para todo el instrumental.



Especificaciones Técnicas: Set de Instrumental para Suturas por 9 piezas

Material y Acabado:

- Acero quirúrgico inoxidable de calidad 304 o superior, conforme a la norma ISO 7153-1 o equivalente.
- Acabado satinado o mate.
- Resistente a la corrosión y adecuado para lavado con detergentes enzimáticos de pH neutro.

Componentes del Set:

1. Porta Agujas Mayo-Hegar (17 cm o 6 ¾").
2. Pinza de Disección con Dientes (15 cm o 6").
3. Pinza Hemostática Rochester Pean Recta (15 cm o 6").
4. Tijera de Mayo Recta, Punta Roma-Aguda (17 cm o 6 ¾").
5. Pinza de Disección Sin Dientes (15 cm o 6").
6. Mango de Bisturí N°4 (140 mm).
7. Estilete (140 mm).
8. Sonda Acanalada (140 mm).
9. Contenedor de Acero Quirúrgico Inoxidable, dimensiones mínimas 20 x 15 x 3 cm.

Especificaciones Técnicas: Tambores de Acero Quirúrgico

Material y Acabado:

- Fabricados en acero quirúrgico de calidad 304 2B.
- Espesor de 1/32".
- Moldeados, sin costuras y sin bordes inferiores.
- Acabado satinado o mate.

Características Generales:

- Tapa del mismo material y acabado que el tambor.
- Perforaciones laterales para ventilación.
- Funda corrediza incluida.
- Apta para limpieza con detergentes enzimáticos de pH neutro, bacteriostáticos.

Dimensiones:

1. **Tambor 1:**
 - Diámetro: 12.5 cm
 - Altura: 10 cm
 - Con tapa.
2. **Tambor 2:**
 - Diámetro: 20 cm
 - Altura: 17 cm
 - Con tapa.
3. **Tambor 3:**
 - Diámetro: 10 cm
 - Altura: 12 cm
 - Con tapa.

Nota: Todos los tambores deben cumplir con las normas de calidad y seguridad requeridas para su uso en entornos médicos y quirúrgicos.

