

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura :	AS-SM-18-2024-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:09:34

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Hacemos la observación con respecto al PLAZO DE ENTREGA, la cual se indica será realizada hasta los (07) días calendario. Este intervalo de tiempo resulta no favorable para los participantes involucrados en este proceso, debido a que involucraría procesos de producción, comercialización y logística con la finalidad de entregar el producto solicitado en el mejor estado.

Por el motivo antes expuesto pedimos al comité de selección y área usuaria pueda AMPLIAR este criterio y pueda quedar de la siguiente manera:

PLAZO DE ENTREGA: la entrega se realizará hasta los veinte (20) días calendario, a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, mediante DS N° 344-2018-EF ART. 51 NUMERAL 51.1. y Art. 52

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el área usuaria No se acepta su consulta, toda vez que el presente requisito fue planteado en el estudio de mercado, por ser de vital necesidad para nuestra entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:09:34

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Hacemos la observación con respecto al ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS, la cual menciona ¿TUBO PARA EXTRACCION AL VACIO CON CITRATO DE SODIO AL 3.2% DE 3ML¿

Para una mayor participación de postores solicitamos al distinguido comité de selección que se pueda ampliar el rango del tubo de la siguiente manera: ¿TUBO PARA EXTRACCION AL VACIO CON CITRATO DE SODIO AL 3.2% DE 2.7ML - 3ML¿

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, mediante DS N° 344-2018-EF ART. 51 NUMERAL 51.1. y Art. 52

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el área usuaria No se acepta la consulta, se precisa que las especificaciones técnicas del presente proceso se ajustan a las necesidades de los usuarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:09:34

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Hacemos la observación con respecto a las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS, específicamente sobre el material del tubo, el cual en la descripción del producto se indica ¿TUBO DE EXTRACCION AL VACIO CON EDTA DIPOTASICO DE 1ML especificaciones se indica ¿MICROTUBO DE POLIPROPILENO¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.

Para una mayor participación de postores solicitamos al distinguido comité de selección que se pueda ampliar el rango del tubo de la siguiente manera:

MICROTUBO DE POLIPROPILENO o TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, mediante DS N° 344-2018-EF ART. 51 NUMERAL 51.1. y Art. 52

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado se incorporara en las bases integradas microtubo de polipropileno o tereftalato de polietileno (pet)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:09:34

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Hacemos la observación con respecto a las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS, específicamente sobre el material del tubo, el cual en la descripción del producto se indica ¿TUBO DE EXTRACCION DE SANGRE CON ACTIVADOR DE COAGULO X 0.5ML, en especificaciones se indica ¿MICROTUBO DE POLIPROPILENO¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.

Para una mayor participación de postores solicitamos al distinguido comité de selección que se pueda ampliar el rango del tubo de la siguiente manera:

MICROTUBO DE POLIPROPILENO o TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, mediante DS N° 344-2018-EF ART. 51 NUMERAL 51.1. y Art. 52

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado se incorporara en las bases integradas microtubo de polipropileno o tereftalato de polietileno (pet)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:09:34

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Hacemos la observación con respecto a las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS, el cual en la descripción del producto se indica ¿TUBO DE EXTRACCION AL VACIO CON EDTA DIPOTASICO DE 1ML

Para una mayor participación de postores solicitamos al distinguido comité de selección que se pueda ampliar el rango del tubo de la siguiente manera: ¿TUBO DE EXTRACCION AL VACIO CON EDTA DIPOTASICO DE 0.5ML - 1ML

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, mediante DS N° 344-2018-EF ART. 51 NUMERAL 51.1. y Art. 52

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado se incorporara en las bases integradas tubo de extraccion al vacio con edta dipotasico de 0.5ml a 1 ml.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:09:34

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Hacemos la observación con respecto a las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS, el cual en la descripción del producto se indica ¿TUBO DE EXTRACCION AL VACIO CON EDTA DIPOTASICO DE 1ML SIN EMBARGO EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO MENCIONA EL EDTA K3, QUE HACE REFERENCIA A TRIPOTASICO.

Para una mayor participación de postores solicitamos al distinguido comité de selección que se pueda ACLARAR SI EL EDTA ES DIPOTASICO (K2) O TRIPOTASICO (K3)

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, mediante DS N° 344-2018-EF ART. 51 NUMERAL 51.1. y Art. 52

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria. Se aclara que debido a un error de tipeo se considero K2, lo solicitado por el area usuaria son Tubos K3 Tripotasico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:09:34

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Hacemos la observación con respecto a las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS, el cual en la descripción del producto se indica ¿TUBO DE EXTRACCION AL VACIO CON EDTA DIPOTASICO DE 3ML SIN EMBARGO EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO MENCIONA EL EDTA K3, QUE HACE REFERENCIA A TRIPOTASICO.

Para una mayor participación de postores solicitamos al distinguido comité de selección que se pueda ACLARAR SI EL EDTA ES DIPOTASICO (K2) O TRIPOTASICO (K3)

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, mediante DS N° 344-2018-EF ART. 51 NUMERAL 51.1. y Art. 52

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria. Se aclara que debido a un error de tipeo se considero K2, lo solicitado por el area usuaria son Tubos K3 Tripotasico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:09:34

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Hacemos la observación con respecto a las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS, el cual en la descripción del producto se indica ¿TUBO DE EXTRACCION DE SANGRE CON ACTIVADOR DE COAGULO 5ML¿.

Para una mayor participación de postores solicitamos al distinguido comité de selección que se pueda ampliar el rango del tubo de la siguiente manera: ¿TUBO DE EXTRACCION DE SANGRE CON ACTIVADOR DE COAGULO 5ML-6ML¿.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, mediante DS N° 344-2018-EF ART. 51 NUMERAL 51.1. y Art. 52

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria. En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado se incorporara en las bases integradas tubo de extraccion al vacio con activador de coaguo de 5ml a 6 ml

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:09:34

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Hacemos la observación con respecto a las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS, el cual en la descripción del producto se indica ¿TUBO DE EXTRACCION CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 1.5ML CON CITRATO DE SODIO AL 3.2%¿

Para una mayor participación de postores solicitamos al distinguido comité de selección que se pueda ampliar el rango del tubo de la siguiente manera: ¿¿TUBO DE EXTRACCION CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 1.5ML ¿ 1.8ML CON CITRATO DE SODIO AL 3.2%¿

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, mediante DS N° 344-2018-EF ART. 51 NUMERAL 51.1. y Art. 52

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:09:34

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Hacemos la observación con respecto a las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS, el cual en el material del tubo, en la descripción del producto se indica ¿TUBO DE EXTRACCION CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 1.5ML CON CITRATO DE SODIO AL 3.2%¿ pero en las especificaciones dice TUBO DE PLASTICO¿¿¿.

Para una mayor participación de postores solicitamos al distinguido comité de selección que se pueda ACLARAR el MATERIAL del tubo de la siguiente manera:

TUBO DE EXTRACCION CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO O PET DE 1.5ML CON CITRATO DE SODIO AL 3.2%¿

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, mediante DS N° 344-2018-EF ART. 51 NUMERAL 51.1. y Art. 52

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:31:39

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SOLICITAN

TUBO PARA EXTRACCIÓN AL VACIO CON CITRATO DE SODIO AL 3.2 % DE 3 ML

EN VIRTUD A UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL ÁREA USUARIA ACEPTE TAMBIEN: TUBO PARA EXTRACCIÓN AL VACIO CON CITRATO DE SODIO AL 3.8 % Ó 3.2%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado se incorporara en las bases integradas Tubos para extraccion al vacio con citrato de sodio al 3.8% ó 3.2%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:31:39

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

SOLICITAN

TUBO PARA EXTRACCIÓN AL VACIO CON EDTA DIPOTASICO DE 3 ML

EN VIRTUD A UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA TAMBIEN: TUBO PARA EXTRACCIÓN AL VACIO CON EDTA DIPOTASICO Ó TRIPOTASICO K3

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado se incorporara en las bases integradas Tubos para extraccion al vacio con edta dipotasico ó tripotasico k3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:31:39

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

SOLICITAN

TUBO PARA EXTRACCIÓN AL VACIO CON EDTA DIPOTASICO DE 1 ML

EN VIRTUD A UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL ÁREA USUARIA ACEPTATE TAMBIEN: TUBO PARA EXTRACCIÓN AL VACIO CON EDTA DIPOTASICO Ó TRIPOTASICO K3 DE CAPACIDAD: 0.5 ML Ó 1 ML

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado se incorporara en las bases integradas Tubos para extraccion al vacio con edta dipotasico ó tripotasico k3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:31:39

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

TUBO PARA EXTRACCION AL VACIO CON EDTA DIPOTASICO DE 1 ML

MICROTUBO DE POLIPROPILENO

EN VIRTUD A UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION ACEPTAR TAMBIEN MICROTUBO DE PLASTICO (PET) RESISTENTE Ó POLIPROPILENO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado se incorporara en las bases integradas Tubos para extraccion de plastico (pet) resistente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:31:39

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON ACTIVADOR DE COAGULO DE 0.5 ML

MICROTUBO DE POLIPROPILENO

EN VIRTUD A UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION ACEPTAR TAMBIEN MICROTUBO DE PLASTICO (PET) RESISTENTE Ó POLIPROPILENO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado se incorporara en las bases integradas Tubos para extraccion de plastico (pet) resistente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:31:39

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON ACTIVADOR DE COAGULO DE 5ML

EN VIRTUD A UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION ACEPTAR TAMBIEN DE CAPACIDAD DE 5ML Ó 6 ML

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado se incorporara en las bases integradas tubo de extraccion al vacio con activador de coaguo de 5ml a 6 ml

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:31:39

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 1.5 ML CON CITRATO DE SODIO AL 3.2%

- DE POLIPROPILENO

EN VIRTUD A UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION ACEPTAR TAMBIEN MICROTUBO DE PLASTICO (PET) RESISTENTE Ó POLIPROPILENO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado se incorporara en las bases integradas Tubos para extraccion de plastico (pet) resistente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:31:39

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 1.5 ML CON CITRATO DE SODIO AL 3.2%

EN VIRTUD A UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION ACEPTAR TAMBIEN DE CAPACIDAD DE 3ML. CON CITRATO DE SODIO DE 3.8% Ó 3.2%

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado se incorporara en las bases integradas Tubos con citrato de sodio de capacidad de 1.5ml a 3ml. De 3.8% ó 3.2%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de INSUMOS TOMA DE MUESTRAS Y URIANALISIS para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:31:39

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

SOLICITAN

AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE 21G X 1 1/2"

EN VIRTUD A UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION ACEPTAR TAMBIEN: AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 21G X 1"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N° 127-2024-HR-MAMLL-A-D-PCyAP-JSPC, el area usuaria En virtud a una mayor pluralidad de postores se acoge lo solicitado se incorporara en las bases integradas agujas para extraccion de sangre de 21G X 1" A 1" 1/2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null