

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código : 20600970951

Nombre o Razón social : BD INSTRUMENTS S.A.C.

Fecha de envío : 14/11/2024

Hora de envío : 15:54:38

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

DICE:

PLAZO DE ENTREGA:

De 74 hasta 70 días calendarios: 1 puntos

De 69 hasta 65 días calendarios: 2 puntos

De 64 hasta 60 días calendarios: 3 puntos

De 59 hasta 55 días calendarios: 4 puntos

Menos de 55 días calendarios: 5 puntos

Solicitamos:

Solicitamos al distinguido comité evaluador pueda considerar ampliar la fecha a 80 días calendarios, esto debido a la temporada alta de ventas y el posible quiebre de stock de los fabricantes de dichos equipos, lo que incurriría en la fabricación de los equipos dando como resultado una entrega tardía para poder iniciar con los procesos de importación y nacionalización, sin mas a que hacer referencia y esperando su comprensión nos despedimos atentos a sus comentarios

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** B

**Literal:** IV

**Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCION A LA CONSULTA, SE INDICA QUE LA DETERMINACION DEL PLAZO DE ENTREGA ESTA EN BASE A LA INDAGACION DE MERCADO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Objeto de la convocatoria, Consulta, ¿se puede dividir el ITEM 06 por equipos?

Se realiza esta consulta debido al número de equipos que conforman el ITEM que puede ocasionar la no variabilidad de postores en el proceso.

O también proponemos la siguiente subdivisión por la similitud de equipos entre ellos:

- 1. BAÑO MARIA, INCUBADOR AGITADOR, CENTRIFUGA, MICROCENTRIFUGA, MUFLA, ESTUFA, HORNO ESTETILIZADOR, PHMETROS
- 2. AUTOCLAVE, DESTILADOR DE AGUA, POLARIMETRO, CABINA HORIZONTAL DE BIOSEGURIDAD BIOLOGICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA CONSULTA, SE INDICA QUE LA DETERMINACION DE LA AGRUPACION DE LOS BIENES EN UN ITEM ES RESULTADO DE LA INDAGACION DE MERCADO LA CUAL ESTA DENTRO DE LOS ALCANES Y EXIGENCIAS ESTABLECIDA EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:51

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Baño María, Consulta, ¿se puede considerar el termómetro externo digital como opcional?

Ya que al ser un equipo baño maría de precisión, debe asegurar una uniformidad de temperatura al estar cubierto.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA CONSULTA, SE INDICA QUE NO ES PROCEDENTE ACOGERLA; EN CONSIDERANDO QUE ES NECESARIO E INDISPENSABLE QUE SE CUMPLA CON LA CARACTERISTICA O EXIGENCIA REQUERIDA PARA EL EQUIPO, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LABORATORIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:51

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Centrífuga, Consulta, ¿se puede considerar valores menores a 24000 rpm? O especificar la velocidad de trabajo que se requiere del rotor de ángulo fijo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la Consulta, se aclara que de acuerdo a los fines para lo que se requiere el equipo, se considera como característica Centrífuga con Rotores fijos con capacidad de operar de 15,000 hasta 24,000rpm. Por lo tanto, queda con la siguiente característica:

¿Velocidad máxima: 24,000 rpm (Capacidad de operar de los rotores fijos entre 15,000 hasta 24,000rpm)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 20

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:51

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Centrífuga, Consulta, ¿Es correcta la capacidad máxima de 4 x 750 ml?  
Especificar la capacidad de los tubos que requiere rotor oscilante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta; se aclara que cada cubeta o porta muestra del rotor debe soportar una capacidad maxima de 750 e indistintamente de la capcidad de cada tubo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF.PAG 20

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Centrífuga, Consulta, ¿Se puede considerar el rango de temperatura entre -10°C a 40°C?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: la consulta con el fin de permitir mayor concurrencia de postores, cuya característica no afecta el funcionamiento para los fines para lo cual se requiere. Por lo tanto, queda de la siguiente manera:

¿ Rango de temperatura: -10°C a 40°C o de mayor rango

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 20

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:51

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Microcentrifuga, Consulta, ¿el rango de temperatura se puede ajustar entre -9°C y 40°C?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: la consulta con el fin de permitir mayor concurrencia de postores, cuya característica no afecta el funcionamiento para los fines para lo cual se requiere. Por lo tanto, queda de la siguiente manera:

¿Ajuste de la temperatura [°C]: -9 a 40 o de mayor rango.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 20

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Horno Esterilizador, Consulta, ¿se puede considerar las especificaciones del sensor de temperatura PT100 dependiendo del fabricante?  
Que asegure el funcionamiento seguro del horno esterilizador.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relacion a la consulta el participante no especifica caracteristica que permita asegurar la calidad y optimo funcionamiento del equipo y se determine el cumplimiento para los fines que se requiere el equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 21



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO CON FINES DE LICENCIAMIENTO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CUI 2300381

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:51

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

pHmetros, Consulta, ¿se puede considerar 7 estándares de buffers disponibles de acuerdo con el fabricante? ¿se puede considerar como opcional los buffers personalizados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relacion a la consulta el participante no especifica caracteristica que permita asegurar la calidad y optimo funcionamiento del equipo y se determine el cumplimiento para los fines que se requiere el equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 21