

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		17/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		DIRECCIÓN DE OPERACIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICION DE TRES (03) POTENCIOMETROS MULTIPARAMETRO PARA EL PROYECTO VINCULADO AL CITEAGROINDUSTRIAL ICA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		2279780 - PIP - CITE AGROINDUSTRIAL ICA - 0005718. EQUIPAMIENTO					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		26					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			CUI Nº 2279780			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO SNIP 09			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	1) MEMORANDO Nº 001275-2024-ITP/DO 2) MEMORANDO Nº 002378-2024-ITP/DO 3) MEMORANDO Nº 003222-2024-ITP/DO		Fecha de recepción	1) 08/04/2024 2) 01/07/2024 3) 29/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	1/07/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	29/08/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	Memorando N°2535-2024-ABAST	3/05/2024	-	-	-
	a) El contexto general de las especificaciones técnicas esta orientado a una contratación de compras menores o iguales a 08 UIT.							
	b) Para el A07, TDS : El equipo presentado especifica de +- 1% de precisión no de 0.5% que solicita, dicho equipo no esta limitado y cumple con estándares de calidad y de precisión para sus análisis que desea realizar; para A10 de ISE la calibración se ajusta a sus especificaciones ya que el intervalo solicitado está dentro de 1 x 10-6 a 9.99 x 1010, además cumple tanto la resolución como la exactitud; para A11 el equipo no tendría especificado ese punto; finalmente para el A12 el equipo muestra en la pantalla 8 parámetros incluidos ya los de pH, mV y temperatura que solicita .							
	c) Por lo comentado en aquellos punto A07 y A11 por favor considerar que esos parámetros no determinan la funcionalidad del equipo, este cuenta con estándares internaciones para laboratorio tanto en resolución, precisión y calibración de la marca HANNA que hacen de este equipo uno de los que mayor se ajustan a sus especificaciones, de los 8 parámetros solo 1 (el de TSD) no cumpliría.							
	d) Se observa una mezcla de especificaciones técnica (como de dos o 3 marcas) y otras que no aplican o existen como el IP57 (debió ser IP54).							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	Memorando N° 2378-2024-ITP/DO	1/07/2024			
	Realizó ajustes a las especificaciones técnicas, atendiendo a la observaciones formuladas, remitió especificaciones técnicas actualizadas.							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	a) Ajustes realizados en las características técnicas respecto a los rangos, medidas, porcentajes; precisión, exactitud, parámetros y temperatura.						
	2	b) Se ha suprimido las siguientes características: - Comandos que permitan la navegación para realizar ajustes, calibración, y medición. - Funciones de estabilidad inteligente y promedio inteligente. - Registro de datos con hora y fecha.						
3	c) Se ha incorporado lo siguiente en las características técnicas. - Alcance mínimo del oxígeno disuelto (DO): 0.00 a 20.0 mg/L - Resolución de ISE menor o igual a 0,01 mg/L, o 0.1% DO saturación							
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		10/04/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			9/09/2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	En la indagación de mercado se evidencia la pluralidad de marcas que cotizaron y que cumplen con las especificaciones técnicas.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4								
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO							