

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20330518082	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	ENDOSCOPIA QUIRURGICA SA	Hora de envío :	18:11:25

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Señor presidente del comité de selección, SOLICITAMOS que se reagrupe el Ítem 1.7 - PINZA APLICADORA DE CLIP PARA ENDOSCOPIA 33CM, sustentado en los siguientes fundamentos: Para efectuar una correcta pluralidad de postores y debido a que no todas las importadoras cuentan con todos los productos, se apela a promover la libre competencia la cual garantizará un mejor precio de cada ítem dado que el importador directo podrá participar, más no un distribuidor que incrementa el precio ya establecido.

Es por ello que solicitamos sirvan acceder a nuestra observación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. I Literal: 1.2 **Página: 13**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N°2 a. Principio de Libertad de concurrencia y competencia de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría no acogen su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRHD-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	19:20:14

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM 4: CONTENEDOR DE ALUMINIO 46.5CM X 28CM X 10 CM

CONTENEDOR DE ALUMINIO CON BARRERA ESTERIL (FILTRO) DE PTFE, VALIDADO PARA 5000 CICLOS DE ESTERILIZACION CON CESTA QUE ALBERGUE TODOS LOS COMPONENTES DEL SET

DIMENSIONES: LARGO: 58.5 CM +/- 2CM ANCHO: 28 CM +/- 2CM ALTURA: 11CM a 15cm

ARGUMENTAMOS QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE ADJUNTAN PARA ESTE TIPO DE CONTENEDOR PERTENECEN UNICAMENTE A UNA MARCA EN PARTICULAR, POR LO MISMO QUE EN 2 OPORTUNIDADES EL PROCESO DE SELECCIÓN QUEDO DESIERTO DESCALIFICANDO A OTROS COMPETIDORES, QUEDANDO EN COMPETENCIA SOLO UNA MARCA DE CONTENEDOR QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO DE MANERA ESPECIFICA (FILTRO PTFE VALIDADO PARA 5000 CICLOS). LO CUAL FUE MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA OTROS TIPOS DE CONTENEDORES CON MEJOR TECNOLOGIA, SIN EMBARGO EN RELACION AL NO CUMPLIMIENTO DEE LOS DEMAS REQUISITOS, FUERON DESCALIFICADOS TAMBIEN.

CON EL FIN DE TENER UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA AL COMITE SE PUEDA CAMBIAR Y/O AMPLIAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS YA DESFASADAS DE ESTE CONTENEDOR SEGUN LO QUE EN LA ACTUALIDAD SE VIENE USANDO EN LAS CENTRALES DE ESTERILIZACION DE DEL MUNDO CONSIDERANDO QUE LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS EVIDENCIAN CLARAMENTE UN COSTO AHORRO BENEFICIO PARA LA INSTITUCION.

REQUERIMOS SE EVALUE LA ACEPTACION DE UN CONTENEDOR DE ALUMINIO LIBRE DE POLIMEROS CON FILTRO (SISTEMA DE LABERINTO DE UNA SOLA PIEZA REUTILIZABLE) CON TIEMPO DE DURACION INDETERMINADA, CON CESTA PARA QUE ALBERGUE TODOS LOS COMPONENTES DEL SET. QUE CONTENGA UN SISTEMA DE TERMOBLOQUEO EN LOS LATERALES.

DIMENSIONES: LARGO: 58.5 CM +/- 2CM ANCHO: 28 CM +/- 2CM ALTURA: 11CM a 15cm

EN CASO NO ACEPTAR LAS CARACTERISTICAS MODERNAS Y PERMITIR LA PLURALIDAD DE POSTORES EN ESTA ETAPA REQUERIMOS SE SUSTENTE TECNICAMENTE EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE ACEPTA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado"

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria no acogen su observación. No se acepta, se requiere de un sistema cerrado con barrera física, no uno abierto

La barrera bacteriana o filtro es como su nombre lo indica un filtro físico que solo permite el ingreso y salida del vapor de agua, el filtro se interpone físicamente como elemento de separación y debe cerrar herméticamente la comunicación del ambiente externo al ambiente interno del contenedor.

Los sistemas de laberinto no separan físicamente el medio ambiente externo con el interior del contenedor, es decir es un sistema que está permanentemente abierto, es decir existe comunicación del exterior al interior, la posibilidad de contaminación del instrumental con el que se realice los procedimientos quirúrgicos es latente y por ende el riesgo de infección del paciente quirúrgico, por utilización de material que habiendo sido esterilizado correctamente se contaminó por el uso de contenedores sin barrera microbiana.

Finalmente existen países de alta vigilancia sanitaria como Estados Unidos de Norteamérica que a la fecha no han aprobado los llamados ¿laberintos¿ para la esterilización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-HRHD-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código : 20606894555

Nombre o Razón social : GALEYA MEDICAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/09/2024

Hora de envío : 23:37:29

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SUB ITEM 4: CONTENEDOR DE ALUMINIO 46.5CM X 28CM X 10 CM

CONTENEDOR DE ALUMINIO CON BARRERA ESTERIL (FILTRO) DE PTFE, VALIDADO PARA 5000 CICLOS DE ESTERILIZACION CON CESTA QUE ALBERGUE TODOS LOS COMPONENTES DEL SET

DIMENSIONES: LARGO: 58.5 CM +/- 2CM ANCHO: 28 CM +/- 2CM ALTURA: 11CM a 15cm

CON EL PROPOSITO DE TENER UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION SE ACEPTE TAMBIEN UN CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO TIPO LABERINTO REUTILIZABLE CON CESTA PARA QUE ALBERGUE TODOS LOS COMPONENTES DEL SET, CON BLOQUEO AUTOMATICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría no acogen su observación. se requiere de un sistema cerrado con barrera física, no uno abierto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null