

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	13:45:16

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se puede apreciar en las especificaciones técnicas de los reactivos que se solicita que sean compatibles con el equipo Arquitec I 1000

Solicitamos amablemente al comite de seleccion ACLARE si es correcta nuestra apreciacion y el analizador es propio de la Institucion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que el equipo en cesión de uso ofertado deberá cumplir con lo que se solicita en el numeral 3.1 Especificaciones técnicas indistintamente de la marca ofertada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-22-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA DE LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20607850209	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	GALENICA PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:29:35

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

PoEn el requerimiento de VIH 1-2 P24 METODO DE Quimioluminiscencia solicitan lo siguiente: METODOLOGIA: Quimioluminiscencia convencional con antígenos recombinantes y/o Peptido sintético para la detección de anticuerpos VIH 1,2 y VIH 1 grupo y anticuerpos monoclonales para la detección del antígeno p24 con límite de detección para el antígeno p24 menor a 25 pg/ml al respecto debemos indicar que cada fabricante realiza su método de detección de p24 según diferentes criterios y diferentes unidades de medición, al solicitar que el límite de detección de p24 sea menos a 25 pg/ml limitaría el proceso a la marac que cumpla con dicha característica, por tal razón solicitamos aceptar otros criterios para los límites de detección del p24 como, sensibilidad analítica de 2 IU/ml frente al Ag p24 con reactivo de referencia Internacional

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta por motivo que es una especificación técnica solicitada por el área usuaria y a la vez se le aclara que al ser una especificación técnica especial por lo que somos una institución especializada en tratamiento de cáncer, ademas cabe precisar que existe pluralidad de postores en el estudio de mercado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-22-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA DE LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20607850209	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	GALENICA PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:29:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan obtención de resultados en un tiempo no mayor de 45 minutos para cada muestra de donantes, hay que tener en cuenta que lo importante en un banco de sangre es la velocidad en que se puedan procesar todos las muestras del día, nosotros ofrecemos un equipo el cual tiene una performance de 200 test x hora, cuya primer prueba sale después de los 55 minutos, pero después cada 60 segundos manda nuevos resultados, logrando acabar todo el trabajo en un menor tiempo.

Por tal razón solicitamos que se acepte obtención de resultados en 55 minutos o más, para equipos con una performance de 200 test x hora para de tal forma permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no se acoge la consulta por motivo que es una especificación técnica solicitada por el área usuaria debido a que los resultados para fines de repeticiones y procedimiento de aféresis es necesario contar con ellos los más rápido y oportunamente posible por ser una institución especializada en tratamiento de cáncer y cabe precisar que existe pluralidad de postores en el estudio de mercado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-22-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA DE LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20607850209	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	GALENICA PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:29:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Entendemos que para la lectura de información de reactivos se necesitara una tecnología que permita detectar la información de los reactivos, actualmente existen dos metodologías para la detección de datos de los reactivos las cuales son por código de barras y por RFID, la diferencia entre una y otra es que el RFID permite la detección de información en tiempo real del reactivo, mientras que el código de barras te da una información limitada del reactivo. Se solicita al comité que precise que el equipo debe tener incorporado lector de código de barras o RFID para la lectura de reactivos, teniendo en cuenta que el RFID es una tecnología mucho mas avanzada que la de código de barras.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara sistema de código de barras o sistema de radiofrecuencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria colocara una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara sistema de código de barras o sistema de radiofrecuencia.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR		
Nomenclatura :	AS-SM-22-2024-IRENSUR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR		

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:30:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Capitulo III
En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE ítem 5.2 en MUESTRA mencionan suero y plasma. Conociendo el impacto negativo que puede generar el contar con un solo tipo de muestra biológica, mala toma de muestra (volumen insuficiente, hemolisis), mala identificación. solicitamos al comité especial precisar que el tipo de muestra biológica sea Suero y Plasma con (EDTA, HEPARINA, CPD).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que la muestra biológica es de Suero y Plasma con (EDTA, HEPARINA, CPD)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que la muestra biológica es de Suero y Plasma con (EDTA, HEPARINA, CPD)

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR		
Nomenclatura :	AS-SM-22-2024-IRENSUR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR		

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:30:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Capitulo III
Especificaciones Técnicas Item 5.2 características técnicas.
En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de reactivos para tamizaje (inmunoserologico) de las presente bases se indica en ¿PRESENTACIÓN¿ que:

¿ Tamizaje BS Antitrypanosoma cruzi (Chagas): PRESENTACIÓN: Kit de Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Trypanosoma cruzi.

¿ Tamizaje BS Hepatitis B Anticuerpo Anticore Total: ¿PRESENTACIÓN: Kit de Reactivos para la detección de Anticuerpos contra el antígeno Core del virus de la Hepatitis B.

¿ Tamizaje BS Hepatitis C anticuerpo: ¿PRESETACIÓN: Kit de Reactivos para la detección de Anticuerpo contra el virus de la Hepatitis C.

¿ Tamizaje BS Anticuerpo anti HTLV: ¿PRESENTACIÓN: Kit de Reactivos para la detección de Anticuerpos contra el HTLV I y II.

¿ Tamizaje BS Anticuerpo anti VIH 1 y 2 y Antígeno p24 (combo): Kit de Reactivos para la detección simultanea de Anticuerpos anti VIH I-II y detección del Antígeno P24.

¿ Tamizaje BS Anticuerpo anti Treponema Pallidum: ¿PRESENTACIÓN: Kit de Reactivos para le detección de anticuerpo contra Treponema Pallidum.

¿ Tamizaje BS Hepatitis B Antígeno de Superficie: ¿PRESENTACIÓN: Kit de Reactivos para la detección de Antígeno de superficie de Hepatitis B.

Tomando en cuenta que, en lo anteriormente enunciado no se precisa si la detección es de carácter cualitativa o cuantitativa, y considerando que en Banco de sangre, por su naturaleza, solo se emiten resultados cualitativos (Reactivos /No reactivos), solicitamos al comité especial se sirva precisar que la detección es ¿de carácter cualitativa¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que la detección es de carácter cualitativa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que la detección es de carácter cualitativa

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-22-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA DE LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:30:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Capitulo III ,
Ítem 4 características:
En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE solicitan identificación automática de muestras, reactivos, calibradores y controles que permitan y garanticen la trazabilidad diaria. Considerando que nuestro equipo a ofertar permite la identificación automática de muestras, reactivos y mientras que para el caso calibradores y controles, vienen por separado cuya fecha de expira va entre los 4 meses respectivamente de tal manera que al ser ingresados en el equipo manualmente sus registros permanecen grabados en la memoria del equipo durante estos meses de vigencia. En tal sentido por lo antes expuesto solicitamos al Comité Especial se sirva considerar como opcional la identificación automática para calibradores y controles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara de manera opcional la identificación automática de calibradores y controles internos, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara de manera opcional la identificación automática de calibradores y controles internos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:30:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Capitulo III

Ítem 4 características técnicas:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE, solicitan lectores de códigos de barras para reactivos, controles, calibradores y tubos de muestras. En tal sentido solicitamos al Comité Especial se sirva aceptar como opcionales códigos de barras para controles y calibradores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara de manera opcional los códigos de barras para controles y calibradores con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara de manera opcional los códigos de barras para controles y calibradores