

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

**LICITACION PUBLICA N° 03-2023-HAS-CS - II CONVOCATORIA "ADQUISICIÓN DE MESA DE PARTO
PARA LA ATENCION DE PACIENTES GESTANTES DEL DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
DEL HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA"**

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1	NÚMERO DE ACTA	1
----------	-----------------------	---

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, Sullana, a los 26 días del mes de octubre del año 2023, en los ambientes de la oficina de logística, a las 11:00 horas, se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados mediante Resolución Directoral N° 0542-2023/GOB.REG-DRSP-HAS-430020161, encargando de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Licitación Pública N° 03-2022-HAS-CS - II Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es "Adquisición de mesa de parto para la atención de pacientes gestantes del departamento de Gineco Obstetricia del Hospital de Apoyo II - 2 Sullana", a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	Dr. Fernando Ricardo Cruz Dioses	Titular	X	Dependencia:	Departamento de Gineco Obstetricia
		Suplente			
Primer Miembro	Obst. Maria Isabel Tolentino Perez	Titular	X	Dependencia:	Departamento de Gineco Obstetricia
		Suplente			
Segundo Miembro	Esp. Adm. Jhossy L. Arellano Acero	Titular		Dependencia:	Unidad de Logística
		Suplente	X		

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
2	NEWSON S.A.	20100962439
3	ENDEL MEDIC S.A.C.	20502551311
4	CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
5	CORPORACIÓN L & A IMPORT S.A.C.	20601058406
6	ROCA S.A.C.	20101337261
7	JK MEDICAL E.I.R.L.	20601571065
8	SOLUCIONES MEDICAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	20548839433
9	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	20609607123
10	SALUD BIENES Y SERVICIOS S.R.L. - SABYSER S.R.L.	20457820187
11	GRUPO JHS S.A.C.	20543924351
12	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	20494151503
13	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	10003740582
14	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186
...		

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a través del SEACE, sus ofertas electrónicas:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	Item(s) a los que Postula
1	ENDEL MEDIC S.A.C.	13/10/2023	15:51	ITEM UNICO
2	CARDIOMED DEL PERU SAC	13/10/2023	21:27	ITEM UNICO
3	CORPORACIÓN L & A IMPORT S.A.C.	13/10/2023	23:49	ITEM UNICO
...				

6 Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases.

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES

LICITACION PUBLICA N° 03-2023-HAS-CS - II CONVOCATORIA "ADQUISICIÓN DE MESA DE PARTO PARA LA ATENCION DE PACIENTES GESTANTES DEL DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA"

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
----	----------------------------------	---

En las bases integradas se solicito un equipo biomedico de diseño ergonomico tipo mesa/cama para la atencion de parto, procedimientos e intervenciones obstetricas con accionamiento por sistema electrico y/o mecanico y/o electrico, Al revisar el brouchure de la mesa de parto se puede verificar que no se adecua a las necesidades requeridas para realizar los procedimiento e intervenciones obstétricas en las diversas posiciones que puede adoptar la parturienta al momento de realizar la atención de parto humanizado en el cual está incluido el parto vertical en todas sus formas. En cumplimiento de la Norma Técnica de Salud N°518/2016 -MINS/DGIESP V.01 "Norma Técnica de Salud para la Atención del Parto Vertical en el Marco de los Derechos Humanos con Pertinencia Intercultural

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR LA ENTIDAD		CARACTERISTICAS OFERTADAS	
1	CARACTERISTICAS GENERALES		SI
1.1	EQUIPO BIOMEDICO DE DISEÑO ERGONOMICO TIPO MESA/CAMA PARA LA ATENCION DEL PARTO, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES OBSTETRICAS CON ACCIONAMIENTO POR SISTEMA ELECTRICO Y/O MECANICO ELECTRICO Y/O ELECTRONICO	CAMA PARA PARTOS, ADECUADO PARA PARTO SEMISENTADA/SENTADA, VERTICAL, CUATRO MOTORES LINEALES PARA FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO	K
			NO

FORMA DONDE SE ENCUENTRA LA CARACTERISTICA TECNICA EN EL CATALOGO O BROCHURE O FOLLETO

15

1 CARDIOMED DEL PERU SAC

Se solicito segun las bases integradas se solicita en el numeral 3.1 Altura de control descendente hasta 60 cm o menos respecto al suelo y movimientos ascendentes hasta 90 cm o mas con respecto al suelo como minimo, el postor presenta en la pagina 16: movimiento de altura 62.5 - 103 cm, del mismo modo en el numeral 3.2. inclinacion de respaldo -10° o menos / +70° o mas, el postor presenta en la pagina N° 16 y 22 presenta funcion permite regular la espalda hacia abajo max. 12° , espalda hacia arriba 70°, asi mismo en el numeral 3.3. ajustes del angulo del asiento 0° a +19° o menos trendelenburg -10° como minimo, el postor presenta en la pagina 16, Flexion de pelvis/ asiento 30°, trendelenburg 12°, por lo que no estaria cumpliendo con las especificaciones tecnicas requeridas en las bases integradas.

SISTEMA ELECTRICO		
3.1	ALTURAS DE CONTROL DESCENDENTE HASTA 60 CM O MENOS RESPECTO AL SUELO Y MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 90 CM O MAS CON RESPECTO AL SUELO COMO MINIMO.	ALTURA DE CONTROL DESCENDENTE, ASCENDENTE (EN COLCHON): 60 - 100CM
3.2	INCLINACION DEL RESPALDO -10° O MENOS/ +70° O MAS.	ANGULO ESPALDAR: 0° - 85°
3.3	AJUSTE DEL ANGULO DEL ASIENTO 0° A +19° O MENOS TRENDLENBURG -10° COMO MINIMO.	ANGULO REPOSAPIERNAS: 0° - 30°

21 -
19 - 23
19 - 22
19 - 25

FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:

BIENES

LICITACION PUBLICA N° 03-2023-HAS-CS - II CONVOCATORIA "ADQUISICIÓN DE MESA DE PARTO PARA LA ATENCION DE PACIENTES GESTANTES DEL DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA"

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

Se solicito en las bases integradas en el numeral 4.1 angulo de ajuste de las apoyapiernas - vertical 0°/+140° como mínimo y /o sistema de piernas goepel, 4.2 angulo de ajustes de seccion de piernas 0° /-20 como mínimo y/o sistema de piernas goepel, 4.3 angulo de ajuste de las apoyapiernas horizontal +60° o mas y/o sistema de piernas goepel, el postor en la pagina 20-24 presenta solo una imagan con la referencia del numeral y no especifica los angulos de ajuste requerido, por lo que no estaria cumpliendo con lo requerido en las bases, por lo expuesto la propuesta **NO ES ADMITIDA**

4.1	ANGULO DE AJUSTE DE LOS APOYAPIERNAS - VERTICAL 0°/+140° COMO MINIMO Y/O SISTEMA DE PIERNAS GOEPEL	SOPORTE DE PIERNAS TIPO GOEPEL	x	20,24
4.2	ANGULO DE AJUSTE DE LA SECCION DE PIERNAS 0°/-20° COMO MINIMO Y/O SISTEMA DE PIERNAS GOEPEL	SOPORTE DE PIERNAS TIPO GOEPEL	x	20,24
4.3	ANGULO DE AJUSTE DE LOS APOYAPIERNAS - HORIZONTAL +60° O MAS Y/O SISTEMA DE PIERNAS GOEPEL	SOPORTE DE PIERNAS TIPO GOEPEL	x	20,24

En las bases integradas se solicito un equipo biomedico de diseño ergonomico tipo mesa/cama para la atencion de parto, procedimientos e intervenciones obstetricas con accionamiento por sistema electrico y/o mecanico y/o elctrico, Al revisar el brouchure de la mesa de parto'se puede verificar que no se adecua a las necesidades requeridas para realizar los procedimiento e intervenciones obstétricas en las diversas posiciones que puede adoptar la parturienta al momento de realizar la atención de parto humanizado en el cual está incluido el parto vertical en todas sus formas. En cumplimiento de la Norma Técnica de Salud N°518/ 2016 -MINS/DGIESP V.01 "Norma Técnica de Salud para la Atención del Parto Vertical en el Marco de los Derechos Humanos con Pertinencia Intercultural

A. DESCRPCION GENERALES		20
1.1	EQUIPO BIOMEDICO DE DISEÑO ERGONOMICO TIPO MESA/CAMA PARA LA ATENCION DEL PARTO, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES OBSTETRICAS CON ACCIONAMIENTO POR SISTEMA ELECTRICO Y/O MECANICO Y/O ELECTRONICO.	20 - 22

2 CORPORACIÓN L & A IMPORT S.A.C.

Se solicito segun las bases integradas se solicita en el numeral 3.2. inclinacion de respaldo -10° o menos / +70° o mas, el postor presenta en la pagina N° 19 y 22 presenta inclinacionde angulo espaldar: 0° - 85°, del mismo modo en el numeral 3.3. ajustes del angulo del asiento 0° a +19° o menos, el postor presenta en la pagina 19 y 25 angulo de reposapiernas: 0°-30°, por lo queno estaria cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas en las bases integradas

3.2	INCLINACION DEL RESPALDO -10° O MENOS/ +70° O MAS	ANGULO ESPALDAR: 0° - 85°	19 - 22
3.3	AJUSTE DEL ANGULO DEL ASIENTO 0° A +19° O MENOS TRENDELEMBURG -10° COMO MINIMO.	ANGULO REPOSAPIERNAS: 0° - 30°	19 - 25

Se solicito segun las bases integradas se solicita 01 colchoneta de piel bacteriostatica, sin costura (sellado), el postor presenta en la pagina N° 27 presenta solo una foto sin especificar si tiene costura, si es sellada por lo expuesto la propuesta **NO ES ADMITIDA**

8 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
----	----------------------------------	---------------------------

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

**LICITACION PUBLICA N° 03-2023-HAS-CS - II CONVOCATORIA "ADQUISICIÓN DE MESA DE PARTO
PARA LA ATENCION DE PACIENTES GESTANTES DEL DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
DEL HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA"**

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1	ENDEL MEDIC S.A.C.	ITEM UNICO
...		

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS		
9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
ITEM	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	ENDEL MEDIC S.A.C.	580,000.00	97%
...			

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
	ITEM UNICO		
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	ENDEL MEDIC S.A.C.	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO	580,000.00	80.00
	PLAZO DE ENTREGA	60 Dias Calendarios	5
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		85.00

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN				
De acuerdo a la evaluación de ofertas realizada, los siguientes postores obtienen los siguientes puntajes y se determina el orden de prelación:					
	ITEM UNICO				
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE	PUNTAJE BONIFICACION 5% REMYPE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
1	ENDEL MEDIC S.A.C.	85.00	-	85.00	3° LUGAR
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.					

12	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN				
Acto seguido de procede a verificar los requisitos de calificacion especificados en las bases a fin de determinar que la oferta cuente con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato de ACUERDO AL ORDEN DE PRELACION , siendo el resultado siguiente:					
	ITEM UNICO				
	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	ENDEL MEDIC S.A.C.			
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL			
	A.1	HABILITACIÓN			X
	B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			
	B.3.1	FORMACION ACADEMICA			X
	B.4	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE			X
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR			
	C.1	FACTURACIÓN			X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICADA	
SI NINGUNO DE LOS DOS POSTORES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EL COMITÉ DE SELECCIÓN O EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, SEGÚN CORRESPONDA, DEBE VERIFICAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES ADMITIDOS, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN.					
.....	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR				
12.3	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS				

13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN
-----------	--------------------------------------

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

LICITACION PUBLICIA N° 03-2023-HAS-CS - II CONVOCATORIA "ADQUISICIÓN DE MESA DE PARTO PARA LA ATENCION DE PACIENTES GESTANTES DEL DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA"

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el **PRIMER** lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:


ITEM	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	ENDEL MEDIC S.A.C.
...	

14 ACUERDO ADOPTADO

Finalmente siendo las 12:30 pm horas del mismo día, mes y año del Comité de Selección, por **UNANIMIDAD**, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación de las ofertas electronicas y de acuerdo con el análisis efectuado se otorga la BUENA PRO de acuerdo al siguiente detalle:

ENDEL MEDIC S.A.C por el monto de S/. 580,000.00 (Quinientos ochenta mil con 00/100 soles)


15



Dr. Fernando Ricardo Cruz Dioses
 Presidente



Obst. Maria Isabel Tolentino Perez
 Primer Miembro



Esp. Adm. Jhossy L. Arellano Acero
 Segundo Miembro

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

[19] REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA

N°	Nombre o razón social del postor	Aceptó reducción de su	
1		Si	
		No	