

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULO DE ENSEÑANZA-ESTUDIO DE LA LEY DE HOOKE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código : 20512837591

Nombre o Razón social : OPERON LAB S.A.C.

Fecha de envío : 28/09/2023

Hora de envío : 12:39:25

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

En la sección de especificaciones técnicas solicitan:

- 2 abrazaderas de péndulo o similar
- 2 abrazaderas de péndulo (clam  $\geq$  2 colgadores de resortes)

Solicitamos al distinguido comité precisar : si hubo un error en la digitación (duplicaron la especificación) o son abrazaderas con diferentes características.

Si fuera lo segundo, detallar las características.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** III

**Página:** 18

### **Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 de LCE

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria acepta la consulta, indicando que por un error involuntario se ha duplicado el texto, solo se requerirá 2 abrazaderas de péndulo (clam  $\geq$  2 colgadores de resortes), según fabricante.

### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- 2 abrazaderas de péndulo (clam  $\geq$  2 colgadores de resortes), según fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULO DE ENSEÑANZA-ESTUDIO DE LA LEY DE HOOKE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN-CUSCO

Ruc/código : 20521301237

Nombre o Razón social : WAREM S.A.C.

Fecha de envío : 28/09/2023

Hora de envío : 19:03:37

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

En las EETT requieren sensor de rango de +-50N. Solicitamos al comité que puedan también aceptar sensores de fuerza con un rango de 0 a 10N.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1.      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria responsable de la formulación del requerimiento y conocedor técnico de la necesidad, ratifica la característica, indicando que por la capacidad de precisión y mayor tamaño de medida de los datos en las prácticas, es necesario tener un sensor de fuerza con capacidad de medida que como mínimo tenga un rango de 50N.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULO DE ENSEÑANZA-ESTUDIO DE LA LEY DE HOOKE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código : 20521301237

Nombre o Razón social : WAREM S.A.C.

Fecha de envío : 28/09/2023

Hora de envío : 19:03:37

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En las EETT requieren sensor de movimiento con un rango de 0,2 ... 2 m o 0,15...4 m. Solicitamos al comité que puedan aceptar sensores de movimiento con un rango de 0.2 a 1.5m.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1.    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria reponsable de la formulacion del requerimiento y conocedor tecnico de la necesidad, ratifica la característica, indicando que para las practicas de cinematica, es necesario tener un sensor de movimiento que tenga un mayor alcance de lectura de datos como minimo de hasta 3 metros.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null