

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-RSVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DE LA RSVM

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	16:47:57

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

#### 1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en un máximo de cinco (05) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción de contrato y/o notificación de la Orden de Compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Pagina 20

Numeral 9

#### PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será de cinco (05) días calendario de suscrito el contrato

Considerando la gran cantidad de resinas que solicitan y que los fabricantes, proveedores, importadores no tengamos esa cantidad en nuestros almacenes de Perú, por lo que tengamos la necesidad de importar el indicado producto, solicitamos al Comité de Selección AMPLIAR el PLAZO DE ENTREGA A 30 DÍAS CALENDARIO DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: . Página: 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, decide no acoger la consulta, toda vez que el plazo de entrega esta establecido de acuerdo a la indagación de mercado que existe potenciales proveedores que puedan cumplir con el plazo establecido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-RSVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DE LA RSVM

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	16:47:57

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

FICHA TECNICA  
RESINA FOTOCURABLE KIT  
6. COMPOSICION  
RESINA COMPUESTA NANO HIBRIDA (MATRIZ ORGANICA)

En general, es difícil distinguir los nanohíbridos de los microhíbridos. Sus propiedades, como la resistencia a la flexión y el módulo, tienden a ser similares; los rellenos de los nanohíbridos como grupo se encuentran en el rango inferior de los microhíbridos. Algunos han mostrado evidencia de una susceptibilidad bastante similar al envejecimiento. Se ha sugerido que las propiedades ligeramente inferiores de algunos compuestos nanohíbridos pueden deberse a la incorporación de rellenos de resina prepolimerizada. Con respecto a las evaluaciones clínicas, dos estudios recientes de 2 y 4 años, respectivamente, mostraron excelentes resultados similares en cavidades de clase II para un microhíbrido y un nanohíbrido, con una ligera evidencia de una mejor integridad marginal para el microhíbrido en este último estudio.

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección la ampliación de la especificación técnica de resina nanohíbrida o resina microhíbrida.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** 6    **Literal:** .    **Página:** 23  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, en estricto cumplimiento al Art. 29 del RLCE, decide acoger la consulta y con motivos de integrar las bases se incorpora lo siguiente:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Resina nano híbrida o resina microhíbrida

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-RSVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DE LA RSVM

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	16:47:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

FICHA TECNICA  
RESINA FOTOCURABLE KIT  
6. COMPOSICION  
ACCESORIOS: COLORIMETRO

El colorimetro es un accesorio que no influye o define el buen funcionamiento del producto solicitado, por lo que solicitamos al Comité de Selección aceptar este accesorio como OPCIONAL, con el fin de dar mayor participacion a los postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 23 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, en estricto cumplimiento al Art. 29 del RLCE, decide no acoger la consulta en vista que dicho requerimiento es de vital importancia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-RSVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DE LA RSVM

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	16:47:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

FICHA TECNICA  
RESINA FOTOCURABLE KIT  
7. DIMENSIONES

Frasco del adhesivo de 6 mililitros a más con el fin de dar mayor participacion a los postores,

Existen en el mercado diversas marcas de resinas las cuales tienen sus propias presentaciones: envases, rotulados, etc.

Solicitamos al Comité de Selección, aceptar tambien la presentacion del ADHESIVO en frasco de 6 gramos

Quedando como sigue: Frasco del adhesivo de 6 mililitros o 6 gramos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: . Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, en estricto cumplimiento al Art. 29 del RLCE, decide acoger la consulta y con motivos de integrar las bases se incorpora lo siguiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ó 6 gramos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-RSVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DE LA RSVM

Ruc/código :	20523290194	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICA M&T S.A.C.	Hora de envío :	18:56:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN LAS BASES EN EL ITEM RESINA FOTOCURBALE KIT (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGA4G, Solicitan en su COMPOSICION -RESINA COMPUESTA NANO HIBRIDA (MATRIZ ORGANICA)

Indicamos en general, es difícil distinguir los nanohíbridos de los microhíbridos. Sus propiedades, como la resistencia a la flexión y el módulo, tienden a ser similares; los rellenos de los nanohíbridos como grupo se encuentran en el rango inferior de los microhíbridos. Algunos han mostrado evidencia de una susceptibilidad bastante similar al envejecimiento. Se ha sugerido que las propiedades ligeramente inferiores de algunos compuestos nanohíbridos pueden deberse a la incorporación de rellenos de resina prepolimerizada. Con respecto a las evaluaciones clínicas, dos estudios recientes de 2 y 4 años, respectivamente, mostraron excelentes resultados similares en cavidades de clase II para un microhíbrido y un nanohíbrido, con una ligera evidencia de una mejor integridad marginal para el microhíbrido en este último estudio. A razón de los antes expuesto, solicitamos la ampliación de la especificación técnica de resina nanohíbrida o resina microhíbrida.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ver absolución N° 02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-RSVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DE LA RSVM

Ruc/código :	20523290194	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICA M&T S.A.C.	Hora de envío :	18:56:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de la Resina Fotocurable Kit (Ac. Grabador + Componente)4Jeringa/4G  
\*Ácido grabador: Ácido fosforico u ortofosforico de 37% en gel  
En el mercado hay muchas marcas que en su Kit de resina fotocurable varia la concentración de la gente grabador, para una mayor de participación de postores se solicita ampliar la concentración, como sigue:  
\*Ácido grabador: Ácido fosforico u ortofosforico de 35% a 37% en gel

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, en estricto cumplimiento al Art. 29 del RLCE, decide acoger la consulta y con motivos de integrar las bases se incorpora lo siguiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

35% a 37% en gel

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-RSVM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DE LA RSVM

Ruc/código : 20523290194

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : IMPORT MEDICA M&T S.A.C.

Hora de envío : 18:56:11

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En Dimensiones Resina Fotocurable Kit (Ac. Grabador + Componente)4Jeringa/4G, solicitan:

\*Frasco de adhesivo de 6 mililitros a más

En general la presentación de los Kits de Resina fotocurable, contienen diferente medidas en sus componentes, por lo que; solicitamos al comité especial ampliar la presentación:

- Frasco de adhesivo de 5.45ml a 6ml

Para una mayor de participación de postores se solicita ampliar la concentración, como sigue:

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 7

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, en estricto cumplimiento al Art. 29 del RLCE, decide acoger la consulta y con motivos de integrar las bases se incorpora lo siguiente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

5.45ml a 6ml