

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PANTOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20100262291

Fecha de envío : 07/11/2023

Nombre o Razón social : COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C

Hora de envío : 17:07:35

**Consulta: Nro. 1**

## **Consulta/Observación:**

Numeral 1.9 indican:

PLAZO DE ENTREGA: Los bienes materia del a presentas convocatoria se entregarán en el plazo de diez (10) días calendario contabilizados al día siguiente de suscrito el contrato en ÚNICA ENTREGA, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Pagina 35 indican:

### **6. PLAZO DE ENTREGA**

El plazo máximo de entrega de los bienes a adquirir será hasta de diez días calendario (10), una vez suscrito el contrato. ÚNICA ENTREGA

Pagina 43 indican:

### **FACTORES DE EVALUACIÓN**

#### **B. PLAZO DE ENTREGA**

De 03 hasta 05 días calendario 20 PUNTOS

De 06 hasta 08 días calendario 15 PUNTOS

De 09 hasta 10 días calendario 10 PUNTOS

Debido a la cantidad solicitada considerando que los postores no tienen el stock suficiente en sus almacenes en Perú y con el fin de que la entidad adquiera equipos de fabricación actual, directos de fabrica, solicitamos al Comité de Selección, AMPLIAR el PLAZO DE ENTREGA de la siguiente manera:

Numeral 1.9:

PLAZO DE ENTREGA: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de treinta (30) días calendario.

Pagina 43:

### **FACTORES DE EVALUACIÓN**

#### **B. PLAZO DE ENTREGA**

De 01 hasta 29 días calendario 20 PUNTOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: . Página: 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada, quedando como plazo maximo de entrega 10 dias calendarios.

## **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PANTOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:07:35

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
PANTOSCOPIO PEDIÁTRICO  
OFTALMOSCOPIO: Cabezal metálico  
OTOSCOPIO: Cabezal metálico  
SOPORTE PARA DEPRESOR LINGUAL: Elaborado en acero inoxidable  
ESPECULO NASAL: Metálico cromado

Solicitamos al Comité de Selección ampliar estos puntos de las especificaciones técnicas y aceptar también: MATERIAL CARCASA PLÁSTICO ABS ROBUSTA Y LIGERA Y/O CARCASA PLÁSTICA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.1    **Literal:** .    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada, quedando como indica la especificacion brindada por el area usuaria

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PANTOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:07:35

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANGO

Pieza de contacto doble de alta precisión para una auscultación perfecta.

La indicada especificación técnica hace referencia a otro equipo (estetoscopio) por lo que solicitamos al Comité de Selección suprimir esta especificación técnica para el indicado equipo

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.1    **Literal:** .    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, retirando lo que corresponde a pieza de contacto doble de alta presicion para una ascultacion perfecta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PANTOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:07:35

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANTOSCOPIO ADULTO

OFTALMOSCOPIO: Cabezal metálico

OTOSCOPIO: Cabezal metálico

SOPORTE PARA DEPRESOR LINGUAL: Elaborado en acero inoxidable

ESPECULO NASAL: Metálico cromado

Solicitamos al Comité de Selección ampliar estos puntos de las especificaciones técnicas y aceptar también: MATERIAL CARCASA PLÁSTICO ABS ROBUSTA Y LIGERA Y/O CARCASA PLÁSTICA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.1    **Literal:** .    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada, quedando como indica la especificacion brindada por el area usuaria

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PANTOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:07:35

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANGO

Pieza de contacto doble de alta precisión para una auscultación perfecta.

La indicada especificación técnica hace referencia a otro equipo (estetoscopio) por lo que solicitamos al Comité de Selección suprimir esta especificación técnica para el indicado equipo

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.1    **Literal:** .    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, retirando lo que corresponde a pieza de contacto doble de alta presicion para una ascultacion perfecta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null