

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código : 20601858879

Nombre o Razón social : REAGENTS PERU E.I.R.L.

Fecha de envío : 11/06/2025

Hora de envío : 16:04:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿Señores comité de selección, observamos que dentro de las características técnicas Uds. ponen como * MATRAZ AFORADO FIOLA DE VIDRIO CLASE A DE 250 ML ; 50 ML ; 500 ML ; 1 LT ; 2 LT Y 100 ML CON TAPA DE POLIPROPILENO *. Solicitamos al comité de selección poder ampliar la características y aceptar también las tapas de polietileno (PE) ya que las fiolas también se pueden utilizar con tapas de Polietileno. Esto con la finalidad de promover la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta ¿Matraz Aforado (Fiola) de Vidrio Clase A 250 mL con tapa de polipropileno¿ corresponde al nombre referencial registrado en el sistema SIGA, utilizado para fines administrativos.

El texto entre paréntesis (Fiola de vidrio aforada Clase A NS 14/23 x 250 mL) corresponde a la descripción técnica del bien requerido, conforme a las necesidades del laboratorio; por lo que se le aclara que no debe tomar en cuenta la tapa solo la descripción del material de vidrio solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	11/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:46:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dentro del requisito de Documentos para la admisión de la oferta en el punto ¿g¿ se solicita ¿Documentación que acredite el cumplimiento de ciertas especificaciones técnicas del bien¿

Certificado de conformidad del producto
Certificado de lote
Certificado ISO 17025
Certificado de calidad bajo ISO 9001

En ese sentido, con la finalidad de fomentar la participación y pluralidad de postores, solicitamos que consideren estos documentos de manera opcional, puesto que en el mercado existen diversas marcas de muy buena calidad y que no cuentan con estos documentos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a su consulta NO SE ACEPTA porque los materiales de vidrio solicitados están destinados a laboratorios acreditados, los cuales deben cumplir con rigurosos estándares técnicos y de control de calidad. Por tanto, resulta indispensable contar con documentación técnica que respalde el cumplimiento de dichas especificaciones, así como con certificaciones emitidas por organismos competentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	11/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:46:13

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de evaluación anular este punto puesto que por ser productos de VIDRIO no se suele dar garantía una vez entregado todo conforme, ya que depende el cuidado que le den y son fáciles de romper.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2.2 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con referente a la observación de la Garantía Comercial del Bien se refiere a la obligación del proveedor de responder por defectos de fabricación, errores de calibración o fallas estructurales del producto durante un periodo mínimo de 12 meses desde su internamiento. Esta garantía no cubre daños por mal uso o roturas accidentales, y es aplicable incluso a materiales de vidrio, dado que deben cumplir con estándares de calidad exigidos por los laboratorios acreditados por lo que no se acepta su solicitud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	11/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:46:13

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el punto K. VIDA UTIL DEL BIEN

Solicitamos al comité de evaluación anular este factor de evaluación debido a que no aplica para materiales de VIDRIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 2.2 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observación y el puntaje se redistribuirá en los demás factores de evaluación:

Plazo de Entrega y Garantía Comercial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B. PLAZO DE ENTREGA

35 puntos

hasta 25 días calendario: 35 puntos

hasta 27 días calendario: 25 puntos

hasta 29 días calendario: 15 puntos

G. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR

25 puntos

Más de 16 meses: 25 puntos

Más de 14 hasta 15 meses: 15 puntos

Más de 12 hasta 13 meses: 05 puntos

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	11/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:46:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se establece que los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de OCHO (20) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.
Solicitamos aumentar el tiempo de entrega a 30 días calendarios considerando los puntos de entrega y las cantidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

con la finalidad de lograr una mayor participación de postores se acepta la consulta formulada y con motivo de la integración de bases se ampliara el plazo de entrega de 20 a 30 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

c. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en el plazo de hasta treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	11/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:46:13

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM 01: BAGUETA DE VIDRIO 30 CM

Solicitamos aclarar si lo necesitan en material de vidrio o plástico

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la revision de las EETT se Acoge la observacion y con motivo de la integracion de bases se suprimira la palabra plastico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

BAGUETA DE VIDRIO 30 cm (Bageta De Vidrio Borosilicato 8 X 30 Mm)

CARACTERISTICAS

- Material: Vidrio
- Diámetro: 8mm
- Longitud:30cm

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	11/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:46:13

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM 02: EMBUDO ESTANDAR DE VIDRIO BOROSILICATO 120 MM X 8 CM / Embudo de Vidrio Borosilicato 3,3 x 100 mm)

Solicitamos aclarar si el embudo es de 120 mm o 100 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

la siguiente no corresponde a una observación por lo que no se acoge si embargo se le aclara que ¿Embudo estándar de vidrio borosilicato 120 mm x 8 cm¿ corresponde al nombre registrado en el SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) para fines administrativos.

SE ACLARA: que el nombre entre paréntesis ¿Embudo de vidrio borosilicato 3,3 x 100 mm¿ es la denominación técnica exacta del bien solicitado, con sus respectivas especificaciones: regirse a la descripción de las características

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	11/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:46:13

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:
ITEM 07: MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 2ml CON TAPA DE POLIPROPILENO
Solicitamos aclarar si la fiola es de 2 ml o 2000 ml, puesto que en el mercado no existe capacidad de 2 ml

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

la siguiente no corresponde a una observacion por lo que no se acoge
si embargo se le aclara la capacidad consignada de 2 ml corresponde al nombre referencial utilizado en el SIGA para efectos administrativos.
SE ACLARA, que la capacidad técnica correcta del bien solicitado es de 2000 ml (2 litros)
regirse a las carateristicas de la descripcion del bien:

MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 2 mL CON TAPA DE POLIPROPILENO (Fiola De Vidrio Aforada Clase A Ns 29/32X 2000ML)
CARACTERISTICAS
-Material: Vidrio borosilicato
- Clase: A NS 14/23
- Capacidad: 2000ML
- Certificado de Conformidad
- Certificado ISO 9001

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	11/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:46:13

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

ITEM 11: MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO BOROSILICATO 500 ML
Solicitamos aclarar si el matraz erlenmeyer que solicitan es de 500 ml o 50 ml

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

la siguiente no corresponde a una observación por lo que no se acoge
si embargo se le aclara que el Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato 500 mL, se informa que dicho nombre corresponde a la denominación referencial registrada en el SIGA; por lo que deberá regirse a las características de la descripción del bien

Sin embargo, la capacidad correcta del bien solicitado, según se detalla entre paréntesis y en las características técnicas, es de 50 mL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	11/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:46:13

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

ITEM 12: MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO BOROSILICATO 250 ML
Solicitamos aclarar si el matraz erlenmeyer que solicitan es de 250 ml o 150 ml

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

la siguiente no corresponde a una observación por lo que no se acoge
si embargo se le aclara que el Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato 250 mL, corresponde a la denominación referencial registrada en el SIGA para fines administrativos; por lo que deberá regirse a las características de la descripción del bien.

Se confirma que la capacidad correcta del bien solicitado es de 150 mL, de acuerdo con lo requerido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	11/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:46:13

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

ITEM 13: MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO BOROSILICATO X 125 ML
Solicitamos aclarar si el matraz erlenmeyer que solicitan es de 125 ml o 500 ml

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

la siguiente no corresponde a una observacion por lo que no se acoge
si embargo se le aclara que la descripción ¿Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato x 125 mL¿, se comunica que esta denominación corresponde al nombre referencial registrado en el SIGA para efectos administrativos.

No obstante se le aclara que el bien requerido técnicamente corresponde a un matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato 3.3 de 500 mL, por lo que deberá regirse a las características del solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	11/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	18:46:13

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

ITEM 17: BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE TEFLON 100 ML
Solicitamos aclarar si la bureta de vidrio que solicitan es de 100 ml o 50 ml

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.3 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

la siguiente no corresponde a una observacion por lo que no se acoge
si embargo se le aclara que en referencia a la ¿Bureta de vidrio borosilicato clase A llave de teflón 100 mL¿, se informa que dicha descripción corresponde al nombre referencial utilizado en el SIGA con fines administrativos y de codificación.

Sin embargo, la capacidad técnica real del bien solicitado es de 50 mL, de acuerdo con las especificaciones requeridas por la entidad, por lo que deberá regirse a las características del bien solicitado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null