

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	LP-SM-67-2024-ESSALUD/CEABE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR CON PRE-INSTALACIÓN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20607824658	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BIO KVERO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:49:13

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Estimado comité de selección respecto a las características técnicas mínimas menciona para el ítem 1 y 2, puntos específicos que se deben acreditar como mínimo.

La consulta es, si los puntos que no se menciona o que no se encuentra en las fichas técnicas de los fabricantes, como se deben acreditar dichas características para demostrar el cumplimiento de ellas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.3      **Literal:** 5.3.1      **Página:** 11

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE:

LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR Y ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO 5.3.1. HOJA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO (PAGINA 11 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), "(...) SE REQUIERE LA ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR EL(LOS) FABRICANTE(S) COMO CATÁLOGOS, FOLLETERÍA, BROCHURES, DATASHEET, CARTA Y/U OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE (...)". SIN EMBARGO, LOS PARTICIPANTES DEBERAN TENER EN CUENTA QUE AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEL EQUIPO EL POSTOR ADJUDICADO DEBERÁ DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA EN SU TOTALIDAD, EXCEPTUANDO LOS PUNTOS FACULTATIVOS INDICADOS EN LA MISMA, DE ACUERDO A LA NOTA DEL MISMO PUNTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-67-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR CON PRE-INSTALACIÓN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20607824658	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BIO KVERO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:49:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se pide como plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de 120 días calendarios.

Estimado comité de selección, le sugerimos ampliar el plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento para el ITEM 2 a 180 días calendarios, por los siguientes motivos:

- 1. Tiempo de fabricación aprox - 60 DIAS
- 2. Tiempo de embalaje y preparación para embarcación - 15 días
- 3. Tiempo de viaje marítimo - 55 días aprox
- 4. Desaduanaje y transporte final - 5 a 10 días.
- 5. Instalación, pruebas y capacitación - 15 días aprox

Se debe tener en cuenta estos tiempos y los contratiempos que podrían aparecer en el proceso.

Por lo que sería apropiado, por tratarse de equipos de gran dimensión y complejos en su manipulación, ampliar a 180 días calendarios el plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo III Literal: Anexo III Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY Nº 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Principio de Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE:

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN FUE CONVOCADO TENIENDO COMO ANTECEDENTE UN ESTUDIO DE MERCADO PREVIO, EN EL CUAL SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PARTICIPACIÓN DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE 120 DÍAS CALENDARIO. EN ESE SENTIDO, NO CORRESPONDE EFECTUAR MODIFICACIÓN, POR TANTO, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN RESPETAR EL PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA YA ESTABLECIDO DE 120 DÍAS CALENDARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-67-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR CON PRE-INSTALACIÓN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGIÓN PUNO-ESSALUD, EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO CON CUI N. 2300016.

Ruc/código :	20607824658	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BIO KVERO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:49:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, respecto al adelanto detallado en dicho literal, le hacemos la consulta si este podría llegar a ser el 29% del monto de la prestación principal, para garantizar el pago a proveedores y gastos que conllevan la preinstalación de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.12 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE:  
NO ES PROCEDENTE ATENDER LO SOLICITADO DADO QUE EL AREA USUARIA EN EL PUNTO 5.12. ADELANTO (PAGINA 23 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNIAS), HA ESTABLECIDO UN 20% DEL MONTO DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null