

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 04-2023-INMP

“ADQUISICION ANUAL DE GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL DESCARTABLE N° 6 ½ y N° 7”

ACTA DE BUENA PRO

En Lima, siendo las 10:00 a.m. horas, del día 04 de Julio de 2023, en la Oficina de la Dirección Ejecutiva de Apoyo de Especialidades Médicas y Servicios Complementarios, se reúne el Comité de Selección designado mediante a Resolución Ejecutiva de Administración N° 076-OEA-INMP-2023, de fecha 1 de Junio de 2023, a efectos de proceder de acuerdo al cronograma con la siguiente agenda:

➤ Admisión de Ofertas

El Presidente del Comité de Selección dio apertura al acto, verificando los participantes registrados en el SEACE, son los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20453886892	CORPORACION CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA-CORPCAS	21/06/2023	Válido		21/06/2023	20453886892	
2	Proveedor con RUC	20504575919	IMPORTACIONES ALPES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/06/2023	Válido		16/06/2023	20504575919	
3	Proveedor con RUC	20504905137	MEDICAL FULL IMPORT S.A.	19/06/2023	Válido		19/06/2023	20504905137	
4	Proveedor con RUC	20506744874	MEDICAL CHANNEL S.A.C.	16/06/2023	Válido		16/06/2023	20506744874	
5	Proveedor con RUC	20509882101	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	16/06/2023	Válido		16/06/2023	20509882101	
6	Proveedor con RUC	20511106762	IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C.	20/06/2023	Válido		20/06/2023	20511106762	
7	Proveedor con RUC	20547614900	T & R DISTRIBUIDORES S.A.C.	27/06/2023	Válido		27/06/2023	20547614900	
8	Proveedor con RUC	20601014654	SANEX PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/06/2023	Válido		16/06/2023	20601014654	
9	Proveedor con RUC	20601582954	ATC SELECTA S.A.C.	22/06/2023	Válido		22/06/2023	20601582954	
10	Proveedor con RUC	20603144911	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES MEDIVET S.A.C.	27/06/2023	Válido		27/06/2023	20603144911	
11	Proveedor con RUC	20604902305	MASTER MEDICAL S.A.C.	20/06/2023	Válido		20/06/2023	20604902305	
12	Proveedor con RUC	20605400150	JL VENTAS Y SERVICIOS S.A.C.	21/06/2023	Válido		21/06/2023	20605400150	
13	Proveedor con RUC	20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	16/06/2023	Válido		16/06/2023	20606062860	
14	Proveedor con RUC	20606123095	ALEGRESALUD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/06/2023	Válido		16/06/2023	20606123095	
15	Proveedor con RUC	20608242016	DLP MEDICAL PERU S.A.C.	16/06/2023	Válido		16/06/2023	20608242016	
16	Proveedor con RUC	20608450123	DADOS PROVEEDORES E.I.R.L.	27/06/2023	Válido		27/06/2023	20608450123	
17	Proveedor con RUC	20609085411	OA BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	21/06/2023	Válido		21/06/2023	20609085411	
18	Proveedor con RUC	20609886308	DROGUERIA FLADAN E.I.R.L.	19/06/2023	Válido		19/06/2023	20609886308	

18 registros encontrados, mostrando 8 registro(s), de 11 a 18. Página 2 / 2.

En el día y hora señalada en las Bases, se verifica que se ejecutó el periodo de lances de los participantes inscritos que han presentado su Oferta en forma electrónica a través del Seace son los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20608242016	DLP MEDICAL PERU S.A.C.	27/06/2023	08:49:01	20608242016	27/06/2023	08:52:52	Enviado	Valido		
2	20509882101	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	27/06/2023	12:58:04	20509882101	27/06/2023	13:01:55	Enviado	Valido		
3	20606123095	ALEGRESALUD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/06/2023	17:48:10	20606123095	27/06/2023	17:48:56	Enviado	Valido		
4	20601014654	SANEX PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/06/2023	17:57:47	20601014654	27/06/2023	17:58:18	Enviado	Valido		
5	20506744874	MEDICAL CHANNEL S.A.C.	27/06/2023	16:44:58	20506744874	27/06/2023	17:03:51	Enviado	Valido		
6	20506744874	MEDICAL CHANNEL S.A.C.	27/06/2023	14:53:22	20506744874	27/06/2023	15:00:32	Enviado	Valido		
7	20609886308	DROGUERIA FLADAN E.I.R.L.	27/06/2023	15:55:55	20609886308	27/06/2023	16:11:59	Enviado	Valido		
8	20603144911	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES MEDIVET S.A.C.	27/06/2023	22:39:40	20603144911	27/06/2023	22:40:31	Enviado	Valido		
9	20547614900	T & R DISTRIBUIDORES S.A.C.	27/06/2023	17:47:56	20547614900	27/06/2023	17:50:35	Enviado	Valido		

9 registros encontrados, mostrando 9 registro(s), de 1 a 9. Página 1 / 1.

El Comité de Selección comprobó el reporte de resultados del período de lances a través del sistema SEACE de acuerdo al orden de prelación para el Ítem N° 01 Guante Quirúrgico Estéril Descartable N° 6 ½ y para el Ítem N° 02 Guante Quirúrgico Estéril Descartable N° 7 como sigue:

Para el ITEM 01: GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL DESCARTABLE N° 6 ½

REPORTE DE RESULTADOS DEL PERIODO DE LANCES

Subasta Inversa Electronica No SIE-SIE-4-2023-INMP-1

Entidad Convocante	INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL		
No Ítem	1		
Descripción del Ítem	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N 6 1/2		
Moneda	Soles		
Orden de Praelación	RUC	Nombre o Razón Social del postor	última Oferta
1	20606123095	ALEGRESALUD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	134232
2	20506744874	MEDICAL CHANNEL S.A.C.	138720
3	20547614900	T & R DISTRIBUIDORES S.A.C.	142800
4	20601014654	SANEX PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	146880
5	20609886308	DROGUERIA FLADAN E.I.R.L.	155000
6	20603144911	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES MEDIVET S.A.C.	173359.2
7	20608242016	DLP MEDICAL PERU S.A.C.	224400
8	20509882101	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	408500

Para el ÍTEM 02: GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL DESCARTABLE N° 7

REPORTE DE RESULTADOS DEL PERIODO DE LANCES

Subasta Inversa Electronica No SIE-SIE-4-2023-INMP-1

Entidad Convocante		INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	
No Ítem		2	
Descripción del Ítem		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N 7	
Moneda		Soles	
Orden de Prelación	RUC	Nombre o Razón Social del postor	última Oferta
1	20547614900	T & R DISTRIBUIDORES S.A.C.	75060
2	20606123095	ALEGRESALUD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	75310
3	20506744874	MEDICAL CHANNEL S.A.C.	78813
4	20609886308	DROGUERIA FLADAN E.I.R.L.	79000
5	20601014654	SANEX PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	90072
6	20603144911	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES MEDIVET S.A.C.	102331.8
7	20509882101	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	102582
8	20608242016	DLP MEDICAL PERU S.A.C.	137610

- ✓ El Comité de Selección de acuerdo al Art. 26 del LCE y su Directiva N° 06-2019-OSCE/CD, procede a revisar el contenido de las Ofertas que obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden de prelación emitido por el SEACE del Ítem N° 01 y el Ítem N° 02, producto de ello se obtiene lo siguiente:

OBSERVACIONES:

1.- La empresa **ALEGRESALUD S.A.C.** que ocupa el Primer Lugar por orden de prelación para el **Ítem N° 01** Guante Quirúrgico Estéril Descartable N° 6 ½ y para el **Ítem N° 02** Guante Quirúrgico Estéril Descartable N° 7 que ocupa el Segundo lugar por orden de prelación, presenta el Certificado de Protocolo N° 2022-0820 (folio 38 y 40) de la Oferta donde indica Norma UNE EN 455-2 (2015):

- Antes del Envejecimiento – Fuerza de rotura
- Después del Envejecimiento – Fuerza de rotura



Antes del envejecimiento Fuerza de rotura	UNE EN 455-2 (2015)	≥12.5N
Después del envejecimiento Fuerza de rotura	UNE EN 455-2 (2015)	≥9.5N

Sin embargo en la Ficha Técnica Aprobado se solicita Norma ASTM D3577 -19 como sigue:

Fuerza de tensión o fuerza de ruptura	a) Antes del envejecimiento acelerado	a.1. Mínimo 24 Mpa, según ASTM D3577 - 19 o norma de referencia, o a.2. Mínimo 12,5 N, según NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019) o norma de referencia.
	b) Después del envejecimiento acelerado	b.1. Mínimo 18 Mpa, según ASTM D3577 - 19 o norma de referencia, o b.2. Mínimo 9,5 N, según NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019) o norma de referencia.

*Por lo que se verifica que la Norma solicitada en la Ficha Técnica Aprobada ASTM D3577 – 19, no coincide con lo descrito en el Certificado de Análisis de la Oferta para el **Ítem N° 01 Guante Quirúrgico Estéril Descartable N° 6 ½ ni para el Ítem 02 Guante Quirúrgico Estéril Descartable N° 7**, por lo que la oferta queda **NO ADMITIDA**.

2.- La empresa **T & R DISTRIBUIDORES S.A.C.** que ocupa el **Tercer Lugar** por orden de prelación para el **Ítem 01 Guante Quirúrgico Estéril Descartable N° 6 ½** y el **Primer lugar** para el **Ítem 02 Guante Quirúrgico Estéril Descartable N° 7**, presenta en el Certificado de Análisis N° 210865 (folio del 27 al 30) donde indica la Norma ASTM D3755-09:



CERTIFICADO DE ANALISIS

N° 210865

PRODUCTO	DISPOSABLE STERILE LATEX SURGICAL GLOVES Guantes Quirúrgicos de látex desechables		
MARCA	ALFIMEDIX	N° DE ORDEN	HSW21-011
MEDIDA	6 ½"	LOTE	IND10070
CANTIDAD	40000 Pares		
TECNICA ANALITICA	ASTM D3577-09	FECHA DE FABRICACION	02-2021
FECHA DE PRUEBA	02-2021	FECHA DE EXPIRACION	01-2025
Guantes dispensados: 500 pares		Guantes por caja: 50 pares	
		Pares: 01 par	

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRUEBA	RESULTADOS
REQUERIMIENTOS FISICOS:			
DESCRIPCION GENERAL	Guantes de quirúrgicos de látex de caucho natural estériles, con polvo, con superficie lisa, envasados para su uso en intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos a fin de proteger al paciente y usuarios de una contaminación cruzada.	Cumple	APROBADO
CARACTERISTICAS	*Anatómico, el pulgar debe estar posicionado hacia la superficie de la palma del dedo índice. *El pulgar debe ejercer una presión adecuada y su terminación con borde enrollado que evite su deslizamiento y se mantenga en la manga quirúrgica. *Con superficie que conserve la sensibilidad táctil. *De color natural sin colorantes. *Las envolturas internas de cada guante deben llevar en forma clara y legible la identificación de derecha e izquierda y su talla. *Con agente lubricante biodegradable, pre-talqueados (fórmula de mala). *Con bordes en el pulso. *Libre de perforaciones, deformaciones, granulaciones o grumos, roturas, burbujas, material extraño, manchas, pliegues adheridos.	ASTM D3577-09	APROBADO
MATERIAL	Látex caucho natural de uso hospitalario	Cumple	APROBADO
ACABADO	Con polvo y superficie lisa	ASTM D3577-09	APROBADO
DISEÑO	Con dedos rectos o dedos curvos en la dirección de la palma de la mano.	Cumple	APROBADO

DIMENSIONES:		ESPELON		RESULTADO		PRUEBA	RESULTADO
MEDIDA	Tolerancia Mínima Largo (mm)	Tolerancia Ancho (mm)	DEDO (mm)	MANEJA (mm)	MANEJA (mm)		
6 ½"	265	83 ± 6	52 ± 10	41 ± 10	0.10	ASTM D3577-09	APROBADO

IMPERMEABILIDAD AL AGUA (AUSENCIA DE AGUJEROS)	Prueba de estanqueidad (1000ml) al agua para la detección de agujeros, AQL 1.5 No muestra fugas de agua inmediatamente, ni a los 2 y 4 minutos.	ASTM D3577-09	200
--	--	---------------	-----

CERTIFICADO DE ANALISIS

PRODUCTO	DISPOSABLE STERILE LATEX SURGICAL GLOVES Guantes Quirúrgicos de látex desechables		
MARCA	ALFIMEDIX	N° DE ORDEN	HSW21-011
MEDIDA	7"	LOTE	IND10070
CANTIDAD	40000 Pares		
TECNICA ANALITICA	ASTM D3577-09	FECHA DE FABRICACION	02-2021
FECHA DE PRUEBA	02-2021	FECHA DE EXPIRACION	01-2025
Guantes dispensados: 500 pares		Guantes por caja: 50 pares	
		Pares: 01 par	

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRUEBA	RESULTADOS
REQUERIMIENTOS FISICOS:			
DESCRIPCION GENERAL	Guantes de quirúrgicos de látex de caucho natural estériles, con polvo, con superficie lisa, envasados para su uso en intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos a fin de proteger al paciente y usuarios de una contaminación cruzada.	Cumple	APROBADO
CARACTERISTICAS	*Anatómico, el pulgar debe estar posicionado hacia la superficie de la palma del dedo índice. *El pulgar debe ejercer una presión adecuada y su terminación con borde enrollado que evite su deslizamiento y se mantenga en la manga quirúrgica. *Con superficie que conserve la sensibilidad táctil. *De color natural sin colorantes. *Las envolturas internas de cada guante deben llevar en forma clara y legible la identificación de derecha e izquierda y su talla. *Con agente lubricante biodegradable, pre-talqueados (fórmula de mala). *Con bordes en el pulso. *Libre de perforaciones, deformaciones, granulaciones o grumos, roturas, burbujas, material extraño, manchas, pliegues adheridos.	ASTM D3577-09	APROBADO
MATERIAL	Látex caucho natural de uso hospitalario	Cumple	APROBADO
ACABADO	Con polvo y superficie lisa	ASTM D3577-09	APROBADO
DISEÑO	Con dedos rectos o dedos curvos en la dirección de la palma de la mano.	Cumple	APROBADO

DIMENSIONES:		ESPELON		RESULTADO		PRUEBA	RESULTADO
MEDIDA	Tolerancia Mínima Largo (mm)	Tolerancia Ancho (mm)	DEDO (mm)	MANEJA (mm)	MANEJA (mm)		
7"	265	83 ± 6	52 ± 10	41 ± 10	0.10	ASTM D3577-09	APROBADO

IMPERMEABILIDAD AL AGUA (AUSENCIA DE AGUJEROS)	Ensayo de estanqueidad (1000ml) al agua para la detección de agujeros, AQL 1.5 No muestra fugas de agua inmediatamente, ni a los 2 y 4 minutos.	ASTM D3577-09	200
--	--	---------------	-----

Sin embargo en la Ficha Técnica Aprobado para el **Ítem N° 01** y el **Ítem N° 02** se solicita lo siguiente Norma ASTM D3577- 19:

FICHA TÉCNICA
APROBADA

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN

Denominación del bien : GUANTES DE LÁTEX QUIRÚRGICOS ESTÉRILES N° 6,5
Denominación técnica : GUANTES DE LÁTEX QUIRÚRGICOS ESTÉRILES DE UN SOLO USO N° 6,5
Unidad de medida : PAR
Descripción general : Dispositivo médico de látex de caucho natural, estéril, de un solo uso, con polvo, con superficie lisa, actúa como barrera de protección para el personal de salud y el paciente durante su uso en procedimientos quirúrgicos.
Se acepta la denominación: Guante quirúrgico estéril descartable N° 6 ½ o Guante quirúrgico de látex N° 6 ½ o Guante quirúrgico estéril de látex N° 6 ½.

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN

2.1 Del bien

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Material	Látex de caucho natural	
Talla (tamaño)	6,5 o 6,5 o 6 ½	
Acabado	Con polvo	
Acabado	Con superficie lisa	
Diseño	Con dedos rectos o dedos curvos en la dirección de la palma de la mano.	
Ancho (w)	a) 83 ± 6 mm, según ASTM D3577 - 19 o norma de referencia, o b) 83 ± 5 mm, según NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019) o norma de referencia.	
Largo o longitud (l)	a) Mínimo 265 mm, según ASTM D3577 - 19 o norma de referencia, o b) Mínimo 260 mm, según NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019) o norma de referencia.	
Espesor (en dedo, palma y puño)	Mínimo 0,10 mm	ASTM D3577 - 19 Standard Specification for Rubber Surgical Gloves o NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019)
Límite de polvo residual	Máximo 15 mg/dm²	10282:2014 (revisada el 2019) Guantes de látex quirúrgicos estériles de un solo uso. Especificaciones. 1ª Edición u otra norma de referencia autorizada en su registro sanitario
Fuerza de tensión o fuerza de ruptura	a) Antes del envejecimiento acelerado a.1. Mínimo 24 Mpa, según ASTM D3577 - 19 o norma de referencia, o a.2. Mínimo 12,5 N, según NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019) o norma de referencia. b) Después del envejecimiento acelerado b.1. Mínimo 18 Mpa, según ASTM D3577 - 19 o norma de referencia, o b.2. Mínimo 9,5 N, según NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019) o norma de referencia.	
Elongación extrema o elongación hasta la ruptura	a) Antes del envejecimiento acelerado a.1. Mínimo 750%, según ASTM D3577 - 19 o norma de referencia, o a.2. Mínimo 700%, según NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019) o norma de referencia. b) Después del envejecimiento acelerado b.1. Mínimo 560%, según ASTM D3577 - 19 o norma de referencia, o b.2. Mínimo 550%, según NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019) o norma de referencia.	
Ausencia de agujeros	Libre de agujeros, en el nivel de inspección y/o NCA y/o criterio de aceptación autorizado en su registro sanitario.	

Versión 04

Página 1 de 3

FICHA TÉCNICA
APROBADA

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN

Denominación del bien : GUANTES DE LÁTEX QUIRÚRGICOS ESTÉRILES N° 7
Denominación técnica : GUANTES DE LÁTEX QUIRÚRGICOS ESTÉRILES DE UN SOLO USO N° 7
Unidad de medida : PAR
Descripción general : Dispositivo médico de látex de caucho natural, estéril, de un solo uso, con polvo, con superficie lisa, actúa como barrera de protección para el personal de salud y el paciente durante su uso en procedimientos quirúrgicos.
Se acepta la denominación: Guante quirúrgico estéril descartable N° 7 o Guante quirúrgico de látex N° 7 o Guante quirúrgico estéril de látex N° 7.

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN

2.1 Del bien

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Material	Látex de caucho natural	
Talla (tamaño)	7	
Acabado	Con polvo	
Acabado	Con superficie lisa	
Diseño	Con dedos rectos o dedos curvos en la dirección de la palma de la mano.	
Ancho (w)	a) 89 ± 6 mm, según ASTM D3577 - 19 o norma de referencia, o b) 89 ± 5 mm, según NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019) o norma de referencia.	
Largo o longitud (l)	a) Mínimo 265 mm, según ASTM D3577 - 19 o norma de referencia, o b) Mínimo 270 mm, según NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019) o norma de referencia.	
Espesor (en dedo, palma y puño)	Mínimo 0,10 mm	ASTM D3577 - 19 Standard Specification for Rubber Surgical Gloves o NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019)
Límite de polvo residual	Máximo 15 mg/dm²	10282:2014 (revisada el 2019) Guantes de látex quirúrgicos estériles de un solo uso. Especificaciones. 1ª Edición u otra norma de referencia autorizada en su registro sanitario
Fuerza de tensión o fuerza de ruptura	a) Antes del envejecimiento acelerado a.1. Mínimo 24 Mpa, según ASTM D3577 - 19 o norma de referencia, o a.2. Mínimo 12,5 N, según NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019) o norma de referencia. b) Después del envejecimiento acelerado b.1. Mínimo 18 Mpa, según ASTM D3577 - 19 o norma de referencia, o b.2. Mínimo 9,5 N, según NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019) o norma de referencia.	
Elongación extrema o elongación hasta la ruptura	a) Antes del envejecimiento acelerado a.1. Mínimo 750%, según ASTM D3577 - 19 o norma de referencia, o a.2. Mínimo 700%, según NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019) o norma de referencia. b) Después del envejecimiento acelerado b.1. Mínimo 560%, según ASTM D3577 - 19 o norma de referencia, o b.2. Mínimo 550%, según NTP-ISO 10282:2014 (revisada el 2019) o norma de referencia.	
Ausencia de agujeros	Libre de agujeros, en el nivel de inspección y/o NCA y/o criterio de aceptación autorizado en su registro sanitario.	

Versión 04

Página 1 de 3

*Por lo que se verifica que la Norma solicitada en la Ficha Técnica Aprobada no coincide con lo descrito en el Certificado de Análisis para el Ítem N° 01 Guante Quirúrgico Estéril Descartable N° 6 ½ ni para el Ítem 02 Guante Quirúrgico Estéril Descartable N° 7, por lo que la oferta queda **NO ADMITIDA**.

Para el ÍTEM 01: GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL DESCARTABLE N° 6 ½

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Oferta	Estado	Orden de Prelación
2	20506744874	MEDICAL CHANNEL S.A.C.	138,720.00	ADMITIDA	1°
4	20601014654	SANEX PERUANA S.A.C.	146,880.00	ADMITIDA	2°

Para el ÍTEM 02: GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL DESCARTABLE N° 7

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Oferta	Estado	Orden de Prelación
3	20506744874	MEDICAL CHANNEL S.A.C.	78,813.00	ADMITIDA	1°
4	20609886308	DROGUERIA FLADAN E.I.R.L.	79,000.00	ADMITIDA	2°

ACUERDOS:

- ✓ El Comité de Selección acuerda por unanimidad otorgar la Buena Pro del procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica N° 04-2023-INMP para el Ítem N° 01 y el Ítem 02 como sigue:

Para el ÍTEM 01: GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL DESCARTABLE N° 6 ½


ITEM	RUC	RAZON SOCIAL	MONTO OFERTADO	MONTO OFERTADO EN LETRAS
01	20506744874	MEDICAL CHANNEL S.A.C.	138,720.00	Ciento treinta y Ocho Mil Setecientos Veinte con 00/100 Soles

Para el ÍTEM 02: GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL DESCARTABLE N° 7


ITEM	RUC	RAZON SOCIAL	MONTO OFERTADO	MONTO OFERTADO EN LETRAS
02	20506744874	MEDICAL CHANNEL S.A.C.	78,813.00	Setenta y Ocho Mil Ochocientos Trece con 00/100 Soles

Acto seguido, se acordó registrar y publicar en el SEACE, el otorgamiento de la Buena Pro, según el cronograma del presente procedimiento de selección.

Firmado en señal de conformidad,


MC. JUAN CARLOS TASAYCO SARAIVA
Presidente


MC. ALVARO RENATO MORENO GONZALES
Miembro


SRA. ROSARIO JANE CORTEZ CENTENO
Miembro