

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL DEAPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE -TACNA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 19:30:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Requerimiento

Dice en cuanto al reactivo de dimero D. Reactivo para la determinación de Dímero D en empaque de 100 o mas pruebas. Esta presentación excluye a proveedores que puedan tener presentaciones de productos de menor numero de pruebas, pero que puedan en conjunto sumar y cumplir el requerimiento final.

Solicitamos al comité especial ACLARE si es correcta nuestra apreciación y se aceptaran presentaciones de caja por 50 determinaciones siempre y cuando se entreguen 66 Unidades, que cubren el total de determinaciones solicitada, para así NO IMPEDIR la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Representante del Órgano Encargado de las Contrataciones en atención al INFORME N° 139-20223- DPCy AP-HHUT-DRSST/GOB.REG.TACNA emitido por el área usuaria, y conforme a lo establecido en el artículo 16° de la LCE, y artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con el fin de permitir la mayor concurrencia de potenciales postores, acepta su consulta, por lo por lo que se adicionara en las especificaciones técnicas de las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON MOTIVO DE LA INTEGRACIÓN SE HARÁ LA SIGUIENTE PRECISIÓN: Presentación: Reactivos para la determinación de Dímero D, en empaque de 50 o mas determinaciones siempre y cuando cumpla con la cantidad solicitada de 3,300 determinaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL DEAPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE -TACNA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 19:30:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Requerimiento

DICE: En cuanto al reactivo de Glucosa Reactivo en empaque de 2 X 250 mL Esta presentación excluye a la mayoría de los postores, que pueden tener presentaciones de producto que pueden cubrir y superar lo requerido por el usuario. Aceptará el comité de selección en coordinación con el área usuaria presentación de 4 frascos por 100mL, si se entregan 19 kits, lo cual estaría superando la cantidad de determinación o mL solicitados por el usuario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Representante del Órgano Encargado de las Contrataciones en atención al INFORME N° 139-20223- DPCy AP-HHUT-DRSST/GOB.REG.TACNA emitido por el área usuaria, y conforme a lo establecido en el artículo 16° de la LCE,y artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con el fin de permitir la mayor concurrencia de potenciales postores, acepta su consulta, por lo por lo que se adicionara en las especificaciones técnicas de las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON MOTIVO DE LA INTEGRACIÓN SE HARÁ LA SIGUIENTE PRECISIÓN:

Reactivos en empaque de: de 500 ml o menos siempre y cuando respete el volumen total del kits.
Volumen final por kit 500 ml

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL DEAPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE -TACNA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 19:30:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Requerimiento

En cuanto a los reactivos de glucosa enzimática, Colesterol HDL Directo enzimático y Colesterol LDL Directo Enzimático, se solicitan que estos reactivos sean compatibles con el equipo propio del Hospital Mindray BS800, entendiendo que este es un equipo de sistema abierto que puede trabajar con cualquier marca.

Aceptará el comité de selección en coordinación con el área usuaria, reactivos de cualquier marca, que puedan demostrar que están validados para uso con equipos mindray, para así no impedir la participación de los postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Representante del Órgano Encargado de las Contrataciones en atención al INFORME N° 139-20223- DPCy AP-HHUT-DRSST/GOB.REG.TACNA emitido por el área usuaria, y conforme a lo establecido en el artículo 16° de la LCE, y artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aclara que el equipo es de sesión en uso y no es compatible con todas las marcas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL DEAPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE -TACNA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:39:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
GLUCOSA

Solicitan: Metodología Método enzimático, cinético

En virtud a una mayor pluralidad de postores, consultamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria puedan aceptar también: Metodología Método enzimático colorimétrico ó Método enzimático cinético

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Representante del Organismo Encargado de las Contrataciones en atención al INFORME N° 139-20223- DPCy AP-HHUT-DRSST/GOB.REG.TACNA emitido por el área usuaria, y conforme a lo establecido en el artículo 16° de la LCE, y artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado con el fin de permitir la mayor concurrencia de potenciales postores, acepta su consulta, por lo que se adicionara en las especificaciones técnicas de las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON MOTIVO DE LA INTEGRACION SE HARÁ LA SIGUIENTE PRECISIÓN: Metodología: Método enzimático, cinético, o Método enzimático colorimétrico o Método enzimático cinético.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL DEAPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE -TACNA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:39:43

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

COLESTEROL HDL DIRECTO

Solicitan: Metodología Método enzimático, cinético

En virtud a una mayor pluralidad de postores, consultamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria puedan aceptar también: Metodología Método Directo ó Método enzimático cinético

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Representante del Organo Encargado de las Contrataciones en atención al INFORME N° 139-20223- DPCy AP-HHUT-DRSST/GOB.REG.TACNA emitido por el área usuaria, y conforme a lo establecido en el artículo 16° de la LCE,y artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado con el fin de permitir la mayor concurrencia de potenciales postores, acepta su consulta, por lo por lo que se adicionara en las especificaciones técnicas de las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON MOTIVO DE LA INTEGRACIÓN SE HARA LA SIGUIENTE PRECISIÓN: Metodología: Método enzimático, cinético o Método Directo ó Método enzimático cinético

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL DEAPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE -TACNA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:39:43

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

COLESTEROL LDL DIRECTO

Solicitan: Metodología Método enzimático, cinético

En virtud a una mayor pluralidad de postores, consultamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria puedan aceptar también: Metodología Método Directo ó Método enzimático cinético

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Representante del Organo Encargado de las Contrataciones en atención al INFORME N° 139-20223- DPCy AP-HHUT-DRSST/GOB.REG.TACNA emitido por el área usuaria, y conforme a lo establecido en el artículo 16° de la LCE,y artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado con el fin de permitir la mayor concurrencia de potenciales postores, acepta su consulta, por lo por lo que se adicionara en las especificaciones técnicas de las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON MOTIVO DE LA INTEGRACIÓN SE HARA LA SIGUIENTE PRECISIÓN: Metodología: Método enzimático, cinético o Método Directo ó Método enzimático cinético

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL DEAPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE -TACNA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:39:43

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
DIMERO D

Solicitan: Método Turbidimetria

En virtud a una mayor pluralidad de postores, consultamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria puedan aceptar también: Metodología Método Turbidimetrico ó Metodo inmunoturbidimetrico

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Representante del Órgano Encargado de las Contrataciones en atención al INFORME N° 139-20223- DPCy AP-HHUT-DRSST/GOB.REG.TACNA emitido por el área usuaria, y conforme a lo establecido en el artículo 16° de la LCE,y artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado con el fin de permitir la mayor concurrencia de potenciales postores, acepta su consulta, por lo por lo que se adicionara en las especificaciones técnicas de las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON MOTIVO DE LA INTEGRACIÓN SE HARÁ LA SIGUIENTE PRECISIÓN:
TURBIMETRIA O MÉTODO TRIMETRICO O MÉTODO INMUNOTURBIMETRICO

Metodología: Método

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL DEAPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE -TACNA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	23:58:42

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Capitulo II. ESPECIFICACIONES TECNICAS
consulta 1

Se solicita amablemente al Comite para la adquisicion de bienes en general ampliar la metodologia a turbidimetrica y colorimetrica , con la finalidad de fomentar los principios de la Ley de contrataciones como el de Libre Concurrencia y Competencia, Imparcialidad, Vigencia Tecnológica y Trato Justo e Igualitario y de Equidad.
Basados en el artículo n°2 de la ley de contrataciones, principios a) Libertad de concurrencia, b) Igualdad de trato y g) Vigencia Tecnológica.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Representante del Organo Encargado de las Contrataciones en atención al INFORME N° 139-20223- DPCy AP-HHUT-DRSST/GOB.REG.TACNA emitido por el área usuaria, y conforme a lo establecido en el articulo 16° de la LCE,y articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aclara que el equipos es en sesion en uso MARCA MINDRAY MODELO C3510 , por lo que se aceptara en parte, se ampliara la metodologia y se modificara en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON MOTIVO DE LA INTEGRACIÓN SE HARÁ LA SIGUIENTE PRECISIÓN: Metodología: Método
TURBIMETRIA O MÉTODO TRIMETRICO O METODO INMUNOTURBIMETRICO