

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20608481762

Fecha de envío : 21/08/2023

Nombre o Razón social : DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO
ECUADOR - DISTPROLABECUADOR SUCURSAL DEL

Hora de envío : 13:04:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

se puede agregar otras metodologías como la electroquimiluminiscencia permitiendo así la pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 1.2

Literal: 2

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO. Se acepta la consulta por que seria cambiar la mitología solicitada en las bases.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo al cronograma de entregas para los productos solicitados se ha establecido que para el sub ítem 1.9 HORMONA PROLACTINA (PRL) MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA, se realicen 4 entregas de 50 det. cada una. Teniendo en cuenta que en el mercado peruano existen pruebas de quimioluminiscencia cuya presentación es de 100 det. y considerando que los productos solo serán utilizados en el Hospital, solicitamos respetuosamente que consideren también poder entregar kits de 100 determinaciones realizándose las entregas de lo solicitado en la primera entrega (100 det) y en la tercera entre (100 det.)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.8 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De acuerdo al cronograma de entregas para los productos solicitados se ha establecido que para el sub ítem 1.12 VIH 1-2 p24 MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA , se realicen 4 entregas de 50 det. cada una. Teniendo en cuenta que en el mercado peruano existen pruebas de quimioluminiscencia cuya presentación es de 100 det. y considerando que los productos solo serán utilizados en el Hospital, solicitamos respetuosamente que consideren también poder entregar kits de 100 determinaciones realizándose las entregas de lo solicitado en la primera entrega (100 det) y en la tercera entre (100 det.)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.8 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo al cronograma de entregas para los productos solicitados se ha establecido que para el sub ítem 1.13 TEST DE ANTIGENO CA 19-9 MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA, se realicen 4 entregas de 50 det. cada una. Teniendo en cuenta que en el mercado peruano existen pruebas de quimioluminiscencia cuya presentación es de 100 det. y considerando que los productos solo serán utilizados en el Hospital, solicitamos respetuosamente que consideren también poder entregar kits de 100 determinaciones realizándose las entregas de lo solicitado en la primera entrega (100 det) y en la tercera entre (100 det.)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.8 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

De acuerdo al cronograma de entregas para los productos solicitados se ha establecido que para el sub ítem 1.14 TEST DE ANTIGENO CA 125 MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA, se realicen 4 entregas de 50 det. cada una. Teniendo en cuenta que en el mercado peruano existen pruebas de quimioluminiscencia cuya presentación es de 100 det. y considerando que los productos solo serán utilizados en el Hospital, solicitamos respetuosamente que consideren también poder entregar kits de 100 determinaciones realizándose las entregas de lo solicitado en la primera entrega (100 det) y en la tercera entre (100 det.)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.8 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De acuerdo al cronograma de entregas para los productos solicitados se ha establecido que para el sub ítem 1.15 ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA) MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA, se realicen 4 entregas de 50 det. cada una. Teniendo en cuenta que en el mercado peruano existen pruebas de quimioluminiscencia cuya presentación es de 100 det. y considerando que los productos solo serán utilizados en el Hospital, solicitamos respetuosamente que consideren también poder entregar kits de 100 determinaciones realizándose las entregas de lo solicitado en la primera entrega (100 det) y en la tercera entre (100 det.)

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.8 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.3 se solicita HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE (TSH) MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES, cantidad solicitada 20 unidades. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** -- **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.5 se solicita HORMONA TIROXINA (T4) LIBRE MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES, cantidad solicitada 20 unidades. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: -- **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.6 se solicita HORMONA GONADOTROFINA CORIONICA (HCG) SUB UNIDAD BETA MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES, cantidad solicitada 2000 DETERMINACIONES. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta la consulta por tanto se considerara la presentación de 50 a mas determinaciones

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.7 se solicita HORMONA LUTEINIZANTE (LH) MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES, cantidad solicitada 2 unidades. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: -- **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.8 se solicita HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES, cantidad solicitada 2 unidades. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: -- **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.9 se solicita HORMONA PROLACTINA (PRL) MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA, cantidad solicitada 200 determinaciones. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: -- **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.10 se solicita HORMONA ESTRADIOL MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES, cantidad solicitada 2 unidades. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: -- **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.11 se solicita HORMONA PROGESTERONA MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES, cantidad solicitada 2 unidades. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: -- **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.12 se solicita VIH 1-2 p24 MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA, cantidad solicitada 200 determinaciones. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** -- **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.13 se solicita TEST DE ANTÍGENO CA 19-9 MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA ,cantidad solicitada 200 determinaciones. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** -- **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.14 se solicita TEST DE ANTÍGENO CA 125 MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA ,cantidad solicitada 200 determinaciones. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** -- **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.15 se solicita TEST DE ANTÍGENO CARCINO EMBRIONARIO (CEA) MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA ,cantidad solicitada 200 determinaciones. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** -- **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.16 se solicita VITAMINA B1 QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DET., cantidad solicitada 2 unidades. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** -- **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta. Por la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo. Se solicito vitamina B12.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.17 se solicita FERRITINA QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DET., cantidad solicitada 2 UNIDADES. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: -- **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

De acuerdo al objeto de la convocatoria, en la relación de productos solicitados en el sub ítem 1.18 se solicita ACIDO FOLICO QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DET., cantidad solicitada 2 UNIDADES. Pero de acuerdo a las características técnicas se indica que la presentación es CAJA DE 50 UNIDADES. de acuerdo a ello solicitamos se nos indique si se pueden entregar kits de 100 det. lo que no afectaría las cantidades a entregar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** -- **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se admite la consulta por; la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:05:09

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En este proceso se está solicitando adicionalmente:

01 refrigeradora

01 conservadora

02 UPS para la refrigeradora y la conservadora

Al respecto debemos indicar que ambos equipo cumplen la misma función (mantener los reactivos a la temperatura de +2 a + 8°C), por lo que en aras de permitir una participación justa y sin considerar elementos que podrían interpretarse como innecesarios o que podrían conllevar a una discriminación de los postores, solicitamos respetuosamente que considere la entrega de uno de los dos equipos (refrigeradora o conservadora) y 01 UPS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: -- Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Se acepta la consulta; porque ambos equipos cumplen diferentes funciones en el almacenamiento de los reactivos. Ya que la refrigeradora tiene una zona de congeladora el cual se requiere para ciertos reactivos que necesitan ser congeladas.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUIMTIA S.A.

Fecha de envío : 21/08/2023

Hora de envío : 17:31:31

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 5.2 Normas Meteorológicas y/o Sanitarias- Certificado o Protocolo Análisis (página 21 y 30 de las presentes bases), solicitamos amablemente al Comité en coordinación con el área usuaria acepte una carta emitida por el fabricante como información complementaria a la información consignada en el certificado de análisis.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No, es admitida la consulta el cual debe acogerse de acuerdo a las bases. Pag. 28

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUIMTIA S.A.

Fecha de envío : 21/08/2023

Hora de envío : 17:31:31

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Con respecto al numeral 5.4.2 Rotulado (página 30 de las presentes bases), mencionan que el rotulado de las cajas conteniendo los insumos de laboratorio deben contener la siguiente información: fecha de vencimiento, lote, registro sanitario, cantidad de reactivo que contiene, temperatura en la cual se debe conservar el insumo, entidad o empresa de la fabrica y que la distribuye. Asimismo, deben presentarse en envases adecuados y cumplir con los rótulos exigidos en el decreto legislativo N° 1304; al respecto solicitamos gentilmente a la entidad que el REGISTRO SANITARIO y NOMBRE DEL IMPORTADOR O EMPRESA QUE LO DISTRIBUYE EL PRODUCTO, aplique sólo al envase mediato o secundario, conforme a lo dispuesto en el art. 138° del D.S. 029-2015-SA, puesto que los envases inmediatos o primarios por sus dimensiones pequeñas no permite incluir información adicional.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.4.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No, es admitida la consulta el cual debe acogerse de acuerdo a las bases

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUIMTIA S.A.

Fecha de envío : 21/08/2023

Hora de envío : 17:31:31

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 de la pagina 16 de bases se establece que el plazo para la primera entrega debe realizarse a los diez (10) días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, así como la implementación del equipo; al respecto debemos señalar que considerando los tiempos de importación, desaduanaje, transporte, los factores climáticos y/o ambientales y la propia coyuntura de los rebrotes de COVID-19; entre otros factores más, esto puede superar los días mencionados en el presente requerimiento; lo cual limita la participación a aquellos postores que tengan los bienes y/o equipos ya en stock o pero aun que se tenga que importar los bienes con anterioridad sin tener la certeza de ser adjudicados con la buena pro para poder cumplir con el plazo de entrega señalado; por lo cual, solicitamos gentilmente se amplíe este plazo de la primera entrega a 30 (treinta) días calendarios como máximo para la primera entrega, así como la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No, es admitida la consulta el cual debe acogerse de acuerdo a las bases.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUIMTIA S.A.

Fecha de envío : 21/08/2023

Hora de envío : 17:31:31

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

2. En la página 19, literal m) se solicita la presentación de Ficha técnica, inserto o folleto del producto y de los equipos en cesión de uso; al respecto, es importante mencionar que las bases estándar indican que se podría afianzar la acreditación de algunas especificaciones técnicas del requerimiento a través de la presentación adicional folletos, instructivos, catálogos o similares, para lo cual la entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida; lo cual no ha ocurrido en el presente procedimiento de selección. En ese sentido, en aras de que los postores tengan claridad al momento de elaborar sus ofertas; observamos esta sección de las bases y solicitamos gentilmente al comité establecer de manera clara y precisa qué característica técnica se deberá acreditar con la presentación de Ficha técnica, inserto o folleto; entendiéndose que lo que no mencione la entidad será acreditado con la sola presentación del ANEXO 03, Declaración Jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** M **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No, es admitida la observación el cual debe ceñirse a las bases.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20110200201	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	QUIMTIA S.A.	Hora de envío :	17:31:31

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En la página 19, literal m) se solicita la presentación de Ficha técnica, inserto o folleto del producto y de los equipos en cesión de uso; al respecto, teniendo en cuenta que no todas las especificaciones técnicas podrían estar contenidas en la folletería/manual de instrucciones de Uso o Inserto, debemos indicar que en diversos Pronunciamientos del OSCE señala que los folletos, insertos, manuales de instrucciones de uso, catálogos elaborados por el fabricante no necesariamente contienen todas las especificaciones de los bienes fabricados, limitándose muchas veces solo a las características que el fabricante busca resaltar; por lo tanto, resultaría razonable permitir que las características no contempladas en los referidos documentos puedan ser acreditadas con documentos elaborados por el fabricante, conforme lo establece en el Pronunciamiento N°466-2012/DSU; del mismo modo, mediante Resolución N° 2034-2018-TCE-S1, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha señalado que: no es posible acreditar la totalidad de especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, catálogos, brochures y manuales de fabricante, ello atendiendo a que la información requerida por las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad. Por todo lo mencionado, solicitamos gentilmente aceptar la presentación de catálogos, folletería, manual de instrucciones de uso, inserto, brochure, fichas técnicas, Certificados de Análisis, carta y/o cualquier documento emitido por el fabricante con la finalidad de complementar y/o acreditar alguna especificación técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: M Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el comité de selección:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No, es admitida la consulta el cual debe acogerse de acuerdo a las bases.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 21/08/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 17:57:53

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aceptar documentos emitidos por el fabricante para la acreditación de especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1.

Página: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No, es admitida la consulta el cual debe acogerse de acuerdo a las bases.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 21/08/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 17:57:53

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aceptar que las especificaciones técnicas a acreditar sean:

REACTIVO: Metodología, muestra biológica, fecha de expiración.

EQUIPO: tipo, rendimiento, principio de medición, características y muestra.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1.

Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No, es admitida la consulta el cual debe acogerse de acuerdo a las bases.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 21/08/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 17:57:53

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aceptar presentación de 50 y/o 100 unidades por caja para todos los analitos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1.

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No. Por la baja rotación en el servicio y la estabilidad a bordo del reactivo.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 21/08/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 17:57:53

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aclarar si el principio de medición y la metodología de medición están erradas, debido a un error de tipeo, ya que la metodología del reactivo es quimioluminiscencia, se entendería que aplicaría también para el equipo en cesión de uso. Por lo que se solicita, se modifique en las bases.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1.

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No, es admitida la consulta el cual debe acogerse de acuerdo a las bases.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	17:57:58

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

De acuerdo al principio que rigen las contrataciones (Art. 2 Ley 30225), Transparencia
En las descripciones del producto con sus características técnicas notamos que hay una incoherencia en las presentaciones, en algunas dicen x 100 determinaciones y presentación caja de 50 unidades.
Sugerimos al comité que sirva consignar presentación de 50 determinaciones a más

Acápites de las bases : **Sección:** General **Número:** 5.1 **Literal:** III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No, es admitida la observación el cual debe acogerse de acuerdo a las bases. Por necesidad.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20423555182

Fecha de envío : 21/08/2023

Nombre o Razón social : CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.

Hora de envío : 17:57:58

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

De acuerdo al principio que rigen las contrataciones (Art.2 Ley 30225), Transparencia.

Accesorios: Entrega de 4 pipetas automaticas (Rutina y Emergencia) debidamente calibradas en el rango adecuado segun las necesidades del procedimiento de la prueba.

Sirvanse indicar los rangos de las pipetas a entregarse

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 5.1

Literal: III

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se, aclara la observación. por lo que se indica los rangos de las pipetas son:

1 : de 5 a 50ul

2: de 10 a 100ul

1: de 100 a 1000ul

en total 5 pipetas

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20423555182

Fecha de envío : 21/08/2023

Nombre o Razón social : CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.

Hora de envío : 17:57:58

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Especificaciones tecnicas del equipo de quimioluminiscencia, nos indica lo siguiente:

Principio de medición. ¿ plataforma de partículas super para magnéticas de micrón con reactivos etiquetados de fosfatasa (ALP) alcalina y sustrato AMPPD, entre otros.

Metodología de Medición: Sensor de potenciómetro, sensor de amperometría y sensor de conductancia entre otros

De acuerdo al principio que rigen las contrataciones (Art.2 Ley 30225), Libertad de concurrencia

Solicitamos al Comité sírvase evaluar el poder aceptar un equipo con las siguientes características:

Principio: método de quimioluminiscencia indirecto basado en peroxidasa de rábano picante (HRP) y luminol, que se combina con los reactivos de prueba correspondientes y se utiliza clínicamente para la prueba cualitativa o cuantitativa del analito de muestras.

Metodología de Medición: El analizador de inmunoensayo se basa en el principio de quimioluminiscencia de partículas magnéticas. Los materiales de los fluidos corporales del paciente y los reactivos correspondientes se combinan con partículas magnéticas de recubrimiento para formar compuestos luminosos. La luz emitida químicamente se mide mediante un fotomultiplicador seleccionado de alta sensibilidad y bajo ruido [PMT], que funciona como un contador de fotones ultrarrápido. Luego, se contarán los fotones producidos a partir del catalizador determinado debajo del sustrato y se obtendrán los resultados de la inspección. son resultados cualitativos o cuantitativos mediante la recopilación y conversión del número de fotones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1

Literal: III

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No, es admitida la consulta el cual debe acogerse de acuerdo a las bases.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20423555182

Fecha de envío : 21/08/2023

Nombre o Razón social : CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.

Hora de envío : 17:57:58

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

De acuerdo al principio que rigen las contrataciones (Art.2 Ley 30225), Libertad de concurrencia
Las características de los equipos de quimioluminiscencia en la mayoría siguen el mismo patrón y va de acuerdo al fabricante de como acondiciona sus sistemas de procesamiento, enfriamiento, desechos y otros
Por lo expuesto el fabricante de nuestra representada considera que su equipo tenga un sistema de refrigeración que va de 4°C a 8°C para sus reactivos con una precisión de 0.3C.
Solicitamos al Comité evaluar lo indicado por el fabricante y se considere el rango de refrigeración entre 2°C a 8°C

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** III **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No, es admitida la consulta el cual debe acogerse de acuerdo a las bases.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20423555182

Fecha de envío : 21/08/2023

Nombre o Razón social : CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.

Hora de envío : 17:57:58

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Características Tecnicas: 01 refrigeradora nueva y/o con un maximo de 3 años de antigüedad de fabricacion mayor de 200 litros

COMPONENTES: REGISTRADOR CIRCULAR DE TEMPERATURA (TERMOGRAFO)

Las tecnologías en cuanto a refrigeracion y a su tecnica de registro de de datos han ido evolucionando haciendo mas simple el poder acceder a estos.

El Comité aceptara un equipo de refrigeracion con sistema de almacenamiento de datos internos y que para guardar registro se utilice un puerto para las temperaturas con fecha, hora y registro de temperatura cada 2 minutos y se traslade esta informacion a una computadora para el registro diario y pormenorizado.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** III **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No, es admitida la consulta el cual debe acogerse de acuerdo a las bases.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20423555182

Fecha de envío : 21/08/2023

Nombre o Razón social : CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.

Hora de envío : 17:57:58

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Solicitamos al comite de seleccion , en coordinacion con el area usuaria, tambien se pueda sustentar las especificaciones tecnicas con cartas emitidas por el fabricante de la marca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1

Literal: III

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No, es admitida la consulta el cual debe acogerse de acuerdo a las bases. Presentar copia simple del certificado de protocolo de análisis del producto.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 21/08/2023

Hora de envío : 21:20:51

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

Según la nota del numeral 1.9 - Plazo de Entrega, del Cap. I - Generalidades, se indica que:

"(...) Nota: En la primera entrega incluye la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos en cesión en uso".

Sin embargo, en el punto 5.7. - Del equipo en cesion en uso, del Cap. III - Requerimiento (pag. 29), se indica que:

"(...) El plazo para la entrega que incluye instalación y puesta en funcionamiento del equipo, accesorios y otros no podrá exceder de los 15 días calendarios, contados a partir de la suscripción del contrato".

De los puntos indicados, se observa una clara incongruencia, ya que se establece la misma acción en dos momentos diferentes, lo cual genera confusión y eventuales vicios de nulidad para el procedimiento de selección.

En ese sentido, se solicita al comité de selección que en coordinación con el área usuaria, acepte que el plazo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo, accesorios y otros, debe ser acorde a la primera entrega de los reactivos materia de contratación, teniendo como plazo, 10 días calendarios contados a partir de la notificación de la respectiva orden de compra (primera entrega). Con la finalidad de evitar inconvenientes innecesarios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta del comité de selección:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se. Aclara la observación; que son etapas diferentes; primero se firma el contrato y posteriormente se genera la orden de compra.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 140 HOSPITAL DE HUAYCAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO Y/O INSUMOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 21/08/2023

Hora de envío : 21:20:51

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Según el literal k), del numeral 2.3. - Requisitos para perfeccionar el contrato, del Cap. II- Del Procedimiento de Selección, se indica que:

"El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

k) Carta de compromiso de canje y/o reposición por vencimiento , defectos o vicios ocultos."

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se esta refiriendo a dos cartas distintas, que cumplen finalidades diferentes. Mas aun cuando la carta de compromiso de canje por vencimiento, es condicional, ya que solamente sera presentada cuando el postor no cumpla con la fechas de vencimiento solicitada, por tal motivo no debe ser exigida como requerimiento obligatorio para perfeccionamiento de contrato.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección que en coordinación con el área usuaria, divida el requerimiento, y separe los conceptos referidos a vencimiento y vicios ocultos, haciendo que la carta de compromiso de canje por vencimiento sea exigida solamente cuando no se cumpla con el vencimiento mínimo de los bienes. Con la finalidad de no tener inconvenientes innecesarios al momento de la ejecución contractual.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** II **Literal:** 2.3 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones con el estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la respuesta emitida por el área usuaria:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No, es admitida la observación el cual debe acogerse de acuerdo a las bases