

**ACTA DE APERTURA, EVALUACION Y CALIFICACION DE OTORGAMIENTO DE LA  
BUENA PRO  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°69-2024-GR CUSCO  
(PRIMERA CONVOCATORIA).**

**CONTRATACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO SALUD DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA PROVINCIA DE CANAS-REGION CUSCO.**

Siendo las 10:00 horas del día 01 de JULIO del 2024, en la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del Cusco, el órgano encargado designado mediante **FORMATO N°412-2023-GR CUSCO/GRAD-SGASA** tiene la responsabilidad de conducir y desarrollar el procedimiento de Selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°69-2024-GR-CUSCO-1. PRIMERA CONVOCATORIA**, los mismos elaboran la presente acta a fin de efectuar la apertura, evaluación de las ofertas y calificación de los mismos, de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma.

SOBRE EL QUORUM Y LOS PARTICIPANTES QUE INSTALAN					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	MARIO FERNANDO QUEVEDO VELASCO	Titular	X	Dependencia:	SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS
		Suplente			
Primer Miembro	OLGA SURCO OCHOA	Titular	X	Dependencia:	SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS
		Suplente			
Segundo Miembro	YURITZA MUÑOZ NOLASCO	Titular	X	Dependencia:	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
		Suplente			

**PRIMERO: REGISTRO DE PARTICIPANTES.**

De acuerdo al cronograma establecido en las bases, se registran a través del SEACE como los siguientes participantes, conforme lo establece el numeral 1.3 de la sección general de las bases. De la plataforma del SEACE<sup>1</sup>.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
1	Proveedor con RUC	10239748339	FLORES VARGAS GIM DARWIN	10/06/2024	Válido	10/06/2024
2	Proveedor con RUC	10410553746	GONZALES CCOYA PERCY YON	13/06/2024	Válido	13/06/2024
3	Proveedor con RUC	10426698965	FARFAN MUJICA EVELYN	10/06/2024	Válido	10/06/2024
4	Proveedor con RUC	20101337261	ROCA S.A.C.	10/06/2024	Válido	10/06/2024
5	Proveedor con RUC	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	10/06/2024	Válido	10/06/2024
6	Proveedor con RUC	20255316711	SERVICIOS MULTIPLES MEDICO EMPRES.SRLTDA	19/06/2024	Válido	19/06/2024
7	Proveedor con RUC	20340116055	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	10/06/2024	Válido	10/06/2024
8	Proveedor con RUC	20447790999	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	9/06/2024	Válido	9/06/2024
9	Proveedor con RUC	20448817050	CORPORACION INTICAR E.I.R.L.	17/06/2024	Válido	17/06/2024
10	Proveedor con RUC	20454256141	MEGATECH PERU S.A.C.	8/06/2024	Válido	8/06/2024
11	Proveedor con RUC	20493132416	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	13/06/2024	Válido	13/06/2024

<sup>1</sup> De la plataforma del Seace registro de participantes del proceso de selección AS N°69-2024-GR-CUSCO.

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

12	Proveedor con RUC	20494151503	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	12/06/2024	Válido	12/06/2024
13	Proveedor con RUC	20501645517	VITALTEC S.A.C.	10/06/2024	Válido	10/06/2024
14	Proveedor con RUC	20505867077	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.	10/06/2024	Válido	10/06/2024
15	Proveedor con RUC	20521180260	OLIMPEX PERU S.A.C.	11/06/2024	Válido	11/06/2024
16	Proveedor con RUC	20524590876	MEDIDEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEDIDEN S.A.C.	10/06/2024	Válido	10/06/2024
17	Proveedor con RUC	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	10/06/2024	Válido	10/06/2024
18	Proveedor con RUC	20549591176	SOLUCIONES MEDICAS MACI E.I.R.L.	12/06/2024	Válido	12/06/2024
19	Proveedor con RUC	20551282865	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	10/06/2024	Válido	10/06/2024
20	Proveedor con RUC	20553286337	PERUVIA MEDICA S.A.C.	16/06/2024	Válido	16/06/2024
21	Proveedor con RUC	20563641887	ADVANCE SCIENTIF MEDIC S.A.C. - ASCMEDIC S.A.C.	27/06/2024	Válido	27/06/2024
22	Proveedor con RUC	20600930801	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/06/2024	Válido	10/06/2024
23	Proveedor con RUC	20600984528	SURK'AY PERU S.A.C.	27/06/2024	Válido	27/06/2024
24	Proveedor con RUC	20601058406	CORPORACIÓN L & A IMPORT S.A.C.	11/06/2024	Válido	11/06/2024
25	Proveedor con RUC	20601286808	VIAL MEDIC E.I.R.L.	19/06/2024	Válido	19/06/2024
26	Proveedor con RUC	20601325153	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	10/06/2024	Válido	10/06/2024
27	Proveedor con RUC	20601571065	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	12/06/2024	Válido	12/06/2024
28	Proveedor con RUC	20601785324	STBIOMEDICAL S.A.C.	23/06/2024	Válido	23/06/2024
29	Proveedor con RUC	20601972604	SOLUCIONES E INVERSIONES MEDICAS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SOLUMEDICA	12/06/2024	Válido	12/06/2024
30	Proveedor con RUC	20602400914	INVERSIONES MIDZAR'S EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MIDZAR'S E.I.R.L.	19/06/2024	Válido	19/06/2024
31	Proveedor con RUC	20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	8/06/2024	Válido	8/06/2024
32	Proveedor con RUC	20602703003	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	10/06/2024	Válido	10/06/2024
33	Proveedor con RUC	20603346344	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	10/06/2024	Válido	10/06/2024
34	Proveedor con RUC	20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	18/06/2024	Válido	18/06/2024

35	Proveedor con RUC	20603907362	SCALAP MEDICAL S.A.C.	19/06/2024	Válido	19/06/2024
36	Proveedor con RUC	20604249989	PERFECT ENTERPRISE DEL PERU S.A.C.	10/06/2024	Válido	10/06/2024
37	Proveedor con RUC	20604392757	GEOMAX SOLUTIONS INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	27/06/2024	Válido	27/06/2024
38	Proveedor con RUC	20604774986	IMPLEMENTACION TECHNOLOGYCA MEDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	12/06/2024	Válido	12/06/2024
39	Proveedor con RUC	20605853553	BOSON TEC S.A.C.	11/06/2024	Válido	11/06/2024
40	Proveedor con RUC	20606008024	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	12/06/2024	Válido	12/06/2024
41	Proveedor con RUC	20606042044	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	12/06/2024	Válido	12/06/2024
42	Proveedor con RUC	20606211032	OVERALL SUPPLY IMPORT E.I.R.L.	12/06/2024	Válido	12/06/2024
43	Proveedor con RUC	20606384409	CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L.	12/06/2024	Válido	12/06/2024
44	Proveedor con RUC	20607123145	GRUPO HEICI S.A.C	8/06/2024	Válido	8/06/2024
45	Proveedor con RUC	20608554476	EDAL MEDIC S.A.C.	22/06/2024	Válido	22/06/2024
46	Proveedor con RUC	20611499591	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	11/06/2024	Válido	11/06/2024
47	Proveedor con RUC	20611690402	INVERSIONES HECORT E.I.R.L.	27/06/2024	Válido	27/06/2024
48	Proveedor con RUC	20612622834	CORPORACION MACRICE S.A.C.	13/06/2024	Válido	13/06/2024

**SEGUNDO: DETALLE DE LOS POSTORES.**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas a través del SEACE <sup>2</sup>. =====

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	28/06/2024	23:18:49	Enviado	Valido
2	20551282865	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	28/06/2024	23:56:06	Enviado	Valido
3	20601325153	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	28/06/2024	20:20:13	Enviado	Valido
4	20521180260	OLIMPEX PERU S.A.C.	28/06/2024	18:34:24	Enviado	Valido
5	20606042044	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	28/06/2024	23:56:31	Enviado	Valido

<sup>2</sup> De la plataforma del Seace de presentación de ofertas del proceso de selección AS N°69-2024-GR-CUSCO.

**TERCERO: CALIFICACION DE OFERTAS:**

El OEC a cargo del procedimiento de selección procede a realizar la revisión de documentos obligatorios, según lo requerido en el CAPÍTULO II, NUMERAL 2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS, numeral 2.2.1 documentos de presentación obligatorio, así mismo proceder con la revisión de lo estipulado en el artículo 49. El OEC a cargo del procedimiento de selección, continua con la admisión de los documentos de presentación obligatoria. Quedando la calificación de las ofertas de la siguiente manera:

POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA								DOCUM ENTOS FACULTA TIVOS	RESULTADOS
	Anexo N° 01 (a)	Documento que acredite la repre (b)	Anexo N° 02 (c)	ANEXO N° 03 (d) espef.	Acreditación literal (e)	Anexo N° 04(f) plazo	Anexo N° (g) promesa de consorcio	Anexo N° 06 (h) precio	MYPE	
INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si Presenta	Si presenta (*)	-	-	-	-	NO ADMITIDO
HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si Presenta	Si presenta (*)					NO ADMITIDO
OLIMPEX PERU S.A.C.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si Presenta	Si presenta (*)					NO ADMITIDO
VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si Presenta	Si presenta (*)					NO ADMITIDO
C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si Presenta	Si presenta (*)					NO ADMITIDO

**(\*) INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.**

El postor no cumple con acreditar las especificaciones técnicas según bases estándares el literal (E) así mismo se verifica toda la oferta presentada (\*) Según Resolución N.º 1245-2020-TCE-S1<sup>3</sup> como se detalle el siguiente.

➤ **ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE**

CARACTERISTICA TECNICA B09.

EL POSTOR PRESENTA EL VALOR DEL NIVEL DE RUIDO EN OTRA UNIDAD, NO INDICA LA EQUIVALENCIA O MODO DE CONVERSION PARA PODER VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CARACTERISTICA SOLICITADA. FOLIO 14 DE LA PROPUESTA

➤ **COCHE DE PARO EQUIPADO.**

CARACTERISTICA TECNICA B05.

EL POSTOR PROPONE UN ANCHO MAYOR AL SOLICITADO, FOLIO 34 DE LA PROPUESTA

CARACTERISTICA TECNICA B39.

POSTOR OFERTA MATERIAL CROMADO, SE SOLICITA INOXIDABLE, FOLIO 72 DE LA PROPUESTA

➤ **ELECTROCARDÍOGRAFO CON INTERPRETACION**

CARACTERISTICA TECNICA BB08.

EL POSTOR NO EVIDENCIA SI EN EL FORMATO DE IMPRESION SE REGISTRA LOS DATOS DEL PACIENTE, SEGÚN LO SOLICITADO, FOLIO 108 DE LA PROPUESTA

<sup>3</sup> (\*) Según Resolución N° 1245-2021-TEC-S1 señala lo siguiente:

"Al respecto es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener la certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso.

➤ **EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE**

**CARACTERISTICA TECNICA C05**


EL POSTOR NO EVIDENCIA SI EL HUMIDIFICADOR ES ESTERILIZABLE, SEGÚN LO SOLICITADO, FOLIO 130 DE LA PROPUESTA.

➤ **NEBULIZADOR**

**CARACTERISTICA TECNICA B08**

EL POSTOR PRESENTA EL VALOR DEL NIVEL DE RUIDO EN OTRA UNIDAD, NO INDICA LA EQUIVALENCIA O MODO DE CONVERSION PARA PODER VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CARACTERISTICA SOLICITADA, FOLIO 209 DE LA PROPUESTA.


Se realizó la verificación y la evaluación de documentos obligatorios las cuales el comité no culminó, por la complejidad y la cantidad de ofertas presentadas, su cumplimiento de la especificación es técnicas según el literal (e) según cronograma. El comité de selección suspende la admisión y/o calificación y el otorgamiento de la buena pro. en fecha 04 de julio del 2024 firmando los presentes en conformidad.



MARIO FERNANDO QUEVEDO VELASCO  
PRESIDENTE DE COMITE



OLGA SURCO OCHOA  
PRIMER MIEMBRO TITULAR.



YURITZA MUÑOZ NOLASCO  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

**CONTINUACIÓN POR POSTERGACIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 69-2024-GR-CUSCO-1**

**CONTRATACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO SALUD DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA PROVINCIA DE CANAS-REGION CUSCO.**

=====

En la Oficina De La Sub Gerencia de Abastecimiento de Servicios Auxiliares del gobierno regional de cusco, **se reinicia el acto de calificación al 4 de julio del 2024, siendo las 9.00 horas**, para continuar con la calificación de las ofertas en la admisión de

**(\*) HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.**

El postor no cumple con acreditar las especificaciones técnicas según bases estándares el literal (E) así mismo se verifica toda la oferta presentada " ) **Según Resolución N.º 1245-2020-TCE-S1<sup>4</sup>** como se detalle el siguiente, la oferta no esta foliada

- **ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE**  
**CARACTERISTICA TECNICA B09**  
EL POSTOR PRESENTA EL VALOR DEL NIVEL DE RUIDO EN OTRA UNIDAD, NO INDICA LA EQUIVALENCIA O MODO DE CONVERSION PARA PODER VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CARACTERISTICA SOLICITADA, PAG 10 DE SU PROPUESTA
- **COCHE DE PARO EQUIPADO**  
**CARACTERISTICA TECNICA B35**  
EL POSTOR NO SUSTENTA: BATERIA RECARGABLE INCORPORADA. (TOTAL DE HOJAS DE SU PROPUESTO)
- **GLUCOMETRO PORTATIL**  
**CARACTERISTICA TECNICA B04, B05, B07**  
EN PROPUESTA DEL POSTOR NO SE VISUALIZA SUSTENTO, ES ILEGIBLE PAG. 142.
- **HEMOGLOBINOMETRO**  
**CARACTERISTICA TECNICA E01**  
POSTOR NO OFERTA BATERIAS DE LITIO, PAG 181 DE SU PROPUESTA.
- **NEBULIZADOR**  
**CARACTERISTICA TECNICA B08**  
EL POSTOR PRESENTA EL VALOR DEL NIVEL DE RUIDO CON +- 10%, CONSIDERANDOSE COMO FUERA DE RANGO SOLICITADO. PAG. 243 DE SU PROPUESTA

Por todo lo detallado no cumple con la acreditación del literal (e) de las bases integradas **Por cual no se admite la oferta.**

**(\*) VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.**

El postor no cumple con acreditar las especificaciones técnicas según bases estándares el literal (E) así mismo se verifica toda la oferta presentada como se detalle el siguiente.

- **ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE.**  
**CARACTERISTICA TECNICA B09**  
EL POSTOR PRESENTA EL VALOR DEL NIVEL DE RUIDO EN OTRA UNIDAD, NO INDICA LA EQUIVALENCIA O MODO DE CONVERSION PARA PODER VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CARACTERISTICA SOLICITADA.

<sup>4</sup> **(\*) Según Resolución N° 1245-2021-TEC-S1 señala lo siguiente:**

"Al respecto es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener la certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso.

B09. EL POSTOR SEÑALA NIVEL DE RUIDO ESTA EXPRESADO EN DBA, SE SOLICITA EN DB, NO SUSTENTA EQUIVALENCIA, FOLIO 97 DE SU PROPUESTA.

➤ **COCHE DE PARO EQUIPADO.**

CARACTERISTICA TECNICA B39

EL POSTOR OFERTA EL BIEN DE MATERIAL CROMADO, SE SOLICITA DE MATERIAL INOXIDABLE, PAG 129 Y 127 DE SU PROPUESTA.

➤ **DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.**

CARACTERISTICA TECNICA E01

EL POSTOR NO SUSTENTA BATERIA DE LITIO PAG. 35 DE SU PROPUESTA.

➤ **NEBULIZADOR.**

CARACTERISTICA TECNICA B08

EL POSTOR PRESENTA EL VALOR DEL NIVEL DE RUIDO CON +- 10%, CONSIDERANDOSE COMO FUERA DE RANGO SOLICITADO. FOLIO.66 DE SU PROPUESTA.

Por todo lo detallado no cumple con la acreditación del literal (e) de las bases integradas Por cual no se admite la oferta. "i) Según Resolución N.º 1245-2020-TCE-S1<sup>5</sup>

**(\*) C & M TECHNOLOGY S.A.C.**

El postor no cumple con acreditar las especificaciones técnicas según bases estándares el literal (E) así mismo se verifica toda la oferta presentada como se detalle el siguiente.

➤ **ELECTROCARDIOGRAFO CON INTERPRETACION.**

CARACTERISTICA TECNICA B04

EL POSTOR NO EVIDENCIA QUE EL EQUIPO TRABAJA EN IDIOMA ESPAÑOL, FOLIO 123 DE SU PROPUESTA.

➤ **EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE.**

CARACTERISTICA TECNICA C05

EL POSTOR NO EVIDENCIA SI EL HUMIDIFICADOR ES ESTERILIZABLE, FOLIO.139 DE SU PROPUESTA.

➤ **NEBULIZADOR.**

CARACTERISTICA TECNICA C05

EL POSTOR PRESENTA EL VALOR DEL NIVEL DE RUIDO EN OTRA UNIDAD, NO INDICA LA EQUIVALENCIA O MODO DE CONVERSION PARA PODER VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CARACTERISTICA SOLICITADA, FOLIO. 212 DE SU PROPUESTA.

Por todo lo detallado no cumple con la acreditación del literal (e) de las bases integradas Por cual no se admite la oferta.

**(\*) OLIMPEX PERU S.A.C.**

El postor no cumple con acreditar las especificaciones técnicas según bases estándares el literal (E) así mismo se verifica toda la oferta presentada como se detalle el siguiente.

➤ Propuesta no foliada las paginas 1 al 16 y del 88 al 186

○ El postor no entrega evidencia documentaria de los siguientes equipos:

- ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE
- DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODERMICAS
- ELECTROCARDIOGRAFO CON INTERPRETACION
- EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE
- GLUCOMETRO PORTATIL
- HEMOGLOBINOMETRO
- LAMPARA QUIRURGICA RODABLE

<sup>5</sup> (\*) Según Resolución N° 1245-2021-TEC-S1 señala lo siguiente:

"Al respecto es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener la certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso.


- NEBULIZADOR
- PULSIOXIMETRO DE MESA
- PULSIOXIMETRO PORTATIL

- La no admisión del postor se debe a que presento el **Anexo N° 6** sin firma, siendo no subsanable. (Artículo 60. Subsanación De Las Ofertas)

**ANEXO 6** – Oferta económica, como se establece en las bases integradas (no consigna firma). El postor no cumple en presentar su documentación de acuerdo a los documentos obligatorios, así mismo se precisa que según el **Artículo 60. Subsanación De Las Ofertas**: No es subsanable el plazo precio u oferta económica. Según la 60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable

Finalmente, visto el cuadro de admisión de ofertas no habiendo ninguna oferta admitida 65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida según reglamento de la ley de contrataciones del estado, los integrantes del comité en decisión unánime **RESUELVE, DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°69-2024-GR-CUSCO SEGUNDA CONVOCATORIA**, CONTRATACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO SALUD DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA PROVINCIA DE CANAS-REGION CUSCO..

El representante del comité de selección de las Contrataciones a cargo del procedimiento de selección encargado de conducir y desarrollar el presente procedimiento de Selección da por concluido se firma al pie del presente en señal de conformidad, siendo las 15 :00 horas del mismo día 4 de JULIO y año en curso; asimismo, se autoriza la publicación de la presente en la plataforma del SEACE.



MARIO FERNANDO QUEVEDO VELASCO  
PRESIDENTE DE COMITE



OLGA SURCO OCHOA  
PRIMER MIEMBRO TITULAR.



YURITZA MUÑOZ NOLASCO  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR