

FORMATO N° 11
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1	NÚMERO DE ACTA	001-2024-CS- AS N°43-2023-GERESA/LL
----------	-----------------------	-------------------------------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL	<p>En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año 2024, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 11:30 am horas, se reunieron los integrantes del comite designados mediante formato N° 004 AS N°43-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS N° 43-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2596379: ADQUISICIÓN DE DOS (02) ESTERILIZADOR ELECTRICOS DE VAPOR VERTICAL PARA HOSPITAL LEONCIO PRADO DE HUAMACHUCO " ITEM N° 01(PAQUETE): ¿IOARR 2596379: ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES CON GENERADOR ELECTRICOS PARA HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>
----------	-------------------------------------	--

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)	<p>El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p>			
	Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia: UTF-ABASTECIMIENTO
			Suplente		
	Primer Miembro	ING. ALEJANDRO GONZALO PIZARRO PEREZ	Titular	X	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente		
	Segundo Miembro	ING. CARLOS RICARDO VARGAS CARRERA	Titular	X	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente		

4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES	<p>De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:</p>		
N°	Nombre o razón social del participante	RUC		
1	NIÑO DE GUZMAN BECERRA DANIEL GIOVANI	10416678125		
2	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238		
3	H.W.KESSEL S.A.C.	20100329205		
4	BIOIMAGEN S.A.C	20392644556		
5	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20447790999		
6	DBG SOLUCIONES S.A.C	20451829913		
7	RICAF MEDICAL E.I.R.L	20477671561		
8	VITALTEC S.A.C.	20501645517		
9	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	20501887286		
10	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	20503919908		
11	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.	20505867077		
12	CUPRUM METAL TRADING SAC	20518676700		
13	CESPI PERU S.A.C.	20523412486		
14	PROCESAMIENTO ECOLÓGICO SAC - PROECOLO SAC	20547969783		
15	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004		
16	ASECO PERU S.A.C.	20565911920		
17	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	20600811364		
18	CORPORACION VASOT S.A.C.	20601297249		
19	STBIOMEDICAL S.A.C.	20601785324		
20	INDUSTRIA TECNOLÓGICA PERU E.I.R.L.	20603344341		
21	INDUSTRIA TECNOLÓGICA PERU E.I.R.L.	20603344341		
22	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344		
23	CF DISMED S.A.C.	20603460554		
24	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	20604125490		
25	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	20604458944		
26	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044		
27	IMPORTACIONES ANICAMA E.I.R.L.	20609013011		
28	TECNOLOGIA MEDICA SAN MARTIN E.I.R.L.	20609110865		
29	SYSTEM MED S.A.C.	20609841878		

6		<p>Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.</p>
----------	--	--

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
	1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SAC	EQUIPO ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRIC DE VAPOR: NO CUMPLE CON EETT CARACTERISTICAS GENERALES: A03, A07, A08, A10, SISTEMA DE SEGURIDAD A16,PANEL DIGITAL DE VISUALIZACION E INDICADORES A24, A29, EQUIPO ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRIC DE VAPOR VERTICAL DE 150L: Y DEMÁS, LAS CUALES ESTAN SUSTENTADAS EN EL INFORME ANEXO, EL CUAL FUE EMITIDO POR EL ING ESPECIALISTA

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
	De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
	1	SAINT INDUSTRY EIRL	ITEM 1

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	SAINT INDUSTRY EIRL	405,000.00	100.00%
	9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.		

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	SAINT INDUSTRY EIRL	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		100
		BONIFICACION MYPE		5
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		105 PUNTOS

11	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN		
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:		
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	
	1	SAINT INDUSTRY EIRL	
	DE SER EL CASO INCLUIR:		
	Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:		
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	xxxxxxx	xxxxxxx	

12	ACUERDO ADOPTADO		
	Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.		

13	  		
	Econ, Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular	ING. ALEJANDRO GONZALO PIZARRO PEREZ Primer Miembro	ING. CARLOS RICARDO VARGAS CARRERA Segundo Miembro
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		

BASES INTEGRADAS		POSTOR : SAINT INDUSTRY EIRL	POSTOR : POSTOR : HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SAC
ADMISIÓN DE OFERTA			
Documentación de presentación obligatoria			
Documentos para la admisión de la oferta			
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
e)	SUTENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
EQUIPO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR			
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
A01	MODELO HORIZONTAL	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A02	LA CAPACIDAD DE LA CÁMARA INTERIOR MAYOR O IGUAL A 50 LT	SI CUMPLE	NO CUMPLE, OFERTA DE 23 LITROS.
A03	CÁMARA Y PUERTA CONSTRUÍDOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 O AISI 316 O SUPERIOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A04	EQUIPO AUTÓNOMO (NO REQUIERE CONEXIONES DE AGUA, NI DESAGÜE)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A05	CON BOMBA DE VACÍO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A06	MECANISMO O MEDIO PARA EL DRENAJE DEL AGUA, PARA PERMITIR LA LIMPIEZA Y CAMBIO DE AGUA DEL RESERVOIRIO DE AGUA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A07	PANTALLA DIGITAL DE VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN, FASES DE PROCESOS, ALARMAS U OTROS.	SI CUMPLE	NO ACREDITA LO QUE SE VISUALIZA EN LA PANTALLA
A08	SOFTWARE ÍNTEGRAMENTE EN IDIOMA ESPAÑOL	SI CUMPLE	NO ACREDITA EL IDIOMA DE FUNCIONAMIENTO
A09	POTENCIA DE CONSUMO DEL EQUIPO NO MAYOR A 3.5KW	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A10	EQUIPO CON CERTIFICACIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN: ASME U OTRA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	NO ACREDITA CERTIFICACIONES SOLICITADAS
A11	MANÓMETRO ANALÓGICO O DIGITAL INDICADOR DE LA PRESIÓN INTERIOR DE LA CÁMARA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SISTEMA DE SEGURIDAD			
A12	SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA APERTURA DE LA PUERTA CON CÁMARA A PRESIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A13	PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CALENTAMIENTO DE LA CÁMARA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A14	VÁLVULA DE SEGURIDAD CONTRA SOBRE PRESIÓN DE LA CÁMARA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A15	PUERTA DE CIERRE SEGURO Y HERMÉTICO PROVISTA DE AISLAMIENTO TÉRMICO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A16	CON UN (01) O DOS (02) SENSORES DE TEMPERATURA PT 100 O TECNOLOGÍA SUPERIOR	SI CUMPLE	NO ACREDITA EL TIPO DE SENSOR PT100
CONTROL			
A17	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A18	DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN			
A19	TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN: 121 °C Y 132 O 134°C	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A20	CUATRO (04) PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN PRE DETERMINADOS COMO MÍNIMO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A21	CON PROGRAMA DE PRUEBA DE BOVIE & DICK	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A22	UN PROGRAMA CON PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN TIEMPO Y TEMPERATURA AJUSTABLES POR EL USUARIO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A23	CON FASE DE SECADO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PANEL DIGITAL DE VISUALIZACIÓN E INDICADORES			
A24	PRESIÓN EN LA CAMARA EN LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN Y /O MANÓMETRO	SI CUMPLE	NO ACREDITA LA PRESION DE LA CAMARA
A25	TEMPERATURA DE LA CÁMARA EN LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A26	BAJO NIVEL DE AGUA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A27	FASE DEL PROCESO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A28	PUERTA ABIERTA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A29	ALARMA DE FALLA Y CÓDIGO DE ERROR DE FALLA	SI CUMPLE	NO ACREDITA TIPO DE ALARMA
A30	FIN DE PROCESO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
COMPONENTES			
B01	IMPRESORA INCORPORADA PARA REGISTRO DEL PROCESO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B02	CON INTERRUPTOR GENERAL DE ENCENDIDO / APAGADO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SE DEBERA CONSIGNAR LA MARCA, MODELO, FABRICACION Y PROCEDENCIA DE LOS BIENES OFERTADOS			
EQUIPO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR VERTICAL DE 150L			
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
A01	EQUIPO ESTERILIZADOR AUTOSOPORTADO, DISPUESTO DE MANERA VERTICAL, QUE PERMITA REGULAR NIVEL HORIZONTAL DE LA BASE O BASE DE 04 RUEDAS CON SU RESPECTIVO FRENO EN CADA UNA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTIZE MANTENER EL NIVEL EN CUALQUIER BASE HORIZONTAL	SI CUMPLE	NO CUMPLE, OFERTA EQUIPO HORIZONTAL
A02	CAPACIDAD DE LA CÁMARA INTERIOR COMPRENDIDA EN UN RANGO DE 145 L A 150L	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A03	CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN, CONSTRUÍDA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 O AISI 316 O SUPERIOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A04	PANTALLA DIGITAL EN IDIOMA ESPAÑOL PARA VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A05	PUERTO USB PARA REGISTRO DE DATOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A06	PUERTO RS 232 PARA IMPRESIÓN DE PARÁMETROS POR ORDENADOR.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A07	EQUIPO AUTÓNOMO, NO REQUIERE DE CALDERO EXTERNO NI CONEXIONES DE AGUA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A08	PROVISTO DE DRENAJE, PARA PERMITIR ELIMINACIÓN DE AGUA RESIDUAL	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A09	PUERTA DE CIERRE SEGURO Y HERMÉTICO PROVISTA DE AISLAMIENTO TÉRMICO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A10	POTENCIA DE CONSUMO DEL EQUIPO, NO MAYOR A 7.5 KW	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A11	EQUIPO CON CERTIFICACIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN: ASME U OTRA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EQUIVALENTE Y CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD O ISO 13485	SI CUMPLE	NO ACREDITA CERTIFICACIONES SOLICITADAS
A12	MANÓMETRO ANALÓGICO O DIGITAL INDICADOR DE LA PRESIÓN INTERIOR DE LA CÁMARA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A13	CON BOMBA DE VACÍO: CICLO DE PRE Y POST VACÍO	SI CUMPLE	NO ACREDITA CICLO DE PRE Y POST VACIO
CONTROL			
A14	PANEL DE CONTROL UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO, CON INTERRUPTOR GENERAL DE ENCENDIDO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A15	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A16	CON CÓDIGO PARA ACCEDER A LA PROGRAMACION	SI CUMPLE	NO ACREDITA CÓDIGO PARA PROGRAMACION
A17	CON DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO O AUTO AJUSTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN			
A18	TEMPERATURAS DE ESTERILIZACIÓN DESDE 105 °C HASTA 134 °C	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A19	NOVE (09) PROGRAMAS COMO MÍNIMO DE ESTERILIZACIÓN PREDERMINADOS Y/O CONFIGURABLES POR EL USUARIO	SI CUMPLE	NO ACREDITA CANTIDAD DE PROGRAMAS
A20	CON PROGRAMA DE PRUEBA DE BOVIE & DICK	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A21	VISUALIZACIÓN DE FASES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A22	FIN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A23	TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN DE 3 HASTA 99 MINUTOS O RANGO MAYOR	SI CUMPLE	NO ACREDITA TIEMPO ESTERILIZACION
A24	TIEMPO DE SECADO DE 20 A 60 MINUTOS O RANGO MAYOR	SI CUMPLE	NO ACREDITA TIEMPO DE SECADO
SE DEBERA CONSIGNAR LA MARCA, MODELO, FABRICACION Y PROCEDENCIA DE LOS BIENES OFERTADOS			
EQUIPO: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR VERTICAL DE 50L			
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
A01	EQUIPO ESTERILIZADOR AUTOSOPORTADO, DISPUESTO DE MANERA VERTICAL, QUE PERMITA REGULAR NIVEL HORIZONTAL DE LA BASE O BASE DE 04 RUEDAS CON SU RESPECTIVO FRENO EN CADA UNA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTIZE MANTENER EL NIVEL EN CUALQUIER BASE HORIZONTAL	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A02	CAPACIDAD DE LA CAMARA INTERIOR COMPRENDIDA EN UN RANGO DE 45L A 50L.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A03	CAMARA DE ESTERILIZACION, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 O AISI 316 O SUPERIOR.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A04	PANTALLA DIGITAL EN IDIOMA ESPAÑOL PARA VISUALIZACION DE PARAMETROS Y REPRESENTACION GRAFICA DEL PROCESO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A05	PUERTO USB PARA REGISTRO DE DATOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A06	PUERTO RS232 O TECNOLOGIA INALAMBIRCA, PARA IMPRESION DE PARAMETROS POR ORDENADOR.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A07	EQUIPO AUTONOMO, NO REQUIERE DE CALDERO EXTERNO NI CONEXIONES DE AGUA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A08	PROVISTO DE DRENAJE, PARA PERMITIR ELIMINACION DE AGUA RESIDUAL.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A09	PUERTA DE CIERRE SEGURO Y HERMETICO, PROVISTA DE AISLAMIENTO TERMICO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A10	POTENCIA DE CONSUMO DEL EQUIPO, NO MAYOR A 3KW.	SI CUMPLE	NO CUMPLE, OFERTA POTENCIA DE 4.4KW
A11	EQUIPO CON CERTIFICACION DE RECIPIENTES A PRESION: ASME U OTRA CERTIFICACION INTERNACIONAL EQUIVALENTE Y CERTIFICACION ISO 9001:2008 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD O ISO 13485.	SI CUMPLE	NO ACREDITA CERTIFICACIONES SOLICITADAS
A12	MANOMETRO ANALOGICO O DIGITAL INDICADOR DE LA PRESION INTERIOR DE LA CAMARA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A13	CON BOMBA DE VACIO: CICLOS DE PRE Y POST VACIO.	SI CUMPLE	NO ACREDITA CICLO DE PRE Y POST VACIO
CONTROL			
A14	PANEL DE CONTROL UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO, CON INTERRUPTOR GENERAL DE ENCENDIDO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A15	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A16	CON CODIGO PARA ACCEDER A LA PROGRAMACION	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A17	CON DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO O AUTO AJUSTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

PROCEDO DE ESTERILIZACION			
A18	TEMPERATURAS DE ESTERILIZACION DESDE 105° C HASTA 134 ° C.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A19	NUVEVE (09) PROGRAMAS COMO MINIMO DE ESTERILIZACION PREDETERMINADOS Y/O CONFIGURABLES POR EL USUARIO.	SI CUMPLE	NO CUMPLE SOLO TIENE 7 PROGRAMAS
A20	CON PROGRAMA DE PRUEBA DE BOVIE Y DICK.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A21	VISUALIZACION DE FASES DEL PROCESO DE ESTERILIZACION.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A22	FIN DEL PROCESO DE ESTERILIZACION	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A23	TIEMPO DE ESTERILIZACION DE 3 HASTA 59 MINUTOS O RANGO MAYOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A24	TIEMPO DE SECADO DE 20 A 60 MINUTOS O RANGO MAYOR.	SI CUMPLE	NO ACREDITA TIEMPO DE SECADO
PANEL DE VISUALIZACION E INDICADORES			
A25	PRESION EN LA CAMARA EN LA PANTALLA DE VISUALIZACION Y/O MANOMETRO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A26	TEMPERATURA DE LA CAMARA EN LA PANTALLA DE VISUALIZACION	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A27	BAJO NIVEL DE AGUA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A28	FASE DEL PROCESO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A29	PUERTA ABIERTA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A30	ALARMA DE FALLA Y CODIGO DE ERROR DE FALLA	SI CUMPLE	NO ACREDITA TIPO DE ALARMA
A31	FIN DEL PROCESO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SEGURIDAD Y ALARMAS			
A32	CON SISTEMA DE SEGURIDAD O BLOQUEO, PARA EVITAR QUE LA PUERTA DE LA AUTOCLAVE SE ABRA DURANTE EL PROCESO, O CUANDO SE ENCUENTRA PRESURIZADA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A33	DISPOSITIVO DE PROTECCION DE APERTURA DE PUERTA POR SOBREPRESION	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A34	SISTEMA DETECTOR DE NIVEL DE AGUA CON ALARMA AUDIO VISUAL, CON APAGADO AUTOMATICO, PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL ELEMENTO CALEFACTOR.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A35	ALARMA DE FALLA Y CODIGO DE ERROR DE FALLA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A36	RECONOCIMIENTO DE PUERTA ABIERTA O MAL CERRADA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A37	VALVULA DE SEGURIDAD O PRESOSTATO CONTRA LA SOBREPRESION DEL CALDERO Y/O CAMARA DE ESTERILIZACION	SI CUMPLE	SI CUMPLE
COMPONENTES			
B01	IMPRESORA INCORPORADA O EXTERNA PARA REGISTRO DEL PROCESO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B02	DOS (02) CESTOS O CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO MALLA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B03	DOS (02) CONTENEDORES	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B04	DIEZ (10) ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B05	MANGUERA EXTERNA PARA DRENAJE DE AGUA RESIDUAL	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SE DEBERA CONSIGNAR LA MARCA, MODELO, FABRICACION Y PROCEDENCIA DE LOS BIENES OFERTADOS			
Además, presentaran la siguiente documentación:			
a)	Declaración jurada del postor por el compromiso de disponibilidad de servicios, repuestos, partes y piezas originales por un periodo mínimo de 05 años para el producto ofertado, adjuntando una carta del fabricante o del distribuidor autorizado por el fabricante indicando que el postor cuenta con autorización de realizar dicha declaración.	SI CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
b)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se comprometa cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	NO APLICA	NO APLICA
d)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	405000	570000
CUMPLE DOCUMENTOS DE ADMISION DE OFERTAS			
B	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
B.01	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,012,500.00 (Un millón doce mil quinientos con 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de postores que declaren en el Anexo 1 tener la condición de micro y pequeña empresa se acredita una experiencia de S/ 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares. Se consideran bienes similares a los siguientes: ESTERILIZADORES EN GENERAL, EQUIPOS MEDICOS UTILIZADOS EN CENTRAL DE ESTERILIZACION, EQUIPO MEDICOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO	SI CUMPLE	NO PASA A LA ETAPA DE CALIFICACION
C	FACTOR DE EVALUACIÓN		
C.01	PRECIO La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $PI = \frac{Om \times PMP}{OI} = 100 \text{ PUNTOS}$ OI = Oferta PI = Puntaje de la oferta a evaluar Om = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	100 PUNTOS	NO PASA A LA ETAPA DE EVALUACION

"ADQUISICIÓN DE LAVADORA SECADORA AUTOMÁTICA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR Y ANALIZADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO; ADEMÁS DE OTRO ACTIVOS EN EL(LA) DE APOYO DE LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD - IOARR 2596379"

ITEM N° 01(PAQUETE): "IOARR 2596379:
ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES CON
GENERADOR ELÉCTRICO PARA HOSPITAL DE
APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE
HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

S/ 405,000.00

MONTOS DISPONIBLE

S/ 405,000.00

POSTORES		SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.
RUC		20603346344	20604125490
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE OFERTAS ÍTEM 01			
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR ANEXO 01	A	CUMPLE	CUMPLE
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	B	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACIÓN JURADA ANEXO 2	C	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO 03	D	CUMPLE	CUMPLE
ACREDITACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	E	CUMPLE	NO CUMPLE
DECLARACIÓN JURADA POR EL COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REPUESTOS Y OTROS	F	CUMPLE	ANEXA DJ PERO NO CARTA DE FABRICANTE
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA ANEXO 4	ANEXO 04	CUMPLE-120 DÍAS CALENDARIO (i. plazo de entrega. ii. Plazo de instalación. iii. Plazo puesta en funcionamiento)	CUMPLE -120 DÍAS CALENDARIO (i. plazo de entrega, ii. Plazo de instalación y iii. Plazo puesta en funcionamiento)
PROMESA DE CONSORCIO	ANEXO 05	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES ANEXO 06	ANEXO 06	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			
BONIFICACIÓN DE MYPE	5%	APLICA	APLICA
PUNTAJES			
VALOR OFERTA		405,000.00	570,000.00
% DEL VALOR DE OFERTA		100.00%	
PUNTAJE DE LA OFERTA		100	
TOTAL POR FACTORES DE EVALUACIÓN		100	
BONIFICACIÓN DE MYPE		5%	
PUNTAJE TOTAL		105	

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR ÍTEM 01	CUMPLE	CUMPLE
--------------------------------	--------	--------

FORMATO N° 11
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1	NÚMERO DE ACTA	001-2024-CS- AS N°43-2023-GERESA/LL
---	----------------	-------------------------------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año 2024, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 11:30 am horas, se reunieron los integrantes del comite designados mediante formato N° 004 AS N°43-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS N° 43-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2596379: ADQUISICIÓN DE DOS (02) ESTERILIZADOR ELECTRICO DE VAPOR VERTICAL PARA HOSPITAL LEONCIO PRADO DE HUAMACHUCO ",ITEM II: "2 - CENTRIFUGA DE 24 TUBOS", a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.
---	--

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)				
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUNEZ	Titular	X	Dependencia: UTF-ABASTECIMIENTO
			Suplente		
	Primer Miembro	ING. ALEJANDRO GONZALO PIZARRO PEREZ	Titular	X	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente		
	Segundo Miembro	ING. CARLOS RICARDO VARGAS CARRERA	Titular	X	Dependencia: OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente		

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES		
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:		
Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	NIÑO DE GUZMAN BECERRA DANIEL GIOVANI	10416678125
2	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
3	H.W.KESSEL S.A.C.	20100329205
4	BIOIMAGEN S.A.C	20392644556
5	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20447790999
6	DBG SOLUCIONES S.A.C	20451829913
7	RICAF MEDICAL E.I.R.L	20477671561
8	VITALTEC S.A.C.	20501645517
9	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	20501887286
10	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	20503919908
11	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.	20505867077
12	CUPRUM METAL TRADING SAC	20518676700
13	CESPI PERU S.A.C.	20523412486
14	PROCESAMIENTO ECOLÓGICO SAC - PROECOLO SAC	20547969783
15	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004
16	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
17	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	20600811364
18	CORPORACION VASOT S.A.C.	20601297249
19	STBIOMEDICAL S.A.C.	20601785324
20	INDUSTRIA TECNOLOGICA PERU E.I.R.L.	20603344341
21	INDUSTRIA TECNOLOGICA PERU E.I.R.L.	20603344341
22	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344
23	CF DISMED S.A.C.	20603460554
24	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	20604125490
25	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	20604458944
26	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044
27	IMPORTACIONES ANICAMA E.I.R.L.	20609013011
28	TECNOLOGIA MEDICA SAN MARTIN E.I.R.L.	20609110865
29	SYSTEM MED S.A.C.	20609841878

6	Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.
---	---

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
	1	CESPI PERU S.A.C.	NO CUMPLE CON LAS EETT SEGÚN LO INDICADO POR EVALUACIÓN REALIZADA POR INGENIERO ESPECIALISTA

2	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	NO CUMPLE CON LAS EETT SEGÚN LO INDICADO POR EVALUACIÓN REALIZADA POR INGENIERO ESPECIALISTA
3	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	NO CUMPLE CON LAS EETT SEGÚN LO INDICADO POR EVALUACIÓN REALIZADA POR INGENIERO ESPECIALISTA
4	CORPORACION VASOT S.A.C.	NO CUMPLE CON LAS EETT SEGÚN LO INDICADO POR EVALUACIÓN REALIZADA POR INGENIERO ESPECIALISTA
5	SYSTEM MED S.A.C.	NO CUMPLE CON LAS EETT SEGÚN LO INDICADO POR EVALUACIÓN REALIZADA POR INGENIERO ESPECIALISTA
6	STBIOMEDICAL S.A.C.	NO CUMPLE CON LAS EETT SEGÚN LO INDICADO POR EVALUACIÓN REALIZADA POR INGENIERO ESPECIALISTA
7	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.	NO CUMPLE CON LAS EETT SEGÚN LO INDICADO POR EVALUACIÓN REALIZADA POR INGENIERO ESPECIALISTA

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
	De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
	1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	ITEM 2

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	50,000. 00	82.55%
	9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.			

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		100
		MYPE		5
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		105 PUNTOS	

11	CALIFICACIÓN				
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de calificación detallados en las bases:				
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
A		EXPERIENCIA DEL POSTOR	X		
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CUMPLE		

12	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN		
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:		
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	
	1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	
	DE SER EL CASO INCLUIR:		
	Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:		
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	xxxxxx	xxxxxxxx	

18	ACUERDO ADOPTADO
	Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

19			
	Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez CARRERA Presidente Titular Miembro	ING. ING. ALEJANDRO GONZALO PIZARRO PEREZ Primer Miembro	ING. CARLOS RICARDO VARGAS Segundo
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

MONTO DISPONIBLE

S/ 60,566.67

POSTORES	CESPI PERU S.A.C.	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUTIONES S.A.C.	CORPORACION VASOT S.A.C.	SYSTEM MED SAC	STBIO MEDICAL SAC	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS SAC	SAINT INDUSTRY ERIL
RUC	20523412486	20501887286	20606042044	20601297249	20609841878	20601785324	20505867077	20603463344
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01	A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COPIA CERTIFICADA DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL. COPIA DE DNI	B	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA ANEXO 2	C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 03	D	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACREDITACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS	E	NO CUMPLE CON LAS EE.TT. SEÑALADAS EN INFORME ANEXO POR EL INGENIERO ESPECIALISTA (A20 NO ACREDITA QUE EL RUIDO SEA A 1 METRO DE DISTANCIA)	NO CUMPLE CON LAS EE.TT. SEÑALADAS EN INFORME ANEXO POR EL INGENIERO ESPECIALISTA (A20 NO ACREDITA QUE EL RUIDO SEA A 1 METRO DE DISTANCIA)	NO CUMPLE CON LAS EE.TT. SEÑALADAS EN INFORME ANEXO POR EL INGENIERO ESPECIALISTA (A11 -NO ACREDITA PASOS DE 100 RPM, A15- NO ACREDITA TENER CODIGO DE ERROR, PRESENTA MENSAJE, A20 NO ACREDITA QUE EL RUIDO SEA A 1 METRO DE DISTANCIA, B01-NO ACREDITA ROTOR OFERTADO, B02, B03 Y B04-NO ACREDITA ADAPTADOR OFERTADO, B05 Y B06-NO OFERTA SUSTENTO)	CUMPLE CON LAS EE.TT. SEGÚN INFORME DE INGENIERO ESPECIALISTA ANEXO A LA PRESENTE EVALUACION	NO CUMPLE CON LAS EE.TT. SEÑALADAS EN INFORME ANEXO POR EL INGENIERO ESPECIALISTA (A20, NO ACREDITA QUE EL RUIDO SEA A 1 METRO DE DISTANCIA, B02- NO CUMPLE EL ADAPTADOR OFERTADO CORRESPONDE A OTRO ROTOR DIFERENTE AL OFERTADO EN B01, B04- NO CUMPLE EL ADAPTADOR OFERTADO A OTRO ROTOR DIFERENTE AL OFERTADO EN B01.)	NO CUMPLE CON LAS EE.TT. SEÑALADAS EN INFORME ANEXO POR EL INGENIERO ESPECIALISTA (A20, NO ACREDITA QUE EL RUIDO SEA A 1 METRO DE DISTANCIA)	CUMPLE CON LAS EE.TT. SEGÚN INFORME DE INGENIERO ESPECIALISTA ANEXO A LA PRESENTE EVALUACION
DECLARACION JURADA POR EL COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REPUESTOS Y OTROS	F	NO CUMPLE (NO PRESENTA D.I Y TAMPOCO CARTA DE FABRICANTE)	CUMPLE PRESENTA AMBOS DOCUMENTOS	NO CUMPLE (PRESENTA D.I PERO NO CARTA DE FABRICANTE)	NO CUMPLE (PRESENTA D.I PERO NO CARTA DE AUTORIZACIÓN)	CUMPLE	NO CUMPLE (PRESENTA D.I PERO NO CARTA DE AUTORIZACIÓN)	PRESENTA D.I Y CARTA DE FABRICANTE
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA ANEXO 4	ANEXO 04	CUMPLE 60 DIAS CALENDARIO (NO IDENTIFICA EL PLAZO POR SEPARADO)	CUMPLE 20 DIAS CALENDARIO (DIVIDE 10 DIAS CALENDARIO PLAZO DE ENTREGA, 04 DIAS PARA INSTALACION, 02 DIAS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y 04 PARA CAPACITACION	CUMPLE 60 DIAS CALENDARIO (I. Plazo de entrega, II. instalación y III. Puesta en funcionamiento	CUMPLE 60 DIAS (NO DETALLA) COMO MAX 05 DIAS PARA INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN)	60 DIAS- NO CUMPLE CON DESGLOSAR PLAZO DE PLAZOS INDEPENDIENTES DE INSTALACION Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (RTCE N° 701-2021-TCE-52)	CUMPLE 60 DIAS CALENDARIO (I. plazo de entrega 58 días, II. instalación 01 día calendario, III. Puesta en funcionamiento 01 día calendario)	CUMPLE 60 DIAS CALENDARIO (I. plazo de entrega 58 días, II. Plazo de instalación 1 día, Plazo de puesta en funcionamiento)
PROMESA DE CONSORCIO	ANEXO 05	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES ANEXO 06	ANEXO 06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
BONIFICACION DE MYPE	5%	APLICA	NO APLICA	APLICA	APLICA	APLICA	APLICA	APLICA
VALOR OFERTA		S/ 51,980.00	S/ 60,394.00	S/ 98,000.00	S/ 53,299.00	S/ 56,000.00	S/ 57,990.00	S/ 50,000.00
% DEL VALOR DE OFERTA		85.82%	99.71%	161.80%	88.09%	92.46%	95.75%	82.55%
PUNTAJE DE LA OFERTA								
BONIFICACION DE MYPE								
PUNTAJE TOTAL								

EXPERIENCIA DEL POSTOR ITEM 01	DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE CALIFICACION	CALIFICA
--------------------------------	--	----------

BASES INTEGRADAS										POSTOR : STBIONMEDICAL CARE SYSTEMS SAC	POSTOR : BIOMEDICAL CARE SYSTEMS SAC	POSTOR : HEALTHCARE SAINT	POSTOR : TECHNOLOGY	POSTOR : SYSTEM MED SAC	POSTOR : CORPORACION VASOT	POSTOR : DIAGNOSTICA	POSTOR : CESPI PERU SAC
ADMISSION DE OFERTA										Documentación de presentación obligatoria							
Documentos para la admisión de la oferta																	
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
En el caso de consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio, según corresponda.										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 2)										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
e) SUTENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
EQUIPO: CENTRIFUGA PARA TUBOS																	
CARACTERÍSTICAS GENERALES																	
A																	
A01 DE MESA, CAPACIDAD PARA 24 O MÁS TUBOS										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CARCASA METÁLICA CON RECURRIMIENTO EXÓTICO O DE ACERO INOXIDABLE O SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DE CADA FABRICANTE.										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A03 SISTEMA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A04 VELOCIDAD MÁXIMA DEL ROTOR OPERATIVO, 4000RPM O MAYOR										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A05 MOTOR DE INDUCCIÓN LIBRE DE MANTENIMIENTO										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A06 PANEL DE CONTROL DIGITAL, PANTALLA TOUCH SCREEN TÁCTIL O PANTALLA TOUCH CON TEGUADO O PANTALLA DIGITAL CON TEGUADO										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A07 PANEL DE CONTROL CON LECTURA DIGITAL DE TIEMPO Y VELOCIDAD RPM/RCF										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A08 CÁMARA DE CENTRIFUGADO DE ACERO INOXIDABLE O MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN.										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A09 PANEL DE CONTROL A PRUEBA DE DERRAMES										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A10 HASTA 5 O MÁS MODALIDADES DE PROGRAMACIÓN										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A11 RANGO DE VELOCIDAD: 500 O MENOS RPM HASTA 6000 RPM O MÁS, CON PASOS DE 100 RPM O MENOS.										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A12 PRESECCIÓN DE TIEMPO DESDE 60 SEGUNDOS O MENOS HASTA 99 MINUTOS O MÁS, PASOS DE INCREMENTO SEGÚN COD. FABRICANTE.										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A13 PRESECCIÓN DE 3 O MÁS, RAMPA O RANGOS DE ACCELERACIÓN Y DESACELERACIÓN.										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A14 DISPOSITIVO MANUAL DE APERTURA DE LA TAPA EN CASO DE EMERGENCIA										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A15 SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRIFUGA, CÓDIGO DE ERROR.										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A16 CON SISTEMA DE SEGURIDAD E INDICADOR DE PUERTA ABIERTA										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A17 EL EQUIPO DEBE CONTRA CON SENSOR DE EXCESO DE VELOCIDAD										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A18 EL EQUIPO DEBE CONTRA CON SENSOR DE SOBRE CALENTAMIENTO DEL MOTOR										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A19 SEGURO ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO, PARA APERTURA DE TAPA										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A20 NIVEL DE RUIDO MENOR DE 65DB A MÁXIMA VELOCIDAD, A 1 METRO DE DISTANCIA										NO ACREDITA QUE EL RUIDO SEA A 1 METRO DE DISTANCIA	NO ACREDITA QUE EL RUIDO SEA A 1 METRO DE DISTANCIA	SI CUMPLE	NO ACREDITA QUE EL RUIDO SEA A 1 METRO DE DISTANCIA	NO ACREDITA QUE EL RUIDO SEA A 1 METRO DE DISTANCIA	NO ACREDITA QUE EL RUIDO SEA A 1 METRO DE DISTANCIA	NO ACREDITA QUE EL RUIDO SEA A 1 METRO DE DISTANCIA	NO ACREDITA QUE EL RUIDO SEA A 1 METRO DE DISTANCIA
B COMPONENTES																	
B01 UN (01) ROTOR OSCILANTE O BASCULANTE CON CONTENEDORES Y SISTEMA DE SEGURIDAD										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO ACREDITA ROTOR OFERTADO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B02 VEINTICUATRO (24) O MÁS ADAPTADORES DE UNA POSICION PARA TUBOS DE 12.575MM O 13.755MM O 5ML										NO CUMPLE, EL ADAPTADOR OFERTADO CORRESPONDE A OTRO ROTOR DIFERENTE AL OFERTADO EN B01	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO ACREDITA ADAPTADOR OFERTADO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B03 VEINTICUATRO (24) O MÁS ADAPTADORES DE UNA POSICION PARA TUBOS DE 12X100MM O 13X100MM O 7ML										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO ACREDITA ADAPTADOR OFERTADO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B04 VEINTICUATRO (24) O MÁS ADAPTADORES DE UNA POSICION PARA TUBOS DE 16 X100 mm O 16,5 x 100 mm O 15ml										NO CUMPLE, EL ADAPTADOR OFERTADO CORRESPONDE A OTRO ROTOR DIFERENTE AL OFERTADO EN B01	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO ACREDITA ADAPTADOR OFERTADO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B05 TRES (03) GRADILLAS DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE ALOJAR 10 O MÁS TUBOS DE ENSAYO										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO OFERTA SUSTENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B06 UNA (01) FUNDA DE PROTECCION										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO OFERTA SUSTENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SI DEBEA CONSERVAR LA MARCA, MODELO, FABRICACION Y PROCEDENCIA DE LOS BIENES OFERTADOS										SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Además, presentarán la siguiente documentación:								
a)	Declaración jurada del postor por el compromiso de disponibilidad de servicio, repuestos, partes y piezas originales por un periodo mínimo de 05 años para el producto ofertado, adjuntando una carta del fabricante o del distribuidor autorizado por el fabricante indicando que el postor cuenta con autorización de realizar dicha declaración	NO CUMPLE, la carta del fabricante no lo autoriza a hacer declaraciones por la disponibilidad de servicios, repuestos, partes y piezas originales por un periodo mínimo de 05 años.	NO PRESENTA LA DECLARACION SOLICITADA	SI CUMPLE	NO PRESENTA LA DECLARACION SOLICITADA	NO CUMPLE, NO SEPARA PLAZOS INDEPENDIENTES DE INSTALACION Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	NO CUMPLE, NO SEPARA PLAZOS INDEPENDIENTES DE ENTREGA, INSTALACION Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	NO PRESENTA LA DECLARACION SOLICITADA
b)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE, NO SEPARA PLAZOS INDEPENDIENTES DE INSTALACION Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, NO SEPARA PLAZOS INDEPENDIENTES DE INSTALACION Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se contenga los integrantes, el representante común, el domicilio comercial y la obligación de no se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equitativo a partes integrantes. (Anexo N° 5)	no aplica	no aplica	no aplica	NO APLICA	NO APLICA	no aplica	no aplica
d)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	56000	57990	50000	98000	53299	63943	60394
CUMPLE DOCUMENTOS DE ADMISION DE CREDITAS		NO CUMPLE DOCUMENTOS MINIMOS PARA ADMISION DE OFERTA	NO CUMPLE DOCUMENTOS MINIMOS PARA ADMISION DE OFERTA	SI CUMPLE	NO CUMPLE DOCUMENTOS MINIMOS PARA ADMISION DE OFERTA	NO CUMPLE DOCUMENTOS MINIMOS PARA ADMISION DE OFERTA	NO CUMPLE DOCUMENTOS MINIMOS PARA ADMISION DE OFERTA	NO CUMPLE DOCUMENTOS MINIMOS PARA ADMISION DE OFERTA
B	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 126,415.67 (Ciento veinte y seis Mil cuatrocientos Dieciséis con 67/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. B.01 En el caso de postores que declaren en el Anexo 1 tener la condición de micro y pequeña empresa se acredita una experiencia de S/ 15,000.00 (Quince Mil y 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares. Se considerarán bienes similares a los siguientes: Equipos utilizados en el Servicio de Laboratorio clínico	NO PASA A LA ETAPA DE CALIFICACION	NO PASA A LA ETAPA DE CALIFICACION	SI CUMPLE	NO PASA A LA ETAPA DE CALIFICACION	NO PASA A LA ETAPA DE CALIFICACION	NO PASA A LA ETAPA DE CALIFICACION	NO PASA A LA ETAPA DE CALIFICACION
C	FACTOR DE EVALUACION La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntuajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $PI = \frac{Om \times PMP}{OI}$ $PI = 100 \text{ PUNTOS}$ C.01 $I = \text{Oferta}$ $PI = \text{Puntaje de la oferta a evaluar}$ $OI = \text{Precio } i$ $Om = \text{Precio de la oferta más baja}$ $PMP = \text{Puntaje máximo del precio}$	NO PASA A LA ETAPA DE EVALUACION	NO PASA A LA ETAPA DE EVALUACION	100 PUNTOS	NO PASA A LA ETAPA DE EVALUACION	NO PASA A LA ETAPA DE EVALUACION	NO PASA A LA ETAPA DE EVALUACION	NO PASA A LA ETAPA DE EVALUACION