

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (1) EQUIPO YAG/SLT LASER, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código : 20555048905

Fecha de envío : 08/08/2023

Nombre o Razón social : VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.

Hora de envío : 11:30:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

B09. PUNTO DE FOCALIZACION DESPLAZABLE ANTERIOR Y POSTERIOR 0 A 500um

solicitamos al Comité aceptar también para mayor concurrencia de postores aceptar también un equipo con PUNTO DE FOCALIZACION DESPLAZABLE ANTERIOR Y POSTERIOR EN TRES PASOS DE 0, 150 , 300 ¿m O HASTA 500 ¿m

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII 3.1

Literal: B09

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 literal a),b),c),e),f)y g) de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, debido que para los procedimientos que se realizan en el ámbito hospitalario se requiere el Punto de focalización desplazable de manera continua y no en pasos. Existen equipos que cumplen con la característica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (1) EQUIPO YAG/SLT LASER, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código : 20555048905

Fecha de envío : 08/08/2023

Nombre o Razón social : VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.

Hora de envío : 11:30:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

C05. ENERGIA DE SALIDA DENTRO DEL RANGO DE 0.2 A 2.6 mJ / PULSO O RANGO MAYOR CONTINUAMENTE. PARA MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES ACEPTAR TAMBIEN : ENERGIA DE SALIDA DENTRO DEL RANGO DE 0.2 A 2.0 mJ/ pulso o RANGO MAYOR

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: CAPIII 3.1

Literal: C05

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 literal a),b),c),e),f)y g) de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, debido que la característica incluye el rango que se consigna en la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (1) EQUIPO YAG/SLT LASER, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código : 20555048905

Fecha de envío : 08/08/2023

Nombre o Razón social : VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.

Hora de envío : 11:30:29

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

E07. 01 MESA ELECTRICA PARA PACIENTES EN SILLA DE RUEDAS.

Solicitamos al Comité indicar si la MESA ELECTRICA QUE SOLICITAN ¿DEBERA SER DEDICADA O EXCLUSIVA DE LA MISMA MARCA DEL LASER PARA PACIENTES EN SILLA DE RUEDAS?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII 3.1 Literal: E07 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, debido a que no se requiere que la mesa sea de la misma marca, pero debe cumplir con las características recomendadas por los fabricantes del equipo solicitado y tener capacidad para atender en pacientes en silla de ruedas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (1) EQUIPO YAG/SLT LASER, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20168548916 | Fecha de envío : | 09/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | MEDICA DEL PACIFICO S.R.L. | Hora de envío : | 15:51:21 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

DICE

D01: ILUMINACIÓN LED

CONSULTA: SOLICITAMOS SE ACEPTE LUZ HALÓGENA YA QUE PERMITE UNA MEJOR VISIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL OJO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, se acepta la posibilidad de que la lámpara cuente con luz halógena.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (1) EQUIPO YAG/SLT LASER, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20168548916 | Fecha de envío : | 09/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | MEDICA DEL PACIFICO S.R.L. | Hora de envío : | 15:51:21 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

DICE
D03: MAGNIFICACIONES DE TAMBOR: 32X, 20X, 12.5X, 8X Y 5X O CINCO MAGNIFICACIONES 5X, 8X, 14X, 25X, 38X O RANGO MAYOR COMO MÍNIMO.

CONSULTA: SOLICITAMOS SE ACEPTE EQUIPO CON (03) TRES MAGNIFICACIONES 10X, 16X Y 25X.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, Al tratarse únicamente de características referidas a la lámpara de hendidura y no la funcionalidad del láser, con la finalidad de ampliar la pluralidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (1) EQUIPO YAG/SLT LASER, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100812623 | Fecha de envío : | 09/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | MOT S.A. | Hora de envío : | 18:07:22 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a la Formacio academica piden: Profesional: Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero bioimedoico y/o Bachiller Electrónico nuestra representada pide ampliar las bases en FORMACIÓN ACADÉMICA, pudiendo considerar BACHILLER EN MECATRÓNICA."se puede presentar este profesional?
la razon es la siguiente: La mecatrónica combina conocimientos de ingeniería mecánica, electrónica y tecnologías de la información para diseñar, construir y mantener sistemas y productos que involucran componentes mecánicos, electrónicos y de software"; por ende, solicitamos que se pueda ampliar las bases y se pueda considerar BACHILLER EN MECATRÓNICA, dado que cumple con requisitos profesionales para dar soporte técnico al equipo ofertado "EQUIPO YAG/SLT LASER", fomentando así la libre participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

no aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, por lo tanto se acepta que presenten Ingeniero en Mecatrónica, siempre que cuente con certificación por la casa matriz de la marca para brindar servicio técnico al equipo presenta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-IAFAS/LOGISTICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (1) EQUIPO YAG/SLT LASER, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NAVAL "CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA"

Ruc/código : 20100812623

Fecha de envío : 09/08/2023

Nombre o Razón social : MOT S.A.

Hora de envío : 18:07:22

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA piden de De 46 hasta 60 días calendario, mi represnetada pude ofertar que el producto se entregue a los 180 dias de recepcionada la orden de compra. El fabricante esta teniendo problemas con algunas piezas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

no aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null