

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-HRDT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega para la primera entrega se indica lo siguiente:

Entrega primera: El suministro de bienes se entregarán en un plazo de quince (15) días calendarios como máximo, contabilizados a partir de la fecha de la suscripción del contrato, el mismo que incluye la entrega de los equipos en cesión de uso y las adecuaciones de ambiente que fuese necesario para la correcta ejecución.

Al respecto, a fin de que se establezca correctamente el cómputo del plazo de entrega, solicitamos al Comité de Selección que precise que el plazo de entrega se llevará a cabo de la siguiente manera:

PRIMERA ENTREGA: Plazo de entrega de reactivos y equipo en cesión de uso en QUINCE (15) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en el literal a) de la página 26 de las Bases)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria el comité de selección decide ACOGER la consulta y se modificará en los extremos de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(¿) del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En relación a la PRIMERA ENTREGA, solicitamos se PRECISE que este plazo incluye la instalación, capacitación y conexión a LIS de Laboratorio para cada uno de los analizadores. Solicitamos se PRECISE con el fin de evitar controversias en etapas posteriores de ejecución.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria el comité de selección SE ACLARA y se precisa que la PRIMERA ENTREGA incluye la instalación, capacitación y conexión a LIS de Laboratorio para cada uno de los analizadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega de las entregas sucesivas se indica lo siguiente:

Entregas sucesivas: En plazo máximo de cinco (5) días calendarios computados a partir del día siguiente de la solicitud escrita del área usuaria en las oportunidades y cantidades determinadas según cronograma de entregas parciales (mensuales).

Al respecto, cabe señalar que es importante computar el plazo de entrega de manera correcta, por ello, solicitamos al Comité de Selección precisar y establecer el plazo de entrega de la siguiente manera:

ENTREGAS SUCESIVAS: Plazo máximo de CINCO (05) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en el literal b) de la página 26 de las Bases)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria el comité de selección decide ACOGER la consulta y se modificará en los extremos de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(¿)

ENTREGAS SUCESIVAS: Plazo máximo de CINCO (05) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el literal f) de la página 18 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

f) Copia simple de la resolución directoral del registro sanitario o certificado sanitario vigente.

Al respecto, en caso aquellos productos que por su naturaleza no requieran de Registro Sanitario, solicitamos al Comité precise en las bases que se aceptará el Listado oficial actual, publicado en la página web de DIGEMID de los bienes que no requieren de registro sanitario, conforme a lo establecido en el PRONUNCIAMIENTO N° 083-2016/OSCE-DGR de fecha 12 de mayo del 2016, que a la letra dice: ¿No obstante, cabe indicar que la presentación del ¿Listado de los Productos que no requieren de Registro Sanitario¿ puede ser considerado un documento a presentar para los bienes que no requieran registro sanitario; en ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá considerarse respecto a la presentación del Registro Sanitario, que todo documento emitido por DIGEMID con carácter particular o general será validado para cumplir con el referido requisito¿¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f) Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria el comité de seleccióne SE ACLARA y se precisa que, en caso de aquellos productos que por su naturaleza no requieran de Registro Sanitario, se aceptará el Listado oficial actual, publicado en la página web de DIGEMID de los bienes que no requieren de registro sanitario.

En los extremos de las bases se agregará.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(¿.) f) Copia simple de la resolución directoral del registro sanitario o certificado sanitario vigente¿.. en caso de aquellos productos que por su naturaleza no requieran de Registro Sanitario, se aceptará el Listado oficial actual, publicado en la página web de DIGEMID de los bienes que no requieren de registro sanitario.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el literal g) de la página 18 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento para la presentación de ofertas:

g) Copia simple del Protocolo de Análisis y/o Certificado de Análisis.

Entendemos que se aceptará copia simple del COPIA DE CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO (PROTOCOLO DE ANÁLISIS) emitidos por el fabricante (extranjero) CON LA INFORMACIÓN Y CONTENIDO QUE ÉSTOS DECLAREN EN EL MISMO (EN SUS PROPIOS FORMATOS), pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas. Es oportuno indicar que los documentos son emitidos por cada fabricante en su país de origen, aplicables para DISPOSITIVOS MÉDICOS NORMAS específicas de calidad de reconocimiento internacional.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g) Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria el comité de selección decide ACOGER EN PARTE, se aclarará que es bien cierto que se presentará copia simple del certificado de analisis emitido por el fabricante, pero el cual debe estar debidamente firmado por el QUIMICO FARMACEUTICO REGENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En la página 32 de las Bases se visualiza un factor de evaluación que NO CORRESPONDE a la presente convocatoria, pues está vinculado a la compra de productos ajenos a insumos médicos de laboratorio.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección SUPRIMIR dicho factor de evaluación por NO CORRESPONDER a la presente convocatoria, SOLICITAMOS que se SUPRIMA para la Integración de BASES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: -- Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclarará que lo estipulado en la pag. 32 corresponden a las bases estandares publicadas por el OSCE, establecen ejemplos en el recuadro de IMPORTANTE y no se deben suprimir siendo estos de relevancia tanto para la Entidad como para los proveedores, así esta establecido en la pag n°2 de las bases.(SIMBOLOGIA UTILIZADA). Con respecto al ejemplo posterior, se procederá a suprimir de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En relación a la presentación del Kit del Reactivo consultamos se PRECISE que la cantidad de componentes será de máximo de cuatro (04) reactivos. Esto con el fin que el área usuaria cuente con manejo sencillo y rápido del Kardex de los reactivos, así como fácil accesibilidad para todos los usuarios. Solicitamos se ACLARE con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, que la cantidad de los reactivos del KIT va a depender del equipo ofertado para un resultado adecuado, no se restringe ni se limita a una cantidad, dependerá de cada marca o casa comercial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En relación al tiempo de Expiración, solicitan que este sea NO MENOR DE 6 MESES, al respecto entendemos que cada fabricante cuenta con vigencia de acuerdo a su vida útil y tiempo de transito de los productos durante su importación, por lo que consultamos se acepte también Tiempo de Expiración menor de 6 meses con Carta de Compromiso de Canje por Vencimiento. Solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su CONSULTA y se precisará en las bases que: Carta de Compromiso de Canje por Vencimiento Menor a 06 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En relación a la característica de PERFORMANCE SOLICITAN que este sea de 100 pruebas por hora a más, al respecto observamos que esta característica limitaría la participación de analizadores que oferten un capacidad de 100 hemogramas por hora, ya que los términos están indicados como ¿a más¿. Por lo expuesto solicitamos se ACEPTE también ofertas de analizadores de 100 hemogramas por hora, por lo que solicitamos se amplie la característica y se modifique a : ¿100 pruebas por hora o más¿ esto con el fin que pueda incluir también ofertas de analizadores con 100 hemogramas por hora y también performance superiores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión de la consulta, se aclara que la especificación es para 100 pruebas o 100 hemogramas por hora a más (o más). Las especificaciones permiten perfomances superiores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En relación a LOS CONTROLES INTERNOS, Cabe señalar que según la Resolución Ministerial N° 627-2008 MINSA, indica que los laboratorios deberán contar con Control de Calidad Interno Interlaboratorial o Control de Calidad interlaboratorial de tercera opinión CONTROL DE CALIDAD INTERNO INTERLABORATORIAL, de acuerdo a la categoría del hospital, el cual es Nivel III-1, por ello es importante que la entidad cuente con esta herramienta para conocer el desempeño real del sistema Equipo/Reactivo. Por lo expuesto para que el postor garantice cumplirá con la funcionalidad de contar con grupo par mayor de 200 participantes, solicitamos se ACLARE que los postores deberán acreditar en su OFERTA, la capacita de CONTROL DE CALIDAD INTERNO INTERLABORATORIAL, a travez de un reporte de control interno interlaboratorial de un cliente local (territorio nacional). En caso se acepte la consulta solicitamos se incluya como parte de la documentación de acreditación descrito en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de documentación de presentación obligatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision de la consulta, se aclara que la especificacion ha sido materia de analisis por el area usuaría y también se tiene una indagación de mercado cumpliendo con lo solicitado, aumentar esta solicitud si bien es cierto es una mejora a la calidad de los resultados es sabido que encarece y restringue, por tal motivo cualquier participante podría ofrecerlo de manera opcional, sin ser una exigencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En relación a la antigüedad, solicitan año de fabricación No mayor de 4 años, al respecto actualmente los fabricante establecen un tiempo de vida media de los analizadores de 5 años, por lo que consultamos se ACLARE se acepte también analizadores con Antigüedad No mayor de 5 años, solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta en aras de la vigencia tecnológica, y que cada año las casas comerciales ofrecen mejores equipos, que ayudan la calidad de los análisis.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En relación a las MEJORAS 1 Y 2, entendemos que el objetivo es que aporten información de valor clínico para beneficiar a los pacientes, al respecto considerando la seriedad del valor agregado que significará estos parámetros solicitamos se PRECISE que para acreditar estas MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES, estos deberán contar con FDA asi mismo con resultados reportables en un control interlaboratorial, esto con el fin de contar con la SEGURIDAD COMO USO CLINICO, y tambien para contar con garantía de trazabilidad en Control de Calidad. Solicitamos se ACLARE nuestra consulta con el fin de PRECISAR lo requerido

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: -- Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, en aras de permitir la mayor participacion y que no se solicite documentacion engorrosa, se mantiene lo establecido en las bases. Esto en cooncordancia a la Libertad de concurrencia: Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan procesamiento de Reticulocitos y de Liquidos Biologicos, al respecto consultamos si para acreditar información de controles, se deberá presentar insertos de los controles de calidad interno. Solicitamos se ACLARE nuestra consulta para que el área usuaria cuente con información que garantice el aseguramiento de calidad para este tipo de análisis. (VER PAGINA 23 Y 24)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la presentación de los insertos de los controles de calidad interno, es obligatorio para el HEMOGRAMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En relación al Control de Calidad Externo solicitamos se precise que este deberá ser entregados en 3 programas independientes, uno por cada área.

(VER PAGINA 23 Y 24)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE y se precisa que es correcta la apreciación siendo 3 programas, una por cada equipo. Se modificará las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(¿)programa de control externo mensual para cada equipo con acceso a plataforma

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En relación a la conectividad del analizador al Banco de Sangre, de laboratorio y de emergencia, consultamos se INDIQUE a que interface o LIS DE LABORATORIO, deberán ser conectados los analizadores.

(ver pagina 23 y 24)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta y se precisará en las bases las conexiones al software que se encuentran en laboratorio y banco de sangre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿.Software de interface con el que se encuentra en laboratoria y Banco de sangre con lenguaje en VISUAL STUDIO NET y/o VISUAL BASIC y Base de Datos SQL Server .

Hardware de acuerdo al requerimiento del usuario final.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En relación al control de calidad externo consultamos se PRECISE si deberá acreditarse el personal debidamente certificado en la implementación, uso y reporte del Control de Calidad externo a ofertar. Solicitamos se aclare SI DEBERÁ PRESENTARSE Certificado de Capacitación de personal que realizará la implementación, capacitación del Control de Calidad Externo esto con el fin que el área usuaria cuente con el personal idóneo para la implementación del control de calidad externo.

(ver pagina 23 y 24)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no es necesario la acreditación de dicho personal, esto en consideración que las Empresas que ofrecen el servicio de control de calidad externo están debidamente acreditadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:59

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las Especificaciones técnicas en CARACTERISTICAS en ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TRES ANALIZADORES AUTOMATIZADOS HEMATOLOGICOS DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES EN CESIÓN DE USO, solicitan ¿Capacidad de procesar hemogramas con diferencial de 5 estirpes leucocitarias.¿, al respecto consultamos si de acuerdo a ello el analizador deberá contar con dispersogramas de 5 estirpes que permita identificar y diferenciar cada una de las estirpes de manera independiente. Solicitamos amablemente se PRECEISE si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el requerimiento solo establece que, el equipo deberá contar con dispersograma, sí la casa comercial cuenta como un dispersograma por cada estirpe no limitaría su participación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:52:37

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los analizadores hematológicos solicitan: ¿El proveedor entregará los controles internos según cronograma de producción de lotes ¿...¿. Consultamos amablemente al comité si el requerimiento de controles internos deberá ser de tercera opinión y/o primera opinión con grupo par de más 50 participantes para una mayor verificación del control de calidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el requerimiento solo establece que, lo mínimo requerido es control de calidad interno de primera opinión, si los POSTORES, ofrecen mayores controles de calidad, no restringue su participación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:52:37

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases:

Analizador de flujo continuo diferencial 5 estirpes:

Capacidad de corrección automática de leucocitos en presencia de normoblastos.

Entendemos que esta característica incluye que todos los reportes de resultados de hemogramas deberán reportar el parámetro de normoblastos. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección ACLARA, que SI es correcta su apreciación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA 24 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:52:37

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Características generales:
Alarma de anomalías hematológicas
consultamos al comité si esta característica hace referencia a alarma y reporte de muestras con células de leucocitos elevadas, por lo cual es necesarios que los analizadores ofertados cuenten con la característica de : Linealidad de Leucocitos mayor ó igual a $500 \times 10^9/L$ para evitar repeticiones y/o diluciones de las muestras con valores altos de leucocitos. La cual deberá ser acreditada mediante la presentación de brochure o manual del fabricante.¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección ACLARA, que NO es correcta su apreciación, el requerimiento solo establece que, Alarma de anomalías hematologicas en las 3 líneas celulares, no solo en los leucocitos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null