

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Calibrador de Procesos, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código : 20602216609

Fecha de envío : 02/10/2023

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

Hora de envío : 18:20:55

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

01 CALIBRADOR DE PROCESOS

5.4 Lugar y Plazo de Ejecución de la prestación

Plazo de entrega:

El plazo de entrega del bien será de 80 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato u orden de compra. Para la Instalación y puesta en marcha será de 10 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la entrega del bien. Plazo total de la prestación 90 días calendarios.

### OBSERVACIÓN

Solicitamos al Comité especial, considerar ampliar el plazo de entrega a 120 DÍAS CALENDARIOS, ya que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación considerable, así como los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; además de la difícil situación que venimos atravesando con la escasez de diversos componentes eléctricos y electrónicos a nivel mundial; por lo que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no está acorde con la realidad; por tanto, se solicita ampliar el plazo de entrega a 120 días calendario, permitiendo la mayor participación de postores potenciales.

Asimismo, solicitamos que se modifique el factor de evaluación de plazo de entrega, en lo siguiente:

De 99 hasta 100 días calendario: 50 puntos

De 101 hasta 110 días calendario: 10 puntos

De 111 hasta 120 días calendario: 05 puntos

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5.1

**Literal:** 5.1.1

**Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE art. 2 inciso a, b, c

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la consulta, es de necesidad el requerimiento del equipo en el plazo solicitado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Calibrador de Procesos, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:20:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

01 CALIBRADOR DE PROCESOS

5.1.1. Características Técnicas

Consulta General:

Para mejorar la operación y extender la vida útil del calibrador de procesos, se solicita considerar que cuente con grado de protección IP52.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que se puede considerar opcionalmente que el calibrador de Procesos cuente con Grado de Protección IP52, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de postores las carasteristicas mencionadas en el requerimiento son minimas, por lo cual el proveedor puede presentar caracteristicas que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente que el calibrador de Procesos cuente con Grado de Protección IP52, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de postores las carasteristicas mencionadas en el requerimiento son minimas, por lo cual el proveedor puede presentar caracteristicas que le aporten mayor valor al equipo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Calibrador de Procesos, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:20:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

01 CALIBRADOR DE PROCESOS

5.1.1. Características Técnicas

Consulta General:

Para mejorar el desarrollo de los ejercicios, haciendo uso tecnologías de la industria actual, se solicita considerar que el equipo calibrador de procesos cuente con comunicación Modbus RTU (RS485) maestro y esclavo. Permitiendo la comunicación con PLC y simular instrumentos con el protocolo Modbus RTU.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que se puede considerar opcionalmente tecnologías de la industria actual, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de postores las carasteristicas mencionadas en el requerimiento son minimas, por lo cual el proveedor puede presentar caracteristicas que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente tecnologías de la industria actual, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de postores las carasteristicas mencionadas en el requerimiento son minimas, por lo cual el proveedor puede presentar caracteristicas que le aporten mayor valor al equipo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Calibrador de Procesos, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:20:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

01 CALIBRADOR DE PROCESOS

5.1.1. Características Técnicas

Consulta General:

Para mejorar el desarrollo de los ejercicios, haciendo uso tecnologías de la industria actual, se solicita considerar que el equipo calibrador de procesos cuente con comunicación HART (4-20mA), permitiendo la configuración y calibración de instrumentos HART.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara , que se puede considerar opcionalmente el uso de tecnologías de la Industria, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores ,el proveedor podra entregar el calibrador de proceso con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente el uso de tecnologías de la Industria, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores ,el proveedor podra entregar el calibrador de proceso con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion .

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Calibrador de Procesos, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:20:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

01 CALIBRADOR DE PROCESOS

5.1.1. Características Técnicas

Consulta General:

Para garantizar que lo modulos que componen el kit educativo cuenten con las protecciones mínimas para los estudiantes, se solicita considerar que los modulos cuenten con conectores tipo banana hembra de 4mm2 de doble aislamiento (1000V, CAT III).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara , que se puede considerar opcionalmente los cables de conexión que cuenten con conectores tipo banana hembra de 4mm2 y/o superior y/o definido por el proveedor, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores ,el proveedor podra entregar el Calibrador de Procesos con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente los cables de conexión que cuenten con conectores tipo banana hembra de 4mm2 y/o superior y/o definido por el proveedor, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores ,el proveedor podra entregar el Calibrador de Procesos con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion .

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Calibrador de Procesos, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:20:55

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

01 CALIBRADOR DE PROCESOS

5.1.1. Características Técnicas

Consulta General:

Para mejorar la experiencia en el desarrollo de las practicas, se solicita considerar que los cables de conexión que se suministra con el kit educativo cumplan los colores: rojo, azul y amarillo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara , que se puede considerar opcionalmente los cables de conexión que cuenten con los colores indicados por el postor, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores ,el proveedor podra entregar el Calibrador de Procesos con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente los cables de conexión que cuenten con los colores indicados por el postor, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores ,el proveedor podra entregar el Calibrador de Procesos con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion .

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Calibrador de Procesos, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:20:55

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

01 CALIBRADOR DE PROCESOS

5.1.1. Características Técnicas

Consulta General:

Para garantizar la protección por daños a los alumnos debido choques electricos, se solicita considerar que los cables de conexión cuenten con terminales banana tipo macho de 4mm2 y 2mm2 de doble aislamiento (1000V, CAT III). Además, el conductor debe contar con certificación UL 758.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara , que se puede considerar opcionalmente los cables de conexión que cuenten con terminales tipo banana macho de 4mm2 y/o superior y/o definido por el proveedor, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postes ,el proveedor podra entregar el Calibrador de Procesos con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente los cables de conexión que cuenten con terminales tipo banana macho de 4mm2 y/o superior y/o definido por el proveedor, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postes ,el proveedor podra entregar el Calibrador de Procesos con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion .

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Calibrador de Procesos, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código : 20602216609

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

Fecha de envío : 02/10/2023

Hora de envío : 18:20:55

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

01 CALIBRADOR DE PROCESOS

#### 5.1.1. Características Técnicas

Consulta:

Incluye: Los productos se deberán entregar en estuche o maletín.

Consulta:

Para mejorar traslado y almacenaje del kit educativo, extendiendo su vida útil; se solicita considerar que el estuche o maletín cuenten con espuma de poliuretano precortados según el módulo que almacena.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1**

**Literal: 5.1.1**

**Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

#### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara , que se puede considerar opcionalmente para un mejor almacenaje de protección del equipo con estuche o maletín que cuenten con espuma de poliuretano precortado, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores ,el proveedor podra entregar el calibrador de procesos con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion .

#### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se puede considerar opcionalmente para un mejor almacenaje de protección del equipo con estuche o maletín que cuenten con espuma de poliuretano precortado, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores ,el proveedor podra entregar el calibrador de procesos con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion .



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Calibrador de Procesos, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:20:55

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

01 CALIBRADOR DE PROCESOS

5.1.2 Condiciones de Operación

Voltaje de 220/380VCA, 60 Hz.

CONSULTA

Confirmar si se considera una fuente dual monofásica de 220Vac y 380Vac, con tomas industriales 2P+T. Con protecciones de corto circuito, sobrecarga y corriente residual.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.1      Literal: 5.1.2      Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta, con respecto al voltaje se confirma una fuente dual Monofasica de 220VAC y 380 VAC y se puede considerar opcionalmente las tomas industrial 2P + T., con protecciones de corto circuito, sobrecargas y corriente residual.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

con respecto al voltaje se confirma una fuente dual Monofasica de 220VAC y 380 VAC y se puede considerar opcionalmente las tomas industrial 2P + T., con protecciones de corto circuito, sobrecargas y corriente residual.