

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	12:23:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
A02. DIMENSIÓN MÍNIMA DE VISUALIZACIÓN DE LAS VENAS Y LOS VASOS SANGUÍNEOS: ENTRE 0.1 MM Y 1 MM

Solicitamos que se acepte que el equipo permita mostrar DESVIACIÓN INFERIOR A 1 MM

A02. DIMENSIÓN MÍNIMA DE VISUALIZACIÓN DE LAS VENAS Y LOS VASOS SANGUÍNEOS: DESVIACIÓN INFERIOR A 1 MM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A02 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria tomara su consulta como observacion la que se acoge parcialmente, teniendo como fundamento el principio de vigencia tecnológica, ya que lo ofertado técnicamente representa una característica de mejora y garantiza la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A02 DIMENSIÓN MÍNIMA DE VISUALIZACIÓN DE LAS VENAS Y LOS VASOS SANGUÍNEOS: ENTRE 0.1MM Y 1MM.
Ó DETECCIÓN DE PROFUNDIDAD AUTOMÁTICA O DESVIACIÓN INFERIOR A 1 MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	12:23:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

A03. GRADO DE PENETRACIÓN: HASTA 6 MM DE PROFUNDIDAD O MAYOR.

Es indispensable que un equipo muestre los tipos de luz esto permite una mejor ubicacion de las venas en cuanto a las profundidades.

A03. LUZ ROJA: LA PROFUNDIDAD DE LA VENA ES DE 0 A 2 MM. LUZ AZUL: LA PROFUNDIDAD DE LA VENA ES DE 2 A 4 MM. LUZ VERDE: LA PROFUNDIDAD DE LA VENA ES DE AL MENOS 4 MM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A03 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa que es un requerimiento técnico mínimo adecuado por el establecimiento de salud según sus necesidades. Asimismo, el artículo 29 del reglamento, 29.8 menciona que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica de los bienes, se pueden presentar mejoras a esta característica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20606300477	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES INNOVADORES CON CONCIENCIA SOCIAL E.I.R.L.	Hora de envío :	12:27:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

A09: FUNCIÓN DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE APAGADO, DE LUZ DE VISUALIZACIÓN INFRARROJA.

Los equipos de última generación cuentan con tipos de modos, es por ello que solicitamos consideren dichos tipos.

A09: MODO BÁSICO, EL MODO DE COLOR Y EL MODO DE PROFUNDIDAD

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A09 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria aclara que lo propuesto no guarda ninguna relación técnica con la función requerida, por lo que, el area usuaria precisa que es un requerimiento técnico mínimo adecuado por el establecimiento de salud según sus necesidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20606300477	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES INNOVADORES CON CONCIENCIA SOCIAL E.I.R.L.	Hora de envío :	12:27:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
B02. N (01) ESTUCHE DE PROTECCIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, USADO AL FINALIZAR LA JORNADA DE ATENCIÓN ASISTENCIAL.

Consultamos si solo debería ir un estuche y dicha especificación quede de la siguiente manera:

B02. UN (01) ESTUCHE DE PROTECCIÓN PARA EL EQUIPO, USADO AL FINALIZAR LA JORNADA DE ATENCIÓN ASISTENCIAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B02 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria tomara su consulta como observacion la que se acoge parcialmente, se precisa que se aceptaran estuche original de fabrica y/o estuche de proteccion para el equipo asi fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02. UN (01) ESTUCHE DE PROTECCIÓN PARA EL EQUIPO ORIGINAL O COMPATIBLE, USADO AL FINALIZAR LA JORNADA DE ATENCIÓN ASISTENCIAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20606300477	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES INNOVADORES CON CONCIENCIA SOCIAL E.I.R.L.	Hora de envío :	12:27:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

B03. UN (01) CARGADOR DE BATERÍA TIPO PEDESTAL, ORIGINAL DE FÁBRICA, CON ADAPTADOR AC A DC.

solicitamos al comité que dicha especificación técnica quede de la siguiente manera:

B03. UN (01) CARGADOR DE BATERÍA, ORIGINAL DE FÁBRICA O RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, CON ADAPTADOR AC A DC

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B03 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria tomara su consulta como observacion , la que se aacoge parcialmente, se debe entregar un coche original, cargador de bateria original de fabrica para el correcto funcionamiento del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B03. UN (01) CARGADOR DE BATERÍA Y COCHE ORIGINAL DE FÁBRICA, CON ADAPTADOR AC A DC

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20610572333	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	DYR MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:38:24

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

5.3 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS.

EL CONTRATISTA EMITIRÁ UN DOCUMENTO DE COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS POR TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA COMERCIAL, EL CUAL DEBE EXPRESAR, TENER LA DISPONIBILIDAD DE ESTE BIEN PARA LA ENTIDAD, REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES O COMPATIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO.

SUSTENTO: LO SOLICITADO GENERA INCONGRUENCIA EN DICHO PROCESO, ES DE OBLIGATORIEDAD QUE EL POSTOR ADJUNTE CARTA DE GARANTIA DEL BIEN ANTE UN DESPERFECTO O FALLA DEL EQUIPO DESDE FABRICA. SOLICITAMOS AL COMITÉ SOLICITAR CARTA DEL FABRICANTE Y/O DUEÑO DE LA MARCA EL SUMINISTRO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS Y SERVICIOS POR UN PERIODO A 4 AÑOS. POR LO EXPUESTO Y EN ARAS DE PROMOVER UN MEJOR SERVICIO POST VENTA DESDE FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2., principio de eficacia y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL area usuaria acoge su obsercaion, luego de analizar su observacion, el postor debe adjuntar carta de fabricante por la disponibilidad de servicios y repuestos por un periodo no menor a 4 años. Siendo el principia de eficacia y eficiencia para el servicio post venta y con la finalidad de garantizar el funcionamiento de los mismo. De tal forma dicha carta esta sujeto a supervision al fabricante para la veracidad del caso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorparara : el postor debe adjuntar carta de fabricante por la disponibilidad de servicios y repuestos por un periodo no menor a 4 años

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20610572333	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	DYR MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:38:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SOLICITAN

C01 PROVISTO DE FUENTE INCORPORADA DE BATERIA RECARGABLE, CON AUTONOMIA DE 2 HORAS O MAS.

SUSTENTO: Se entiende que vuestra institución esta solicitando un equipo de última tecnología que además de la precisión y beneficios clínicos es importante que cuente con una autonomía de alimentación a través de batería recargable de 04 horas.

Ya que permitiría usar el equipo no solo en la unidad de forma estacionaria sino para los consultorios en diferentes ambientes limitados con puntos de energía eléctrica asegurando la prioridad y atención al paciente.

Para ello solicitamos amablemente al equipo técnico y usuario considerar como especificación mínima batería recargable con autonomía de 04 horas o más.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que es un requerimiento técnico mínimo adecuado por el establecimiento de salud según sus necesidades. Se pueden presentar mejoras a esta característica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20610572333	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	DYR MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:38:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SOLICITAN

12 CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN

- EL BIEN DEBERA SER NUEVO DE PRIMER USO , SIN MODIFICACIONES O ALTERACIONES

SUSTENTO: SOLICITANOS AL COMITÉ QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBE TENER COMO MINIMO 06 MESES DE ANTIGÜEDAD DE FABRICACION ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria tomara su consulta como observacion la que se acoge parcialmente, el bien ofertado no debe superar los 12 meses de fabricacion desde la presentacion de las ofertas,para garantizar la vigencia tecnologica del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D05 : EL BIEN OFERTADO NO DEBE SUPERAR LOS 12 MESES DE FABRICACIÓN DESDE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20610572333	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	DYR MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:01:01

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

SOLICITAN: SOLICITAMOS AL COMITE QUE EL EQUIPO CUENTE CON PANTALLA DE VISUALIZACION COMO MEJORA TECNOLOGICA Y ADECUARLE PUNTAJE CORRESPONDIENTE DE 10 PUNTOS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: C Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que el postor puede ofertar mejoras adicionales sin puntaje correspondiente y fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20609870355	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	PHARMA INTERNATIONAL S.A.C.	Hora de envío :	23:29:36

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SOLICITAN

A02 DIMENSIÓN MÍNIMA DE VISUALIZACIÓN DE LAS VENAS Y LOS VASOS SANGUÍNEOS: ENTRE 0.1 MM Y 1MM. Dentro de la visualización se requiere determinar la profundidad de cada una de las venas y dentro de su recorrido, por lo que no solo es necesario contar con una precisión asimismo también funciones especiales como el reconocimiento de la profundidad automática a través de colores se convierte en una herramienta de apoyo al usuario para efectivizar su procedimiento

Para ello solicitamos amablemente al equipo técnico y usuario ampliar dicha especificación técnica.

Pudiendo quedar de la siguiente manera:

A02 DIMENSIÓN MÍNIMA DE VISUALIZACIÓN DE LAS VENAS Y LOS VASOS SANGUÍNEOS: ENTRE 0.1MM Y 1MM. Ó DETECCIÓN DE PROFUNDIDAD AUTOMÁTICA

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge su observacion, teniendo como fundamento el principio de vigencia tecnológica, ya que lo ofertado técnicamente representa una característica de mejora y fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A02 DIMENSIÓN MÍNIMA DE VISUALIZACIÓN DE LAS VENAS Y LOS VASOS SANGUÍNEOS: ENTRE 0.1MM Y 1MM. Ó DETECCIÓN DE PROFUNDIDAD AUTOMÁTICA O DESVIACIÓN INFERIOR A 1 MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20609870355	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	PHARMA INTERNATIONAL S.A.C.	Hora de envío :	23:29:36

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:
SOLICITAN A04 TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN LASER, COMPRENDIDA EN EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO INFRARROJO
La emisión espectral de luz infrarroja puede limitarse a una sola longitud de onda (como en el láser) o distribuirse sobre una amplia banda de longitudes de onda. Muchos de los láseres utilizados en procesos médicos emiten niveles muy altos de irradiancia. En general, comparada con otras fuentes de radiación, la radiación láser posee algunas características inusuales que pueden influir en el riesgo consecutivo a una exposición, tales como los impulsos de muy corta duración o una irradiancia extremadamente alta, asimismo en la actualidad en los equipos de última tecnología usan fuente de luz infrarroja cercana con una longitud de onda infrarroja de 850nm y energía de radiación infrarroja ¿0,6mW/cm².
Por lo que solicitamos al digno comité modificar dicha especificación de la siguiente manera
A04 TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN LUZ INFRARROJA CERCANA CON LONGITUD DE ONDA DE 850NM E IRRADIANCIA MENOR O IGUAL A 0,6MW/CM2

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El área usuaria acoge parcialemnte su observacion, teniendo como fundamento el principio de vigencia tecnológica, ya que lo ofertado técnicamente representa una característica de mejora y fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
A04 TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN LUZ INFRARROJA CERCANA, OPCIONALMENTE CON LONGITUD DE ONDA DE 850NM E IRRADIANCIA MENOR O IGUAL A 0,6MW/CM2

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20609870355	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	PHARMA INTERNATIONAL S.A.C.	Hora de envío :	23:29:36

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

SOLICITAN A06 PANEL DE CONTROL DIGITAL A COLOR dentro del manejo y control de los diferentes equipos médicos es de suma importancia contar con una alta resolución para mejor visualización por lo que solicitamos al digno comité modificar dicha especificación quedando de la siguiente manera.

A06 PANEL DE CONTROL DIGITAL A COLOR Y RESOLUCIÓN 720X576 PÍXELES O MAYOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria tomara su consulta como observacion la que se acoge, teniendo como fundamento el principio de vigencia tecnológica, ya que lo ofertado técnicamente representa una característica de mejora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A06 PANEL DE CONTROL DIGITAL A COLOR Y RESOLUCIÓN 720X576 PÍXELES O MAYOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20609870355	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	PHARMA INTERNATIONAL S.A.C.	Hora de envío :	23:29:36

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SOLICITAN
A09 FUNCIÓN DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE APAGADO, DE LUZ DE VISUALIZACIÓN INFRARROJA.
Los equipos dedicados a la visualización de venas y vasos sanguíneos de última tecnología cuentan con estimaciones de tiempo para realizar un procedimiento seguro por lo cual establecen un tiempo de 4 min de espera sino el equipo se apaga de forma automática para preservar el tiempo de autonomía con batería.
Para ello solicitamos amablemente al equipo técnico y usuario ampliar dicha especificación técnica.
Pudiendo quedar de la siguiente manera:
A09 FUNCIÓN DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE APAGADO, DE LUZ DE VISUALIZACIÓN INFRARROJA. Ó APAGADO AUTOMÁTICO LUEGO 4 MIN DE INACTIVIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área acoge su observacion, teniendo como fundamento el principio de vigencia tecnológica, ya que lo ofertado técnicamente representa una característica de mejora, con la finalidad de dar mayor pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A09 FUNCIÓN DE ENCENDIDO Y PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE APAGADO, DE LUZ DE VISUALIZACIÓN INFRARROJA. Ó APAGADO AUTOMÁTICO LUEGO 4 MIN DE INACTIVIDAD.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20609870355	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	PHARMA INTERNATIONAL S.A.C.	Hora de envío :	23:29:36

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SOLICITAN
ACCESORIOS

Dentro de los accesorios solicitan soporte tipo cuello de ganso, estuche original y cargador tipo pedestal dentro de los diferentes fabricantes de equipos se busca optimizar para adecuarse a los diferentes entornos del flujo de trabajo en los recintos hospitalarios por lo que al contar con un coche rodable con un brazo de soporte y posicionamiento con el cual se puede movilizar así mismo realizar el proceso de carga

solicitamos al digno comité ampliar dicho requerimiento quedando de la siguiente manera:

B01 UN (01) SOPORTE PARA FIJAR EN SOBREMESA O SILLA DE MUESTRAS, TIPO CUELLO DE GANSO (OPCIONAL SI OFERTA COCHE RODABLE ORIGINAL)

B02. UN (01) ESTUCHE DE PROTECCION ORIGINAL DE FABRICA, USADO AL FINALIZAR LA JORNADA DE ATENCION ASISTENCIAL (OPCIONAL SI OFERTA COCHE RODABLE ORIGINAL)

B03: UN (01) COCHE RODABLE ORIGINAL DE FABRICA Y CARGADOR DE BATERIA, , CON ADAPTADOR AC A DC

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria tomara su consulta como observacion la que se decide acoger parcialmente lo solicitado por el postor, se debe entregar un (01) coche original de fabrica, 01 cargador de bateria original de fabrica para el correcto funcionamiento del equipo., quedando las especificaciones tecnicas modificadas en B1 Y B3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01 UN (01) SOPORTE PARA FIJAR EN SOBREMESA O SILLA DE MUESTRAS, TIPO CUELLO DE GANSO (OPCIONAL SI OFERTA COCHE RODABLE ORIGINAL)

B03. UN (01) CARGADOR DE BATERÍA Y COCHE ORIGINAL DE FÁBRICA, CON ADAPTADOR AC A DC

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-338-2023-OEC/GR PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSILUMINADOR DE VASOS SANGUINIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20609870355	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	PHARMA INTERNATIONAL S.A.C.	Hora de envío :	23:29:36

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

SOLICITAN

PLAZO DE ENTREGA

solicitamos al digno comité aceptar plazo de entrega de 60 días para mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que, teniendo como fundamento el principio de eficiencia y eficacia, no se realizaran modificaciones al criterio establecido el cual se requiere ejecución de presupuestos, puesta en marcha de los equipos por déficit de equipamiento en la entidad de salud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null