

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT DE AFERESIS

Ruc/código :	20469936164	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	TERUMO BCT PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:35:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice: tener posibilidad de procedimientos en pacientes pediátricos.
Solicitamos amablemente omitir la frase puesto que los procedimientos de plaquetaféresis no se pueden realizar en estas poblaciones de donantes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Área usuaria aclara que el procedimiento para pacientes pediátricos es el recambio plasmático terapéutico o plasmaféresis, No así la aferesis plaquetaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Área usuaria aclara que el procedimiento para pacientes pediátricos es el recambio plasmático terapéutico o plasmaféresis, No así la aferesis plaquetaria

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT DE AFERESIS

Ruc/código :	20469936164	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	TERUMO BCT PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:35:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En Características del Equipo. Dice: procesamiento que permitan la colecta de glóbulos rojos.
Solicitamos amablemente considerar como opcional la colecta de glóbulos Rojos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Área Usuaría acepta que la colecta de glóbulos rojos sea opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Área Usuaría acepta que la colecta de glóbulos rojos sea opcional

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT DE AFERESIS

Ruc/código :	20469936164	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	TERUMO BCT PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:35:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

características del equipo: dice procesamiento de datos capacidad de conexión a software de banco de sangre.
Solicitamos amablemente considerar como opcional la capacidad de conexión al software de banco de sangre

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Área usuaria acepta que el procedimiento de datos con conexión a software de banco de sangre sea opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Área usuaria acepta que el procedimiento de datos con conexión a software de banco de sangre sea opcional