

## **ACTA DE PRESENTACION, ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS**

En los ambientes de la Unidad de Abastecimiento de la Universidad Nacional de San Martín, sito en la Jr. Maynas N° 179 Tarapoto – San Martín – San Martín, siendo las 10:30 Horas, del día lunes 02 de setiembre del 2024, se reúnen los Miembros del Comité de selección designados mediante Resolución Rectoral N° 413-2024-UNSM/R, de fecha 15 de julio de 2024, señores: ING. AGUSTÍN CERNA MENDOZA, identificado con DNI N° 01105141, en su calidad de Titular Presidente; JOSÉ LUIS PASQUEL REATEGUI, identificado con DNI N° 43986976, en su calidad de Titular Miembro 01; MARCO STALIN BRAVO CUBAS, identificado con DNI N° 71494717, en su calidad de Titular Miembro 02; con la finalidad de llevar a cabo la **PRESENTACION, ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS**, del procedimiento de selección denominado: **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2024-UNSM/CS – I CONVOCATORIA; para la contratación del ADQUISICION DE UN EQUIPO LECTORA DE MICROPLACAS EN MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "POTENCIAL BIOFERTILIZANTE Y BIOPROTECTOR DE CONSORCIOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EN PITAHAYAS NATIVAS (HYLOCEREUS SPP.)" DE LA UNSM.**

El presidente da la bienvenida y da por iniciada la reunión luego de haberse verificado el quórum de ley.

Se da cuenta que de conformidad con el Reglamento (Aprobado Mediante Decreto Supremo N° 0344-2018-EF), de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo 082-2019-EF), se ha cumplido en los plazos establecidos en comunicar la presente Convocatoria a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SE@CE, contando con los siguientes Postores registrados:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro
1	Proveedor con RUC	20138563201	LA ENSENADA S.R.L.	12/08/2024
2	Proveedor con RUC	20160056062	BELOMED S.R.L.	13/08/2024
3	Proveedor con RUC	20438551825	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	18/08/2024
4	Proveedor con RUC	20447790999	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/08/2024
5	Proveedor con RUC	20501262260	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	12/08/2024
6	Proveedor con RUC	20522565858	INVERSIONES NORSA S.A.C.	26/08/2024
7	Proveedor con RUC	20537118041	ALPETERHOFF & CO S.A.C	14/08/2024
8	Proveedor con RUC	20542625741	SUDAMERICANA LOGISTICA HISUKI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/08/2024
9	Proveedor con RUC	20600970951	BD INSTRUMENTS S.A.C.	13/08/2024
10	Proveedor con RUC	20602216609	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	12/08/2024
11	Proveedor con RUC	20604234035	MELTZER INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	18/08/2024
12	Proveedor con RUC	20607123145	GRUPO HEICI S.A.C	14/08/2024
13	Proveedor con RUC	20610504427	TIERRA VIVA H & M S.A.C.	11/08/2024

Acto seguido se procede a verificar a los postores que presentaron su propuesta electrónica a través de la consola del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, teniendo como información:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20138563201	LA ENSENADA S.R.L.	27/08/2024	18:31:52	20138563201	27/08/2024	18:32:42	Enviado	Valido		
2	20160056062	BELOMED S.R.L.	27/08/2024	18:36:53	20160056062	27/08/2024	18:38:56	Enviado	Valido		

2 registros encontrados, mostrando 2 registros, de 1 a 2. Página 1 / 1

**APERTURA DE OFERTAS:**

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Se procede a su revisión obteniendo el siguiente resultado:

**1. LA ENSENADA S.R.L.:**

Ord.	Requisito	Condición	Observación
A	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Suscrita por Representante legal
B	Documento que acredite la Representación de Quien Suscribe la Oferta	Cumple	Vigencia Poder de
C	Declaración jurada de acuerdo con Literal b) del artículo 52° del Reglamento. (Anexo N° 2)	Cumple	Suscrita por Representante legal
D	Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (Anexo N° 3)	Cumple	Suscrita por Representante legal
E	Presentar Ficha Técnica Del Bien Para Acreditar Las Especificaciones Generales Y Accesorios Del Bien Ofertado.	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS CANTIDADES DE LOS ACCESORIOS
F	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Cumple	Suscrita por Representante legal
G	Promesa de consorcio con firmas legalizadas	NO CORRESPONDE	NINGUNA
H	El precio de la oferta en soles (Anexo N° 6).	Cumple	Suscrita por Representante legal
RESULTADO FINAL			NO ADMITIDA

**DETALLE DE LA OBSERVACIÓN: En las bases integradas en 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del CAPÍTULO III : REQUERIMIENTO, se menciona lo siguiente:**

**INCLUYE:**

- Software para el análisis de datos
- Laptop de acuerdo a sugerencia del fabricante
- UPS con estabilización de energía.
- Una caja de placas para absorbancia (v) x 200 und
- Una caja de placas para absorbancia (uv) x 200 und
- Una caja de placas para fluorescencia x 100 und
- Una caja de placas para luminisencia x 100 und
- Se incluyen dos dispensadores dentro del equipo para su uso con placas desde 6 a 384 pocillos

Fuente: bases integradas del procedimiento de selección AS N°034-2024-UNSM/CS-I (pag.22)



Y en la oferta presentada se menciona lo siguiente:

**ACCESORIO:**

- Software para el análisis de datos (Nombre: Gen6 Software)
- Laptop con procesador core i5, de acuerdo a sugerencia del fabricante
- UPS con estabilización de energía.
- Instalación
- Capacitación
- Una caja de placas para absorbancia (v) x 100 und
- Una caja de placas para absorbancia (uv) x 100 und
- Una caja de placas para fluorescencia x 100 und
- Una caja de placas para luminiscencia x 100 und

Fuente: oferta presentada por la empresa LA ENSENADA SRL en el procedimiento de selección AS N°034-2024-UNSM/CS-I

**SE OBSERVA QUE NO CUMPLE CON LAS CANTIDADES REQUERIDAS**

**2. BELOMED S.R.L.**

Ord.	Requisito	Condición	Observación
A	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Suscrita por Representante legal
B	Documento que acredite la Representación de Quien Suscribe la Oferta	Cumple	Vigencia Poder de
C	Declaración jurada de acuerdo con Literal b) del artículo 52° del Reglamento. (Anexo N° 2)	Cumple	Suscrita por Representante legal
D	Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (Anexo N° 3)	Cumple	Suscrita por Representante legal
E	PRESENTAR FICHA TECNICA DEL BIEN para acreditar LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y ACCESORIOS DEL BIEN OFERTADO.	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS COMPLETAS
F	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Cumple	Suscrita por Representante legal
G	Promesa de consorcio con firmas legalizadas	NO CORRESPONDE	NINGUNA
H	El precio de la oferta en soles (Anexo N° 6).	Cumple	Suscrita por Representante legal
RESULTADO FINAL			NO ADMITIDA

**DETALLE DE LA OBSERVACIÓN: En las bases integradas en 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del CAPÍTULO III: REQUERIMIENTO, se menciona lo siguiente:**

- Tiempo de calentamiento de líquido: 1 hora desde 25°C a 37°C, placa cubierta, 200µL agua/pocillo o una mejora (menor tiempo al solicitado).
- Agitación: tipo lineal, orbital y tipo doble orbital.
- Velocidad de agitación: ajustable por el usuario de acuerdo al fabricante.
- Tipo de medición: Punto final, cinético, espectros, multipunto, espectros cinéticos.
- Tecnología de medición: Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia.
- N° de dispensadores: 2, que permitan el dispensado de dos reactivos de forma automática en la placa, cuando esta se encuentra dentro del equipo. Dispensa de 5 a 1000 µl o de mayor amplitud (menos de 5µl y más de 1000µl), con incrementos de 1µl.

Fuente: bases integradas del procedimiento de selección AS N°034-2024-UNSM/CS-I (pag.21)

Y en la oferta presentada se menciona lo siguiente:

**ESPECIFICACIONES GENERALES:**

Requerimiento eléctrico: 100-240V, 50/60Hz  
Consumo: 200VA max  
Incubación: Desde temperatura ambiente + 4°C a 45°C  
Rango de programación: 10°C a 45°C en incrementos de 0.1°C  
Tiempo de calentamiento de líquido: 1 hora desde 25°C a 37°C, placa cubierta, 200uL agua/pocillo  
Agitación: tipo orbital  
Velocidad de agitación: 60-1200rpm, seleccionable por el usuario de acuerdo al fabricante.  
Tipo de medición: Punto final, cinético, espectros, multipunto, espectros cinéticos  
Tecnología de medición: Absorbancia (fotometría), intensidad de fluorescencia, luminiscencia  
N° de dispensadores: 2, pueden utilizar dos dispensadores en el instrumento para la adición automática de reactivo a una microplaca. Dispensa de 2 a 5000ul, con incrementos de 1uL

Fuente: oferta presentada por la empresa BELOMED S.R.L. en el procedimiento de selección AS N°034-2024-UNSM/CS-I

**SE OBSERVA QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES**

En ese sentido, no existiendo ninguna oferta ADMITADA por ende VALIDAD; el presente comité de selección **DECLARA DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN** denominado **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 034-2024-UNSM/CS – I CONVOCATORIA; para la contratación del servicio de ADQUISICION DE UN EQUIPO LECTORA DE MICROPLACAS EN MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "POTENCIAL BIOFERTILIZANTE Y BIOPROTECTOR DE CONSORCIOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EN PITAHAYAS NATIVAS (HYLOCEREUS SPP.)" DE LA UNSM.**

**BASE LEGAL:**

- Art. 29° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1444; Declaratoria de Desierto: Los Procedimientos de Selección quedan desiertos cuando no quede valida ninguna oferta.
- Art 65° del Reglamento de contrataciones del Estado - D.S N° 344-2018-EF: El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida. salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Comité de Selección dio por terminado el acto, pasando a dar lectura a la presente acta y firmándola en señal de conformidad siendo las 11:20 horas del mismo día.

  
**ING. AGUSTIN CERNA MENDOZA,**  
DNI N° 01105141  
Presidente

  
**JOSÉ LUIS PASQUEL REATEGUI,**  
DNI N° 43986976  
Titular Miembro 01

  
**MARCO STALIN BRAVO CUBAS**  
DNI N° 71494717  
Titular Miembro 02