

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-IGP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de seis (06) equipos de medición de vibración ambiental

Ruc/código :	20100862132	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	ISETEK S A	Hora de envío :	14:58:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el sismógrafo integrado de banda media hemos observado que el rango dinámico en este equipo de medición ambiental esta en un rango 102dB.

Consulta: ¿aceptarían un equipo con un rango dinámico de 120dB?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria después de analizada la consulta SE ACLARA que se aceptaran propuestas de equipos con el parámetro de un "Rango dinámico de 120 dB"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integrara en las bases lo precisado