

## ACTA DE PRESENTACION, ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS

En los ambientes de la Unidad de Abastecimiento de la Universidad Nacional de San Martín, sito en la Jr. Maynas N° 179 Tarapoto – San Martín – San Martín, siendo las 11:00 Horas, del día jueves 24 de octubre del 2024, se reúnen los Miembros del Comité de selección designados mediante Resolución Rectoral N° 546-2024-UNSM/R, de fecha 19 de setiembre de 2024, señores: ING. AGUSTÍN CERNA MENDOZA, identificado con DNI N° 01105141, en su calidad de Titular Presidente; JOSÉ LUIS PASQUEL REATEGUI, identificado con DNI N° 43986976, en su calidad de Titular Miembro 01; MARCO STALIN BRAVO CUBAS, identificado con DNI N° 71494717, en su calidad de Titular Miembro 02; con la finalidad de llevar a cabo la **PRESENTACION, ADMISIÓN, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS**, del procedimiento de selección denominado: **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2024-UNSM/CS – I CONVOCATORIA; para la contratación de la ADQUISICION DE UN ESTEREOMICROSCOPIO CON SISTEMA DE CÁMARA DIGITAL PARA ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN CON SOFTWARE DE CONTROL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO "BIOPROSPECCIÓN DE PARASITOIDE NATIVOS ASOCIADOS A SPODOPTERA FRUGIPERDA (J. E. SMITH) EN AGROECOSISTEMA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN".**

El presidente da la bienvenida y da por iniciada la reunión luego de haberse verificado el quórum de ley.

Se da cuenta que de conformidad con el Reglamento (Aprobado Mediante Decreto Supremo N° 0344-2018-EF), de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo 082-2019-EF), se ha cumplido en los plazos establecidos en comunicar la presente Convocatoria a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SE@CE, contando con los siguientes Postores registrados:

| Nro. | RUC/Código  | Nombre o Razón Social  | Fecha registro de     | Estado |
|------|-------------|--|-----------------------|--------|
| 1    | 20100162238 | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | 2024-10-02 10:20:11.0 | Válido |
| 2    | 20100329205 | H.W.KESSEL S.A.C.  | 2024-10-01 07:29:53.0 | Válido |
| 3    | 20155695901 | SISTEMAS ANALITICOS SRL                                      | 2024-10-01 10:49:02.0 | Válido |
| 4    | 20270485015 | IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L.                                  | 2024-10-01 18:21:53.0 | Válido |
| 5    | 20438551825 | CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.                                | 2024-10-10 13:12:19.0 | Válido |
| 6    | 20464408623 | BAIRES S.A.C.  | 2024-10-01 14:06:50.0 | Válido |
| 7    | 20556662887 | ALYTECH MEDIC S.A.C.   | 2024-10-02 09:18:35.0 | Válido |
| 8    | 20557788841 | CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.                                | 2024-10-02 09:26:14.0 | Válido |
| 9    | 20600972171 | TECHNOMIC S.A.C.   | 2024-10-07 21:00:15.0 | Válido |
| 10   | 20600989988 | CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.                                  | 2024-10-02 09:22:01.0 | Válido |
| 11   | 20602216609 | TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.                        | 2024-10-02 20:49:16.0 | Válido |
| 12   | 20605876774 | A.S. ALLENDE S.A.C.  | 2024-10-02 21:49:36.0 | Válido |

|    |             |  |                       |        |
|----|-------------|--|-----------------------|--------|
| 13 | 20607396516 | COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.   | 2024-10-07 12:43:53.0 | Válido |
| 14 | 20609931311 | INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C. | 2024-10-11 02:00:36.0 | Válido |

Acto seguido se procede a verificar a los postores que presentaron su propuesta electrónica a través de la consola del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, teniendo como información:

| Nro. ítem    | Descripción del ítem   |                    |                   |                       |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razón Social  | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
| 1            | Estereomicroscopio con sistema de cámara digital para análisis y documentación con software de control |                    |                   |                       |
| 20464408623  | BAIRES S.A.C.  | 15/10/2024         | 19:59:27          | Electronico           |
| 20438551825  | CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.  | 15/10/2024         | 22:28:40          | Electronico           |

#### APERTURA DE OFERTAS:

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Se procede a su revisión obteniendo el siguiente resultado:

| Ord.            | Requisito   | BAIRES S.A.C.  |   |
|-----------------|---|----------------|---|
|                 |   | Condición      | Observación   |
| A               | Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)  | Cumple         | Suscrita por Representante legal                      |
| B               | Documento que acredite la Representación de Quien Suscribe la Oferta  | Cumple         | Vigencia Poder de                                     |
| C               | Declaración jurada de acuerdo con Literal b) del artículo 52° del Reglamento. (Anexo N° 2)  | Cumple         | Suscrita por Representante legal                      |
| D               | Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (Anexo N° 3)  | Cumple         | Suscrita por Representante legal                      |
| E               | El postor debe de presentar ficha técnica del bien, folleto, catálogos, instructivos o carta del fabricante; donde se puede evidenciar las especificaciones técnicas generales del bien ofertado así como los accesorios correspondiente. | Cumple         | Presenta ficha técnica con todas las especificaciones |
| F               | Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)  | Cumple         | Suscrita por Representante legal                      |
| G               | Promesa de consorcio con firmas legalizadas   | NO CORRESPONDE | NINGUNA   |
| H               | El precio de la oferta en soles (Anexo N° 6).   | Cumple         | Suscrita por Representante legal                      |
| RESULTADO FINAL |   |                | ADMITIDA  |



| Ord.                   | Requisito   | CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.  |                                  |
|------------------------|---|--|----------------------------------|
|                        |   | Condición  | Observación                      |
| A                      | Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)  | Cumple   | Suscrita por Representante legal |
| B                      | Documento que acredite la Representación de Quien Suscribe la Oferta  | Cumple   | Vigencia Poder de                |
| C                      | Declaración jurada de acuerdo con Literal b) del artículo 52° del Reglamento. (Anexo N° 2)  | Cumple   | Suscrita por Representante legal |
| D                      | Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (Anexo N° 3)  | Cumple   | Suscrita por Representante legal |
| E                      | El postor debe de presentar ficha técnica del bien, folleto, catálogos, instructivos o carta del fabricante; donde se puede evidenciar las especificaciones técnicas generales del bien ofertado así como los accesorios correspondiente. | <b>NO CUMPLE* Especificaciones Técnicas NO CUMPLEN A LAS SOLICITADAS</b> | OBSERVADO                        |
| F                      | Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)  | Cumple   | Suscrita por Representante legal |
| G                      | Promesa de consorcio con firmas legalizadas   | NO CORRESPONDE   | NINGUNA                          |
| H                      | El precio de la oferta en soles (Anexo N° 6).   | Cumple   | Suscrita por Representante legal |
| <b>RESULTADO FINAL</b> |   |  | <b>NO ADMITIDA</b>               |

\*EL DETALLE DE LA NO ADMISION DE OFERTAS ESTAN DESCRITAS EN LA OPINION ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESNETE ACTA; EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEJA CONSTANCIA QUE DICHA DESCRIPCION FUE OBTENIDA GRACIAS AL APOYO SOLICITADO AL AREA CONOCEDORA DEL OBJETO DE CONTRATACION.

#### EVALUACION DE OFERTAS:

Habiéndose culminado la etapa de Admisión de la oferta; el Comité de Selección procede a la evaluación de las ofertas conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento. Teniendo el siguiente resultado:

| POSTOR        | FACTOR PRECIO |            | ORDEN DE PRELACION |
|---------------|---------------|------------|--------------------|
|               | PRECIO        | PUNTAJE    |                    |
| BAIRES S.A.C. | S/79,900.00   | 100 PUNTOS | 1                  |

#### CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada:

| REQUISITOS DE CALIFICACIÓN |  |  |
|----------------------------|--|--|
| B.                         | Experiencia Del Postor En La Especialidad  | Participante                                 |
|                            |  | BAIRES S.A.C.                                |
|                            | El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 79,000.00 SOLES (Setenta y Nueve Mil 00/100 Soles), | CUMPLE (Acredita un monto de S/ 784,107.43 ) |

Habiéndose llevado a cabo el acto de presentación, admisión, evaluación y calificación de ofertas corresponde a este colegiado en uso de sus facultades proceder en virtud de los resultados al **OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO** del Procedimiento de Selección denominado: **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2024-UNSM/CS – I CONVOCATORIA; para la contratación de la ADQUISICION DE UN ESTEREOMICROSCOPIO CON SISTEMA DE CÁMARA DIGITAL PARA ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN CON SOFTWARE DE CONTROL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO "BIOPROSPECCIÓN DE PARASITOIDE NATIVOS ASOCIADOS A SPODOPTERA FRUGIPERDA (J. E. SMITH) EN AGROECOSISTEMA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN", a la empresa BAIRES S.A.C. con RUC: 20464408623 y domicilio legal en Jr. Cineraria 103- Santiago de Surco- Lima- Lima, por un monto ascendente a S/ 79,900.00 (SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES) con IGV**

No habiendo otro asunto que tratar, el Comité de Selección dio por terminado el acto, pasando a dar lectura a la presente acta y firmándola en señal de conformidad siendo las 11:20 horas del mismo día.

.....  
**ING. AGUSTÍN CERNA MENDOZA,**  
**DNI N° 01105141**  
 Presidente

.....  
**JOSÉ LUIS PASQUEL REATEGUI,**  
**DNI N° 43986976**  
 Titular Miembro 01

.....  
**MARCO STALIN BRAVO CUBAS**  
**DNI N° 71494717**  
 Titular Miembro 02





AGUSTIN CERNA MENDOZA &lt;acerna@unsm.edu.pe&gt;

**Adjudicación Simplificada N° 041-2024-UNSM/CS-I**

2 mensajes

**Departamento Académico de Agrosilvo Pastoral** <daap@unsm.edu.pe>

22 de octubre de 2024, 8:11

Para: Grecia Vanessa Fachin Ruiz &lt;gvfachin@unsm.edu.pe&gt;, AGUSTIN CERNA MENDOZA &lt;acerna@unsm.edu.pe&gt;

 **carta apoyo al comite GRECIA FACHIN[F] (1).pdf**  
304K**Grecia Vanessa Fachin Ruiz** <gvfachin@unsm.edu.pe>

24 de octubre de 2024, 8:35

Para: AGUSTIN CERNA MENDOZA &lt;acerna@unsm.edu.pe&gt;

----- Mensaje reenviado -----

De: **Grecia Vanessa Fachin Ruiz** <gvfachin@unsm.edu.pe>

Fecha: El mié, 23 oct. 2024 a la(s) 1:00 p. m.

Asunto: Re: Adjudicación Simplificada N° 041-2024-UNSM/CS-I

Para: Departamento Académico de Agrosilvo Pastoral &lt;daap@unsm.edu.pe&gt;

Buenas tardes adjunto lo solicitado, gracias

saludos cordiales;

Grecia Vanessa Fachin Ruiz

El mar, 22 oct 2024 a las 7:59, Departamento Académico de Agrosilvo Pastoral (&lt;daap@unsm.edu.pe&gt;) escribió:

**2 adjuntos** **Carta N° 021 - Apoyo en evaluación de oferta.pdf**  
560K **Informe de evaluación de ofertas de Estereomicroscopio trinocular.pdf**  
255K



**CARTA N° 002-2024/AS N° 042-2024-UNSM/CS-I**

Para : **GRECIA VANESSA FACHIN RUIZ**  
**Especialista en Formulación de Proyectos**

Asunto : **Solicita Apoyo en Evaluación de Ofertas**

Referencia: **Adjudicación Simplificada N° 041-2024-UNSM/CS-I**

Fecha : **Tarapoto, 18 de octubre de 2024**

Por medio de la presente me dirijo a usted, expresándolo mi cordial saludo y al mismo tiempo para solicitarle el apoyo técnico en la evaluación de las ofertas presentadas al procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2024-UNSM/CS – I CONVOCATORIA. **"ADQUISICION DE UN ESTEREOMICROSCOPIO CON SISTEMA DE CAMARA DIGITAL PARA ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN CON SOFTWARE DE CONTROL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO "BIOPROSPECCIÓN DE PARASITOIDE NATIVOS ASOCIADOS A SPODOPTERA FRUGIPERDA (J. E. SMITH) EN AGROECOSISTEMA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN"**

***En ese sentido, el comité de selección requiere de su apoyo en la revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien ofertado en las ofertas presentadas por los postores:***

- 1. BAIRES S.A.C.**
- 2. CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.**

Lo solicitado se enmarca en el numeral 46.4. del artículo 46° del Reglamento: *Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.*

*Se adjunta ofertas en archivo PDF.*

*Sin otro particular me suscribo de usted.*

Atentamente,



**Firma  
Digital**

Firmado digitalmente por CERNA  
MENDOZA Agustin FAU  
20160766191 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 18.10.2024 15:05:21 -05:00

**AGUSTIN CERNA MENDOZA**  
**DNI N° 01105141**  
**Presidente del Comité de Selección**





**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SAN MARTÍN**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Tarapoto, 23 de octubre de 2024

**CARTA N° 021-2024/IDI/GVFR**

**Señor**

**AGUSTIN CERNA MENDOZA**

Presidente del Comité de Selección Universidad  
Nacional de San Martín

**Asunto** : Apoyo técnico en la evaluación de ofertas  
**Referencia** : Adjudicación Simplificada N° 041-2024-UNSM/CS-I

De mi mayor consideración:

Reciba un cordial saludo. Agradezco su amable comunicación y la confianza depositada en mi equipo para apoyar en la evaluación de las ofertas presentadas al proceso ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 041- 2024-UNSM/CS-I, referente a la "ADQUISICION DE UN ESTEREOMICROSCOPIO CON SISTEMA DE CAMARA DIGITAL PARA ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN CON SOFTWARE DE CONTROL" para el proyecto de investigación denominado "Bioprospección de parasitoide nativos asociados a *Spodoptera frugiperda* (J. E. Smith) en agroecosistema en la región San Martín"

Conforme a su solicitud, he revisado las propuestas presentadas por los siguientes postores:

1. CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L.
2. BAIRES S.A.C.

Adjunto a esta carta encontrará el informe detallado que contiene el análisis de cada oferta en relación con las especificaciones técnicas solicitadas. En caso de requerir alguna información adicional o aclaración sobre el informe, quedo a su disposición para asistir en lo necesario.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

**Ing. Grecia Vanessa Fachin Ruiz**  
Especialista en proyectos de investigación  
DNI:46668022  
Cel:965 958 475

# REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Informe Técnico de Evaluación de Cumplimiento de Especificaciones

Asunto: Evaluación de las ofertas presentadas para la **AS-SM-41-2024-UNSM/CS-1**

ADQUISICIÓN DE UN ESTEREOMICROSCOPIO CON SISTEMA DE CÁMARA DIGITAL PARA ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN CON SOFTWARE DE CONTROL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO "BIOPROSPECCIÓN DE PARASITOIDE NATIVOS ASOCIADOS A *Spodoptera frugiperda* (J. E. SMITH) EN AGROECOSISTEMA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN"

Postor evaluado: **CORPORACION CIENTIFICA SRL**

Fecha:

## Descripción del incumplimiento:

Tras la evaluación de la oferta presentada por el postor CORPORACION CIENTIFICA SRL, se ha constatado que el equipo ofrecido **no cumple** con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el requerimiento, conforme a lo establecido en la **Ley de Contrataciones del Estado N.º 30225**.

## Diferencias identificadas:

Adjunto cuadro



| Se solicita   | Presenta  | Sustento   |
|---|---|--|
| Sistema óptico totalmente apocromático  | Pag. 10<br>Sistema óptico con corrección de color infinita<br><br><b>MODELO: BS-3080A + BUC5F-830DC</b><br><b>MARCA BESTSCOPE</b><br><b>PROCEDENCIA CHINA</b> | <p>El sistema óptico apocromático es superior al sistema de corrección de color infinita (también conocido como acromático o semiapocromático), especialmente para aplicaciones que requieren una mayor precisión y calidad de imagen</p> <p>El sistema óptico <b>apocromático</b> es superior en términos de corrección de aberraciones y calidad de imagen, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones exigentes. El sistema de <b>corrección de color infinita</b> es una opción más accesible y funcional para usos generales. <b>No cumple</b></p> |
| Zoom continuo con ratio 9:1 al menos  | Pag. 10<br>Zoom ratio: 1:12.5   | El <b>Zoom Ratio 9:1</b> ofrece un rango de aumentos más amplio, lo que lo hace más versátil para observar detalles en diferentes niveles de ampliación. <b>No cumple</b>  |
| <b>Iluminación incidente 1 (LUZ EN ANILLO)</b><br>Con 24 a más anillos de luz LED compactos.<br>Segmentos conmutables: circunferencia completa/media/un cuarto. | Pag. 10<br>Iluminación: Luz transmitida LED 5W de fibra   | <p>La luz transmitida LED de 5W ofertada en el Modelo BS-3080A <b>No cumple</b> con las especificaciones técnicas solicitadas, <b>ya que los sistemas de iluminación solicitados es Iluminación Incidente:</b></p> <p>Iluminación en anillo LED: Con segmentos conmutables (circunferencia completa, media o un cuarto).</p> <p>Iluminación con brazos flexibles LED: con una vida útil de 50,000</p>  |

|  |  |        |
|--|--|--------|
| <p>Se proyecta una luz sobre la muestra con forma circular alrededor del objetivo.</p> <p>Con control de intensidad de luz para cada posición.</p> <p>Vida útil del LED de 50,000 horas de vida</p> <p>Set de Polarización para eliminar el brillo.</p> <p><b>ILUMINACIÓN INCIDENTE 2 (BRAZOS FLEXIBLES)</b></p> <p>Con dos brazos semirígidos de fibra óptica flexible con focos LED.</p> <p>Con brazo de fibra semi-rígida independiente con un panel de control integrado.</p> <p>Control posible por software</p> <p>Longitud de cada brazo de 300mm al menos</p> <p>Vida media de 50,000 horas de uso</p> <p>Temperatura de color de luz día: 5600K</p> |  | horas. |
|--|--|--------|

**Conclusión:** El equipo ofrecido por el postor CORPORACION CIENTÍFICA SRL **no cumple** con los requerimientos técnicos establecidos en los términos de referencia. Por lo tanto, en aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede con la **descalificación de la oferta** por no cumplir con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas.



# REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

## Informe Técnico de Evaluación de Cumplimiento de Especificaciones

**Asunto:** Evaluación de las ofertas presentadas para la **AS-SM-41-2024-UNSM/CS-1**

ADQUISICIÓN DE UN ESTEREOMICROSCOPIO CON SISTEMA DE CÁMARA DIGITAL PARA ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN CON SOFTWARE DE CONTROL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO "BIOPROSPECCIÓN DE PARASITOIDE NATIVOS ASOCIADOS A *Spodoptera frugiperda* (J. E. SMITH) EN AGROECOSISTEMA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN"

**Postor evaluado:** **BAIRES SAC**

**Fecha:**

## Descripción del incumplimiento:

Tras la evaluación de la oferta presentada por el postor BAIRES SAC, se ha constatado que el equipo ofrecido **cumple** con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el requerimiento, conforme a lo establecido en la **Ley de Contrataciones del Estado N.º 30225**.

Adjunto cuadro

|                          | <b>Se solicita</b>  | <b>Presenta</b><br><br><b>BAIRES SAC</b><br><br><b>MODELO: IVESTA3 C-Mount</b><br><br><b>MARCA: LEICA</b><br><br><b>PROCEDECENCIA: SUIZA</b>              | <b>Sustento</b>   |
|--------------------------|---|---|---|
| PAG<br>20,<br>21 y<br>22 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sistema óptico totalmente apocromático</li> <li>● Zoom continuo con ratio 9:1 al menos</li> <li>● Rango total de aumento configurado: 6.1x-55x (sin objetivo auxiliar)</li> <li>● Distancia de trabajo: 122mm (sin objetivo auxiliar)</li> <li>● Diámetro campo visual posible: 37.6mm a más</li> <li>● Resolución Óptica: Max. 500 Lp/mm con Objetivo 2x (250 lp/mm sin objetivo adicional)</li> <li>● Apertura Numérica: 0.167 al menos</li> <li>● Zoom continuo con Clicks con paradas en: 10x-20x-30x-40x y 50x</li> <li>● Superficies con tratamiento antimicrobiano a través de iones de plata. (certificada)</li> </ul> | <p>cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases Integradas, tal como se evidencia en las páginas 08 a 65 del documento evaluado.</p> | <p>La empresa Baires SAC ha sido admitida porque su propuesta <b>cumple</b> con los requisitos detallados en las bases, tal como se evidencia en su propuesta. La información presentada por Baires está alineada con las especificaciones técnicas requeridas y ha sido debidamente verificada, lo que garantiza que la oferta es igual o mejor a lo solicitado, de acuerdo con la normativa vigente.</p> <p>El cumplimiento de estas condiciones respalda la admisión de su propuesta, asegurando la transparencia y legalidad del proceso conforme a lo estipulado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)</p> |



|  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentación Universal en el rango 100-240V/60Hz adaptación automática a voltaje.</li> <li>• Tubo de observación Trinocular inclinado ergonómicamente a 35° o menor.</li> <li>• Divisor de rayos integrado 50% video / 50% visual</li> <li>• Rango de distancia interpupilar de 50 a 76mm</li> <li>• (01) par oculares 10x campo ancho 23mm ó más.</li> </ul> <p><b>Iluminación incidente 1 (LUZ EN ANILLO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con 24 a más anillos de luz LED compactos.</li> <li>• Segmentos conmutables: circunferencia completa/media/un cuarto.</li> <li>• Se proyecta una luz sobre la muestra con forma circular alrededor del objetivo.</li> <li>• Con control de intensidad de luz para cada posición.</li> <li>• Vida útil del LED de 50,000 horas de vida</li> <li>• Set de Polarización para eliminar el brillo.</li> </ul> <p><b>ILUMINACIÓN INCIDENTE 2 (BRAZOS FLEXIBLES)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con dos brazos semirígidos de fibra óptica flexible con focos LED.</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con brazo de fibra semi-rígida independiente con un panel de control integrado.</li> <li>• Control posible por software</li> <li>• Longitud de cada brazo de 300mm al menos</li> <li>• Vida media de 50,000 horas de uso</li> <li>• Temperatura de color de luz día: 5600K</li> </ul> <p><b>ACCESORIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funda para protección del equipo.</li> <li>• Manual de operación</li> </ul> <p><b>CAMARA DIGITAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cámara digital multipropósito a color</li> <li>• De 6.0 megapixels a mas</li> <li>• Cámara digital con interface usb 3.0 al menos para rápida transferencia de imágenes</li> <li>• Sensor CMOS, con tamaño de 8.9mm</li> <li>• Tamaño de pixel 2.4 <math>\mu\text{m}</math> x 2.4 <math>\mu\text{m}</math> como máximo</li> <li>• 3x12 bits, 36 bits RGB de profundidad</li> <li>• Con filtro de corte IR para 650nm</li> <li>• Enfriamiento pasivo</li> <li>• Fotogramas por segundo: 15fps</li> <li>• Rango dinámico: 73 dB</li> <li>• Interface: USB 3</li> </ul> |  |  |
|---|--|--|

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p><b>SOFTWARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite capturar automáticamente una pila de imágenes en diferentes posiciones de enfoque.</li> </ul> <p>Las imágenes se combinan en una única imagen de Profundidad de enfoque ampliada que muestra en una sola imagen todas las partes de la pila enfocadas</p> |  |  |
|--|---|--|--|

**Conclusión:** El equipo ofrecido por el postor BAIREs SAC, **Si cumple** con los requerimientos técnicos establecidos en los términos de referencia. Por lo tanto, en aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede con la **admisión de la oferta** por no cumplir con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas.