

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 5 FR X 13 cm

Ruc/código :	20606328029	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	ALS MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:04:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Antecedentes
CARACTERISTICAS TECNICAS
DICE:
Guía metálica de 45 cm a 50 cm con punta suave recta en una extremo-puna j en la otra

Observación
Por lo expuesto, solicitamos al comité ampliar en las medidas quedando de esta manera
Guía metálica de 0,035 a 600 mm con punta suave recta en una extremo-puna j en la otra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa la consulta del participante, se tomará encuesta parcialmente con la finalidad de contar con mayor pluralidad de postores por lo que se ampliará en las Especificaciones Técnicas lo siguiente:

Guía metálica de 45 cm a 60 cm con punta suave recta en un extremo - punta J en la otra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las EETT, respecto al Capítulo III de las bases del presente procedimiento de selección sobre (Características Técnicas) como sigue:

Guía metálica de 45 cm a 60 cm con punta suave recta en un extremo - punta J en la otra.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 5 FR X 13 cm

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:42:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En su requerimiento solicitan que la longitud del catéter triple lumen sea de 13cm, Nuestro catéter es de 12.5cm, se solicita por favor puedan ampliar que la longitud del catéter triple lumen sea 12.5cm, es decir (+/- 0.5cm)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EE.TT. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa la consulta del participante, se tomará en cuenta con la finalidad de contar con mayor pluralidad de postores por lo que se ampliará en las Especificaciones Técnicas lo siguiente:

Catéter triple lumen de 5FR - 5.5FR por 13 cm +/- 0.5 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las EETT, respecto al Capítulo III de las bases del presente procedimiento de selección sobre (Características Técnicas) como sigue:

Catéter triple lumen de 5FR - 5.5FR por 13 cm +/- 0.5 cm

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 5 FR X 13 cm

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:42:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Considerando las guías internacionales, como las de la Infusion Nurses Society (INS) y la World Health Organization (WHO), que recomiendan el uso del menor calibre posible para minimizar las complicaciones vasculares. Ya que estos catéteres no solo cumplen con los requerimientos clínicos de flujos requeridos, sino que también reducen el riesgo de infecciones, daño vascular y otras complicaciones. Además, se adaptan a una amplia población de pacientes.

En aras de que exista una mayor pluralidad de postores, aceptaran nuestra oferta de CVC 4.5FR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EE.TT. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa la consulta del participante que no se tomará en consideración debido a que lo requerido se utilizará en niños mayores a 3 años, toda vez que la propuesta del participante se utiliza en niños lactantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dicha consulta no genera ningun cambio en las presentes bases y tampoco en las EETT.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 5 FR X 13 cm

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	19:56:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Características principales
Dilatados de vasos 5F-6F
Solicitamos al Comité aceptar la medida en mm hasta 2 mm de diámetro externo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: Anexo 01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa la consulta del participante, se tomará en cuenta tratandose de la equivalencia a la unidad solicitada, y con la finalidad de contar con mayor pluralidad de postores por lo que se ampliará en las Especificaciones Técnicas lo siguiente:

Dilatador de vasos 5 F- 6 F O su equivalente en 1.67mm - 2 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las EETT, respecto al Capítulo III de las bases del presente procedimiento de selección sobre (Características Técnicas) como sigue:

Dilatador de vasos 5 F - 6 F O su equivalente en 1.67mm - 2 mm.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 5 FR X 13 cm

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	19:56:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Características principales:

Aguja de punción estándar tipo Seldinger, con adaptador en el extremo de la aguja para la introducción de la guía.

Solicitamos al Comité aceptar ...con adaptador en la portaguía.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: Anexo 01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa la consulta del participante que no se tomará en consideración debido a que lo requerido es con la finalidad de garantizar un procedimiento adecuado durante la canalización de la vena en pacientes pediátricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dicha consulta no genera ningun cambio en las presentes bases y tampoco en las EETT.