 <b>PERÚ</b> Ministerio de Salud	<b>INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL</b>	<b>COMITÉ DE SELECCION</b> <b>"ADQUISICION ANUAL DE REACTIVOS PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE MICROORGANISMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO"</b> <b>(1era CONVOCATORIA)</b>
---	---	--

## ACTA DE APERTURA DE SOBRES ADMISION, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

En Lima, a los 17 días del mes de Febrero del año 2025, la Jefatura del Departamento de Anestesia, Analgesia y Reanimación del INMP, a las 12: 30 m horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante REA N° 0302-OEA-INMP-2025 encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS N° 0026-2024-INMP (Primera Convocatoria), cuyo objeto de convocatoria es la "ADQUISICION ANUAL DE REACTIVOS PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE MICROORGANISMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO", a fin de Evaluar y Calificar las Ofertas.

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	MC. MIGUEL GIOVANNI PAREDES ASPILCUETA	Titular	X	Dependencia:	Jefe del Servicio de Banco de Sangre
		Suplente			
Primer Miembro	M.C MARIA DEL CARMEN RAMOS CHIRINOS	Titular	X	Dependencia:	Jefe del Servicio de Patología Clínica
		Suplente			
Segundo Miembro	LIZ JULIETA GOVEA LUZÓN	Titular		Dependencia:	Oficina de Logística
		Suplente	X		

## DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
20290031089	IMPORTADORA FABNET SRL	20/12/2024	Válido
20468787360	ROCHEM BIOCare DEL PERU S.A.C	27/12/2024	Válido
20301887286	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	23/12/2024	Válido
20303110631	W.P. BIONED SOCIEDAD ANONIMA	20/12/2024	Válido
20333833353	SIMED PERU S.A.C.	20/12/2024	Válido
20001463083	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	13/01/2025	Válido
20603176368	ABITZA MED S.A.C.	26/12/2024	Válido
20612373621	CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L.	14/01/2025	Válido
20613033398	DCAMPER S.A.C.	14/01/2025	Válido

0 registros encontrados, mostrando 0 registro(s) de 1 a 9. Página 1 / 1.

## DETALLE DE LOS POSTORES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, los siguientes postores registraron su oferta electrónica a través del sistema SEACE:

### Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE REACTIVOS PARA SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE MICROORGANISMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO

Nro. Item	Descripción del Item	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social			
1	ADQUISICION ANUAL DE REACTIVOS PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE MICROORGANISMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO			
20301887286	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	05/02/2025	18:10:33	Electronico
20353833353	SIMED PERU S.A.C.	05/02/2025	19:27:09	Electronico

Primeramente se procede a descargar del sistema SEACE, los archivos que contienen las ofertas electrónicas de los postores mencionados líneas arriba, para la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas electrónicas presentadas, responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, previstas en las bases.

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases Administrativas, se procedió a realizar la evaluación de las ofertas electrónicas ofertadas.

### **ADMISION DE OFERTAS**

El Comité de Selección manifiesta que corresponde verificar la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases, *de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento* y determinar si la oferta corresponde a las características y condiciones de las especificaciones técnicas detalladas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

- **Postor 01: DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.**

Presenta oferta electrónica para el bien materia de la convocatoria contenido en 258 folios. Al revisar el contenido se evidencia que cumple con la documentación de presentación obligatoria solicitada de acuerdo a las especificaciones técnicas del Capítulo III, Requerimiento, y  
**DE ACUERDO CON LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA QUEDA ADMITIDA**

- **Postor 02: SIMED PERU S.A.C.**

Presenta oferta electrónica para el bien materia de la convocatoria contenido en 254 folios. Al revisar el contenido se evidencia que la empresa SIMED PERU S.A.C. no cumple con acreditar las especificaciones técnicas de los reactivos solicitados de acuerdo al literal e) de las Bases Integradas, pagina 18 y 19, en el Capítulo II. del Procedimiento de Selección para los Sub-Items del 1 al 4. Como se aprecia en las bases, las metodologías solicitadas para los reactivos eran: colorimetría y/o turbidimetría y/o fluorometría y/o turbidimetría y/o oxidorreducción, sin embargo en los folios 35 y 36 de su oferta (*ver imagen de referencia*), indican que ofertan la metodología transmitancia, la cual es usada para los antibiogramas. En este sentido, la transmitancia NO forma parte de las metodologías contempladas en los requerimientos técnicos para los reactivos, siendo esta una medición diferente a todas las solicitadas, principalmente a la turbidimetría y oxidorreducción (ambas metodologías también empleadas para en otros sistemas para el antibiograma.  
**DE ACUERDO CON LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA QUEDA NO ADMITIDA**

**Cuadro de definición de las metodologías solicitadas:**

<b>TRANSMITANCIA</b>	<b>TURBIDIMETRÍA</b>	<b>OXIDORREDUCCIÓN</b>	<b>FLUORESCENCIA</b>	<b>COLORIMETRÍA</b>
Es la relación entre la cantidad de luz transmitida que llega al detector una vez que ha atravesado la muestra. La transmitancia da una medida física de la relación de intensidad incidente y transmitida al pasar por la muestra.  Mide la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en la unidad de tiempo.	Es la medición de la <u>turbidez</u> mediante la cuantificación del grado de "atenuación" de un haz de luz de intensidad inicial conocida.  Mide la concentración de partículas en suspensión en una solución mediante la dispersión de luz.	Es una reacción en la que hay una transferencia de electrones entre especies químicas (los átomos, los iones o las moléculas que intervienen en la reacción).	Es la medida de la luminiscencia debida a la excitación de una sustancia que absorbe radiaciones, y que cesa al desaparecer dicha excitación.	Análisis químico fundado en la medida de la intensidad del color de las disoluciones


	<b>PERÚ</b> Ministerio de Salud	<b>INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL</b>	<b>COMITÉ DE SELECCION</b> "ADQUISICION ANUAL DE REACTIVOS PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE MICROORGANISMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO" (1era CONVOCATORIA)
--	------------------------------------	---	--

Imagen de referencia - OFERTA SIMED

**Folio. 226 - ANEXO N°07**

<b>Metodología:</b>			
Identificaciones de Set de sustratos y Sensibilidad MIC (Concentración Inhibitoria Mínima) para lectura COLORIMETRICA Y/O TURBIDIMETRICA Y/O FLUOROMETRICA Y/O TURBIDIMETRICA Y/O OXIDO REDUCCIÓN.	SI		21-36

**Folio 35 - CARTA DEL FABRICANTE**

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO SERIE VITEK® 2	DENOMINACIÓN COMÚN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Conjunto de Tarjetas compuestas por:  VITEK® 2 GP (Identificación) Caja x 20 Tarjetas + VITEK® 2 AST-P663 (Sensibilidad) Caja x 20 Tarjetas	SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN + ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM POSITIVOS	PRESENTACIÓN: Tarjeta de identificación bioquímica y sensibilidad antimicrobiana de Bacterias Gram Positivas, en paquetes sellados y con código de barras incorporado en cada tarjeta. METODOLOGÍA: Identificación con Set de sustratos y sensibilidad MIC (Concentración Inhibitoria Mínima) para lectura fotométrica (colorimétrica / [transmitancia] automatizada.

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron **Admitidas** por lo que se procederá con su evaluación

- o Postor 01: DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

### **EVALUACIÓN DE OFERTAS**

De la evaluación del Precio de la Oferta se obtiene lo siguiente:

**ITEM 1: REACTIVOS PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE MICROORGANISMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO"**


Postor N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su Oferta S/.
1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	S/ 370,360.00

### **PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES**

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

**ITEM 1: REACTIVOS PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE MICROORGANISMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO"**

N° de Orden de Prelación	Nombre o razón social del postor	Puntaje Precio	Bonificación 5% MYPE	Puntaje Total
1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	100	-----	100

	<b>PERÚ</b> Ministerio de Salud	<b>INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL</b>	<b>COMITÉ DE SELECCION</b> <b>"ADQUISICION ANUAL DE REACTIVOS PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE MICROORGANISMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO"</b> <b>(1era CONVOCATORIA)</b>
--	---------------------------------	---	--

### **CALIFICACION DE OFERTA**

Luego de culminada la evaluación de ofertas, el Comité de Selección, determinó si los postores, cumplen con los requisitos de calificación detallados en las bases:

<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR :</b>		<b>DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.</b>
<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>		
<b>A</b>	<b>EXPERIENCIA POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	
<b>A1</b>	<b>FACTURACIÓN</b>	Si cumple

- De acuerdo a la calificación de oferta realizada, el postor **DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.**; cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases, y se le da como **GANADOR**.

Los integrantes del Comité de Selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado.

MC. MIGUEL GIOVANNI PAREDES  
ASPILCUETA  
Presidente Titular

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

M.C. MARIA DEL CARMEN RAMOS CHIRINOS  
JEFE DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA  
C.M.P. N° 60227 - R.N.E. N° 31311

M.C MARIA DEL CARMEN RAMOS  
CHIRINOS  
Miembro Titular

LIZ JULIETA BOVEA LUZÓN  
Miembro Suplente