

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MULTIPARAMETRO PORTATIL Y SOLUCION ESTANDAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO		

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	17:34:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En referencia al ítem 1.9. PLAZO DE ENTREGA, de las especificaciones técnicas AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1, se indica:

"1.9. PLAZO DE ENTREGA:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de treinta (30) días calendario [...]

Al respecto, se debe tener en cuenta que los equipos solicitados, por ser de tecnología extranjera deben ser importados y el trámite regular de importación considerando los plazos de transporte, nacionalización de los bienes y despacho hasta sus almacenes pueden durar hasta 80 días calendario.

Por lo expuesto, solicitamos al Comité considerar un plazo de entrega de 80 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 13
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta señalada por la empresa OMEGA PERU SA el área usuaria aclara que la necesidad se mantiene dentro del plazo establecido para la entrega de los bienes, debido a que el proyecto culmina el 29 de agosto del 2024 según lo establecido en la Resolución Gerencial General Regional N° 182-2023-GGR-GR-PUNO, que aprobó la ampliación de plazo N° 02 del PIP ¿MCTMCPTRP¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MULTIPARAMETRO PORTATIL Y SOLUCION ESTANDAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	17:34:58

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En referencia al ítem 6. Descripción de los bienes a contratar, de las especificaciones técnicas AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1, se indica:

"6. Descripción de los bienes a contratar:
6.1. Características y condiciones

Multiparámetro portátil con electrodo de oxígeno disuelto de campo resistente [...]

Solicitamos al distinguido Comité de Selección se sirvan ACLARAR si lo que están solicitando es un "Multiparámetro portátil con electrodo SOLO de oxígeno disuelto de campo resistente" o tal vez se tiene que incluir el sensor de pH, esta ACLARACIÓN es con la finalidad de ofertar el equipo más adecuado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta señalada por la empresa OMEGA PERU SA el área usuaria aclara y se precisa en las bases que el requerimiento es sobre un equipo multiparámetro portátil que permita conectar una única sonda que mida en simultaneo los siguientes parámetros:

- Oxigeno Disuelto (OD) en mg/L y % de saturación
- Temperatura en °C
- pH

Debido a que en la crianza de truchas, la toma de decisiones para la entrega del alimento a los peces debe ser en tiempo real y en función a las condiciones medioambientales, por lo que se requiere un monitoreo en simultaneo utilizando una única sonda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las EETT:
Tipo de sonda: Sonda Inteligente luminiscente/óptica para aplicaciones de campo, robusta construida con un cuerpo de acero inoxidable a fin de garantizar que la sonda tenga peso suficiente para facilitar su manejo desde el exterior, que pueda medir en simultaneo oxígeno disuelto (OD) en mg/L y % de saturación, pH y temperatura, con un cable de 5 a 10 metros

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MULTIPARAMETRO PORTATIL Y SOLUCION ESTANDAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	17:34:58

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la referencia al ítem 6.2. Características técnicas de los bienes, de las especificaciones técnicas AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1, se indica:

[...]
Medición de temperatura: -5 a 55 °C [...]

Al respecto, el manual del fabricante del producto ofertado indica una memoria temperatura de funcionamiento de 0 a 60 °C.

Por lo expuesto, con el objetivo de tener mayor pluralidad de postores y/o marcas, solicitamos cordialmente al Comité considerar lo siguiente:

"Temperatura de Funcionamiento: 0 a 60 °C"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta señalada por la empresa OMEGA PERU SA el área usuaria aclara y se acoge que se admitirá un equipo multiparámetro con una temperatura de funcionamiento de:

- De 0 a 60°C

Debido a que el agua de cultivo en la cual se hará el monitoreo presenta un rango permisible para el engorde de los peces por encima de los 0 °C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las EETT:
Medición de temperatura: 0 a 60°C

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MULTIPARAMETRO PORTATIL Y SOLUCION ESTANDAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	17:34:58

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la referencia al ítem 6.2. Características técnicas de los bienes, de las especificaciones técnicas AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1, se indica:

[...]
Entradas: 1[...]

Comentarles que 1 entrada implica que solo tendrá 1 cable y solo se mostrara en la pantalla del equipo 1 solo parámetro.

Manteniendo las características solicitadas y con la finalidad de lograr la mayor pluralidad de postores, solicitamos a Comité considerar:

"Entradas: 1 hasta 3"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta señalada por la empresa OMEGA PERU SA el área usuaria aclara y se precisa en las bases que el requerimiento debe tener una entrada para conectar una única sonda que mida en simultaneo los siguientes parámetros:

- Oxigeno Disuelto (OD) en mg/L y % de saturación
- Temperatura en °C
- pH

Debido a que en la crianza de truchas, la toma de decisiones para la entrega del alimento a los peces debe ser en tiempo real y en función a las condiciones medioambientales, por lo que se requiere un monitoreo en simultaneo utilizando una única sonda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las EETT:

Tipo de sonda: Sonda Inteligente luminiscente/óptica para aplicaciones de campo, robusta construida con un cuerpo de acero inoxidable a fin de garantizar que la sonda tenga peso suficiente para facilitar su manejo desde el exterior, que pueda medir en simultaneo oxígeno disuelto (OD) en mg/L y % de saturación, pH y temperatura, con un cable de 5 a 10 metros

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MULTIPARAMETRO PORTATIL Y SOLUCION ESTANDAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:36:36

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las características técnicas del bien, indican que el equipo debe contar con entradas 1, Sin embargo solicitan dos sensores de pH y Oxígeno disuelto, por este motivo pedimos al comité de selección aclarar y considerar el equipo de 2 entradas para que puedan analizar mediciones con los dos sensores al mismo tiempo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta señalada por la empresa AQA QUIMICA S.A. el área usuaria aclara y se precisa en las bases que el requerimiento debe tener una entrada para conectar una única sonda que mida en simultaneo los siguientes parámetros:

- Oxígeno Disuelto (OD) en mg/L y % de saturación
- Temperatura en °C
- pH

Debido a que las mediciones de la calidad de agua se desarrolla en plataformas flotantes, no en laboratorio, la necesidad del área usaría es de un equipo compacto fácil de usar y transportar, que muestre en simultaneo en pantalla utilizando una única sonda los parámetros solicitados líneas arriba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las EETT:

Tipo de sonda: Sonda Inteligente luminiscente/óptica para aplicaciones de campo, robusta construida con un cuerpo de acero inoxidable a fin de garantizar que la sonda tenga peso suficiente para facilitar su manejo desde el exterior, que pueda medir en simultaneo oxígeno disuelto (OD) en mg/L y % de saturación, pH y temperatura, con un cable de 5 a 10 metros

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MULTIPARAMETRO PORTATIL Y SOLUCION ESTANDAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:36:36

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las características técnicas del bien , accesorios, solicitan estuche resístete para campo de electrodos, sugerimos al comité de selección considerar que el estuche sea de la misma marca del equipo ofertado, que cuente con número de parte del fabricante para garantizar su durabilidad y resistencia del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta señalada por la empresa AQA QUIMICA S.A. el área usuaria aclara y acoge la consulta que el estuche resistente para campo debe ser de la misma marca del equipo ofertado y deberá contar con número o código de parte del fabricante para garantizar su originalidad.

Debido a que garantiza la conservación de los equipos durante su traslado y manejo en superficies flotantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las EETT:

Accesorios: El estuche resistente para campo debe ser de la misma marca del equipo ofertado y deberá contar con número o código de parte del fabricante para garantizar su originalidad

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MULTIPARAMETRO PORTATIL Y SOLUCION ESTANDAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:36:36

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las características técnicas del bien, indican límite de elevación máximo 5000 msnm. Solicitamos al comité de selección que el límite de elevación máxima sea de acorde al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta señalada por la empresa AQA QUIMICA S.A. el área usuaria aclara que la necesidad se mantiene respecto a la adquisición de un equipo multiparámetro que funcione sin sesgos o descalibraciones a una elevación máximo de 5000 msnm.

Debido a que el monitoreo a realzar de las condiciones medioambientales de cultivo se realizará por encima de los 3800 msnm, cabe mencionar que los equipos diseñados para mediciones cercanas a nivel del mar se descalibran en zonas alto andinas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MULTIPARAMETRO PORTATIL Y SOLUCION ESTANDAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:36:36

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las características técnicas del bien, sugerimos al comité de selección agregar dentro de accesorios el Matraz Erlenmeyer PMP, 250 ml, indispensable para la verificación y/o calibración del sensor de oxígeno disuelto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta señalada por la empresa AQA QUIMICA S.A. el área usuaria aclara que no tiene la necesidad de incluir el matraz.

Debido a que según EETT el proveedor deberá contar con los equipos, materiales u otros necesarios para la calibración del multiparámetro..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MULTIPARAMETRO PORTATIL Y SOLUCION ESTANDAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:36:36

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En responsabilidades del proveedor, solicitan que la calibración de los 5 multiparámetros deberá estar a cargo de 01 profesional o técnico con experiencia acreditada en calibración de sonda de pH utilizando soluciones buffer de pH de 4.00, 7.00 y 10.00, incluyendo la transferencia de datos a una PC y entrenamiento o capacitación a los profesionales del Proyecto con respecto al uso correcto, eficiente y la calibración de los equipos (multiparámetro). Pedimos al comité de Selección que para garantizar la buena calibración y capacitación consideren:

¿La calibración de los 5 multiparámetros deberá estar a cargo de un profesional o técnico con experiencia acreditada por la marca y/o alguna entidad competente en calibración de equipos multiparámetros (ph, conductividad, oxígeno disuelto), incluyendo transferencia de datos a una PC y entrenamiento o capacitación a los profesionales del Proyecto con respecto al uso y manejo eficiente de los equipos en las instalaciones del cliente. Brindándoles un certificado de capacitación a todos los participantes¿

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta señalada por la empresa AQA QUIMICA S.A. el área usuaria aclara que la necesidad se mantiene que la calibración de los 5 multiparámetros deberá estar a cargo de 01 profesional o técnico con experiencia acreditada en calibración de sonda de pH utilizando soluciones buffer de pH de 4.00, 7.00 y 10.00, incluyendo la transferencia de datos a una PC y entrenamiento o capacitación a los profesionales del Proyecto con respecto al uso correcto, eficiente y la calibración de los equipos (multiparámetro).

Debido a que el postor debe contar con el personal idóneo para efectuar las prestaciones requeridas de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MULTIPARAMETRO PORTATIL Y SOLUCION ESTANDAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:36:36

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con respecto a la experiencia, solicitamos al comité de selección que para garantizar dicha experiencia y que el proveedor les brinde un buen servicio post venta, consideren:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Adquisición de multiparámetros portátiles.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta señalada por la empresa AQA QUIMICA S.A. el área usuaria aclara que se mantiene como bienes similares a los siguientes: Adquisición y/o venta de instrumentos científicos, equipos y productos para el monitoreo de la calidad del agua.

Debido a que por la complejidad de los equipos se necesita un proveedor especializado y con experiencia en equipos para monitoreo de la calidad de agua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MULTIPARAMETRO PORTATIL Y SOLUCION ESTANDAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20605222758	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	OSIRIS ANDINO SOCIEDAD ANONIMA CERRDA-OSIRIS ANDINO S.A.C.	Hora de envío :	19:29:51

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se observa que el plazo de entrega es de 30 dias calendario, solicitamos ampliar el plazo de entrega a 45 dias, debido a que este bien por la cantidad solicitada requiere de importacion lo cual demora un poco mas de tiempo para su adquisicion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

i) Equidad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación señalada por la empresa OSIRIS ANDINO S.A.C. el área usuaria no acoge la observación.

debido a que el proyecto culmina el 29 de agosto del 2024 según lo establecido en la Resolución Gerencial General Regional N° 182-2023-GGR-GR-PUNO, que aprobó la ampliación de plazo N° 02 del PIP ¿MCTMCPTRP¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MULTIPARAMETRO PORTATIL Y SOLUCION ESTANDAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20600130189	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	INVETMED GLOBAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:29:43

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En Experiencia del Postor en la Especialidad- Bienes similares se pide: Adquisición y/o venta de instrumental científico, equipos y productos para el monitoreo de agua.
Le solicitamos al comité pueda aumentar en experiencia del postor a venta de EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL, toda vez que el multiparametro solicitado es un equipo de laboratorio para análisis en campo, y así habrá mas pluralidad y mayor participación de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Capitulo 3 **Literal:** B **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación señalada por la empresa INVETMED GLOBAL PERU S.A. el área usuaria no acoge la observación.

Debido a que por la complejidad de los equipos se necesita un proveedor especializado y con experiencia en equipos para monitoreo de la calidad de agua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MULTIPARAMETRO PORTATIL Y SOLUCION ESTANDAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20601038227	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	VETFARM CORPORATION E.I.R.L.	Hora de envío :	21:43:19

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

DENTRO DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITAN: ADQUISICION Y/O INSTRUMENTOS VENTA DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA EL MONITOREO DE AGUA. SE SOLICITA AL COMITE, INCLUYAN EXPERIENCIA EN EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL, PARA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación señalada por la empresa VETFARM CORPORATION E.I.R.L. el área usuaria no acoge la observación.

Debido a que por la complejidad de los equipos se necesita un proveedor especializado y con experiencia en equipos para monitoreo de la calidad de agua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-178-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MULTIPARAMETRO PORTATIL Y SOLUCION ESTANDAR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20612259683	Fecha de envío :	24/06/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES DEALI E.I.R.L.	Hora de envío :	22:21:05

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el literal B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD se considera bienes similares a lo siguiente: ADQUISICION Y/O VENTA DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA.

Al respecto, este requisito restringe la participación de postores, por lo que se solicita AL COMITE DE SELECCIÓN u ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES, que se incluya la experiencia en VENTA DE EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL, para una mayor competencia y concurrencia de proveedores al presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** B **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley N° 30225, a) b) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación señalada por la empresa INVERSIONES DEALI E.I.R.L. el área usuaria no acoge la observación.

Debido a que por la complejidad de los equipos se necesita un proveedor especializado y con experiencia en equipos para monitoreo de la calidad de agua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-