

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

En cuanto a los documentos solicitados y con la finalidad de mejorar la atención al área usuaria y por ende a la población, consultamos al comité evaluador si debe ser considerado requisito presentar constancia y certificado de capacitación, tanto, así como experiencia en el área de equipos hematológicos (brindados por la casa matriz) del personal, que debe ser profesional ingeniero o técnico capacitado, pues será quien realice las instalaciones en las diferentes IPRESS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:

k) Copia de título o diploma del personal técnico o profesional calificado que realizará la instalación de los equipos hematológicos en las IPRESS, así mismo el certificado o constancia de capacitación emitido por la casa fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

k) Copia de título o diploma del personal técnico o profesional calificado que realizará la instalación de los equipos hematológicos en las IPRESS, así mismo el certificado o constancia de capacitación emitido por la casa fabricante.
AGREGADO EN LA PAG. 19 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:44

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En revisión de las características técnicas mínimas que solicitan del equipo hematológico de 3 estirpes y considerando que el lugar donde se realizarán las instalaciones se trata de IPRESS dentro y fuera de Iquitos, donde suele ser frecuente los cortos en la energía eléctrica, lo cual afecta al circuito electrónico de los equipos hematológicos y a su vez presentar malas lecturas en las células blancas si este no está resguardado con un UPS, consultamos amablemente al comité evaluador, si al ofertar los equipos hematológicos en cesión de uso, los postores necesariamente deben otorgar UPS a todas las IPRESS para salvaguardar el equipo y garantizar el buen funcionamiento del mismo

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 5.1.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

a) CARACTERISTICAS DE REACTIVO Y EQUIPO.

- Equipos en CESION DE USO: El proveedor deberá realizar la entrega de 21 equipos en cesion de uso con su respectivo UPS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Equipos en CESION DE USO: El proveedor deberá realizar la entrega de 21 equipos en cesion de uso con su respectivo UPS.

AGREGADO EN LA PAG. 23 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En cuanto a la cantidad de equipos hematológicos ofertados, se observa que se solicitan 21. Como se sabe, por su propia naturaleza, todo equipo hematológico automatizado es cerrado, es decir trabaja con su propio reactivo e insumos, por lo que no sería correcto usar un reactivo A, en un equipo B. Por lo tanto, entendemos que, en aras de un trabajo uniforme, con resultados confiables y trazables, equipos, reactivos e insumos deben ser todos en la misma marca y modelo ofertado, es decir las 21 IPRESS deben tener el mismo modelo y marca de equipo, reactivos e insumos hematológicos. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACLARA LA CONSULTA, el área usuaria solicita que los equipos, reactivos y controles, sean de la misma marca, para un trabajo uniforme y resultados confiables; buscando la estandarización de los mismo en las diferentes IPRESS que brinden el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:44

Consulta: Nro. 4
Consulta/Observación:

En cuanto a requerimiento de muestra biológica, se observa que se solicitan valores tan mínimos en la absorción, tanto en modo venoso (9,6 ul), capilar (9.6 ul) y pre diluido (20 ul), teniendo en consideración que no es un volumen con el que se suele trabajar pues las muestras son tomadas en tubos de 3 mL a más ya que se sabe que a menor volumen de absorción del equipo hematológico no representa una ventaja, si no lo contrario pues siempre existe riesgo de obstrucción por coágulo y más si el equipo absorbe tan poca cantidad, esto dificulta las lecturas y acrecienta los fallos (lo cual paulatinamente deja el equipo en desuso), además dicha característica tan específica nos hace pensar que se realizaron las bases con un equipo en mente, esto indicaría un direccionamiento del proceso de selección, lo cual atenta contra los incisos a y b del artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado libertad de concurrencia e igualdad de trato. Solicitamos al comité especial con motivo de la integración de bases, AMPLIAR el volumen de muestra biológica a 25 ul mínimo, pues es un volumen más apropiado para la rutina del laboratorio y permite así la participación de los distintos postores.

Acápate de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.1 **Página: 23**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

a) CARACTERISTICAS DE REACTIVO Y EQUIPO:

- Muestra Biologica: Hasta 25 ¿L sangre total.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Muestra Biologica: Hasta 25 ¿L sangre total.

AGREGADO EN LA PAG. 22 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:44

Consulta: Nro. 5
Consulta/Observación:

En cuanto a los parámetros solicitados, se verifica que se solicitan 3 diferenciales, 20 parámetros y 3 histogramas. Sabiendo que en la actualidad la tecnología avanza y ello se ve reflejado en el área de salud, se sabe que los equipos actuales, de cualquier casa comercial, permiten ya no 20 sino 22 parámetros en adelante que a su vez sirven como apoyo al diagnóstico e investigación, solicitamos al comité evaluador considerar solicitar en las bases ¿22 parámetros o mayor¿ con la finalidad de mejora en la atención y modernización en los equipos hematológicos.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 5.1.1 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

a) CARACTERISTICAS DE REACTIVO Y EQUIPO:

- Parámetros: Diferencial de 3 pares de WBC, 22 parámetros + 3 histogramas de color (WBC/RBC/PLT).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Parámetros: Diferencial de 3 pares de WBC, 22 parámetros + 3 histogramas de color (WBC/RBC/PLT).

AGREGADO EN LA PAG. 22 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:44

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En cuanto a los principios, verificamos que solicitan aspectos muy puntuales, como: ¿Conteo por resistencia eléctrica, método cianuro-hemoglobina y método SFT¿, sin embargo las metodologías por las que se rige los equipos automatizados de hematología modernos, son: ¿impedancia volumétrica, citometría de flujo y tinción fluorescente¿ por lo cual solicitamos amablemente al comité evaluador, indique a qué se refiere con ¿Conteo por resistencia eléctrica, método cianuro-hemoglobina y método SFT¿ pues no son metodologías propias de un equipo hematológico de 3 diferenciales, con las características solicitadas para el presente proceso.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

a) CARACTERISTICAS DE REACTIVO Y EQUIPO:

- Principio: Impedancia volumétrica, citometría de flujo y/o tinción fluorescente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Principio: Impedancia volumétrica, citometría de flujo y/o tinción fluorescente.

AGREGADO EN LA PAG. 22 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:44

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto a las características de reactivos y principios. Se observa que en primera instancia solicitan ¿reactivos libres de cianuro¿, pues se sabe que el mismo es un químico/veneno excesivamente tóxico para el medio ambiente, sin embargo, líneas más abajo, en las especificaciones de Principios solicitan ¿método cianuro-hemoglobina¿, lo cual es contradictorio en la solicitud de oferta de equipos y es un aditivo con el que se dejó de trabajar años atrás por su naturaleza tóxica. Como se sabe, según los PRINCIPIOS DEL REGIMEN DE CONTRATACION PUBLICA, existe un principio de sostenibilidad ambiental, el cuál protege tanto al personal médico como al ecosistema de trabajar con sustancias nocivas, por lo cual solicitamos amablemente al comité evaluador indicar si el método de cianuro-hemoglobina, se trata de un error involuntario en la digitación, pues como se mencionó en la consulta anterior, tampoco se trata de una metodología propia en los equipos hematológicos, siendo lo que realmente se requiere en el proceso ¿reactivos libres de cianuro¿.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

a) CARACTERISTICAS DE REACTIVO Y EQUIPO:

- Principio: Impedancia volumétrica, citometría de flujo y/o tinción fluorescente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Principio: Impedancia volumétrica, citometría de flujo y/o tinción fluorescente.

AGREGADO EN LA PAG. 22 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:44

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En cuanto a la linealidad, se verifica que los requerimientos solicitados (WBC :0.00 ¿ 9.99 X 10⁹/L, RBC: 0.00 ¿ 9.99 X 10¹²/L, PLT: 0.00 ¿ 300 X 10⁹/L, HB: 0.00 ¿ 300 G/) son valores específicos para el equipo PE-6100 de la marca PROKAN, pues ello se detalla en el inserto del mismo, dicha característica tan específica nos hace pensar que se realizaron las bases con un equipo en mente, esto indicaría un direccionamiento del proceso de selección, lo cual atenta contra los incisos a y b del artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado libertad de concurrencia e igualdad de trato, pues es imposible que en el cuerpo humano, o animal, una muestra de sangre (muestra biológica específica para el presente proceso) presente 0.00 de valor en algún parámetro como células blancas, glóbulos rojos, plaquetas, que presente 0.00 de hb/htc etc, si es que se busca que el equipo presente lectura de 0.00 en estos parámetros señalados, ya no estaríamos hablando de una muestra sanguínea, ni siquiera muestra biológica, si no se busca que de lectura de algún fluido como el agua, que presenta 0.00 en los parámetros señalados; por otra parte el límite de 9.99 en los mismos parámetros es un desventaja clara al momento del procesamiento de muestras, pues si bien es cierto que es imposible que una muestra sanguínea presente lectura de 0.00 de células rojas (por ejemplo), también es verdad que un paciente oriundo de alguna región de elevada altura de nuestro país SI produce mayor cantidad de glóbulos rojos, superando el límite de 9.99 X 10¹²/L.

Solicitamos al comité especial con motivo de la integración de bases, AMPLIAR el requerimiento de linealidad a ¿ WBC: 4.0 ¿ 20 x 10³/uL , RBC: 4.0 ¿ 15 x 10⁶/uL y HBG: hasta 16%¿ siendo que estos valores son más apropiados para el trabajo en laboratorio, permiten la libre participación de postores y se encuentran en las unidades correctas para hematología en Perú.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

a) CARACTERISTICAS DE REACTIVO Y EQUIPO:

- Linealidad: WBC: 4.0 - 20 x 10³/uL, RBC: 4.0 - 15 x 10⁶/uL y HBG: hasta 16%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Linealidad: WBC: 4.0 - 20 x 10³/uL, RBC: 4.0 - 15 x 10⁶/uL y HBG: hasta 16%.

AGREGADO EN LA PAG. 22 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:44

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

d) presentación de reactivos:

En cuanto al requerimiento de presentación de reactivos, se observa que las características solicitadas, son muy específicas como: ¿Diluyente:¿ Sulfato de sodio (8,5 g/L, Cloruro de sodio (3,8 g/L), agente tampon (3,0 g/L) etc¿¿ dichas característica tan específicas en los reactivos nos hace pensar que se realizaron las bases con un equipo en mente, esto indicaría un direccionamiento del proceso de selección, lo cual atenta contra los incisos a y b del artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado libertad de concurrencia e igualdad de trato, pues cada proveedor/ casa comercial elabora a criterio sus reactivos, con la finalidad de cumplir los rangos esperados en hematología.

Por ello solicitamos al comité especial con motivo de la integración de bases, AMPLIAR el requerimiento de composición de reactivos, a la presentación de cada casa comercial.

Acápate de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.1 **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

d) PRESENTACION DE LOS REACTIVOS:

- Asimismo, se aceptará la composición de los reactivos, a la presentación de cada casa comercial o laboratorio fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Asimismo, se aceptará la composición de los reactivos, a la presentación de cada casa comercial o laboratorio fabricante.

AGREGADO EN LA PAG. 23 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:44

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En cuanto a los documentos a presentar al laboratorio referencial, se observa que solicitan un POE ¿para el mejor uso del equipo en cesión de uso¿, sin embargo, cabe recalcar que cada encargado de laboratorio es quien elabora dicho documento, siendo así que como profesional tiene autonomía sobre su área y presenta dicho POE a su jefe de departamento para ser aprobado y firmado por cada responsable que interviene en el proceso. Expuesto todo ello, solicitamos al comité evaluador indicar si el documento solicitado para ¿el mejor uso del equipo en cesión de uso¿ se trata tal vez de una guía rápida para el usuario, donde detalla puntos principales como encendido, apagado, control y calibración del equipo, pues como es sabido, todo equipo OPERATIVO Y NUEVO es presentado con su manual de usuario, manual de proceso, e informe de operatividad de ingeniería, es justamente en el manual de usuario el que cada personal de laboratorio lee para apoyarse en el día a día, sumado claro al apoyo de personal especializado de las casas comerciales, tecnólogos médicos e ingenieros.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.17 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.18 DE LA CAPACITACION DEL USAURIO,

- Se desarrollará un POE, tomando en cuenta los procedimientos específicos del laboratorio y las condiciones particulares de uso, asegurando así su adaptación a las necesidades operativas y de calidad del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Se desarrollará un POE, tomando en cuenta los procedimientos específicos del laboratorio y las condiciones particulares de uso, asegurando así su adaptación a las necesidades operativas y de calidad del servicio.

AGREGADO EN LA PAG. 29 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:44

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN

Dice: ¿Deberá garantizar el acondicionamiento, montaje o instalación de equipos en cesión de uso (equipo de 3 estirpes) ¿además de garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo¿¿

En este punto, se sabe que cada casa comercial entrena a su personal en el uso, manejo y mantenimiento del equipo, tanto al área aplicativa (tecnólogo médico), como al profesional ingeniero y técnico electrónico capacitado, siendo estos últimos el personal idóneo para realizar las respectivas instalaciones y dar soporte al personal de las IPRESS en caso de requerirlo. Consultamos al comité evaluador, si nuestra apreciación es correcta y una característica a acreditar del personal que realizará las instalaciones, debe ser que cuente con los certificados de capacitación (de la casa fabricante), además de la constancia profesional de ingeniero o técnico especializado en el área de salud.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:

k) Copia de título o diploma del personal técnico o profesional calificado que realizará la instalación de los equipos hematológicos en las IPRESS, así mismo el certificado o constancia de capacitación emitido por la casa fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

k) Copia de título o diploma del personal técnico o profesional calificado que realizará la instalación de los equipos hematológicos en las IPRESS, así mismo el certificado o constancia de capacitación emitido por la casa fabricante.
AGREGADO EN LA PAG. 19 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:44

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En cuanto a la gestión de calidad, se pide controles en 3 niveles, cuyo tiempo de vida, no sea mayor a 06 meses. En este punto, consultamos amablemente al comité evaluador, si nuestra apreciación es correcta y dicha característica se debe acreditar con protocolo de análisis de fabricante, para asegurar que el producto ofertado cumple con dicho requisito.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACLARA LA CONSULTA, manifestando que su apreciación es correcta, la vigencia del producto debe acreditarse con la presentación del certificado de análisis respectivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:44

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Indica que ¿el equipo dado en cesión de uso no debe ser repotenciado y tener una antigüedad no menor a los 3 años como máximo¿. Creemos que se trata de un error de digitación, ya que lo que se entiende es que solicitan equipos de 3, 4, 5 años en adelante, los mismos que por el uso y desgaste no serían apropiados ofertar, ni ser aceptados en un proceso que requiere equipar a las 20 IPRESS por periodo me 12 meses como mínimo, siendo además que no es usual que las casas comerciales trabajen u ofrezcan equipos con más de 3 años de antigüedad a las distintas regiones, pues lo usual es pedir equipos NO MAYORES A 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD NI REPOTENCIADOS. Solicitamos al comité evaluador, indicar si se trata de un error de digitación y lo correcto sería ¿20 equipos, más 1 back up, NO repotenciados ni mayor a 2años de antigüedad¿.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.17 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.17 DEL EQUIPO EN SESION DE USO

- Los equipos entregados en cesión en uso, no deben ser repotenciados y tener una antigüedad no mayor a 2 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Los equipos entregados en cesión en uso, no deben ser repotenciados y tener una antigüedad no mayor a 2 años.
AGREGADO EN LA PAG. 29 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código : 20505110651	Fecha de envío : 03/09/2024
Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío : 22:53:45

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el presente requerimiento solicitan HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL # ESTIRPES X 1000 DETERMINACIONES, en el apartado:

MUESTRA BIOLÓGICA: Modo venoso: 9.6ul, Modo Capilar: 9.6ul, modo Prediluido 20ul de sangre venosa anticoagulada (anticoagulante EDTA) y sangre Prediluido.

En virtud a la pluralidad de postores, solicitamos amablemente puedan considerar los volúmenes para Muestra Biológica de modo Venoso 9.0ul, modo capilar: 9.6ul (OPCIONAL) y modo Prediluido 20ul de sangre venosa anticoagulada (anticoagulante EDTA) y sangre Prediluido. (PAG 22)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

a) CARACTERÍSTICAS DE REACTIVO Y EQUIPO:

- Muestra Biológica: Hasta 25 ¿L sangre total.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Muestra Biológica: Hasta 25 ¿L sangre total.

AGREGADO EN LA PAG. 22 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código : 20505110651	Fecha de envío : 03/09/2024
Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío : 22:53:45

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el presente requerimiento solicitan HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL # ESTIRPES X 1000 DETERMINACIONES, en el apartado:

PRINCIPIO: Conteo por resistencia eléctrica, método de cianuro-hemoglobina y método SFT para hemoglobina.

Solicitamos amablemente en virtud a la pluralidad de postores, puedan aceptar el principio de Impedancia Volumétrica para el análisis de la hemoglobina, considerando que el método Cianuro-Hemoglobina, ya no es usado por su toxicidad y el método SFT pertenece a una marca comercial conocida, lo cual atenta a la pluralidad de postores. (PAG 22)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

a) CARACTERISTICAS DE REACTIVO Y EQUIPO:

- Principio: Impedancia volumétrica, citometría de flujo y/o tinción fluorescente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Principio: Impedancia volumétrica, citometría de flujo y/o tinción fluorescente.

AGREGADO EN LA PAG. 22 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código : 20505110651	Fecha de envío : 03/09/2024
Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío : 22:53:45

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el presente requerimiento solicitan HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL # ESTIRPES X 1000 DETERMINACIONES, en el apartado:

LINEALIDAD: WBC: 0.00 ¿ 99.9 X109/l, RBC: 0.00 ¿ 9.99 X 1012/L, PLT: 0 ¿ 300 X 109/L, HGB: 0 ¿ 300 g/L, MCV: 40 ¿ 150fL

Entendemos que si la linealidad del analizador ofertado por nuestra casa comercial se encuentra dentro del rango descrito, sería aceptado ¿Es correcta nuestra apreciación? (PAG 22)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

a) CARACTERISTICAS DE REACTIVO Y EQUIPO:

- Linealidad: WBC: 4.0 - 20 x 10³/uL, RBC: 4.0 - 15 x 10¿/uL y HBG: hasta 16%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Linealidad: WBC: 4.0 - 20 x 10³/uL, RBC: 4.0 - 15 x 10¿/uL y HBG: hasta 16%.

AGREGADO EN LA PAG. 22 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código : 20505110651	Fecha de envío : 03/09/2024
Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío : 22:53:45

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el presente requerimiento solicitan HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL # ESTIRPES X 1000 DETERMINACIONES, en el apartado:

LINEALIDAD: WBC: 0.00 ¿ 99.9 X109/l, RBC: 0.00 ¿ 9.99 X 1012/L, PLT: 0 ¿ 300 X 109/L, HGB: 0 ¿ 300 g/L, MCV: 40 ¿ 150fL

Consultamos amablemente en virtud a la pluralidad de postores y con la finalidad de que el personal usuario al tener resultados elevados, no tenga que realizar prediluciones, o nueva corrida de la muestra o en el peor de los casos tomar nueva muestra al paciente para verificar el resultado obtenido, generando retraso en el reporte de resultados, si aceptarían:

LINEALIDAD: WBC: 0.00 ¿ 200 X109/l, PLT: 0 ¿ 4000 X 109/L (PAG 22)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

a) CARACTERISTICAS DE REACTIVO Y EQUIPO:

- Linealidad: WBC: 4.0 - 20 x 10³/uL, RBC: 4.0 - 15 x 10¹²/uL y HBG: hasta 16%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Linealidad: WBC: 4.0 - 20 x 10³/uL, RBC: 4.0 - 15 x 10¹²/uL y HBG: hasta 16%.

AGREGADO EN LA PAG. 22 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código : 20505110651	Fecha de envío : 03/09/2024
Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío : 22:53:45

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el presente requerimiento solicitan HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL # ESTIRPES X 1000 DETERMINACIONES, en el apartado:

GESTION DE CALIDAD: Tiempo de vida de los controles de seis (06 meses) como mínimo. Conservar 4°C y 8°C.

Por lo general, los fabricantes suministran controles con 2 o 3 niveles de decisión clínica, diseñados para asemejarse a muestras de pacientes. Sin embargo, para generar material de control válido, la conservación debe equilibrarse con el mantenimiento de las propiedades físicas de las células y su sensibilidad a la lisis. Por lo tanto, la vida útil del material de control siempre tendrá ciertas limitaciones.

Frente a lo mencionado anteriormente, pedimos puedan cambiar la especificación a: Tiempo de vida de los controles, no menor de (2) dos meses, acompañado de carta de canje. (PAG 22)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

a) CARACTERISTICAS DE REACTIVO Y EQUIPO:

- Gestión de Calidad: (...) Tiempo de vida de los controles mayor o igual a 2 meses, con la presentación de CARTA DE COMPROMISO DE CANJE, en caso de vencimiento. Conservar entre 4 °C y 8 °C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Gestión de Calidad: (...) Tiempo de vida de los controles mayor o igual a 2 meses, con la presentación de CARTA DE COMPROMISO DE CANJE, en caso de vencimiento. Conservar entre 4 °C y 8°C.

AGREGADO EN LA PAG. 23 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:53:45

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el presente requerimiento solicitan HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL # ESTIRPES X 1000 DETERMINACIONES, en el apartado:

PROCESAMIENTO DE DATOS: Sistema de procesamiento de tubo abierto con rotor de muestra automático.

CONSULTA 7

En el presente requerimiento solicitan HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL # ESTIRPES X 1000 DETERMINACIONES, en el apartado:

PROCESO DE DATOS: Detección de conteo de pasajes dobles + sistema de medición de HGB independiente, 24 horas con stand by automático.

Solicitamos amablemente puedan aclarar, si la detección de conteo de pasajes dobles + HGB independiente hace referencia a conteo de doble población y si la medición de HGB es independiente del Hematocrito, siendo directa o calculada.

24 horas con stand by automático, hace referencia a que el analizador no necesita ser desconectado/apagado ¿es correcta nuestra apreciación? (PAG 22)

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

a) CARACTERISTICAS DE REACTIVO Y EQUIPO:

- Procesamiento de datos: Almacenamiento hasta 50,000 resultados, registro de controles de calidad (3 niveles, misma marca que equipo y reactivos). Registro de datos de pacientes (HB/HTO y CBC + diferenciales). A su vez, se requiere que el equipo funcione las 24h por emergencia, entrando en periodos de Stand by no menor a 2 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Procesamiento de datos: Almacenamiento hasta 50,000 resultados, registro de controles de calidad (3 niveles, misma marca que equipo y reactivos). Registro de datos de pacientes (HB/HTO y CBC + diferenciales). A su vez, se requiere que el equipo funcione las 24h por emergencia, entrando en periodos de Stand by no menor a 2 horas.

AGREGADO EN LA PAG. 23 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:53:45

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En el presente requerimiento solicitan HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL # ESTIRPES X 1000 DETERMINACIONES, en el apartado:
PRESENTACION DE LOS REACTIVOS: Para la solución Diluyente, Solucion CLEANER, SOLUCION LISANTE y CONCENTRADOR LIMPIADOR, describen diferentes concentraciones y composiciones que son propias de una casa comercial, contraviniendo de esta manera con la pluralidad de postores, por lo cual solicitamos amablemente puedan aceptar la composición y concentración de cada fabricante, lo cual garantice el correcto funcionamiento del analizador. (PAG 23)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

d) PRESENTACION DE LOS REACTIVOS:

- Asimismo, se aceptará la composición de los reactivos, a la presentación de cada casa comercial o laboratorio fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Asimismo, se aceptará la composición de los reactivos, a la presentación de cada casa comercial o laboratorio fabricante.

AGREGADO EN LA PAG. 23 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:19:48

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En la Pág. 32 de las bases administrativas, en la experiencia del postor mencionan lo siguiente:

¿Se consideran bienes similares a los siguientes: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 3 ESTIRPES X 1000 DET¿.

En atención a lo anterior expuesto, solicitamos que se considere lo siguiente:

¿Se consideran bienes similares a los siguientes: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE TODAS LAS ESTIRPES¿

De esta manera se cumpliría correctamente con el objeto de la contratación y permitiría una mayor participación de postores. Esta observación se basa en el principio de pluralidad de postores, libertad de concurrencia e igualdad de trato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2. **Literal:** B **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACLARA LA CONSULTA, manifestando que sólo se considerará como bienes similares: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 3 ESTIRPES X 1000 DET.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:19:48

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En la página 20 de las bases administrativas, en el numeral 2.5. Perfeccionamiento del Contrato, indican que el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Secretaría de la Oficina de Logística de la GERESA-Loreto, sito en interiores de la Av. Colonial Mz. B lote 21 (Ex colegio La Real) Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, en horario de 7:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.. Teniendo en consideración que hay postores que se encuentran en distintos departamento del país, se solicita poder incluir adicionalmente que el postor ganador de la buena pro pueda presentar los documentos para perfeccionar el contrato por medio de la mesa de partes virtual de la Entidad ya que de esta manera se cumpliría con el principio de libertad de concurrencia e igualdad de trato y se cumpliría correctamente con el objeto de la contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5. Literal: - **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COLEGIADO ACLARA LA CONSULTA, manifestando que la presentación de la documentación para el perfeccionamiento del contrato deberá realizarlo en forma física y en la dirección que se indica en las bases integradas, ya que existe documentación que se requiere que sea original, como es el caso de la Carta Fianza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:19:48

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En la pág. 17 de las bases administrativas, en el literal j), hacen mención que se debe presentar los rotulados de envase inmediato, mediato e inserto. En atención a ello, la presentación de los rotulados deberían solicitarse para el internamiento debido del producto en las instalaciones de la entidad al momento de la primera entrega de los productos. Debido a esta apreciación, se solicita reemplazar la presentación de los rotulados de envase inmediato, mediato e inserto, por la presentación del inserto donde se detalle los requerimientos mínimos de los reactivos solicitados para el presente procedimiento de selección.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: J **Página: 17**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACLARA LA CONSULTA, manifestando que debe presentar lo solicitado en el literal j) del punto 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, el cual permite verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por el AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:19:48

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En la página 17 de las bases administrativas, en el literal i), dentro de los documentos para la admisión solicitan el certificado de análisis del producto terminado. En atención a ello, se entiende este documento solo es para los reactivos que se requieren. Se solicita al comité indicar si es correcta nuestra apreciación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: j **Página: 17**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACLARA LA CONSULTA, manifestando que debe presentar lo solicitado en el literal i) del punto 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, de todos los reactivos e insumos que contenga el KIT, el cual, permite verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por el AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:19:48

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En la página 17 de las bases administrativas, en el literal h) dentro de los documentos para la admisión solicitan el certificado del registro sanitario. En atención a ello, se entiende que este documento solo es para los reactivos que requiere la entidad. Se solicita al comité indicar si es correcta nuestra apreciación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: h **Página: 17**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACLARA LA CONSULTA, manifestando que debe presentar lo solicitado en el literal h) del punto 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, de todos los reactivos e insumos que contenga el KIT, el cual, permite verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por el AREA USUARIA..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:19:48

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas, dentro de las características del equipo, indican que el principio sea: Conteo por resistencia eléctrica, método de cianuro-hemoglobina y método SFT para hemoglobina. Se solicita al comité considerar las siguientes metodologías: Impedancia eléctrica para la lectura de plaquetas y glóbulos rojos, colorimetría para hemoglobina ya que de esta manera se permitirá mayor participación de postores, basándonos en el principio de pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

a) CARACTERISTICAS DE REACTIVO Y EQUIPO:

- Principio: Impedancia volumétrica, citometría de flujo y/o tinción fluorescente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Principio: Impedancia volumétrica, citometría de flujo y/o tinción fluorescente.

AGREGADO EN LA PAG. 22 DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:19:48

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas, dentro de las características de reactivo, indican que el equipo y los reactivos deben ser de la misma marca. Se solicita al comité precisar que solo los reactivos principales (Diluyente, lisante y cleanser) puedan ser de la misma marca del equipo, pero la solución concentrada de limpieza y los controles hematológicos de 3 niveles puedan ser de marcas compatibles.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1. Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACLARA LA CONSULTA, manifestando que de acuerdo a lo solicitado por el área USUARIA, los CONTROLES, REACTIVOS Y EQUIPO sean de la misma marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS
Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GRL-GRSL/30.001-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: "ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES X 1000 DET"

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:19:48

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas, dentro de las características del equipo, indican que la muestra biológica en modo venoso y en modo capilar sea de 9,6 uL. Se solicita al comité puedan considerar un volumen de aspiración de 9,8 uL o menor

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1. Literal: a **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HABIÉNDOSE REALIZADO LA CONSULTA AL ÁREA USUARIA (DIREMID) A TRAVÉS DEL OFICIO N° 002-2024-CS/AS N° 12-2024 Y CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTA, ESTE COLEGIADO ACOGE LA CONSULTA COMO OBSERVACIÓN, modificándose las bases, añadiéndose lo siguiente:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

5.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

a) CARACTERISTICAS DE REACTIVO Y EQUIPO:

- Muestra Biologica: Hasta 25 ¿L sangre total.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Muestra Biologica: Hasta 25 ¿L sangre total.

AGREGADO EN LA PAG. 22 DE LAS BASES INTEGRADAS