

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2022-PRONIS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BIOMÉDICOS, COMPLEMENTARIOS, ELECTROMECÁNICOS Y MOBILIARIOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO ¿ REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código : 20605046127

Fecha de envío : 22/05/2023

Nombre o Razón social : UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.

Hora de envío : 15:31:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

"Debido a que no es legible la lectura en B01:

Solicitamos que nos aclare, sí el requerimiento es de la siguiente manera:

B01 CONDUCTIVIDAD DE AGUA DESTILADA:1era etapa < 3,0 μ S/cm,2da etapa ¿ 1,6 μ S/cm,A 25°C,APROX."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 120

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que Los valores establecidos en B01, a 25°C, aprox, es clara:

1era etapa: < 3.0 ¿S/cm;

2da etapa: ¿ 1.8 ¿S/cm)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2022-PRONIS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BIOMÉDICOS, COMPLEMENTARIOS, ELECTROMECÁNICOS Y MOBILIARIOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO ¿ REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consultamos si la entidad presenta un informe/análisis (Dureza, Conductividad, etc) del suministro de agua a utilizar con el equipo solicitado, de ser así solicitamos que estos valores se publiquen con las bases integradas. Consultamos También por la distancia aproximada de los puntos de línea de agua y drenaje disponibles hasta el lugar de instalación del equipo purificador a instalar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A **Página:** 120

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la calidad del agua esta dentro de los parametros adminisbles del MINSA donde el conductimetro solicitado en D02, es para medir la dureza del agua destilada (procesada) por el equipo; no es necesario el informe de análisis. Con respecto a la distancia de los puntos de agua, drenaje y de energía eléctrica, se alcanzará el plano general de equipamiento y/o plano de pre instalación al postor ganador de la Buena Pro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2022-PRONIS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BIOMÉDICOS, COMPLEMENTARIOS, ELECTROMECÁNICOS Y MOBILIARIOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO ¿ REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"Debido que los diferentes fabricantes recomiendan el mantenimiento preventivo de 01 vez al año. Consultamos si aceptarán mantenimiento preventivo de 01 vez al año durante el tiempo de garantía."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 118

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el ANEXO II "Listado de pre instalación, instalación, plazo de entrega, garantía y prestación accesorio", de las bases (Pag. 118) establece para el Bidestilador de agua 2L/H:

Dos (02) años de prestación accesorio

Frecuencia: 1 Mantenimiento/año

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2022-PRONIS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BIOMÉDICOS, COMPLEMENTARIOS, ELECTROMECÁNICOS Y MOBILIARIOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO ¿ REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección informe cuales son los laboratorios y/o Unidad y/o Servicio a donde va dirigido los equipos ITEM 3 BIDESTILADOR DE AGUA 2LITROS/H

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los Bidestiladores de agua de 2L/H, serán entregados en almacén del Hospital Distrital Pacasmayo e instalados en las UPSS Patología Clínica: Bioquímica, Hematología/Inmunología y Microbiología.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2022-PRONIS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BIOMÉDICOS, COMPLEMENTARIOS, ELECTROMECÁNICOS Y MOBILIARIOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO ¿ REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección A fin de que el postor adjudicado con la Buena Pro pueda realizar la entrega formal comunique si la entrega de los equipos ITEM 3 Bidestilador del presente proceso se realizara en Almacén Central del Hospital Distrital Pacasmayo. Detallar como se realizaría la entrega en el Hospital.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los Bidestiladores de agua de 2L/H, serán entregados en almacén del Hospital Distrital Pacasmayo e instalados en las UPSS Patología Clínica: Bioquímica, Hematología/Inmunología y Microbiología.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2022-PRONIS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BIOMÉDICOS, COMPLEMENTARIOS, ELECTROMECÁNICOS Y MOBILIARIOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO ¿ REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"En las bases solicitan: En los Factores de Evaluación :

PLAZO DE ENTREGA. De 41 hasta 45 Días calendario 2 puntos; De 36 hasta 40 días calendario 5 puntos, De 30 hasta 35 días calendario 10 puntos

Solicitamos al Comité de Selección Para permitir la mayor participación de postores potenciales, podrían considerar ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario y siendo equipos que requieren una importación previa, desaduanaje y otros controles previos, es así que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no esta acorde a la realidad post pandemia; por tanto, a fin de permitir y promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación. Solicitamos se amplié el plazo de entrega a 90 días calendario de acuerdo al siguiente detalle:

De 01 hasta 60 Días calendario 10 puntos

De 61 hasta 64 Días calendario 05 puntos

De 65 hasta 69 Días calendario 02 puntos

Y así fomentar que el proceso se desarrolle bajo las condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Y así que todos los proveedores puedan disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 121

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que por mayoría, se suprime el plazo de entrega en los factores de evaluación para el ITEM III BIDESTILADOR DE AGUA 2LITROS/H, quedando solo el PRECIO como factor de evaluación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2022-PRONIS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BIOMÉDICOS, COMPLEMENTARIOS, ELECTROMECÁNICOS Y MOBILIARIOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO ¿ REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

"ITEM 3 BIDESTILADOR

Consultamos para el ÍTEM 3 cuantas horas de capacitación se realizaran por equipo?"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 120

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en El ANEXO II "Listado de pre instalación, instalación, plazo de entrega, garantía y prestación accesoría", de las bases (Pag. 118) NO establece para el Bidestilador de agua 2L/H, capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2022-PRONIS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BIOMÉDICOS, COMPLEMENTARIOS, ELECTROMECÁNICOS Y MOBILIARIOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO ¿ REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

"ITEM 3 BIDESTILADOR

Consultamos donde se realizara la capacitación e instalación de los equipos del ÍTEM 3"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 120

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en El ANEXO II "Listado de pre instalación, instalación, plazo de entrega, garantía y prestación accesoria", de las bases (Pag. 118) NO establece para el Bidestilador de agua 2L/H, capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2022-PRONIS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BIOMÉDICOS, COMPLEMENTARIOS, ELECTROMECÁNICOS Y MOBILIARIOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO ¿ REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

"Solicitan En Experiencia del Postor: Se consideran bienes similares a los siguientes: Destiladores o Bidestiladores de agua.

Solicitamos al Comité de Selección si podrán considerar en La experiencia del Postor como Bienes similares a Phmetro, Refrigeradoras, ultracongeladoras, congeladoras y/o equipos de laboratorio y de esta manera promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación, ya que está prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Ya que Todos los Proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, debiendo evitarse exigencias y formalidades innecesarias. Y así fomentar que el proceso se desarrolle bajo las condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 99

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Area Usuaría indica que no se acoge la consulta, dado que existe desconocimiento sobre la tecnología y funcionamiento del destilador (1 una etapa) o bidestilador (1era y 2da etapa) el cual no es similar a la tecnología de los equipos mencionados por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2022-PRONIS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BIOMÉDICOS, COMPLEMENTARIOS, ELECTROMECÁNICOS Y MOBILIARIOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO ¿ REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección que indique cual es la frecuencia de mantenimiento preventivo que solicitan para el ÍTEM 3 sería anual es correcta nuestra apreciación

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 118

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en El ANEXO II "Listado de pre instalación, instalación, plazo de entrega, garantía y prestación accesoría", de las bases (Pag. 118) establece para el Bidestilador de agua 2L/H:

Dos (02) años de prestacion accesoría

Frecuencia: 1 Mantenimiento/año

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2022-PRONIS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BIOMÉDICOS, COMPLEMENTARIOS, ELECTROMECÁNICOS Y MOBILIARIOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO ¿ REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:16

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

"ITEM N° 3 BIDEUTILADOR
ANEXO N° 6

Se observa que en el Formato ANEXO N° 6 No se menciona Prestaciones Accesorias eso significa que no solicitan se coloque prestaciones accesorias en el formato es correcta nuestra apreciación. Solicitamos su aclaración a fin de elaborar el formato correctamente.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 138

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección realiza una aclaración a los formatos del Anexo 6 a fin de que los postores no incurran en error

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2022-PRONIS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (BIOMÉDICOS, COMPLEMENTARIOS, ELECTROMECÁNICOS Y MOBILIARIOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO ¿ REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	15:31:16

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

"ITEM 3 BIDESTILADOR
ANEXO N° 4

Por ello consultamos, por la elaboración del Formato N° 4 el formato indica un texto de solo 04 lineas, sin embargo en las bases en el literal 6.4.3 pag 88 indica una seria de actividades Desde 1)- El Internamiento del bien y 2)- La Instalación sera necesario colocar esa serie actividades que se mencionaran en la pag. 88 en el formato 4 o bastara con respetar el formato original 4 que no indica actividades. Se solicita su aclaración a fin de elaborar correctamente el formato."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 134

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que conforme que se detalla en el numeral 6.4.3 PLAZO DE ENTREGA, del capitulo III de la Sección Especifica de las bases administrativas del ITEM III, establece:

plazo maximo: 90 dias calendarios

comprende las siguientes Actividades

1. Internamiento del bien (En el Nuevo Hospital)

2. instalacion y puesta en funcionamiento (en el servicio, unidad, área o ambiente).

por lo tanto, el comite aclara que el plazo de entrega incluye la instalación y puesta en funcionamiento del bien

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null