

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-21-2022-UNHEVAL/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) TRANSILUMINADOR ¿ FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TÁCTIL PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR.

Ruc/código : 20100162238

Fecha de envío : 22/06/2022

Nombre o Razón social : AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA

Hora de envío : 15:59:25

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "TRANSILUMINADOR-FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TACTIL"

- Resolucion de imagen 4 a 5 Megapixeles

Se consulta al comité de selección si aceptaran un transiluminador con fotodocumentador con una resolución de 9.1 Megapixeles que al tener una mayor resolución puede considerarse esta característica como mejora.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta para modificar a : Resolución de imagen de 4 a 10 megapixeles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-21-2022-UNHEVAL/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) TRANSILUMINADOR ¿ FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TÁCTIL PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	22/06/2022
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA	Hora de envío :	15:59:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "TRANSILUMINADOR-FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TACTIL"

- Longitud de onda del transiluminador: 302-312nm

Se consultal al comité de selección si aceptarán un transiluminador con fotodocumentador con una longitud de onda de 490-520 nm que cubra los picos de excitación de las principales tinciones de geles como SYBR Green y SYBR Gold, y el rango de excitación secundario del bromuro de etidio. Para que de esta manera haya mayor participación y pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge de tal manera que quede:

Longitud de onda que cubra los picos de excitación de tintes SYBR Green y rango de excitación secundario bromuro de etidio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-21-2022-UNHEVAL/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) TRANSILUMINADOR ¿ FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TÁCTIL PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	22/06/2022
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA	Hora de envío :	15:59:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "TRANSILUMINADOR-FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TACTIL"

- Área de visualización aproximadamente 21 x 26 cm

Se consulta al comité de selección si aceptaran un transiluminador con fotodocumentador con un área de visualización de 22.5 x 18 cm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se Acoge parcialmente, área de visualización de 18 * 26 aprox

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-21-2022-UNHEVAL/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) TRANSILUMINADOR ¿ FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TÁCTIL PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	22/06/2022
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA	Hora de envío :	15:59:25

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "TRANSILUMINADOR-FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TACTIL"

- Plazo de entrega: 45 días.

Se consulta al comité de selección si el plazo de entrega puede ser ampliado a 75 días ya que todavía hay demoras en las importaciones debido a la pandemia y a otros factores externos como la escases de chips.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge de tal manera que quede:

Plazo de entrega: 80 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-21-2022-UNHEVAL/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) TRANSILUMINADOR ¿ FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TÁCTIL PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	22/06/2022
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA	Hora de envío :	15:59:25

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "TRANSILUMINADOR-FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TACTIL"

- Fuente de energia: 220 V / 60 Hz
- Temperatura de trabajo: 15° a 35° C

Se consulta al comité de selección si aceptarán un Transiluminador con fotodocumentador de geles con una fuente de energia de 100-240 VAC 50/60Hz y con una temperatura de trabajo de 15° a 30° C para permitir de esta manera una mayor participación y pluralidad de postotes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge de tal manera que quede:

Fuente de energía: Dentro del rango 100 - 240 V/50-60 Hz

Temperatura de trabajo: 15 a 30 °C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-21-2022-UNHEVAL/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) TRANSILUMINADOR ¿ FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TÁCTIL PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	22/06/2022
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA	Hora de envío :	15:59:25

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "TRANSILUMINADOR-FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TACTIL"

- Autorización de funcionamiento expedido por la DIGEMID
- Certificado de buenas prácticas de almacenamiento (BPA)
- Registro sanitario

Las empresas que importan y/o comercializan equipos de laboratorio no necesitan los requisitos de calificación que ustedes solicitan por tal motivo se le solicita que sean retirados de las bases para que exista una mayor participación y pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 3.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge: De tal manera que esta especificación es retirada de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-21-2022-UNHEVAL/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) TRANSILUMINADOR ¿ FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TÁCTIL PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	22/06/2022
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA	Hora de envío :	15:59:25

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "TRANSILUMINADOR-FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TACTIL"

- Se consideran bienes similares a los siguientes equipos biomedicos

Se consulta al comité de selección si los bienes similares pueden ser equipos de laboratorio en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 3.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los bienes deben ser similares o relacionados con el área de biología molecular

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-21-2022-UNHEVAL/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) TRANSILUMINADOR ¿ FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TÁCTIL PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	22/06/2022
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:03:30

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Si bien el equipo tiene la capacidad de detectar luz blanca, UV y azul no indica qué bandejas requiere ¿Podría especificar cuántas bandejas solicita?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.1. **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se está considerando de una bandeja

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-21-2022-UNHEVAL/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) TRANSILUMINADOR ¿ FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TÁCTIL PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	22/06/2022
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:14:06

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Están solicitando registro sanitario; el equipo no requiere registro sanitario, sin embargo cumplimos con los demás documentos pero el equipo no está sujetos a otorgamiento de registro sanitario. Solicitamos retire esa condición de registro sanitario para asegurar la pluralidad de las ofertas.-

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.2 A **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge: De tal manera que esta especificación es retirada de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-21-2022-UNHEVAL/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) TRANSILUMINADOR ¿ FOTODOCUMENTADOR DE GELES CON PANTALLA TÁCTIL PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	22/06/2022
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:15:01

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Están solicitando registro sanitario; el equipo no requiere registro sanitario, sin embargo cumplimos con los demás documentos pero el equipo no está sujetos a otorgamiento de registro sanitario. Solicitamos retire esa condición de registro sanitario para asegurar la pluralidad de las ofertas.-

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 A **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge: De tal manera que esta especificación es retirada de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null