

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-HRDC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESTRATÉGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA.

Ruc/código : 20459090003

Nombre o Razón social : JP REHAB S.R.L.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 18:21:24

**Consulta: Nro. 1**

## **Consulta/Observación:**

Siendo que en el Tanque de inmersión de cuerpo completo según el listado de equipamiento médico emitido por DIGEMID es un dispositivo médico que requiere Registro Sanitario, solicitamos se sirvan colocar como requisito de calificación la presentación del registro sanitario del bien ofertado en la presentación de propuestas

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 2.2      **Literal:** 2.2.1.1      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## **Análisis respecto de la consulta u observación:**

ACOGE PARCIALMENTE: EL DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN COMO ÁREA USUARIA DECIDEN ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, EN LA PAGINA, SOBRE REQUISITOS DEL PROVEEDOR DICE: AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD MINSA - DIGEMID PARA REALIZAR IMPORTACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS DE USO MEDICO A NOMBRE DEL POSTOR O DE SU PROVEEDOR DE EQUIPOS MÉDICOS; SEGÚN CADA FABRICANTE, CON EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL BIEN OFERTADO, LO QUE SE CONSIGNARA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE GENERAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

## **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD MINSA - DIGEMID PARA REALIZAR IMPORTACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS DE USO MEDICO A NOMBRE DEL POSTOR O DE SU PROVEEDOR DE EQUIPOS MÉDICOS; SEGÚN CADA FABRICANTE, CON EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL BIEN OFERTADO, LO QUE SE CONSIGNARA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE GENERAR LA PLURALIDAD

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA  
Nomenclatura : AS-SM-16-2023-HRDC-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESTRATÉGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA.

Ruc/código :	20459090003	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	JP REHAB S.R.L.	Hora de envío :	18:21:24

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Del Capítulo III de las características técnicas requieren un Tanque de Hidroterapia para Inmersión de Cuerpo Completo se solicita: Tanque construido en acero inoxidable en formato de butterfly (mariposa) con doble pared. Se solicita el Comité Especial se acepte un Tanque de Hidroterapia para Inmersión de Cuerpo Completo con una pared de acero inoxidable de grado médico, ya que los tanques de hidroterapia no requieren usar doble pared de acero porque su función no es mantener la temperatura del agua y evitar fuga de calor como si lo hace los tanques compresas calientes, para conservar la temperatura de las compresas. Y esta característica técnica es específicamente para un tanque de compresa calientes

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.1.1.3.      Literal: 5.1.1.3.      **Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ACOGE PARCIALMENTE: EL DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN COMO ÁREA USUARIA DECIDEN ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, QUEDANDO: TANQUE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE EN FORMATO DE BUTTERFLY (MARIPOSA) CON DOBLE PARED O CON UNA PARED DE ACERO INOXIDABLE DE GRADO MEDICO, QUE INCLUYA UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA Y MANTENGA TEMPERATURA ADECUADA PARA EL TRABAJO ADECUADO CON LOS PACIENTES, LO QUE SE CONSIGNARA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE GENERAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARA DE LA SIGUIENTE MANERA: TANQUE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE EN FORMATO DE BUTTERFLY (MARIPOSA) CON DOBLE PARED O CON UNA PARED DE ACERO INOXIDABLE DE GRADO MEDICO, QUE INCLUYA UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA Y MANTENGA TEMPERATURA ADECUADA PARA EL TRABAJO ADECUADO CON LOS PACIENTES.