

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
Nomenclatura :	AS-SM-15-2024-OEC/MDSA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ESTACION TOTAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PARA LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA JUNTA VECINAL PAMPAS SAN ANTONIO Y ANEXOS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	12:38:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En especificaciones técnicas solicitan:

Medición angular: Precisión Hz y V

-Cuádruple compensación de eje.

Al respecto debemos indicar que la única marca que indica en su catálogo CUADRUPLE COMPENSACION DE EJE es la marca LEICA. Pero eso no quiere decir que sea más precisa.

Las Estaciones Totales solo tienen tres ejes: Vertical, horizontal y de colimación (o de visual)

Los instrumentos topográficos modernos (Estaciones Totales) están provistos de ¿compensadores¿ (normalmente de doble de eje) para corregir los efectos del error residual de nivelación y, según modelos, otros instrumentales. Debe considerarse que los compensadores no compensan los errores.

Si se ha seguido el protocolo instrumental para actualizarlos, pueden aplicar la adecuada corrección directamente o tras calcularla con un modelo matemático.

Usando un compensador sin actualizar, el instrumento puede ofrecer lecturas erróneas observando solo en una posición. En cualquier caso, si se observa en ambas posiciones (círculo directo CD y círculo inverso CI), las medias de las lecturas serán las correctas.

El protocolo interno de verificación de los instrumentos electrónicos permite actualizar en campo los compensadores y otros parámetros, pero el sitio ideal para la actualización es un banco de calibración, como el que debe tener cualquier servicio oficial de la marca.

El protocolo siempre comienza con la medida y memorización de los errores de colimación V y H para aplicar las oportunas correcciones.

Por ello solicitamos que se considere lo siguiente:

- CUADRUPLE COMPENSACION DE EJE o COMPENSACION DE DOBLE EJE.

CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.

(QUE EL EQUIPO POSEA RUTINA DE CALIBRACION EN CAMPO)

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 18**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta al participante, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas es que la medición angular será en Cuádruple compensación de eje, este a su vez deberá contar con su calibración correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTACION TOTAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PARA LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA JUNTA VECINAL PAMPAS SAN ANTONIO Y ANEXOS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	12:38:21

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En especificaciones técnicas solicitan:

Medición angular: Precisión Hz y V

Configuración de precisión en el rango de 2¿ ¿ 0.5¿

Consulta:

En el mercado hay Estaciones Totales de mejores características técnicas y mejor rango de configuración de precisión del compensador + 3¿

Para una fomentar una mayor participación de postores y mejores propuestas sugerimos considerar lo siguiente:

Configuración de precisión en el rango de +3¿ o mejor

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, por lo que se PRECISA al participante, que de acuerdo a las especificaciones tecnicas la precision en el rango deberá de ser 2" a menos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTACION TOTAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PARA LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA JUNTA VECINAL PAMPAS SAN ANTONIO Y ANEXOS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	12:38:21

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En especificaciones técnicas solicitan:
Almacenamiento Datos/ Comunicación
Interfaces: Bluetooth, WLAN
Consulta:
Solicitan comunicación inalámbrica a través de las interfaces Bluetooth, WLAN. Pero la interfaz WLAN requiere implementarla, no es un Wi-Fi propiamente. Además, sugerimos que consideren los puertos en el equipo para la unidad flash USB (host y cliente) para la transferencia de datos.
Con el puerto USB en el equipo se transfiere datos en el mismo campo.
Sugerimos considerar :
Almacenamiento Datos/ Comunicación
Interfaces: Bluetooth, 2 puertos USB (host y cliente)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, por lo que se PRECISA, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas es que la interface podrá ser: Bluetooth, WLAN ya que el funcionamiento unidad flash USB (host y cliente) tiene la misma trabajabilidad, siendo este la transferencia de datos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTACION TOTAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PARA LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA JUNTA VECINAL PAMPAS SAN ANTONIO Y ANEXOS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	12:38:21

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En especificaciones técnicas solicitan:

Teclado y pantalla:

Rango 5" y 3.5" (pulgadas), 18 teclas a más

Consulta:

Sugerimos que el equipo posea doble pantalla para el trabajo en campo cuando se mida en directa y tránsito para lograr la precisión requerida sobre todo en poligonales.

Cuan se realice los replanteos la pantalla debe ser gráfica, mejor a color, táctil para mayor rapidez y productividad. El sistema operativo Windows ayuda mucho para ser más interactivo y amigable el proceso de levantamiento.

A diferencia del teclado físico, los teclados virtuales permiten un alto grado de personalización, incluida la capacidad de cambiar el diseño, el tamaño, la apariencia e incluso la funcionalidad de las teclas. Es por ello que el teclado virtual es muy flexible.

Aceptarían considerar lo siguiente:

Teclado y pantalla:

Pantalla a ambos lados

Pantalla grafica a color. Táctil

Sistema Operativo Windows

Rango 5" y 3.5" (pulgadas), 18 teclas a más (físico o virtual)

Teclado físico o virtual

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta al participante, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones el Teclado y Pantalla será de Rango 5" - 3.5" (pulgadas), 18 teclas a más ya sean físicas o virtuales. De la pantalla, este podra estar en ambos lados y podra ser de color y/o blanco y negro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTACION TOTAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PARA LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA JUNTA VECINAL PAMPAS SAN ANTONIO Y ANEXOS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	12:38:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En especificaciones técnicas solicitan:

Autonomía

Aprox. 15 horas o más.

Consulta:

Hay Estaciones Totales que poseen autonomía de 14 horas. Aceptarían considerar las baterías adicionales para que cumplan lo solicitado.

Pa no limitar nuestra participación sugerimos considerar:

Autonomía

Aprox. 15 horas o más. Se aceptan baterías adicionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta al participante, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones ya se tiene considerado la compra de dichas baterías extras, por lo que la autonomia será de 15 horas o más

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTACION TOTAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PARA LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA JUNTA VECINAL PAMPAS SAN ANTONIO Y ANEXOS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	12:38:21

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En especificaciones técnicas solicitan:
INCLUIR ACCESORIOS POR CADA EQUIPO
01 UND Bastón de 3.6 m

Consulta:
Aceptarían considerar también bastón telescópico de 4.6 metros? Sería mejor por ser de mayor longitud.
Sugerimos considerar:
INCLUIRA ACCESORIOS POR CADA EQUIPO
01 UND Bastón de 3.6 m o mejor

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta al participante, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones de los accesorios extras, El baston podrá ser de 3.6 m a más

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTACION TOTAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PARA LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA JUNTA VECINAL PAMPAS SAN ANTONIO Y ANEXOS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	12:38:21

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En especificaciones técnicas solicitan:
Almacenamiento Datos/ Comunicación
Memoria interna: rango de 2 Gb ¿ 4Gb
Consulta:

¿El rango de memoria solicitada es para no solo almacenar puntos sino importar información gráfica como planos en formato DXF? ¿O dibujo de perfiles y secciones en autocad?
El rango de 2GB-4GB son millones de puntos. Si es así se requiere que la Estación Total posea pantalla grafica y permita exportar importar/exportar en formato DXF.
Y que el programa de campo instalado en el equipo posea las aplicaciones le mediciones, levantamiento, replanteo, COGO, poligonales, etc.
Aceptarían considerar:
- Pantalla Grafica.
- Importar/exportar planos en Autocad
- Programa de campo que posea mediciones, levantamiento, replanteo, COGo, poligonales, etc.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta al participante, de acuerdo en lo establecido en las especificaciones tecnicas la memoria interna será en el rango 2Gb - 4Gb, estas permitiran guardar la informacion (importar o exportar)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTACION TOTAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PARA LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA JUNTA VECINAL PAMPAS SAN ANTONIO Y ANEXOS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20489461600	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:37:42

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

la entidad menciona : tiempo de entrega en el plazo de tres días calendario

se sugiere considerar al menos considerar 5 a 10 días ya que se requiere tiempo para el traslado e instalacion y capacitacion de los equipos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1,9 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la observación al participante, de acuerdo a lo solicitado del participante y para una mayor pluralidad de proveedores que puedan garantizar la adjudicación de la buena pro, el plazo de entrega bien será de 10 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra y/o contrato, 07 días calendarios para entrega del bien y 03 días calendarios para montaje y capacitación del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De las especificaciones tecnicas, adjuntamos al requerimiento se modifique el ITEM VI (Lugar y Plazo de entrega) donde el plazo de entrega bien será de 10 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra y/o contrato, 07 días calendarios para entrega del bien y 03 días calendarios para montaje y capacitación del equipo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTACION TOTAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PARA LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA JUNTA VECINAL PAMPAS SAN ANTONIO Y ANEXOS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20489461600	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:37:42

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

la entidad solicita

configuracion de precision : en el rango de 2" -0.5"

se sugiere que corrijan a : ya que son los valores sugeridos

Configuración de precisión del compensador2: 0,5"/1" / 1,5"/2"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la observación al participante, de acuerdo a lo solicitado del participante y para una mayor pluralidad de proveedores que puedan garantizar la adjudicación de la buena pro, de la configuracion de precision sera en el rango de 0.5"/1"/1.5"/2"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De las especificaciones tecnicas, adjuntamos al requerimiento se modifique el ITEM III (Caracteristicas Tecnicas / ITEM 01. ESTACION TOTAL / Medicion angular Precision Hz y V) la configuracion de precision sera en el rango de 0.5"/1"/1.5"/2"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTACION TOTAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PARA LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA JUNTA VECINAL PAMPAS SAN ANTONIO Y ANEXOS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20489461600	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:37:42

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

la entidad solicita :
teclado y pantalla
rango 5"-3.5 " pulgadas 18 teclas a mas

En la actualidad las estaciones totales deberian considerarse como minimo pantallas de 3,5" minimo y 28 teclas minimo
Es el numero ideal para el buen funcionamiento en los equipos por ello se sugiere :
teclado y pantalla
rango 3.5 " minimo pulgadas 28 teclas a mas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la observación al participante, de acuerdo a lo solicitado del participante y para una mayor pluralidad de proveedores que puedan garantizar la adjudicación de la buena pro, en Teclado y Pantalla el Rango será de 3.5" minimo, 28 teclas a más

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De las especificaciones tecnicas, adjuntamos al requerimiento se modifique el ITEM III (Características Tecnicas / ITEM 01. ESTACION TOTAL / Teclado y Pantalla) en Teclado y Pantalla el Rango será de 3.5" minimo, 28 teclas a más

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTACION TOTAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PARA LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA JUNTA VECINAL PAMPAS SAN ANTONIO Y ANEXOS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20489461600	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:37:42

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

la entidad solicita :

- 02 und mini prisma con soporte y constante
- 02 und prisma con porta prisma
- 02 und baston de 3,6 m
- 02 und base niveleante sin plomada optica
- 04 und bateria recargable
- 04 und memoria usb de 32 gb a mas

se consulta por cada estacion se debe agregar todo la lista de accesorios

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta al participante, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas, los accesorios solicitados son en General, No corresponde por cada estacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTACION TOTAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PARA LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA JUNTA VECINAL PAMPAS SAN ANTONIO Y ANEXOS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20489461600	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:37:42

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

la entidad solicita :

garantía comercial 01 año a partir de la conformidad de bien

se sugiere para el fiel cumplimiento de la garantía , exigir que el postor presente una carta de distribuidor autorizado por el fabricante .

Y con ello garantizar que se disponga de los repuestos originales

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** iv **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la observación al participante, de acuerdo a lo solicitado del participante y para una mayor pluralidad de proveedores que puedan garantizar la adjudicación de la buena pro, para la garantía comercial, el proveedor deberá presentar una carta de distribuidor autorizado por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De las especificaciones técnicas, adjuntamos al requerimiento se modifique el ITEM IV (GARANTIA COMERCIAL / Garantía comercial del bien) para la garantía comercial, el proveedor deberá presentar una carta de distribuidor autorizado por el fabricante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTACION TOTAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PARA LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA JUNTA VECINAL PAMPAS SAN ANTONIO Y ANEXOS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20489461600	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:37:42

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

la entidad no solicita:

Capacitacion para los equipos , por tanto se sugiere soliciten tiempo de capacitacion minimo 4 horas a cargo de un ingeniero geodesta agrimensor con experiencia minima de 04 años

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta al participante, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas, este no menciona las horas minimas de capacitacion ; sin embargo, mediante la consulta del postor, se considerará la duracion de la capacitacion será de 4 horas minimas a cargo de un Ingeniero con experiencia minima de 4 años en el rubro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null