

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

PLAZO DE ENTREGA

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente observación. Que en el punto 1.9 PLAZO DE ENTREGA, no se indica el plazo en días calendarios. Solicitamos cordialmente se precise en la bases integradas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la Observación, el área usuaria en coordinación con el comité de selección precisa que el plazo de entrega es de 120 días calendarios

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se acoge la Observación, el área usuaria en coordinación con el comité de selección precisa que el plazo de entrega es de 120 días calendarios

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

FACTORES DE EVALUACIÓN EN PLAZO DE ENTREGA

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el factor de evaluación de PLAZO DE ENTREGA, se indica que se dará 0 puntos si se entrega de 120 días a más¿pero no se indica el máximo plazo de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 1.9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que; el puntaje del plazo de entrega esta correctamente estipulado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que; el puntaje del plazo de entrega esta correctamente estipulado en las bases

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

METALES, MUESTRAS DE CERÁMICAS Y MINERALES

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el primer punto de las especificaciones técnicas indica CORTADORA DE MESA SOLIDA PARA SECCIONAMIENTO DE METALES, MUESTRA DE CERÁMICAS Y MINERALES. Considerando que el equipo será para trabajar residuos del bagazo, solicitamos que se precise y se indique de la siguiente manera: CORTADORA PARA SECCIONAMIENTO DE METALES Y BIOMATERIALES (otros materiales opcional).

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que se deberá de ceñirse a los solicitado en las bases administrativas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria aclara que se deberá de ceñirse a los solicitado en las bases administrativas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSTRUCCIÓN DE ACERO A PRUEBA DE OXIDACIÓN

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el segundo punto de las especificaciones técnicas indica CONSTRUCCION DE ACERO A PRUEBA DE OXIDACIÓN. Considerando que en el mercado cada fabricante trabaja con sus propios materiales al construir sus equipos, solicitamos al comité que se precise y se indique de la siguiente manera en las bases integradas: CONSTRUCCIÓN SEGÚN CADA FABRICANTE, PERO QUE SEA RESISTENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que se aceptara también la construcción según cada fabricante, pero que garantice su duración

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria aclara que se aceptara también la construcción según cada fabricante, pero que garantice su duración

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

3HP (2.2KW) MOTOR TRIFASICO

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el tercer punto de las especificaciones técnicas indica 3HP (2.2 KW) MOTOR TRIFASICO. Considerando que en el mercado cada fabricante trabaja con sus propios motores y capacidades, solicitamos al comité que se precise y se indique de la siguiente manera en las bases integradas: MOTOR MONOFÁSICO O TRIFÁSICO, PERO COMO MÍNIMO DE 1.3KW A MÁS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que no se aceptara potencia menor a los solicitado en las especificaciones técnicas, ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria aclara que no se aceptara potencia menor a los solicitado en las especificaciones técnicas, ceñirse a las bases

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:  
CAPACIDAD DE CORTE

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el cuarto punto de las especificaciones técnicas indica CAPACIDAD DE CORTE DE HASTA 60MM..... . Solicitamos se precise que se refiere a 60mm de diámetro, por tanto debe indicarse y aclararse de la siguiente manera en las bases integradas para evitar confusiones: CAPACIDAD DE CORTE DE HASTA 60mm DE DIÁMETRO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que la Capacidad de corte es hasta 60mm de diámetro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria aclara que la Capacidad de corte es hasta 60mm de diámetro

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:  
VELOCIDAD

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el sexto punto de las especificaciones técnicas indica VELOCIDAD DEL HUSILLO 2800 RPM.... . Indicamos al comité que este tipo de equipos tienen una velocidad variable y no fija para poder trabajar con diferentes materiales. Por tanto, debe ser precisado en las bases. Además, existen equipos de mayor capacidad de RPMs en el mercado. Solicitamos se precise en las bases integradas de la siguiente manera: VELOCIDAD VARIABLE, COMO MINIMO DEBE LLEGAR A 2800 RPM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que también se aceptara que el equipo tenga una Velocidad variable, como mínimo debe llegar a 2800 rpm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria aclara que también se aceptara que el equipo tenga una Velocidad variable, como mínimo debe llegar a 2800 rpm

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

DISCO CORTE

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el séptimo punto de las especificaciones técnicas indica DISCO DE CORTE DE 10" (250mm) de diámetro. Indicamos al comité de selección, que en el mercado existen discos de corte de 150mm, 200mm, 250mm y 300mm. Se utilizará según el material a cortar. Por tanto, solicitamos que como mínimo sea de 200mm para fomentar la pluralidad de postores. En ese sentido, debe indicarse en las bases integradas: DISCO DE CORTE DE 200MM DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 3.1    Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que; también se aceptara Disco de corte de 200mm de diámetro como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que; también se aceptara Disco de corte de 200mm de diámetro como mínimo



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

PANEL DE CONTROL SIMPLE

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el octavo punto de las especificaciones técnicas indica PANEL DE CONTROL SIMPLE CON 4 INTERRUPTORES..... Indicamos al comité de selección, que en el mercado por el principio de vigencia tecnológica , ya se trabajan con paneles con pantalla táctil más modernos a los solicitados. Por tanto, es importante sea actualizado este punto en las bases de la siguiente manera : PANEL DE CONTROL TÁCTIL CON BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que tambien se aceptara Panel de control táctil con botón de parada de emergencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que también se aceptara Panel de control táctil con botón de parada de emergencia

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:  
REFRIGERACIÓN POR DOS CHORROS

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el doceavo punto de las especificaciones técnicas se precisa que la refrigeración sea por dos chorros. Sin embargo, indicamos al comité que en el mercado existen muchos equipos que trabajan con un sólo chorro, siendo este suficiente para la refrigeración. Por tanto, para permitir la pluralidad de marcas y postores conforme al RLCE, solicitamos se precise: REFRIGERACIÓN COMO MÍNIMO POR 01 CHORRO DE AGUA A MÁS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que se deberá de cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas del requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que se deberá de cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas del requerimiento

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

TANQUE DE REFRIGERANTE CON 50 LITROS

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el treceavo punto de las especificaciones técnicas se precisa que el tanque sea de 50 litros. Sin embargo, indicamos al comité que en el mercado existen diversas marcas con diferentes capacidades de tanques de refrigeración. Por tanto, para permitir la pluralidad de marcas y postores conforme al RLCE, solicitamos se precise: TANQUE DE REFRIGERANTE INCORPORADO, COMO MÍNIMO 30 LITROS DE CAPACIDAD A MÁS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que se deberá de cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas del requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que se deberá de cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas del requerimiento

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

DRENAJE GRANDE PARA RECIRCULACIÓN DE REFRIGERANTE

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el punto 14 de las especificaciones técnicas se precisa que el equipo cuente con un drenaje grande para recirculación de refrigerante. Sin embargo, indicamos al comité que en el mercado existen algunas marcas que cuentan con esta capacidad y otras no, siendo una característica restrictiva. Por tanto, para permitir la pluralidad de marcas y postores conforme al RLCE, solicitamos se precise en las bases integradas: OPCIONAL UN DRENAJE GRANDE PARA RECIRCULACIÓN DE REFRIGERANTE, O SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que también se aceptara equipos con Drenaje grande para recirculación de refrigerante, o según tecnología de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que también se aceptara equipos con Drenaje grande para recirculación de refrigerante, o según tecnología de cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

BOMBA DE REFRIGERANTE DE 0.18KW

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el punto 15 de las especificaciones técnicas se precisa que el equipo cuente con UNA BOMBA DE REFRIGERANTE DE 0.18KW. Sin embargo, indicamos al comité que cada fabricante decide si trabaja con una bomba de refrigerante de 0.18KW o no, según su propio diseño, siendo esta una característica restrictiva. Por tanto, para permitir la pluralidad de marcas y postores conforme al RLCE, solicitamos se precise en las bases integradas: OPCIONAL BOMBA DE REFRIGERANTE DE 0.18 kW, O SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que también se aceptara, Bomba de refrigerante de 0.18 kw, o según tecnología de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que también se aceptara, Bomba de refrigerante de 0.18 kw, o según tecnología de cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

PEQUEÑA ABERTURA EN LA PARED LATERAL PARA TRABAJOS LARGOS

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el punto 16 de las especificaciones técnicas se precisa que el equipo cuente con UNA PEQUEÑA ABERTURA EN LA PARED LATERAL PARA TRABAJOS LARGOS. Sin embargo, indicamos al comité que en el mercado algunas marcas que cuentan con esta capacidad y otras no, siendo una característica restrictiva. Por tanto, para permitir la pluralidad de marcas y postores conforme al RLCE, solicitamos se precise: OPCIONAL PEQUEÑA ABERTURA EN LA PARED LATERAL PARA TRABAJOS LARGOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que se deberá de cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas del área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que se deberá de cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas del área usuaria

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

TORNILLO DE LEVA

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el antepenúltimo punto de las especificaciones técnicas se precisa que el equipo tenga un JUEGO DE TORNILLO DE LEVA. Solicitamos al comité de selección, que se acepte o JUEGO DE TORNILLO DE LEVA O TAMBIÉN SE ACEPTE DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN, ya que ambos tienen el mismo fin.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que se deberá de cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas del área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que se deberá de cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas del área usuaria

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

220V/50Hz

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el penúltimo punto de las especificaciones técnicas se precisa que el equipo sea de 220V/50Hz. Sin embargo, OBSERVAMOS este punto , ya que en Perú no funcionan equipos con 50Hz sino con 60Hz. Si no se cambia, se estaría entregando un equipo que NO SE PODRÁ ENCHUFAR SIQUIERA en el laboratorio. Solicitamos se precise en las bases integradas: 220V/60Hz

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria y el comité de selección acogen la observación en las bases integradas se modificara que el equipo para su funcionamiento sea de 220V/60Hz.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El área usuaria y el comité de selección acogen la observación en las bases integradas se modificara que el equipo para su funcionamiento sea de 220V/60Hz.



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

CAMA CON RANURA EN T

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el último punto de las especificaciones técnicas se precisa que piden una CAMA CON RANURA EN T 110mm x 200mm con ranura en T de 10mm. Indicamos al comité de selección, que cada fabricante contará con su propia medida de mesa de trabajo con ranura en T, si se colocan dichas dimensiones, NINGUN FABRICANTE PODRÁ PARTICIPAR DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN , pues es restrictivo. Siendo así, solicitamos al comité de selección que sólo se indique lo siguiente: MESA O TABLERO CON RANURA EN T, DIMENSIONES SEGÚN CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que también aceptar que la Mesa o tablero con ranura en T, sean con dimensiones según cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que también aceptar que la Mesa o tablero con ranura en T, sean con dimensiones según cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

DIMENSIONES, TIPO DE MATERIAL, COLOR

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en la parte final de las especificaciones técnicas solicitan DIMENSIONES, TIPO DE MATERIAL Y COLOR del equipo. Es importante recordar al comité de selección, que no se pueden colocar dimensiones ni colores en las especificaciones técnicas de un bien, pues se estaría dirigiendo a una marca en específico, y se estaría restringiendo la participación de otras marcas y empresas. Por tanto, solicitamos amablemente que se precise en las bases integradas y se indique: DIMENSIONES, TIPO DE MATERIAL, COLOR: SEGÚN CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que las Dimensiones, tipo de material, color: serán según cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que las Dimensiones, tipo de material, color: serán según cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en la parte final de las especificaciones técnicas solicitan OTRAS CARACTERÍSTICAS adicionales. Indicamos al comité de selección, que dichas características pertenecerían sólo a una marca en específico, y por tanto no permitiría la pluralidad de marcas y postores en el presente proceso de selección, limitando así la participación de empresas. En ese sentido, solicitamos al comité de selección que dichas OTRAS CARACTERÍSTICAS sean OPCIONALES únicamente (abrasión manual, corriente, servomotor, luz roja, etc.). Que se indique en las BASES INTEGRADAS que son OPCIONALES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria precisa que, los Consumibles usado por el fabricante deben de garantizar el funcionamiento durante la garantía del equipo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El área usuaria precisa que, los Consumibles usado por el fabricante deben de garantizar el funcionamiento durante la garantía del equipo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SERVICIOS CONEXOS (opcional )

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el literal IX de las especificaciones técnicas solicitan SERVICIOS CONEXOS de manera opcional. Es importante hacer notar al comité que estos SERVICIOS CONEXOS no pueden ser Opcionales, ya que estos equipos requieren indiscutiblemente de una instalación y capacitación. Por tanto NO PUEDEN SER OPCIONALES como indican las presentes bases. Favor de revisar y corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que los servicios conexos NO serán OPCIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria aclara que los servicios conexos NO serán OPCIONALES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:  
CAPACITACIÓN

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el literal IX de las especificaciones técnicas solicitan SERVICIOS CONEXOS , en específico la CAPACITACIÓN, indica que serán 05 días en total. Es importante hacer notar al comité que para este tipo de máquina, 05 días es una cantidad de días totalmente exagerada, que además involucra un mayor precio final de la oferta. Solicitamos cordialmente que se acepte como mínimo 02 días de capacitación en total.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 3.1    Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que serán Mínimo 02 días de capacitación en total con 08 horas lectivas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que serán Mínimo 02 días de capacitación en total con 08 horas lectivas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE MICROCORTE DE MUESTRAS EN LAMINAS DELGADAS (MICROTOMO) ¿  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Ruc/código :	20606421070	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	18:37:16

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en los requisitos de calificación, se indica que los bienes similares son MAQUINAS INDUSTRIALES EN GENERAL , EQUIPOS INDUSTRIALES. Es importante hacer notar al comité, que los equipos solicitados NO SON MAQUINAS INDUSTRIALES, sino MÁQUINAS DE LABORATORIO O DE ENSAYOS. Por tanto, solicitamos amablemente se amplien los bienes similares y se indique: EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que también se aceptara Experiencia en equipos de laboratorio en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que también se aceptara Experiencia en equipos de laboratorio en general