

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código : 20547961456

Nombre o Razón social : JOSSON MEDICAL EIRL

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 14:39:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

GENERALIDADES

1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Podemos observar que en este punto al Ítem 1 corresponden 7 sub ítems, quiere decir que es la convocatoria por paquete.

Sin embargo, en el cuadro de CRONOGRAMA DE ENTREGA CUATRIMESTRAL aparece una relación de los 7 ítems independientes, lo mismo en el cuadro de REQUERIMIENTO DE MATERIAL MEDICO PARA CIRUGIA.

Solicitamos confirmación si la compra es por paquete, es decir: "Un solo proveedor para los 7 sub ítems motivo de la convocatoria?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP I **Literal:** 1.2 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES EN PAQUETE 1 ITEM Y 7 SUB ITEM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código : 20547961456

Nombre o Razón social : JOSSON MEDICAL EIRL

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 14:39:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

GENERALIDADES

1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Podemos observar que en este punto al Ítem 1 corresponden 7 sub ítems, quiere decir que es la convocatoria por paquete, donde el postor forzosamente debe contar con los 7 sub ítems para poder participar de la selección.

Amparados en el Principio de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato y Competencia, establecidos en el Art. 2º de la Ley de Contrataciones con el Estado, solicitamos respetuosamente al Comité de Selección eliminación de la modalidad del paquete y la posibilidad de participación por los ítems de manera independiente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP I

Literal: 1.2

Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO PROCEDE LA CONSULTA, SE CONSIDERA 1 ITEM CON 7 SUB ITEM, DADO QUE EN EL ESTUDIO DE MERCADO PREVIO ,SE DEMOSTRÓ LA PLURALIDAD DE POSTORES QUE PODÍAN CUMPLIR CON ATENDER LA TOTALIDAD DEL PAQUETE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código : 20547961456

Nombre o Razón social : JOSSON MEDICAL EIRL

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 14:39:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

KIT TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS

CODIGO SIGA 49.57.0144.0293

PRESENTACION: caja de cartón que contiene un blíster con:

- ¿ Dos piezas de cánula de 5 mm con llave de paso
- ¿ Dos piezas de cánula de 10 mm con llave de paso
- ¿ Una pieza de obturador retráctil de 5 mm
- ¿ Una pieza de obturador retráctil de 10 mm
- ¿ Una pieza de aguja de Veress de 2.1 mm x 120 mm
- ¿ Una bolsa estándar de 250 ml

De la descripción de la presentación se puede notar que es un KIT TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 8 PIEZAS.

Solicitamos amablemente al comité evaluador aclarar la cantidad de piezas del kit de trocaries que solicitan.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** EETT **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DETERMINO QUE SE REQUIERE UN KIT TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS + 1 BOLSA DE 250ML A 400ML ; POR LO QUE SE CONSIDERA COMO COMPLEMENTO NECESARIO PARA LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS.

SE ACLARA QUE SE REQUIERE UN KIT TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS + 1 BOLSA DE 250ML A 400ML"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE SE REQUIERE UN KIT TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS + 1 BOLSA DE 250ML A 400ML

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código : 20547961456

Nombre o Razón social : JOSSON MEDICAL EIRL

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 14:39:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

KIT TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS

CODIGO SIGA 49.57.0144.0293

PRESENTACION: caja de cartón que contiene un blíster con:

- ¿
- ¿ Una bolsa estándar de 250 ml

Solicitamos respetuosamente al comité de selección amparados del principio de libertad de concurrencia y competencia acepten una bolsa estándar de 400 ml

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** EETT **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION, DESPUES DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA, PROCEDE A ACEPTAR LA CONSULTA Y SE ACEPTA LA BOLSA ESTANDAR DE 400 ML. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BOLSA ESTANDAR DE 250 ML A 400 ML

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20608169718	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	MASAI MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	17:57:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el objeto de convocatoria, Numeral 1.2, ítem 1 solicitan 7 Sub-ítem.
Por lo que solicitamos: que para una mayor participación de postores y evitar direccionamientos, de acuerdo a los principios de Libre concurrencia*, SOLICITAMOS AL COMITÉ ampliar los términos de participación, nos referimos a que la convocatoria sea por Ítem.

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: iii Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libre concurrencia según el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado DECRETO

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO PROCEDE LA CONSULTA, SE CONSIDERA 1 ÍTEM PAQUETE CON 7 SUB ÍTEM, DADO QUE EN EL ESTUDIO DE MERCADO PREVIO, SE DEMOSTRO LA PLURALIDAD DE POSTORES QUE PODÍAN CUMPLIR CON ATENDER LA TOTALIDAD DEL PAQUETE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20498185305	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES MILENIUM S.R.L.	Hora de envío :	10:48:41

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta que existen muchos fabricantes con diferentes marcas y diseños y que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacional, solicitamos al Comité de Selección y al Área Usuaría, disgregar el ítem paquete en ítems por separado, en aras de impulsar la libre competencia y la mayor pluralidad de postores.

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: NA Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO PROCEDE LA CONSULTA, SE CONSIDERA 1 ÍTEM CON 7 SUB ÍTEM, DADO QUE EN EL ESTUDIO DE MERCADO PREVIO, SE DEMOSTRÓ LA PLURALIDAD DE POSTORES QUE PODÍAN CUMPLIR CON ATENDER LA TOTALIDAD DEL PAQUETE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código : 20605702504

Nombre o Razón social : MEDICA & SALUD E.I.R.L.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 18:03:04

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la página 35 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, ITEM N° 2: MANGA DE POLIETILENO ESTERIL PARA LAPAROSCOPIA 18 CM X 2.5 M

Características:

- Incluye: 04 unidades de liga de seguridad y 4 unidades de cinta adhesiva para el fijado.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: respecto a la cantidad de ligas, se solicita al comité que se considere de 2 a 4 unidades de ligas, debido a que la cantidad que están indicando son exactas, para poder contar con mayor participación de postores.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, DESPUES DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA, PROCEDE A ACEPTAR LA CONSULTA CON LA CANTIDAD DE LIGA DE 2 - 4 UNIDADES. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INCLUYE: 02 - 04 UNIDADES LIGAS DE SEGURIDAD Y 02 - 04 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA PARA EL FIJADO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código : 20605702504

Nombre o Razón social : MEDICA & SALUD E.I.R.L.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 18:03:04

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la página 35 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, ITEM N° 2: MANGA DE POLIETILENO ESTERIL PARA LAPAROSCOPIA 18 CM X 2.5 M

DIMENSIONES

- Espesor :4 micras

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: respecto al espesor, se solicita al comité que se considere de 3 a 4 micras, debido a que las medidas que están indicando son exactas, para poder contar con mayor participación de postores.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, DESPUES DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA, PROCEDE A ACEPTAR LA CONSULTA Y SE ACEPTA EL RANGO DE ESPESOR DE 3 - 4 MICRAS. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPESOR: 3 - 4 MICRAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:33:18

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

"ELECTRODO HOOK

En la especificación técnica solicitan lo siguiente :

Tipo: acero inoxidable quirúrgico (sus301), ABS: acrilonitrilo butadieno, estireno, PTFE: politetrafluoroetileno.

En la actualidad se comercializan Hook de diversas procedencias y fabricantes los cuales se elaboran con con diversidad de polimeros y acero, los cuales son comercializados sin ninguna restriccion, por lo mismo se solicita al comite de seleccion que se acepte el hook sea de acero inoxidable , y todo tipò de polimeros."

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL ÁREA USUARIA SE ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DEL ELECTRODO HOOK SEAN DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MEDICO. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MEDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:33:18

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
ELECTRODO HOOK

En la especificación técnica solicitan lo siguiente :
Con o sin cable monopolar

Se solicita aclarar si se requiere con cable o sin cable.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, DESPUÉS DE CONSULTAR CON EL ÁREA USUARIA ACLARA QUE EL ÍTEM NO REQUIERE EL CABLE MONOPOLAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SIN CABLE MONOPOLAR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:33:18

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

MANGA DE POLIETILENO ESTERIL PARA LAPAROSCOPICA 18 CM X 2.50 CM

En la especificación técnica solicitan lo siguiente :

Incluye 4 unidades del iga de seguridad y 4 unidades de cinta adhesiva para el fijado

Se solicita al comite que se acepten 2 unidades de liga de seguridad y 2 unidades de cinta adhesica para el fijado ya que, esta característica es propia de una marca en particular y evita pluralidad de postores y marcas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA, SE PROCEDE A ACEPTAR LA CONSULTA CON LA CANTIDAD DE LIGA DE 2 - 4 UNIDADES. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INCLUYE: 02 - 04 UNIDADES LIGAS DE SEGURIDAD Y 02 - 04 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA PARA EL FIJADO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:33:18

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

"PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 31 CM

En la especificación técnica solicitan lo siguiente :

Tenaza o punta de agarre: acero inoxidable (304) /tubo de aislamiento: polietileno de alta densidad (HDPE) y politetrafluoroetileno o teflón (PTFE),
-perilla de rotación: acrilonitrilo butadieno (ABS) y polisulfona (PPSU) / conector: ABS / conector de electrodo (pin) ai-304

En la actualidad se comercializan pinzas de diversas procedencias y fabricantes las cuales se elaboran con con diversidad de polímeros y acero, los cuales son comercializados sin ninguna restricción, por lo mismo se solicita al comité de selección que se acepte la pinza de agarre endoclinch 5mm x 31 cm sea de acero inoxidable , y todo tipo de polímeros."

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DE LA PINZA SEAN DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MEDICO. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MEDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:33:18

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 31 CM

En la especificación técnica solicitan lo siguiente :

Longitud 31 cm

Se solicita al comité aclarar si la medida es de 31 cm o 33 cm

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, DESPUÉS DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA SE CONSIDERA "PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 33 CM. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 33 CM.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:33:18

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

"PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 31 CM

En la especificación técnica solicitan lo siguiente :
longitud de la punta 22 mm

Se solicita se pueda ampliar esta característica con un rango de +/- 3 mm"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUÉS DE CONSULTAR CON EL ÁREA USUARIA, SE REQUIEREN PINZAS DE AGARRE CON LONGITUD DE LA PUNTA 22MM +/- 3MM. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

longitud de la punta 22 mm +/- 3MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:33:18

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

"PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPICA DE 5MM X 33 CM

En la especificación técnica solicitan lo siguiente :

Tenaza o punta de agarre: acero inoxidable (304) / tubo de aislamiento: polietileno de alta densidad (HDPE) y politetrafluoroetileno o teflón (PTFE) /perilla de rotación: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y polifenilsulfona (PPSU) / mango: ABS / conector de electrodo (pin) AI-304

En la actualidad se comercializan pinzas de diversas procedencias y fabricantes las cuales se elaboran con con diversidad de polimeros y acero, los cuales son comercializados sin ninguna restriccion, por lo mismo se solicita al comite de seleccion que se acepte pinza grasper para laparoscopica de 5mm x 33 cm sea de acero inoxidable , y todo tipo de polimeros."

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DE LA PINZA SEAN DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MEDICO. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MEDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:33:18

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

"PINZA MARYLAND 5MM X 33CM

En la especificación técnica solicitan lo siguiente :

Punta disector acero inoxidable (304) / tubo de aislamiento: polietileno de alta densidad (HDPE) y politetrafluoroetileno o teflón (PTFE) / perilla de rotación: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y polifenisulfona (PPSU) / conector: ABS / conector de electrodo (pin) Al-304

En la actualidad se comercializan pinzas de diversas procedencias y fabricantes las cuales se elaboran con con diversidad de polimeros y acero, los cuales son comercializados sin ninguna restriccion, por lo mismo se solicita al comite de seleccion que se acepte pinza maryland de 5mm x 33 cm sea de acero inoxidable , y todo tipò de polimeros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DE LA PINZA SEAN DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MEDICO. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MEDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:33:18

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

"TIJERA METZEMBAUM CURVA 5MM X 33 CM

En la especificación técnica solicitan lo siguiente :

Hojas cortantes: acero inoxidable (304) / tubo de aislamiento: polietileno de alta densidad (HDPE) y politetrafluoroetileno o teflón (PTFE) / perilla de rotación: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y polifenisulfona (PPSU) /conector: ABS / conector de electrodo (PIN) AI-304

En la actualidad se comercializan pinzas y tijeras de diversas procedencias y fabricantes las cuales se elaboran con con diversidad de polimeros y acero, los cuales son comercializados sin ninguna restriccion, por lo mismo se solicita al comite de seleccion que se acepte la tijera metzembaum curva 5mm x 33cm sea de acero inoxidable , y todo tipò de polimeros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DE LA TIJERA SEAN DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MEDICO. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MEDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:33:18

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

"En la especificación técnica solicitan lo siguiente :
Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita la comité establecer en las bases el porcentaje y el monto establecido de experiencia del postor para mypes, con el fin de que se pueda ampliar la participacion de postores"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ES UNA LICITACION PUBLICA POR 1 (UN)ITEM PAQUETE, POR LO QUE SOLO APLICARIA DICHA BONIFICACION EN CASO SEA POR RELACION DE ITEMS Y ALGUN ITEM CORRESPONDA SER UNA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA; CUYO CASO NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:49:28

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
ELECTRODO HOOK
MATERIAL: tipo de acero inoxidable quirurgico (SUS301), ABS: acrilomitrilo butadineo estireno, PTFE: Politetrafluoroetileno

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE SE ACEPTE TAMBIEN QUE EL MATERIAL ESTE COMPUESTO POR TODO TIPO DE ACERO INOXIDABLE Y POLIMEROS EN GENERAL. EN CASO NO ACEPTAR SUSTENTAR TECNICAMENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DEL ELECTRODO HOOK SEAN DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MEDICO. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACEPTARA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MEDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:49:28

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

MANGA DE POLIETILENO ESTERIL PARA LAPAROSCOPICA 18 CM X 2.50 M
DIMENSIONES: 2.5MT

ACTUALMENTE, SE COMERCIALIZAN MANGAS DE POLIETILENO CON DIVERSIDAD DE LONGITUDES, SOLICITAMOS AL COMITE SE PUEDA AMPLIAR LA LONGITUD REQUERIDA. CON UN RANGO DE +/- 40 CM. EN CASO NO SE ACEPTE SUSTENTAR TECNICAMENTE

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA, SE ACEPTA AMPLIAR LA LONGITUD CON RANGO DE 2.50 MT +/- 40CM. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LONGITUD 2.50 MT +/- 40CM.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:49:28

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 31 CM

MATERIALES:

TENAZA O PUNTA DEC AGARRE: ACERO INOXIDABLE 304

TUBO DE AISLAMIENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) Y POLITETRAFLUOROETILENO O TEFLON (PTFE)

PERILLA DE ROTACION: ACRILONITRILOBUTADIENO ESTIERNO (ABS) Y POLIFENILSULFONA (PPSU)

MANGO: ABS

CONECTOR DE ELECTRODO (PIN) AI-304

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE SE ACEPTE TAMBIEN QUE EL MATERIAL ESTE COMPUESTO POR TODO TIPO DE ACERO INOXIDABLE Y POLIMEROS EN GENERAL. EN CASO NO ACEPTAR SUSTENTAR TECNICAMENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DE LA PINZA SEAN DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MEDICO. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MEDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:49:28

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 31 CM
DIMENSIONES: LONGITUD 31 CM

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE ACLARE SI LA LONGITUD QUE SE NECESITA EN ESTE ITEM ES 31 CM, YA QUE ESTA MEDIDA NO SE COMERCIALIZA EN EL MERCADO

DEBE DECIR: PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 33 CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, DESPUÉS DE CONSULTAR CON EL ÁREA USUARIA ACLARA "PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 33 CM. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 33 CM.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:49:28

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA DE 5MM X 33 CM

MATERIALES:

TENAZA O PUNTA DEC AGARRE: ACERO INOXIDABLE 304

TUBO DE AISLAMIENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) Y POLITETRAFLUOROETILENO O TEFLON (PTFE)

PERILLA DE ROTACION: ACRILONITRILOBUTADIENO ESTIERNO (ABS) Y POLIFENILSULFONA (PPSU)

MANGO: ABS

CONECTOR DE ELECTRODO (PIN) AI-304

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE SE ACEPTE TAMBIEN QUE EL MATERIAL ESTE COMPUESTO POR TODO TIPO DE ACERO INOXIDABLE Y POLIMEROS EN GENERAL. EN CASO NO ACEPTAR SUSTENTAR TECNICAMENTE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DE LA PINZA SEAN DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MEDICO. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MEDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:49:28

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:
PINZA DE AGARRE PARA LAPAROSCOPIA DE 5MM X 33 CM
CARACTERISTICAS: INSTRUMENTO DE AGARRE DENTADO ATRAUMATICO TIPO COCODRILO

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE SE ACEPTE TAMBIEN PINZA DE AGARRE PARA LAPAROSCOPIA DE 5MM X 33 CM CON MANDIBULA FENESTRADA Y DIENTES ATRAUMATICOS EN CASO NO ACEPTAR SUSTENTAR TECNICAMENTE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA, LA CARACTERÍSTICA "INSTRUMENTO DE AGARRE DENTADO ATRAUMATICO TIPO COCODRILO Y/O MANDÍBULA FENESTRADA Y DIENTES ATRAUMATICOS".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
INSTRUMENTO DE AGARRE DENTADO ATRAUMATICO TIPO COCODRILO Y/O MANDÍBULA FENESTRADA Y DIENTES ATRAUMATICOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:49:28

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

PINZA MARYLAND 5MM X 33 CM

MATERIALES:

PUNTA DISECTOR: ACERO INOXIDABLE 304

TUBO DE AISLAMIENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) Y POLITETRAFLUOROETILENO O TEFLON (PTFE)

PERILLA DE ROTACION: ACRILONITRILOBUTADIENO ESTIERNO (ABS) Y POLIFENILSULFONA (PPSU)

MANGO: ABS

CONECTOR DE ELECTRODO (PIN) AI-304

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE SE ACEPTE TAMBIEN QUE EL MATERIAL ESTE COMPUESTO POR TODO TIPO DE ACERO INOXIDABLE Y POLIMEROS EN GENERAL. EN CASO NO ACEPTAR SUSTENTAR TECNICAMENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DE LA PINZA SEAN DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MEDICO. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MEDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:49:28

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

TIJERA METZEMBAUM CURVA 5MM X 33 CM

MATERIALES:

HOJAS CORTANTES: ACERO INOXIDABLE 304

TUBO DE AISLAMIENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) Y POLITETRAFLUOROETILENO O TEFLON (PTFE)

PERILLA DE ROTACION: ACRILONITRILOBUTADIENO ESTIERNO (ABS) Y POLIFENILSULFONA (PPSU)

MANGO: ABS

CONECTOR DE ELECTRODO (PIN) AI-304

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE SE ACEPTÉ TAMBIÉN QUE EL MATERIAL ESTE COMPUESTO POR TODO TIPO DE ACERO INOXIDABLE Y POLÍMEROS EN GENERAL. EN CASO NO ACEPTAR SUSTENTAR TÉCNICAMENTE

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DE LA TIJERA SEA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MÉDICO. SE CORRIJE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARÁ DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MÉDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:49:28

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

KIT DE TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS

MATERIALES DEL DISPOSITIVO:

CANULA: POLICARBONATO (PC)

BASE DE LA CANULA: ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS)

CUCHILLA: ACERO INOXIDABLE 304

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE SE ACEPTÉ TAMBIÉN QUE EL MATERIAL ESTE COMPUESTO POR TODO TIPO DE ACERO INOXIDABLE Y POLÍMEROS EN GENERAL. EN CASO NO ACEPTAR SUSTENTAR TÉCNICAMENTE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DEL KIT SEAN DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MEDICO. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MEDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:49:28

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LAS SIGUIENTES VENTAS DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE, CON EL FIN DE TENER MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE ACEPTE COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DESCARTABLE Y/O REUSABLE.

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA POR LO QUE SE CONSIDERARA A BIENES SIMILARES A LAS SIGUIENTES VENTA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DESCARTABLE Y/O REUTILIZABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BIENES SIMILARES A LAS SIGUIENTES VENTA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DESCARTABLE Y/O REUTILIZABLE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:07:37

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

ELECTRODO HOOK
MATERIAL:

En el mercado existen electrodos hook los cuales se fabrican con diversos tipos de acero inoxidable y diferentes aleaciones de polímero, los cuales no afectan al funcionamiento correcto, en aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas se solicita al comité que se pueda aceptar que el tipo de material sea de acero inoxidable quirúrgico y/o derivados, y todo tipo de polímeros en general.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DEL HOOK SEAN DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MÉDICO. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARÁ DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MÉDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:07:37

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:
ELECTRODO HOOK
CARACTERISTICAS:
CON CABLE O SIN CABLE MONOPOLAR

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, se solicita se aclare si el electrodo hook se requiere con cable o sin cable monopolar descartable, ya que este tiene un costo adicional y esto puede generar una variación en la propuesta económica final.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, DESPUES DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL ITEM NO REQUIERE EL CABLE MONOPOLAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SIN CABLE MONOPOLAR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código : 20606894555

Nombre o Razón social : GALEYA MEDICAL S.A.C.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 19:07:37

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

ELECTRODO HOOK
TIPO Y DIMENSIONES:
LONGITUD DE 33 CM

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, se solicita ampliar la longitud de 33 - 36 cm.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, DESPUÉS DE CONSULTAR CON EL ÁREA USUARIA, ACEPTA SU CONSULTA, se considera LONGITUD DE 33 CM - 36CM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LONGITUD DE 33 CM - 36CM.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código : 20606894555

Nombre o Razón social : GALEYA MEDICAL S.A.C.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 19:07:37

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

MANGA DE POLIETILENO ESTERIL PARA LAPAROSCOPICA 18 CM X 2.50 CM
DIMENSIONES:
LONGITUD: 2.5 MT

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, considerando que hay medidas comerciales que se distribuyen a nivel nacional se solicita al comité ampliar el rango de longitud desde 2.13 mt - 2.50 mt

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA, SE ACEPTA AMPLIAR LA LONGITUD CON RANGO DE 2.50 MT +/- 40CM. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
LONGITUD 2.50 MT +/- 40CM.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código : 20606894555

Nombre o Razón social : GALEYA MEDICAL S.A.C.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 19:07:37

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 31 CM
MATERIALES:

En el mercado existen pinzas de agarre que se fabrican con diversos tipos de acero inoxidable y diferentes aleaciones de polímero, los cuales no afectan al funcionamiento correcto, en aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, se solicita al comité que se pueda aceptar que el tipo de material sea de acero inoxidable quirúrgico y derivados, y todo tipo de polímeros en general.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DE LA PINZA SEAN DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MÉDICO. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MÉDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:07:37

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:
PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 31 CM
DIMENSIONES:
LONGITUD 31 CM

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al comité ampliar la longitud en rangos de 31 cm - 33 cm.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, DESPUES DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACEPTA "PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 33 CM. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 33 CM.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código : 20606894555

Nombre o Razón social : GALEYA MEDICAL S.A.C.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 19:07:37

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 31 CM
DIMENSIONES:
LONGITUD DE LA PUNTA 22MM

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, se solicita se acepte que la longitud de la punta sea desde 20mm - 23mm

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA, SE ACEPTA SU CONSULTA POR LO QUE SE REQUIEREN PINZAS DE AGARRE CON LONGITUD DE LA PUNTA 22MM +/- 3MM. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

longitud de la punta 22 mm +/- 3mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:07:37

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPICA DE 5MM X 33 CM

MATERIALES:

En el mercado existen pinzas de agarre que se fabrican con diversos tipos de acero inoxidable y diferentes aleaciones de polímero, los cuales no afectan al funcionamiento correcto, en aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, se solicita al comité que se pueda aceptar que el tipo de material sea de acero inoxidable quirúrgico y derivados, y todo tipo de polímeros en general.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DE LA PINZA SEAN DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MÉDICO. SE CORRIJE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MÉDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:07:37

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPICA DE 5MM X 33 CM

CARACTERISTICAS:

INSTRUMENTO DE AGARRE DENTADO ATRAUMATICO TIPO COCODRILO

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, considerando que en la actualidad existen también pinzas de agarre con fenestra central las cuales tienen un mejor agarre, solicitamos al comité que se acepte también instrumento de agarre dentado atraumático tipo cocodrilo y/o fenestrado

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUEGO DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA, SE ACEPTA LA CARACTERISTICA "INSTRUMENTO DE AGARRE DENTADO ATRAUMATICO TIPO COCODRILO Y/O MANDIBULA FENESTRADA". SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INSTRUMENTO DE AGARRE DENTADO ATRAUMATICO TIPO COCODRILO Y/O MANDIBULA FENESTRADA Y DIENTES ATRAUMATICOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:07:37

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPICA DE 5MM X 33 CM

DIMENSIONES:

LONGITUD DE LA PUNTA 17 MM +/- 3MM

En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, , se solicita se acepte que la longitud de la punta sea desde 16mm - 22mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, DESPUES DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA, SE CONSIDERA LONGITUD DE LA PUNTA 17 MM +/- 5MM. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LONGITUD DE LA PUNTA 17 MM +/- 5MM.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código : 20606894555

Nombre o Razón social : GALEYA MEDICAL S.A.C.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 19:07:37

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

PINZA MARYLAND 5MM X 33CM

MATERIALES:

En el mercado existen pinzas de agarre que se fabrican con diversos tipos de acero inoxidable y diferentes aleaciones de polímero, los cuales no afectan al funcionamiento correcto, en aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, se solicita al comité que se pueda aceptar que el tipo de material sea de acero inoxidable quirúrgico y derivados, y todo tipo de polímeros en general.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DE LA PINZA SEAN DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MÉDICO. SE CORRIJE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MÉDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:07:37

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

TIJERA METZEMBAUM CURVA 5MM X 33 CM
MATERIALES:

En el mercado existen tijeras quirúrgicas descartables que se fabrican con diversos tipos de acero inoxidable y diferentes aleaciones de polímero, los cuales no afectan al funcionamiento correcto, en aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, se solicita al comité que se pueda aceptar que el tipo de material sea de acero inoxidable quirúrgico y derivados, y todo tipo de polímeros en general.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL AREA USUARIA ACEPTA LA CONSULTA ACCEDIENDO A QUE LOS COMPONENTES DE LA TIJERA SEA DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS GRADO MEDICO. SE CORRIGE EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTARA DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO Y TODO TIPO DE POLÍMEROS DE GRADO MEDICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:07:37

Observación: Nro. 41
Consulta/Observación:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se solicita la comité aclarar el porcentaje de experiencia para mypes para el cumplimiento de la experiencia del postor, ya que no se especifica en las bases

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ES UNA LICITACION PUBLICA POR 1 (UN)ITEM PAQUETE, POR LO QUE SOLO APLICARIA DICHA BONIFICACION EN CASO SEA POR RELACION DE ITEMS Y ALGUN ITEM CORRESPONDA SER UNA ADJUDICACION SIMPLIFICADA; CUYO CASO NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - HOSPITAL GOYENECHÉ

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-HG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ - AREQUIPA

Ruc/código : 20606894555

Nombre o Razón social : GALEYA MEDICAL S.A.C.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 19:07:37

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES " VENTA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA"

Se solicita al comité se acepte como experiencia " venta de instrumental para cirugía laparoscópica, reusable, descartable y/o material médico"

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE CONSULTAR CON EL ÁREA USUARIA ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA, POR LO QUE SE CONSIDERARÁ A BIENES SIMILARES A LAS SIGUIENTES VENTA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DESCARTABLE Y/O REUTILIZABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BIENES SIMILARES A LAS SIGUIENTES VENTA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DESCARTABLE Y/O REUTILIZABLE