

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Nomenclatura :	AS-SM-38-2024-INIA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20557098403	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	INNOVACION GANADERA S.A.C.	Hora de envío :	16:09:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

buenas tardes. en las características descritas del tanque de nitrógeno de 50 litros corresponden a un modelo que no incluye la posibilidad de canastillas, si el modelo requerido debe incluir canastillas las características deberían ser:  
apertura del cuello: 127mm  
altura general (cm): 67.3  
Diámetro exterior (cm): 50.8  
peso vacío (kg): 15.4  
Peso completo (kg): 43.5

solicitamos amablemente al comité de selección y al área usuaria nos aclaren si el bien solicitado corresponde al modelo que no incluye canastillas (características descritas en las bases de la adjudicación) o si es el modelo que incluye las canastillas en cuyo caso las dimensiones solicitadas deberían ser modificadas.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 22  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia  
con el artículo  
29° del  
Reglamento de  
la Ley de  
Contrataciones  
del Estado, SE  
ACOGIÓ  
PARCIALMENTE  
la propuesta  
con la finalidad  
de que exista  
una mayor pluralidad de  
postores. Se  
modificará de  
apertura del  
cuello: 64 mm  
altura general  
(mm): 775,  
Diámetro  
exterior (mm):  
432  
peso vacío (kg):  
14, Peso  
completo (kg):  
54.4 por  
apertura del  
cuello (mm) : 64  
a 127, altura  
general (mm):  
673 a 775,  
Diámetro

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA		
Nomenclatura :	AS-SM-38-2024-INIA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934		

	Específico	3.1	4	22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

exterior (mm):  
432 a 508, peso  
vacío (kg): 14 a  
15.4, Peso  
completo (kg):  
43.5 a 54.4

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN LAS  
BASES  
INTEGRADAS  
SE  
MODIFICARÁ  
Y QUEDARA  
DE LA  
SIGUIENTE  
MANERA :  
TANQUE DE  
NITROGENO  
DE 50  
LITROS DESEMPEÑO  
:  
apertura del  
cuello (mm):  
64 a 127  
altura general  
(mm): 673 a  
775  
Diámetro  
exterior (mm):  
432 a 508  
peso vacío  
(kg): 14 a 20  
Peso  
completo (kg):  
43.5 a 54.4

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20557098403	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	INNOVACION GANADERA S.A.C.	Hora de envío :	16:09:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

buenas tardes. en las características de tanque de nitrógeno de 3 a 4 lts, en dimensiones de la unidad solicitan:  
apertura de cuello (cm): máximo 5.1  
diámetro de canastilla (cm): máximo 3.8

solicitamos amablemente al comité de selección permitir en pro de una mayor participación de postores  
apertura de cuello (cm): máximo 5.5  
diámetro de canastilla (cm): máximo 4.2  
características que no representan ninguna desventaja en el bien

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En concordancia  
con el artículo  
29° del  
Reglamento de  
la Ley de  
Contrataciones  
del Estado, SE  
ACOGE  
PARCIALMENTE  
E la propuesta  
con la finalidad  
de que exista  
una mayor  
pluralidad de postores. Se  
modificará de  
apertura de  
cuello (mm):  
máximo 5.1  
diámetro de  
canastilla (mm):  
máximo 3.8 por  
apertura de  
cuello (mm): 5.1  
a 5.5 diámetro  
de canastilla  
(mm): 1.65 a  
4.2

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
EN LAS  
BASES  
INTEGRADAS  
SE  
MODIFICARÁ  
Y QUEDARÁ  
DE LA

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Nomenclatura :	AS-SM-38-2024-INIA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

---

SIGUIENTE  
MANERA :  
TANQUE DE  
NITROGENO DE 3 a 4  
LITROS  
DESEMPEÑO  
:  
apertura de  
cuello (mm):  
5.1 a 5.5  
diámetro de  
canastilla  
(mm): 1.65 a  
4.2

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 50 litros se indica el año de fabricacion 2022 en adelante. Consideramos muy pesados y antiguos los de fabricación 2022 por lo que solicitamos se considere del 2024.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordado con el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la definición de los Requerimientos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, se indica que los Requerimientos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la finalidad pública por lo tanto, NO SE ACOGE, esto con la finalidad de promover la pluralidad de postores y marcas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 50 litros se indica las dimensiones de Apertura del cuello de 64 cm (suponemos un error) por lo que solicitamos se considere de 60 a 80 mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENT E la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de apertura del cuello: 64 mm por Se modificara de apertura del cuello: 64 a 127 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 50 LITROS DESEMPEÑO :  
apertura del cuello: 64 a 127 mm

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 50 litros se indica la Altura General de 775 cm por lo que solicitamos se considere De 775 a 900 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENT E la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de altura general de 775 mm por altura generad de (mm): 673 a 775

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 50 LITROS DESEMPEÑO : altura general (mm):673 a 775

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 50 litros se indica como Diámetro exterior: 432 cm por lo que solicitamos se considere de 430 a 500 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENT E la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de Diámetro exterior de 432 mm por (mm):  
432 a 508

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 50 LITROS DESEMPEÑO  
:  
Diámetro exterior (mm): 432 a 508



Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 50 litros se indica un Peso vacío 14 Kgs. por lo que solicitamos se considere De 14 a 20 Kgs.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENT E la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de peso vacío 14 kgs por peso vacío de 14 a 20 kgs

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 50 LITROS DESEMPEÑO :  
Peso vacío de 14 a 20 kgs

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 33.4 litros se indica como Capacidad 33.4 litros por lo que solicitamos se considere De 33 a 35 litros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se amplía las características de capacidad 33.4 litros por

Capacidad de 33 a 35 litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 33.4 LITROS DESEMPEÑO

:

Capacidad 33 a

35 litros

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 33.4 litros se indica Apertura de cuello de 92 cm por lo que solicitamos se considere de 50 a 92 mm.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de apertura del cuello: 92 mm por apertura de cuello 50 a 92 mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 33.4 LITROS DESEMPEÑO

:

apertura del cuello: 50 a 92 mm

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 33.4 litros se indica Altura general de 680 cm por lo que solicitamos se considere De 680 a 690 mm.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de altura general de 680 mm por altura general de (mm): 660 a 690.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 33.4 LITROS DESEMPEÑO

:

altura general (mm): 660 a 690.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 33.4 litros se indica Diámetro exterior de 480 cm por lo que solicitamos se considere de 430 a 480 cm.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de diámetro exterior: 480 mm por diámetro exterior 464 a 480 mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 33.4 LITROS DESEMPEÑO

:

Diámetro exterior 464 a 480

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 33.4 litros se indica Peso vacío: 19 Kgs. por lo que solicitamos se considere de 16 a 19 Kgs.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENT E la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de peso vacío 19 kgs por peso vacío 15 a 19 kgs

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 33.4 LITROS DESEMPEÑO :  
Peso vacío de 15 a 19 kgs

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 20 litros se indica Apertura del cuello de 92 cm por lo que solicitamos se considere de 50 a 92 mm.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENT E la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de apertura del cuello: 92 mm por apertura de cuello 50 a 92 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 20 LITROS DESEMPEÑO :  
apertura del cuello: 50 a 92 mm

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 20 litros se indica Altura general: 660 cm por lo que solicitamos se considere de 590 a 660 mm.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENT E la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de altura general de 660 m por altura general de (mm): 650 a 660.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 20 LITROS DESEMPEÑO : altura general (mm): 650 a 660.



Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 20 litros se indica Diámetro exterior 398 cm por lo que solicitamos se considere de 398 a 360 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de Diámetro exterior de 398 mm por (mm): 360 a 398

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 20 LITROS DESEMPEÑO  
:  
Diámetro exterior (mm): 360 a 398

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 11 litros se indica Capacidad: 11 litros por lo que solicitamos se considere de 10 a 11 litros.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENT E la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se amplía las características de capacidad 11 litros por Capacidad de 10 a 11 litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 11 LITROS DESEMPEÑO  
:  
Capacidad 10 a 11 litros

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 11 litros se indica Apertura del cuello: 2.18mm por lo que solicitamos se considere de 50 mm.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENT E la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de apertura del cuello: 2.18 mm por apertura de cuello 550 a 580 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 11 LITROS DESEMPEÑO :  
apertura del cuello: 550 a 580 mm

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 11 litros se indica Altura general: 21.6 mm por lo que solicitamos se considere de 550 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de altura general de 21.6 mm por altura general de (mm): 370 a 550

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 11 LITROS DESEMPEÑO

:  
altura general (mm): 370 a 550.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 11 litros se indica Diámetro exterior: 10.2 mm por lo que se solicita se considere de 300 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de Diámetro exterior de 10.2 mm por Diámetro exterior de 10.2 mm (mm): 170 a 260

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 11 LITROS DESEMPEÑO  
:  
Diámetro exterior (mm): 170 a 260

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 3 a 4 litros se indica Apertura del cuello: 5.1 cm por lo que solicitamos se considere de 50 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

n concordado con el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la definición de los Requerimientos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, se indica que los Requerimientos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la finalidad pública por lo tanto, NO SE ACOGE, debido a que en el estudio de mercado realizado se encontraron marcas que cumplen con lo solicitado motivo por el cual se recomienda ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 3 a 4 litros se indica Altura general: 660 cm por lo que solicitamos se considere de 430 a 660 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de altura general de 660 mm por altura general de (mm): 460 a 660

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 3 A 4 LITROS DESEMPEÑO : altura general (mm): 460 a 660.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 3 a 4 litros se indica Diámetro exterior: 40.6 cm por lo que se solicita se considere De 220 a 40.6 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de Diámetro exterior de 40.6 mm por (mm): 220 a 410

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA :  
TANQUE DE NITROGENO DE 3 A 4 LITROS DESEMPEÑO  
:  
Diámetro exterior (mm): 220 a 410



Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20321818723	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNICA Y DESARROLLO E.I.R.LTDA.	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las características de los bienes respecto al Tanque de Nitrogeno de 3 a 4 litros se indica Peso vacío: 3.6 Kgs. por lo que solicitamos se considere de 3.0 a 3.6 Kgs.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de peso vacío 3.6 kgs por peso vacío 3 a 3.6 kgs

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 3 A 4 LITROS DESEMPEÑO  
:  
Peso vacío de 3 a 3.6 kgs

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20607109894	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	ANIMAL SPACE AND SOLUTIONS STORE S.A.C.	Hora de envío :	23:25:27

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

La entidad ha solicitado lo siguiente:  
TANQUE DE 50 L  
DESEMPEÑO:  
Número de canastillas = 6  
Capacidad de nitrógeno líquido LN2 (L) = mínimo 50  
Tasa de evaporación estática (L por día) = máximo 0.49  
Condición = Bien debe ser nuevo sin uso  
DIMENSIONES DE LA UNIDAD  
Apertura del cuello (cm) = máximo 64  
Altura útil (cm) = 559  
Altura general (cm) = máximo 775  
Diámetro exterior (cm) - máximo 432  
Diámetro interior (cm) = 356  
Peso vacío (Kg) = 14  
Peso completo (kg) - 54.4  
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO  
Pajillas de 1/2 cc (10 por canastilla): mínimo 1200  
Pajillas de 1/2 cc (1 nivel a granel): mínimo 1,700  
Viales de 1,2 ml y 2.0 ml (5 por canastilla): mínimo 360.  
Solicitamos al digno comite y área usuaria poder ampliar las características del bien como se describe a continuación:  
Número de canastillas = 6  
Capacidad de nitrógeno líquido LN2 (L) = mínimo 50  
Tasa de evaporación estática (L por día) = 0.26  
Condición = Bien debe ser nuevo sin uso  
DIMENSIONES DE LA UNIDAD  
Apertura del cuello (cm) = máximo 80  
Altura general (cm) = máximo 728  
Diámetro exterior (cm) = máximo 500  
Peso vacío (Kg) = 21  
Peso completo (kg) = Max 62  
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO  
Pajillas de 1/2 cc (10 por canastilla): mínimo 1200  
Pajillas de 1/2 cc (1 nivel a granel): mínimo 1,700  
Viales de 1,2 ml y 2.0 ml (5 por canastilla): mínimo 360  
Dicha ampliación no vulnera ni representa una desventaja del bien, al contrario, la mejora. por lo que solicitamos al digno comite poder admitir a fin de ampliar la pluralidad de postores y marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY 30225 Art.2 Lit. b), e) y a) 16 - Numeral 16.2 Reglamento de la ley 30225 Art. 29 Numeral 29.3

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de apertura del cuello: 64 mm altura general (mm): 775, Diámetro exterior (mm): 432 peso vacío (kg): 14, Peso completo (kg): 54.4 por apertura del cuello: 64 a 127mm, altura general (mm): 673 a 775, Diámetro exterior (mm): 432 a 508, peso vacío (kg): 14 a 20, Peso completo (kg): 43.5 a 54.4

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Específico	3	3.1	22
------------	---	-----	----

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
LEY 30225 Art.2 Lit. b), e) y a) 16 - Numeral 16.2 Reglamento de la ley 30225 Art. 29 Numeral 29.3

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 50 LITROS DESEMPEÑO  
:  
apertura del cuello: 64 a 127mm altura general (mm): 673 a 775  
Diámetro exterior (mm): 432 a 508  
peso vacío (kg): 14 a 20 Peso completo (kg): 43.5 a 54.4

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20607109894	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	ANIMAL SPACE AND SOLUTIONS STORE S.A.C.	Hora de envío :	23:25:27

**Consulta: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

La entidad ha solicitado lo siguiente:

TANQUE DE 11 L

Numero de canastillas = 6

Capacidad de nitrógeno líquido LN2 (L) = mínimo 11 litros

Tasa de evaporación estática: 0.16 L/día

Condición = Bien debe ser nuevo sin uso

**DIMENSIONES DE LA UNIDAD**

Apertura del cuello (mm) = máximo 2.18

Altura general (mm) = máximo 21.6

Diámetro exterior (mm) = máximo 10.2

Altura de la canastilla (mm) - máximo 11.0

Diámetro de la canastilla (mm) = máximo 1.65

Peso vacio (kg) = máximo 17

Solicitamos al digno comite y área usuaria poder ampliar las características del bien como se describe a continuación:

**DESEMPEÑO:**

Numero de canastillas = 6

Capacidad de nitrógeno líquido LN2 (L) = mínimo 11 litros

Tasa de evaporación estática: 0.174L/día

Condición = Bien debe ser nuevo sin uso

**DIMENSIONES DE LA UNIDAD**

Apertura del cuello (mm) = máximo 55

Altura general (mm) = máximo 550

Diámetro exterior (mm) = máximo 261

Altura de la canastilla (mm) =máximo 279

Diámetro de la canastilla (mm) = máximo 43

Peso vacio (kg) = máximo 17

Dicha ampliación no vulnera ni repesenta una desventaja del bien, al contrario, la mejora. Por lo que solicitamos al digno comite poder admitir a fin de ampliar la pluralidad de postores y marcas.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY 30225 Art.2 Lit. b), e) y a) 16 - Numeral 16.2 Reglamento de la ley 30225 Art. 29 Numeral 29.3

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENT E la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se amplía las características de capacidad 11 litros, apertura del cuello: 2.18 mm, altura general de 21.6 mm, Diámetro exterior de 10.2 mm por Capacidad de 10 a 11 litros, apertura de cuello 550 a 580 mm, altura general de (mm): 370 a 550, Diámetro exterior de 10.2 mm (mm): 170 a 260

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 11 LITROS DESEMPEÑO

:

Capacidad de 10 a 11 litros, apertura de cuello 550 a 580 mm, altura general de (mm): 370 a 550,

Diámetro exterior de

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Nomenclatura :	AS-SM-38-2024-INIA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

10.2 mm (mm): 170 a 260

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20607109894	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	ANIMAL SPACE AND SOLUTIONS STORE S.A.C.	Hora de envío :	23:25:27

**Consulta: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

La entidad ha solicitado lo siguiente:

TANQUE DE 3 Y/O 4 L

Número de canastilla= 6

Capacidad de nitrógeno LN2 (L)= mínimo 3 y/o 4 litros

Tasa de evaporación estática: 0.13 L/día

Apertura del cuello (cm) = máximo 5.1

Altura general (cm) = máximo 660

Diámetro exterior (cm) = máximo 40,6

Altura de la canastilla (cm) = máximo 12.7

Diámetro de la canastilla (cm) = máximo 3.8

Peso vacio (kg) = máximo 3.6 kg

Solicitamos al digno comite y área usuaria poder ampliar las características del bien como se describe a continuación:

Número de canastilla= 6

Capacidad de nitrógeno LN2 (L)= mínimo 3 a 4 litros

Tasa de evaporación estática: 0.12 L/día

Apertura del cuello (cm) = máximo 5.1

Altura general (cm) = máximo 660

Diámetro exterior (cm) = máximo 40,6

Altura de la canastilla (cm) = máximo 12.7

Diámetro de la canastilla (cm) = máximo 3.8

Peso vacio (kg) = máximo 3.6 kg

Dicha ampliación no vulnera ni representa una desventaja del bien, al contrario, la mejora. por lo que solicitamos al digno comite poder admitir a fin de ampliar la pluralidad de postores y marcas.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY 30225 Art.2 Lit. b), e) y a) 16 - Numeral 16.2 Reglamento de la ley 30225 Art. 29 Numeral 29.3

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENTE la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara de altura general de 660 mm, Diámetro exterior de 40.6 mm, peso vacio 3.6 kgs por altura general de (mm): 460 a 660, Diámetro exterior (mm): 220 a 410, Peso vacio de 3 a 3.6 kgs

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 3 A 4 LITROS DESEMPEÑO

:

altura general (mm): 460 a 660.

Diámetro exterior (mm): 220 a 410

Peso vacio de 3 a 3.6 kgs

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:56:46

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tengan a bien ampliar el plazo máximo de entrega de los equipos a 60 días, con la finalidad de promover la pluralidad de postores y no favorecer a las empresas que tengan los tanques en stock, además de la cantidad y diferentes modelos solicitados se depende del stock en fabrica de cada modelo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: . Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordado con el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la definición de los Requerimientos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, se indica que los Requerimientos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la finalidad pública y por lo tanto, en ese contexto se hace de conocimiento que en la indagación de mercado se identificó proveedores que cumplen con el plazo solicitado por el area usuaria, motivo por el cual NO SE ACOGE la solicitud y se recomienda ceñirse a lo indicado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES CRIOGÉNICOS CAPACIDAD VARIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2338934

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:56:46

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se solicita al comite de selección tengan a bien aceptar un tanque de capacidad de 47.4 litros en vez de 50 litros y que las características físicas (dimensiones) descritas sean aproximadas siempre y cuando cumplan las capacidades de almacenamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE ACOGE PARCIALMENT E la propuesta con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores. Se modificara a 47 a 50

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES INTEGRADAS SE MODIFICARÁ Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA : TANQUE DE NITROGENO DE 50 LITROS DESEMPEÑO  
:  
Modificara de 47 a 50