

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

1	NÚMERO DE ACTA	001-CS- LP N°08-GERESA/LL
----------	-----------------------	---------------------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
	En, Ciudad de Trujillo, a los 20 días del mes de agosto del año 2024, en la oficina de Planificación, a las 7:30 a.m. horas, se reunieron los integrantes del Comité de designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LP-SM-8-2024-GERESA/LL-1, cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, INCUBADORA NEONATAL Y REFRIGERADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN TREINTA Y TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DISTRITAL (LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA) CUI: 2613092 - ITEM PAQUETE 1 :EQUIPOS DE CADENA DE FRIO Y LABORATORIO , a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	ING.ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	OF. PLANIFICACION	
		Suplente				
Primer Miembro	ING.JESUS MANUEL CHAMPI VELASQUEZ	Titular	X	Dependencia:	OF. PLANIFICACION	
		Suplente				
Segundo Miembro	BR. KATHERIN YAMALY FERNANDEZ BAZALAR	Titular	X	Dependencia:	OF.ABASTECIMIENTO	
		Suplente				

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
2	H.W.KESSEL S.A.C.	20100329205
3	ROCA S.A.C.	20101337261
4	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
5	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901
6	MEDELCO SRL	20208310730
7	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
8	EDALMI S.A.C.	20433546394
9	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	20438551825
10	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20447790999
11	MEGATECH PERU S.A.C.	20454256141
12	BAIRES S.A.C.	20464408623
13	INVERSIONES S'LO STOP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20490599224
14	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	20493132416
15	VITALTEC S.A.C.	20501645517
16	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	20501887286
17	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20503650186

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

18	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.	20523370201
19	TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL S.A.C.	20524594944
20	NUCLEO DE INGENIERIA TOTAL Y CONSTRUCCION S.A.C. - NITCON S.A.C.	20524816947
21	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
22	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
23	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	20543306771
24	NEXUSPLUS S.A.C.	20545102766
25	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795
26	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	20551282865
27	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004
28	ALYTECH MEDIC S.A.C.	20556662887
29	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	20557788841
30	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
31	INVERSIONES FRIOLAB S.A.C. - FRIOLAB	20600067606
32	DDM MEDICAL S.A.C	20600096622
33	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	20600989988
34	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
35	STBIOMEDICAL S.A.C.	20601785324
36	FERTA MEDICA S.A.C.	20601895103
37	EUNICE BIOMEDICAL E.I.R.L.	20602247407
38	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	20602609104
39	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003
40	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344
41	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
42	CF DISMED S.A.C.	20603460554
43	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	20604404291
44	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372
45	TAMI SERVICIOS Y VENTAS E.I.R.L.	20604822964
46	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	20606008024
47	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044
48	OVERALL SUPPLY IMPORT E.I.R.L.	20606211032
49	LEMURIAN MEDICAL S.A.C.	20606588071
50	SYSTEM MED S.A.C.	20609841878
51	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.	20611433884

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la plataforma del SEACE sus ofertas en sobre cerrado:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	16/08/2024	23:44:53

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

6 Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	XXXXXXXXXX	XXXXXXX

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, INCUBADORA NEONATAL Y REFRIGERADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN TREINTA Y TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DISTRITAL (LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA) CUI: 2613092 - ITEM PAQUETE 1:EQUIPOS DE CADENA DE FRIO Y LABORATORIO

SIENDO LAS 5:30 PM EL COMITÉ DE SELECCIÓN PROCEDIO A SUSPENDER LA ADMISION,EVALUACION Y CALIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024.

SIENDO LAS 7:30 AM DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024, EL COMITÉ DE SELECCIÓN REANUDA LA ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	2,720,000.00	99.96

9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según cuadro N°01 que forma parte de la presente Acta.

10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	100 PUNTOS
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 PUNTOS

11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	100 PUNTOS
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.		

12 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el COMITÉ DE SELECCIÓN, determinó si el postor que obtuvo el primer, según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1			
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
	A.1	HABILITACIÓN	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
	B.1	FACTURACIÓN	X	
	C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	
12.3	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS			
La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo 1 que forma parte de la presente Acta.				

13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

14 ACUERDO ADOPTADO


Los integrantes del comite de seleccion, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.


15


		
PRESIDENTE	PRIMER MIEMBRO	SEGUNDO MIEMBRO
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN		

CUADRO N°1 : EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 08-2024-GERESA/CS-1- ITEM PAQUETE 1

A.	ADMISIÓN DE OFERTA	SAINT INDUSTRY EIRL	
	Documentación de presentación obligatoria		
	Documentos para la admisión de la oferta		
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	Presento ANEXO N° 1	
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presento Sustento	
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)	Presento ANEXO N° 2	
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	Presento ANEXO N° 3	







e)	Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (ANEXO N° 14) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet de fabricante, en original o copias; también se empleara hasta una carta de fabricante para sustentar como máximo dos (02) características técnicas del mismo. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes: (--)(Respecto al sustento grafico (planos, figuras, o imágenes), que sustentan el (los) bien(es) ofertado(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán descalificadas. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases	PRESENTO	
ITEM PAQUETE 1			
1.- CABINA DE BIOSEGURIDAD TIPO II DE 4 PIES			
A	GENERALES	MARCA: BIOBASE, MODELO: BSC-1100IIA2-PRO	
A01	SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II TIPO A2.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A02	CON PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS CÓMO MÍNIMO, EN IDIOMA ESPAÑOL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A03	ANCHO NOMINAL (LONGITUD FRONTAL DE TRABAJO) MAYOR A 650mm Y MENOR A 800 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A04	APERTURA NOMINAL INTERNO DE LA VENTANA (APERTURA DE TRABAJO) DE 200 MM +/- 10 MM	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	

A05	FILTROS ULPA CON EFICIENCIA DE 99.999% PARA PARTICULAS DE 0.15 um O MENOR TAMAÑO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A06	EMISION DE RUIDO < 68 dB(A)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A07	ILUMINACIÓN DE LA CÁMARA TIPO LED	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A08	SOPORTE METALICO PARA LA CABINA: CON RUEDAS Y FRENOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A09	LA CABINA DEBE SER CON VENTANA DE VIDRIO, CONTROLADO ELECTRONICAMENTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A10	SUPERFICIE DEL AREA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A11	SUPERFICIE EXTERNA FABRICADO EN ACERO LAF CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIANO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A12	CON VENTANA FRONTAL DE VIDRIO LAMINADO TEMPLADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A13	LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA (UV) CON EMISION DE 253NM O MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A14	CON CONTROL REMOTO PARA UN MANEJO MÁS CÓMODO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B	PARAMETROS		

B01	DISPLAY EN LCD QUE MUESTRA:	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B02	VELOCIDAD DEL INGRESO DE AIRE (INFLOW)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B03	VELOCIDAD DEL FLUJO LAMINAR (DOWN FLOW)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B04	PROGRAMACION DEL TIEMPO DE APAGADO DE LA LAMPARA UV	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B05	ALARMAS VISUALES Y/O ACUSTICAS DE VELOCIDAD DE FLUJO LAMINAR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B06	VELOCIDAD DEL FLUJO LAMINAR (DOWN FLOW) ENTRE: 0.32 m/s O MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B07	VELOCIDAD DEL INGRESO DE AIRE (INFLOW): 0.5 m/s O MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	COMPONENTES		
B08	UNA (01) LAMPARA ADICIONAL UV CON EMISION DE 253 nm O MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B09	FILTRO ULPA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C	ACCESORIOS		
C01	UN (01) FILTRO DE REPUESTO TIPO ULPA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	

C02	UN (01) FILTRO PARA EL AIRE EXPULSADO AL EXTERIOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C03	DOS (02) TOMACORRIENTES AL INTERIOR DE LA CABINA CON CUBIERTAS PROTECTORAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
2.- CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO			
A	GENERALES		
A01	MOTOR DE INDUCCIÓN LIBRE DE MANTENIMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A02	VISUALIZACION DIGITAL DE VELOCIDAD Y TIEMPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A03	SISTEMA DE BLOQUEO DE LA TAPA DEL EQUIPO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A04	VELOCIDAD DEL ROTOR ENTRE 2000 A 12000 RPM	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A05	FUERZA CENTRÍFUGA RELATIVA HASTA 14000 XG CÓMO MÍNIMO (CON BANDEJA DE CAPILARES)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A06	TIEMPO SELECCIONABLE DE 1 A 99 MINUTOS O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A07	BOTÓN PULSO PARA CENTRIFUGADOS CORTOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A08	TECLADO TIPO MEMBRANA O SELECTOR TIPO DIAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	

A09	CON CAMARA DE ACERO CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A10	CON VISOR PARA LA VISUALIZACION DE LOS RPM	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B	COMPONENTES		
B01	ROTOR PARA MICROHEMATOCRITO CON TAPA PARA UNA CAPACIDAD DE 24 CAPILARES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
D	REQUERIMIENTO DE ENERGIA		
D01	220 ó 230 VAC/60Hz.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
D02	POTENCIA NO MAYOR A 500 W	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
3.- CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS			
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES		
A01	MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A02	RANGO DE VELOCIDAD: 550 - 13000 RPM O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A03	TEMPORIZADOR DE 1 HASTA 99 MINUTOS CÓMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A04	PANTALLA DIGITAL PARA VISUALIZACION DIGITAL DE VELOCIDAD Y TIEMPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	




A05	FUERZA CENTRIFUGA RELATIVA MAXIMA DEL EQUIPO DE:3000 XG O MAYOR (CON LOS ROTORES SOLICITADOS)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A06	TEMPORIZADOR DE 1 HASTA 99 MINUTOS COMO MINIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A07	SISTEMA PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A08	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O SIMILAR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A09	CON 10 PROGRAMAS AL MENOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A10	SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA ANTE CORTES ELÉCTRICOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A11	NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 60 dB	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A12	DIMENSION MAXIMA (An x Pr x Al): 46 X 55 X 41 CM	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

A13	MATERIAL DE LA CÁMARA: ACERO INOXIDABLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B	ACCESORIOS		
B01	UN (01) ROTOR DE ÁNGULO FIJO CON UNA CAPACIDAD DE MÍNIMA DE 12 TUBOS DE 15 ml	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B02	UN (01) ROTOR OSCILANTE CON UNA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 12 TUBOS DE 15 ml, 12 TUBOS DE 7 ml Y 12 TUBOS DE 5 ml CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B03	UN (01) ESTABILIZADOR DE ESTADO SOLIDO PARA EL EQUIPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO		
C01	VOLTAJE: 220 +/- 10% O VALOR QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE ESE RANGO, 60 HZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
4.- CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS			
A	GENERALES	MARCA: NUVE, MODELO: NF-800	
A01	CENTRIFUGA CON PANTALLA DIGITAL PARA VISUALIZACION DE TIEMPO Y VELOCIDAD DE ROTACION, CON PANEL FRONTAL PARA PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A02	TEMPORIZADOR DE 1 A 99 MINUTOS CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A03	SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS POSIBLES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A04	CÁMARA DE CENTRÍFUGADO DE ACERO INOXIDABLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A05	SISTEMA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	

A06	CAPACIDAD DE 24 TUBOS DE 15ML CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A07	VELOCIDAD GRADUABLE DE 520 A 14000 RPM O MAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A08	EXACTITUD DE VELOCIDAD: +/- 25 RPM O MENOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A09	DIEZ (10) PASOS DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A10	BOTÓN PULSO PARA TRABAJO CON PERIODOS CORTOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A11	RFC: 18400 XG CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A12	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD EN LA TAPA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A13	SISTEMA DE DETECCIÓN DESBALANCE DEL ROTOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A14	DIEZ PROGRAMAS CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A15	PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A16	VISOR PARA MEDICIÓN DE LOS RPM	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B	DIMENSIONES MÁXIMAS		
B01	ANCHO: 510 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B02	PROFUNDIDAD: 580 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B03	ALTO: 440 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	

C ACCESORIOS		
C01	UN (01) ROTOR DE ÁNGULO FIJO CON UNA CAPACIDAD DE MÍNIMA DE 24 TUBOS DE 15 ml	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C02	UN (01) ROTOR OSCILANTE CON UNA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 24 TUBOS DE 15 ml, 24 TUBOS DE 7 ml Y 24 TUBOS DE 5 ml COMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D	REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS	
D01	VOLTAJE: 220 +/- 10% O VALOR QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE ESE RANGO, 60 HZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D02	UN (01) UPS DE 1 KVA O MAYOR CON SISTEMA DE GESTION INTELIGENTE DE BATERÍAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
5.- CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL 95 LITROS		MARCA: AUCMA, MODELO: DW-25W147
A	GENERALES	
A01	MODELO HORIZONTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A02	RANGO DEL GABINETE DE TEMPERATURA DE CONGELACIÓN DESDE -25°C HASTA -15°C O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	VOLUMEN BRUTO DE ALMACENAMIENTO: 95L O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A04	AISLAMIENTO DE URETANO O POLIURETANO O CICLOPENTANO O POLIETILENO O U OTRO MATERIAL ORIGINAL DE FÁBRICA LIBRE DE CLOROFLUOROCARBONO (CFC).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A05	GAS REFRIGERANTE R134A O R600A.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A06	AUTONOMÍA FRIGORÍFICA MAYOR O IGUAL A SEIS HORAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO








A07	PUERTA CON SEGURO (CERRADURA)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A08	CON CERTIFICADO PQS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A09	CON LUZ INDICADORA DE ENERGÍA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B	COMPONENTES		
	TERMÓMETRO		
B01	VISUALIZACIÓN DIGITAL DE LA TEMPERATURA EN PARTE EXTERNA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B02	LECTURA EN GRADOS CELSIUS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	TERMOSTATO		
B04	TIPO ELECTRÓNICO O ELECTROMAGNÉTICO (PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	CONDENSADOR		
B05	TIPO ESTÁTICO DE CONVECCIÓN NATURAL O FORZADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C	ACCESORIOS (POR CADA CONGELADOR)		
C01	BANDEJAS O CANASTILLAS, EL NUMERO DE UNIDADES ESTARA EN FUNCION AL DISEÑO DEL FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	




C03	CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C04	UN ESTABILIZADOR DE ESTADO SOLIDO, CON UN MINIMO DEL 20% DE POTENCIA ADICIONAL, RESPECTO A LA POTENCIA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C05	UN (01) TERMOHIGROMETRO PARA MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE MANERA REMOTA Y VISUALIZACION A TRAVEZ DE PC, CON EXACTITUD DE 0.5°C	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
D	REQUERIMIENTO ELECTRICO		
D01	VOLTAJE: 220 +/- 10% O VALOR QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE ESE RANGO, 60 HZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
6.- CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONZAL 135 LITROS			
A	GENERALES		
A01	MODELO HORIZONTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A02	RANGO DEL GABINETE DE TEMPERATURA DE CONGELACIÓN DESDE -25°C HASTA -15°C O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A03	VOLUMEN BRUTO DE ALMACENAMIENTO: 135L O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A04	AISLAMIENTO DE URETANO O POLIURETANO O CICLOPENTANO O POLIETILENO O U OTRO MATERIAL ORIGINAL DE FÁBRICA LIBRE DE CLOROFUOROCARBONO (CFC).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A05	GAS REFRIGERANTE R134A O R600A.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A06	AUTONOMÍA FRIGORIFICA MAYOR O IGUAL A CINCUENTA HORAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A07	PUERTA CON SEGURO (CERRADURA)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A08	CON CERTIFICADO PQS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A09	CON LUZ INDICADORA DE ENERGÍA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B	COMPONENTES		





TERMÓMETRO		
B01	VISUALIZACIÓN DIGITAL DE LA TEMPERATURA EN PARTE EXTERNA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B02	LECTURA EN GRADOS CELSIUS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
TERMOSTATO		
B04	TIPO ELECTRÓNICO O ELECTROMAGNÉTICO (PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
CONDENSADOR		
B05	TIPO ESTÁTICO DE CONVECCIÓN NATURAL O FORZADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
ACCESORIOS (POR CADA CONGELADOR)		
C01	BANDEJAS O CANASTILLAS, EL NUMERO DE UNIDADES ESTARA EN FUNCION AL DISEÑO DEL FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C03	CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C04	UN ESTABILIZADOR DE ESTADO SOLIDO, CON UN MINIMO DEL 20% DE POTENCIA ADICIONAL, RESPECTO A LA POTENCIA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C05	UN (01) TERMOHIGROMETRO PARA MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE MANERA REMOTA Y VISUALIZACION A TRAVEZ DE PC, CON EXACTITUD DE 0.5°C	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D REQUERIMIENTO ELECTRICO		
D01	VOLTAJE: 220 +/- 10% O VALOR QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE ESE RANGO, 60 HZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
7.- CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONZAL 270 LITROS		MARCA: AUCMA, MODELO: DW-25W300
A GENERALES		
A01	MODELO HORIZONTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A02	RANGO DEL GABINETE DE TEMPERATURA DE CONGELACIÓN DESDE -25°C HASTA -15°C O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	VOLUMEN BRUTO DE ALMACENAMIENTO: 270L O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO





A04	AISLAMIENTO DE URETANO O POLIURETANO O CICLOPENTANO O POLIETILENO O U OTRO MATERIAL ORIGINAL DE FÁBRICA LIBRE DE CLOROFLUOROCARBONO (CFC).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A05	GAS REFRIGERANTE R134A O R600A.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A06	AUTONOMÍA FRIGORÍFICA MAYOR O IGUAL A SEIS HORAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A07	PUERTA CON SEGURO (CERRADURA)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A08	CON CERTIFICADO PQS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A09	CON LUZ INDICADORA DE ENERGÍA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B	COMPONENTES		
	TERMÓMETRO		
B01	VISUALIZACIÓN DIGITAL DE LA TEMPERATURA EN PARTE EXTERNA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B02	LECTURA EN GRADOS CELSIUS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	TERMOSTATO		
B04	TIPO ELECTRÓNICO O ELECTROMAGNÉTICO (PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	CONDENSADOR		
B05	TIPO ESTÁTICO DE CONVECCIÓN NATURAL O FORZADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C	ACCESORIOS (POR CADA CONGELADOR)		
C01	BANDEJAS O CANASTILLAS, EL NUMERO DE UNIDADES ESTARA EN FUNCION AL DISEÑO DEL FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C03	CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C04	UN ESTABILIZADOR DE ESTADO SOLIDO, CON UN MINIMO DEL 20% DE POTENCIA ADICIONAL, RESPECTO A LA POTENCIA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C05	UN (01) TERMOHIGROMETRO PARA MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE MANERA REMOTA Y VISUALIZACION A TRAVEZ DE PC, CON EXACTITUD DE 0.5°C	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	




D	REQUERIMIENTO ELECTRICO	
D01	VOLTAJE: 220 +/- 10% O VALOR QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE ESE RANGO, 60 HZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
8.- CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL 127 LITROS		
A	GENERALES	
A01	MODELO HORIZONTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A02	RANGO DEL GABINETE DE TEMPERATURA DE CONGELACIÓN DESDE -25°C HASTA -15°C O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	VOLUMEN BRUTO DE ALMACENAMIENTO: 127 L O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A04	AISLAMIENTO DE URETANO O POLIURETANO O CICLOPENTANO O POLIETILENO O U OTRO MATERIAL ORIGINAL DE FÁBRICA LIBRE DE CLOROFLUOROCARBONO (CFC).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A05	GAS REFRIGERANTE R134A O R600A.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A06	AUTONOMÍA FRIGORIFICA MAYOR O IGUAL A SEIS HORAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A07	PUERTA CON SEGURO (CERRADURA)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A08	CON CERTIFICADO PQS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A09	CON LUZ INDICADORA DE ENERGÍA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B	COMPONENTES	
	TERMÓMETRO	
B01	VISUALIZACIÓN DIGITAL DE LA TEMPERATURA EN PARTE EXTERNA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B02	LECTURA EN GRADOS CELSIUS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	TERMOSTATO	
B04	TIPO ELECTRÓNICO O ELECTROMAGNÉTICO (PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



CONDENSADOR		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B05	TIPO ESTÁTICO DE CONVECCIÓN NATURAL O FORZADO.	
C	ACCESORIOS (POR CADA CONGELADOR)	
C01	BANDEJAS O CANASTILLAS, EL NUMERO DE UNIDADES ESTARA EN FUNCION AL DISEÑO DEL FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C03	CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C04	UN ESTABILIZADOR DE ESTADO SOLIDO, CON UN MINIMO DEL 20% DE POTENCIA ADICIONAL, RESPECTO A LA POTENCIA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C05	UN (01) TERMOHIGROMETRO PARA MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE MANERA REMOTA Y VISUALIZACION A TRAVEZ DE PC, CON EXACTITUD DE 0.5°C	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D	REQUERIMIENTO ELECTRICO	
D01	220 V /50-60HZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
9.- CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL 45 LITROS		MARCA: AUCMA, MODELO: DW-25W147
A	GENERALES	
A01	MODELO HORIZONTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A02	RANGO DEL GABINETE DE TEMPERATURA DE CONGELACIÓN DESDE -25°C HASTA -15°C O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	VOLUMEN BRUTO DE ALMACENAMIENTO: 45L O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A04	AISLAMIENTO DE URETANO O POLIURETANO O CICLOPENTANO O POLIETILENO O U OTRO MATERIAL ORIGINAL DE FÁBRICA LIBRE DE CLOROFLUOROCARBONO (CFC).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A05	GAS REFRIGERANTE R134A O R600A.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A06	AUTONOMÍA FRIGORIFICA MAYOR O IGUAL A SEIS HORAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A07	PUERTA CON SEGURO (CERRADURA)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

A08	CON CERTIFICADO PQS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A09	CON LUZ INDICADORA DE ENERGÍA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B	COMPONENTES		
	TERMÓMETRO		
B01	VISUALIZACIÓN DIGITAL DE LA TEMPERATURA EN PARTE EXTERNA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B02	LECTURA EN GRADOS CELSIUS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	TERMOSTATO		
B04	TIPO ELECTRÓNICO O ELECTROMAGNÉTICO (PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	CONDENSADOR		
B05	TIPO ESTÁTICO DE CONVECCIÓN NATURAL O FORZADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C	ACCESORIOS (POR CADA CONGELADOR)		
C01	BANDEJAS O CANASTILLAS, EL NUMERO DE UNIDADES ESTARA EN FUNCION AL DISEÑO DEL FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C03	CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C04	UN ESTABILIZADOR DE ESTADO SOLIDO, CON UN MINIMO DEL 20% DE POTENCIA ADICIONAL, RESPECTO A LA POTENCIA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C05	UN (01) TERMOHIGROMETRO PARA MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE MANERA REMOTA Y VISUALIZACION A TRAVEZ DE PC, CON EXACTITUD DE 0.5°C	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
D	REQUERIMIENTO ELECTRICO		
D01	220 V /50-60HZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	10.- CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONZAL 75 LITROS	MARCA: AUCMA, MODELO: DW-25W147	
A	GENERALES		
A01	MODELO HORIZONTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	




A02	RANGO DEL GABINETE DE TEMPERATURA DE CONGELACIÓN DESDE -25°C HASTA -15°C O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A03	VOLUMEN BRUTO DE ALMACENAMIENTO: 75L O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A04	AISLAMIENTO DE URETANO O POLIURETANO O CICLOPENTANO O POLIETILENO O U OTRO MATERIAL ORIGINAL DE FÁBRICA LIBRE DE CLOROFLUOROCARBONO (CFC).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A05	GAS REFRIGERANTE R134A O R600A.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A06	AUTONOMÍA FRIGORÍFICA MAYOR O IGUAL A SEIS HORAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A07	PUERTA CON SEGURO (CERRADURA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A08	CON CERTIFICADO PQS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A09	CON LUZ INDICADORA DE ENERGÍA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B	COMPONENTES		
	TERMÓMETRO		
B01	VISUALIZACIÓN DIGITAL DE LA TEMPERATURA EN PARTE EXTERNA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B02	LECTURA EN GRADOS CELSIUS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	TERMOSTATO		
B04	TIPO ELECTRÓNICO O ELECTROMAGNÉTICO (PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	CONDENSADOR		
B05	TIPO ESTÁTICO DE CONVECCIÓN NATURAL O FORZADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C	ACCESORIOS (POR CADA CONGELADOR)		
C01	BANDEJAS O CANASTILLAS, EL NUMERO DE UNIDADES ESTARA EN FUNCION AL DISEÑO DEL FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C03	CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	

C04	UN ESTABILIZADOR DE ESTADO SOLIDO, CON UN MINIMO DEL 20% DE POTENCIA ADICIONAL, RESPECTO A LA POTENCIA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C05	UN (01) TERMOHIGROMETRO PARA MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE MANERA REMOTA Y VISUALIZACION A TRAVEZ DE PC, CON EXACTITUD DE 0.5°C	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D	REQUERIMIENTO ELECTRICO	
D01	220 V /50-60HZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
11.- REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE 15 PIES CUBICOS		
A	GENERALES	MARCA: FIOCCHETTI, MODELO: MEDIKA 500 ECT-F TOUCH
A01	CÁMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA EXTERNA RESISTENTE CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIANO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A02	EQUIPO RODABLE CON AL MENOS DOS RUEDAS CON FRENO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	REFRIGERADORA DE MODELO VERTICAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A04	CAPACIDAD O VOLUMEN NETO: 15 PIES CÚBICO (425 LITROS) O MAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A05	NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 50 dB A UN METRO DE DISTANCIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A06	TEMPERATURA DE TRABAJO: 2 A 12°C O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A07	PUERTA DE VIRIO TEMPLADO DE TRIPLE CRISTAL CON BISAGRAS DE RESORTE PARA CIERRE AUTOMÁTICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A08	AISLAMIENTO DE ALTA DENSIDAD RESPETUOSO AL MEDIO AMBIENTE (LIBRE DE CFC)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A09	GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIBRE DE CFC	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A10	SISTEMA DE CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A11	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN VENTILADO, FORZADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



A12	VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA EN PANTALLA TÁCTIL CON RESOLUCIÓN DE 0.1°C.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A13	CERRADURA DE PUERTA DIGITAL CON CONTRASEÑA DE ACCESO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A14	CONTROLADOR ELECTRÓNICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A15	PROTECCIÓN CON CONTRASEÑA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A16	SISTEMA DESCONGELAMIENTO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A17	BATERÍA DE RESPALDO PARA EL PANEL DE CONTROL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A18	SISTEMA DE ALARMAS AUDIOVISUALES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A19	ALARMAS DE TEMPERATURA FUERA DE RANGO, PUERTA ABIERTA, CORTE DE ELECTRICIDAD O PROBLEMA DE BAJA TENSIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A20	COMUNICACIÓN MEDIANTE PROTOCOLO TCP/IP PARA LECTURA DE DATOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A21	PUERTO USB PARA DESCARGA DE DATOS, CON AL MENOS 10 AÑOS DE MEMORIA, QUE PERMITE TRANSMITIR INFORMACIÓN DE TEMPERATURA DEL DISPOSITIVO A LA PC.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A22	PESO NO MAYOR A 140 KG	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A23	POTENCIA MÁXIMA 300 W	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B	ACCESORIOS		
B01	TRES (03) O MAS ESTANTES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B02	UN SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO PARA MONITOREO DE TEMPERATURA EXTERNO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B03	UN (01) DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN Y REGISTRO DE TEMPERATURA, CON PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE 3 PULGADAS COMO MÍNIMO. CON EXACTITUD NO MENOR A 0.5 °C. CON VISUALIZACIÓN REMOTA DE LOS PARÁMETROS A TRAVÉS DE UNA COMPUTADORA Y CELULAR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA		







C01	220-230V, 50-60HZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
MARCA: FIOCCHETTI, MODELO: MEDIKA 400 ECT-F TOUCH		
12.- REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE 12 PIES CUBICOS		
A	GENERALES	
A01	CÁMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE , ESTRUCTURA EXTERNA RESISTENTE CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIANO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A02	EQUIPO RODABLE CON AL MENOS DOS RUEDAS CON FRENO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	REFRIGERADORA DE MODELO VERTICAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A04	CAPACIDAD O VOLUMEN NETO: MAYOR O IGUAL A 12 PIES (340 LITROS) Y MENOR O IGUAL A 14 PIES (397 LITROS)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A05	NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 50 dB A UN METRO DE DISTANCIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A06	TEMPERATURA DE TRABAJO: 2 A 14 °C O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A07	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE TRIPLE CRISTAL CON BISAGRAS DE RESORTE PARA CIERRE AUTOMÁTICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A08	AISLAMIENTO DE ALTA DENSIDAD RESPETUOSO AL MEDIO AMBIENTE (LIBRE DE CFC)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A09	GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIBRE DE CFC	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A10	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN VENTILADO Y FORZADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A11	SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNA LED	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A12	VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA EN PANTALLA TÁCTIL CON RESOLUCIÓN DE 0.1°C.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A13	CERRADURA DE PUERTA DIGITAL CON CONTRASEÑA DE ACCESO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO






A14	CONTROLADOR ELECTRÓNICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A15	PROTECCIÓN CON CONTRASEÑA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A16	SISTEMA DESCONGELAMIENTO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A17	MUESTREO DE LOS 30 ULTIMOS EVENTOS O MÁS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A18	SISTEMA DE ALARMAS AUDIOVISUALES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A19	ALARMAS DE TEMPERATURA FUERA DE RANGO, PUERTA ABIERTA, CORTE DE ELECTRICIDAD, PROBLEMA DE BAJA TENSION, Y OBSTRUCCIÓN DE CONDENSADOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A20	SILENCIADOR DE ALARMAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A21	PUERTO USB PARA DESCARGA DE DATOS, CON AL MENOS 10 AÑOS DE MEMORIA, QUE PERMITE TRANSMITIR INFORMACIÓN DE TEMPERATURA DEL DISPOSITIVO A LA PC.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B	ACCESORIOS		
B01	TRES (03) O MAS ESTANTES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B02	UN SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO PARA MONITOREO DE TEMPERATURA EXTERNO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B03	UN (01) DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN Y REGISTRO DE TEMPERATURA, CON PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE 3 PULGADAS COMO MÍNIMO. CON EXACTITUD NO MENOR A 0.5 °C. CON VISUALIZACIÓN REMOTA DE LOS PARÁMETROS A TRAVES DE UNA COMPUTADORA Y CELULAR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA		
C01	220-230V, 50-60HZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
13.- REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE 15 PIES CUBICOS			
A	GENERALES	MARCA: FIOCCHETTI, MODELO: MEDIKA 500 ECT-F TOUCH	
A01	CÁMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE , ESTRUCTURA EXTERNA RESISTENTE CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIANO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	

A02	EQUIPO RODABLE CON AL MENOS DOS RUEDAS CON FRENO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A03	REFRIGERADORA DE MODELO VERTICAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A04	CAPACIDAD O VOLUMEN NETO: MAYOR O IGUAL A 15 PIES (425 LITROS) Y MENOR O IGUAL A 19 PIES (538 LITROS)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A05	NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 50 dB A UN METRO DE DISTANCIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A06	TEMPERATURA DE TRABAJO: 2 A 15 O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A07	PUERTA DE VIRIO TEMPLADO DE TRIPLE CRISTAL CON BISAGRAS DE RESORTE PARA CIERRE AUTOMÁTICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A08	AISLAMIENTO DE ALTA DENSIDAD RESPETUOSO AL MEDIO AMBIENTE (LIBRE DE CFC)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A09	GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIBRE DE CFC	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A10	SISTEMA DE CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A11	SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNA LED	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A12	VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA EN PANTALLA TÁCTIL CON RESOLUCIÓN DE 0.1°C.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A13	CERRADURA DE PUERTA DIGITAL CON CONTRASEÑA DE ACCESO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A14	CONTROLADOR ELECTRÓNICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A15	PROTECCIÓN CON CONTRASEÑA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A16	SISTEMA DESCONGELAMIENTO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A17	CAPACIDAD DE REGISTRO O MUESTREO DE LOS ULTIMOS 30 EVENTOS MÁS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	




A18	SISTEMA DE ALARMAS AUDIOVISUALES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A19	ALARMAS DE TEMPERATURA FUERA DE RANGO, PUERTA ABIERTA, CORTE DE ELECTRICIDAD , PROBLEMA DE BAJA TENSION, Y OBSTRUCCIÓN DE CONDENSADOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A20	SILENCIADOR DE ALARMAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A21	PUERTO USB PARA DESCARGA DE DATOS, CON AL MENOS 10 AÑOS DE MEMORIA, QUE PERMITE TRANSMITIR INFORMACIÓN DE TEMPERATURA DEL DISPOSITIVO A LA PC.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A22	SISTEMA QUE PERMITA LA NOTIFICACIÓN DE ALARMAS, CONFIGURACIÓN Y MONITOREO DE PARÁMETROS DE FORMA REMOTA MEDIANTE UN DISPOSITIVO MOVIL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B	ACCESORIOS		
B01	TRES (03) O MAS ESTANTES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B02	UN SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO PARA MONITOREO DE TEMPERATURA EXTERNO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B03	UN (01) DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN Y REGISTRO DE TEMPERATURA, CON PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE 3 PULGADAS CÓMO MÍNIMO. CON EXACTITUD NO MENOR A 0.5 °C. CON VISUALIZACIÓN REMOTA DE LOS PARÁMETROS A TRAVES DE UNA COMPUTADORA Y CELULAR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA		
C01	220-230V, 50-60HZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
f)	REGISTRO SANITARIO de los bienes objeto de la contratación que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acreditan; los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTAN A REGISTRO SANITARIO (ANEXO N°11) Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTO DECLARACION JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTAN A REGISTRO SANITARIO (ANEXO N°11) Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).	
g)	SERVICIO DE VENTA para garantizar un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales, dentro del territorio nacional del Perú; por el periodo de 05 años; debiendo adjuntar la DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA, firmada por el representante legal de la empresa. Así mismo, en el caso de procesos de selección se deberá adjuntar una carta de autorización del fabricante o del representante local.	PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA	

h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)		PRESENTO ANEXO N° 4	
J)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.		PRESENTO ANEXO N° 6	
ADMISION DE OFERTAS		ADMITIDO		
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
A	CAPACIDAD LEGAL			
	HABILITACION: - Autorización Sanitaria de Funcionamiento Acreditación: - Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.	PRESENTO DOCUMENTO SUSTENTATORIO		
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.2,000,000.00 (dos millones con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO. S/ 3'225,787.00		
2	BIENES SIMILARES:			
C	EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO EN GENERAL	CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES		
C.1	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL			
	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE			
	01 ingeniero Electrónico y/o Biomédico con 02 años de experiencia como mínimo en mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de equipos biomédicos y/o especialista en equipamiento biomédico y/o especialista en equipamiento hospitalario.	CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
FACTORES DE EVALUACION				
FACTOR DE EVALUACIÓN: La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DE LOS ITEMS I (PAQUETE)				

	<p>A. PRECIO</p> <p>Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p>Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p> <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi} = 100 \text{ PUNTOS}$ </p> <p>i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p>	S/. 2,720,000.00	
		100 PUNTOS	

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1 NÚMERO DE ACTA

002-CS- LP N°08-GERESA/LL

SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

2

En, Ciudad de Trujillo, a los 21 días del mes de agosto del año 2024, en la oficina de Planificación, a las 13:30 pm horas, se reunieron los integrantes del Comité de designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LP-SM-8-2024-GERESA/LL-1, cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, INCUBADORA NEONATAL Y REFRIGERADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN TREINTA Y TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DISTRITAL (LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA) CUI: 2613092 -**ITEM PAQUETE 2 :EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA**, a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

3

Presidente	ING.ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	OF. PLANIFICACION
		Suplente			
Primer Miembro	ING.JESUS MANUEL CHAMPI VELASQUEZ	Titular	X	Dependencia:	OF. PLANIFICACION
		Suplente			
Segundo Miembro	BR. KATHERIN YAMALY FERNANDEZ BAZALAR	Titular	X	Dependencia:	OF.ABASTECIMIENTO
		Suplente			

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
2	H.W.KESSEL S.A.C.	20100329205
3	ROCA S.A.C.	20101337261
4	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
5	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901
6	MEDELCO SRL	20208310730
7	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
8	EDALMI S.A.C.	20433546394
9	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	20438551825
10	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20447790999
11	MEGATECH PERU S.A.C.	20454256141
12	BAIRES S.A.C.	20464408623
13	INVERSIONES S'LO STOP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20490599224
14	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	20493132416
15	VITALTEC S.A.C.	20501645517
16	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	20501887286
17	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20503650186

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

4

18	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.	20523370201
19	TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL S.A.C.	20524594944
20	NUCLEO DE INGENIERIA TOTAL Y CONSTRUCCION S.A.C. - NITCON S.A.C.	20524816947
21	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
22	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
23	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	20543306771
24	NEXUSPLUS S.A.C.	20545102766
25	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795
26	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	20551282865
27	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004
28	ALYTECH MEDIC S.A.C.	20556662887
29	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	20557788841
30	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
31	INVERSIONES FRIOLAB S.A.C. - FRIOLAB	20600067606
32	DDM MEDICAL S.A.C	20600096622
33	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	20600989988
34	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
35	STBIOMEDICAL S.A.C.	20601785324
36	FERTA MEDICA S.A.C.	20601895103
37	EUNICE BIOMEDICAL E.I.R.L.	20602247407
38	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	20602609104
39	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003
40	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344
41	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
42	CF DISMED S.A.C.	20603460554
43	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	20604404291
44	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372
45	TAMI SERVICIOS Y VENTAS E.I.R.L.	20604822964
46	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	20606008024
47	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044
48	OVERALL SUPPLY IMPORT E.I.R.L.	20606211032
49	LEMURIAN MEDICAL S.A.C.	20606588071
50	SYSTEM MED S.A.C.	20609841878
51	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.	20611433884

DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la plataforma del SEACE sus ofertas en sobre cerrado:

5

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	16/08/2024	22:43:22

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

6

Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

7

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	XXXXXXXXXX	XXXXXXX

8

DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, INCUBADORA NEONATAL Y REFRIGERADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN TREINTA Y TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DISTRITAL (LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA) CUI: 2613092 - ITEM PAQUETE 2: EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA

9

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	S/ 525,000.00	99.73
9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según cuadro N°01 que forma parte de la presente Acta.		

10

PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		100 PUNTOS
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 PUNTOS

11

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	100 PUNTOS

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.

CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el COMITÉ DE SELECCIÓN, determinó si el postor que obtuvo el primer, según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

12

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1			
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
	A.1	HABILITACIÓN	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
	B.1	FACTURACIÓN	X	
	C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	
12.3	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS			
La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo 1 que forma parte de la presente Acta.				

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

13	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
	1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.


ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comite de seleccion, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.

15	 PRESIDENTE	 PRIMER MIEMBRO	 SEGUNDO MIEMBRO
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN		

CUADRO N°1 : EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 08-2024-GERESA/CS-1- ITEM PAQUETE 2

A.	ADMISIÓN DE OFERTA	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	
	Documentación de presentación obligatoria		
	Documentos para la admisión de la oferta		
	a)	Presento ANEXO N° 1	
	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)		
	b)	Presento Sustento	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.		
	c)	Presento ANEXO N° 2	
	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		
	d)	Presento ANEXO N° 3	
	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		



<p>Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (ANEXO N° 14) Y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet de fabricante, en original o copias; también se empleará hasta una carta de fabricante para sustentar como máximo dos (02) características técnicas del mismo. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:</p> <p>e) (--)Respecto al sustento grafico (planos, figuras, o imágenes), que sustentan el (los) bien(es) ofertado(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán descalificadas.</p> <p>Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases</p>			PRESENTO	
ITEM PAQUETE 2				
1.- CUNA DE CALOR RADIANTE			MARCA: OLIDEF, MARCA: MATRIX SC	
A	GENERALES			
A01	RODABLE DE FACIL TRANSPORTE CON FRENOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO		
A02	VISUALIZACION DIGITAL DE TEMPERATURA DE PIEL Y POTENCIA UTILIZADA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO		
A03	FUENTE DE ILUMINACION PARA PROCEDIMIENTOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO		
A04	CON UN CAJON COMO MINIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO		

A05	CON CAPACIDAD DE INCLINACION DE LA CUNA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A06	CALEFACTOR CON CAPACIDAD DE GIRO PARA EL ACCESO DE EQUIPOS DE RAYOS X	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A07	CON TEMPORIZADOR APGAR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	SISTEMA DE CALOR RADIANTE		
A08	MODO MANUAL: CONTROL DE POTENCIA UTILIZADA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A09	MODO SERVOCONTROLADO DE TEMPERATURA DE PIEL: RANGO AJUSTABLE DE 35 A 37° C, O RANGO MAS AMPLIO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	ALARMAS AUDIOVISUALES		
A10	DE FALLA DE RED	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A11	DE FALLA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A12	DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA DE PIEL Y/O +/- 1° C DE TEMPERATURA FIJADA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B	ACCESORIOS		

B01	UN (01) SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B02	UNA (01) BALANZA ELECTRONICA CON RESOLUCION DE 10 GRAMOS O MEJOR, PARA PESAJE DE NEONATOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B03	CUATRO (04) BARANDAS DE SEGURIDAD (PARA EL PERIMETRO DE LA CUNA) DE LAS CUALES COMO MINIMO DOS (02) DEBEN SER ABATIBLES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B04	UN (01) SOPORTE PARA MONITOR (TIPO BANDEJA LATERAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B05	UNA (01) COLCHONETA DE MATERIAL LAVABLE RESISTENTE A LOS DESINFECTANTES Y/O AGENTES QUIMICOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B06	UNA (01) UNIDAD DE REANIMACION COMPUESTA DE FLUJOMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES (TIPO VENTURI CON FRASCO DE DRENAJE TRANSPARENTE, VACUOMETRO Y VALVULA DE REGULACIÓN) Y MANGUERAS DE CONEXIÓN O	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B07	UN OXIMETRO DE PULSO CON SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO CON UN TIEMPO DE VIDA ÚTIL APROXIMADO DE 36 MESES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C	REQUERIMIENTO DE ENERGIA		
C01	VOLTAJE: 220 +/- 10% O VALOR QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE ESE RANGO, 60 HZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
2.- MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO		MARCA: PENLON, MODELO: PRIMA 460	
A	GENERALES		
A01	SISTEMA INTEGRADO, MAQUINA, VAPORIZADORES Y EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA Y/O DIFERENTE MARCA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A02	CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA CONECTARSE A UNA RED CENTRAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	

A03	UNIDAD RODABLE DE FACIL DESPLAZAMIENTO CON FRENO DESCENTRALIZADO O FRENO EN LAS 4 RUEDAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A04	CONSOLA CON 03 GAVETAS O MÁS Y MESA DE TRABAJO CON LUZ LED PARA EL AREA DE TRABAJO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A05	PANTALLAS COLOR TACTIL PARA PARAMETROS VENTILATORIOS Y DEL MONITOR DE FUNCIONES VITALES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
A06	CAPACIDAD DE ENCENDER MEDIANTE BOTONES ELECTRONICOS Y/O SWITCH Y/O SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B	COMPONENTES		
	SISTEMA NEUMATICO		
B01	SUMINISTRO DE TRES (03) GASES: OXIGENO, OXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL ATRAVEZ DE UNA RED CENTRAL Y CILINDRO DE EMERGENCIA PARA OXIGENO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B02	SISTEMA DE DOSIFICACION DE GASES (FLUJOMETROS) DIGITAL CON PROGRAMACION MECANICA DEL FLUJO Y CONCENTRACION DE O2	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B03	MEZCLADOR DE GASES ELECTRONICO Y/O MECANICO CON PROGRAMACIÓN DEL FLUJO TOTAL Y % DE OXIGENO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B04	SISTEMA AUXILIAR DE SEGURIDAD: VISUAL (FLUJOMETRO) DE SALIDA DE GAS FRESCO Y/O CONTROL MANUAL DE FLUJO DE GAS QUE GARANTICE UN SUMINISTRO DE OXIGENO EN CASOS DE EMERGENCIA (FALLA ELECTRICA Y/O OTROS)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B05	PRESION DE ENTRADA DE OXIGENO, OXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL A 50PSI	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B06	MONITOREO DE PRESION DE RED CENTRAL DE: OXIGENO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL (POR MEDIO DE MANOMETROS Y/O DISPLAY).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B07	SUMINISTRO DE OXIGENO POR FLUJO DIRECTO (FLUSH), NO MENOR A 25 LMIN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B08	ALARMA DE FALLO DE SUMINISTRO DE OXIGENO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	

B09	SISTEMA QUE GARANTICE UNA CONCENTRACION NO MENOR A 30% DE OXIGENO, EN LA MEZCLA DE OXIGENO CON OXIDO NITROSO (SISTEMA DE GUARDA-HIPOXIA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B10	SISTEMA ABSORBEDOR DE DIOXIDO DE CARBONO REUSABLE (CO2) CON CAPACIDAD DE INTERCAMBIO DE CAL SODADA DURANTE LA VENTILACIÓN MECANICA. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE 1.5 L O MAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B11	SELECCION DE MODO DE VENTILACION: MANUAL (BOLSA) Y AUTOMATICO (VENTILADOR).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B12	SISTEMA QUE ASEGURE EL USO DE UN SOLO VAPORIZADOR A LA VEZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B13	SISTEMA DE CALEFACCION INTEGRADO QUE MINIMICE LA ACUMULACION Y/O CONDENSACION DE AGUA EN EL SISTEMA RESPIRATORIO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	VAPORIZADOR		
B14	COMO MINIMO 01 VAPORIZADOR MECANICO LIBRE DE MANTENIMIENTO Y/O ELECTRONICO: VAPORIZADOR PARA SEVOFLUORANO (CON PESO MENOR A 5 KG)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B15	CAPACIDAD PARA MONTAR DOS (02) VAPORIZADORES CON SISTEMA QUE ASEGURE EL USO DE UN SOLO VAPORIZADOR A LA VEZ, SIN NECESIDAD DE REMOVERLOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B16	FLUJO MINIMO DE TRANSPORTE DE AGENTE ANESTÉSICO DE 0.3 LT/MIN. O MENOS Y/O PRECISION MENOR O IGUAL A 10% DEL VALOR FLUADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B17	RANGO DE CONCENTRACION REGULABLE SEGÚN EL AGENTE ANESTESICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B18	CON SISTEMA DE LLENADO PARA AGENTE ANESTESICO ESPECIFICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	VENTILADOR ELECTRONICO		



B19	MODALIDADES DE VENTILACIONESTANDAR MANUAL/ESPONTANEO CONTROL POR VOLUMEN Y CONTROL POR PRESION (PCV) , MANDATORIA SINCRONIZADA INTERMITENTE (SIMV), PRESION SOPORTE, PRVC Y SMMV	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B20	CON DE LIMITE DE PRESION (VCV) DE 10 O MENOS A 80 O MAYOR SP/MBAR/CM H2O	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B21	CON PROGRAMACION DIRECTA DE VOLUMEN TIDAL: DE 20 ML. O MENOS HASTA 1600 ML. O MÁS EN MODO CONTROLADO POR VOLUMEN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B22	PROGRAMACION DIRECTA DE PRESION INSPIRATORIA (PCV) HASTA 70 CM H2O A MAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B23	CON PROGRAMACION DIRECTA DE RELACION INSPIRACIÓN: EXHALACION (I: E): DE 2:1 A 1:4 COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B24	CON PROGRAMACION DIRECTA DE FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 4 A 100 RESP/MIN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B25	CON PROGRAMACION DIRECTA DE PEEP 4 O MENOS A 30 CM H2O.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B26	CON SENSIBILIDAD DE TRIGGER DE DISPARO DE 0.7 O MENOS A 4 L/MIN. O MAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
	MONITOREO		
B27	PANTALLA A COLOR TACTIL MAYOR A 15" PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA Y MAYOR DE 12 PULGADAS PARA EL MONITOR DE FUNCIONES VITALES. AMBAS PANTALLAS DEBER SER SENSIBLE AL TACTO Y PERMITIR NAVEGAR EN EL MENU DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B28	VOLUMEN MINUTO (VM) Y VOLUMEN TIDAL (VT), FRECUENCIA RESPIRATORIA, PRESION INSPIRATORIA MAXIMA (PIP), Y/O PRESION MESETA (PLAT), PEEP, COMPLANCIE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B29	VISUALIZACION DE BUCLES DE REFERENCIA FLUJO VOLUMEN Y VOLUMEN PRESION	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B30	VISUALIZACION DE TENDENCIAS (GRAFICAS Y VALORES NUMERICOS) EN TIEMPO REAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	

B31	CONCENTRACION DE OXIGENO INSPIRADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B32	DOSIFICACION DE O2 DURANTE LA VENTILACION ESPONTANEA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B33	ALARMAS AUDIOVISUALES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B34	ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), CON VISUALIZACION DE FRECUENCIA CARDIACA, DETECCION DE DESNIVELES, QT Y/O QTC, CAPACIDAD DE SELECCIONAR 07 DERIVACIONES COMO MINIMO Y ANALISIS DE VEINTIDOS (22) TIPOS DE ARRITMIAS COMO MINIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B35	FRECUENCIA RESPIRATORIA A TRAVES DE CABLE ECG (METODO DE IMPEDANCIA) Y A TRAVES DE LAS VIAS AEREAS MEDIANTE LA CAPNOGRAFIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B36	PULSIOXIMETRIA (SPO2), CON VISUALIZACION DE ONDA PLETISMOGRAFICA E INDICADOR DE POTENCIA DE SEÑAL MEDIANTE ASTERISCOS O BARRAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B37	PRESION SANGUINEA NO INVASIVA (NIBP), INSUFLADO DEL BRAZALETE AUTOMATICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B38	TEMPERATURA, CON CAPACIDAD DE MEDIR A TRAVES DE DOS CANALES COMO MINIMO. (ESOFAGICA/RECTAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
B39	CAPNOGRAFIA POR EL MÉTODO MAINSTREAM PARA PACIENTES INTUBADOS Y NO INTUBADOS, SENSOR DE CAPNOGRAFIA REUSABLE CON PESO MENOR A 5 G.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C	ACCESORIOS		
C01	CIRCUITOS COMPLETOS PARA ANESTESIA REUSABLES: 02 JUEGOS PARA ADULTO Y 02 JUEGO PARA PEDIATRICO 02 JUEGOS PARA NEONATAL. CADA CIRCUITO COMPLETO ESTA CONFORMADO COMO MINIMO POR: CORRUGADOS, BOLSA PARA VENTILACION MANUAL, CONECTOR TIPO "Y" Y CODO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C02	UN (01) JUEGO COMPLETO DE MASCARAS PARA ANESTESIA ANATOMICA Y TAMAÑOS N°. 2,3,4,5.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C03	DOS (02) JUEGO PARA LA MEDICION DE VOLUMEN TIDAL ESTERILIZABLES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C04	UN (01) JUEGO ADICIONAL DE CANISTER PARA REPUESTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	

C05	UN (01) SENSOR DE CAPNOGRAFIA REUSABLE CON 30 ADAPTADORES DE VIAS AEREAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C06	DOS (02) CABLE PACIENTE DE 3 DE RAMALES Y DOS (02) CABLE PACIENTE DE 5 O 6 DE RAMALES, CADA PAR CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE EXTENSION.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C07	TRES (03) BRAZALETES PARA PRESION NO INVASIVA (REUSABLES, 02 PARA ADULTOS, 01 PEDIATRICO Y UN CABLE CONECTOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C08	DOS (02) SENSORES DE TEMPERATURA PARA MEDICION ESOFAGICA/RECTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C09	DOS (02) JUEGOS DE SENSORES PARA PULSIOXIMETRIA PARA ADULTOS/ PEDIATRICO, CON UN (01) CABLE TRONCALES EN TOTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C10	MANGUERAS DE OXIGENO, OXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL CON CONECTORES SEGUN NORMA DISS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C11	BALON DE EMERGENCIA DE OXIGENO, TIPO E DE ALUMINIO, CUYO CONECTOR DEBE TENER EL SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO PIN INDEX.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
C12	SISTEMA DE EVACUACION DE GASES (TIPO ACTIVO O PASIVO).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
D	REQUERIMIENTO DE ENERGIA		
D01	220 VAC O 230 VAC / 60HZ. (NO SE ACEPTARÁ FUENTE EXTERNA PARA LA MAQUINA DE ANESTESIA NI PARA EL MONITOR DE FUNCIONES VITALES).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
D02	BATERIA(S) RECARGABLE(S) CON AUTONOMIA MINIMA DE 75 MINUTOS PARA MAQUINA DE ANESTESIA Y 90 MINUTOS PARA EL MONITOR DE FUNCIONES VITALES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	
f)	<p>REGISTRO SANITARIO de los bienes objeto de la contratación que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acreditan; los bienes que no lo requieran deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTAN A REGISTRO SANITARIO (ANEXO N°11) Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).</p> <p>PRESENTO DOCUMENTO SUSTENTATORIO</p>		

g)	SERVICIO DE VENTA para garantizar un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales, dentro del territorio nacional del Perú; por el periodo de 05 años; debiendo adjuntar la DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA, firmada por el representante legal de la empresa. Así mismo, en el caso de procesos de selección se deberá adjuntar una carta de autorización del fabricante o del representante local.	PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTO ANEXO N° 4
j)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTO ANEXO N° 6

ADMISION DE OFERTAS		ADMITIDO
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	
A	CAPACIDAD LEGAL	
	HABILITACION: - Autorización Sanitaria de Funcionamiento Acreditación: - Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.	PRESENTO DOCUMENTO SUSTENTATORIO
	B	
1	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 600,000.00 (seiscientos mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO. S/ 799,982.73
2	BIENES SIMILARES: EQUIPAMIENTO BIOMEDICO EN GENERAL	CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES
C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
	01 ingeniero Electrónico y/o Biomédico con 02 años de experiencia como mínimo en mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de equipos biomédicos y/o especialista en equipamiento biomédico y/o especialista en equipamiento hospitalario.	CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	FACTORES DE EVALUACION	

	<p>FACTOR DE EVALUACIÓN: La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DE LOS ITEMS I (PAQUETE)</p>
<p>A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	
<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi} = 100 \text{ PUNTOS}$ <p> <i>Oi</i> = Oferta <i>Pi</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>Oi</i> = Precio <i>i</i> <i>Om</i> = Precio de la oferta más baja <i>PMP</i> = Puntaje máximo del precio </p> </p>	

S/. 525,000.00

100 PUNTOS

FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1	NÚMERO DE ACTA	003-CS- LP N°08-GERESA/LL
---	----------------	---------------------------

	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
2	En, Ciudad de Trujillo, a los 21 días del mes de agosto del año 2024, en la oficina de Planificación, a las 10:40 am horas, se reunieron los integrantes del Comité de designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LP-SM-8-2024-GERESA/LL-1 , cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, INCUBADORA NEONATAL Y REFRIGERADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN TREINTA Y TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DISTRITAL (LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA) CUI: 2613092 - ITEM 3 : UNIDAD DENTAL COMPLETA , a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	ING.ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	OF. PLANIFICACION
			Suplente			
	Primer Miembro	ING.JESUS MANUEL CHAMPI VELASQUEZ	Titular	X	Dependencia:	OF. PLANIFICACION
			Suplente			
	Segundo Miembro	BR. KATHERIN YAMALY FERNANDEZ BAZALAR	Titular	X	Dependencia:	OF.ABASTECIMIENTO
			Suplente			

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES		
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:		
Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
2	H.W.KESSEL S.A.C.	20100329205
3	ROCA S.A.C.	20101337261
4	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
5	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901
6	MEDELCO SRL	20208310730
7	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
8	EDALMI S.A.C.	20433546394
9	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	20438551825
10	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20447790999
11	MEGATECH PERU S.A.C.	20454256141
12	BAIRES S.A.C.	20464408623
13	INVERSIONES S'LO STOP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20490599224
14	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	20493132416
15	VITALTEC S.A.C.	20501645517
16	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	20501887286
17	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20503650186

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

4	18	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.	20523370201
	19	TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL S.A.C.	20524594944
	20	NUCLEO DE INGENIERIA TOTAL Y CONSTRUCCION S.A.C. - NITCON S.A.C.	20524816947
	21	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
	22	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
	23	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	20543306771
	24	NEXUSPLUS S.A.C.	20545102766
	25	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795
	26	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	20551282865
	27	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004
	28	ALYTECH MEDIC S.A.C.	20556662887
	29	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	20557788841
	30	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
	31	INVERSIONES FRIOLAB S.A.C. - FRIOLAB	20600067606
	32	DDM MEDICAL S.A.C	20600096622
	33	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	20600989988
	34	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
	35	STBIOMEDICAL S.A.C.	20601785324
	36	FERTA MEDICA S.A.C.	20601895103
	37	EUNICE BIOMEDICAL E.I.R.L.	20602247407
	38	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	20602609104
	39	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003
	40	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344
	41	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
	42	CF DISMED S.A.C.	20603460554
	43	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	20604404291
	44	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372
	45	TAMI SERVICIOS Y VENTAS E.I.R.L.	20604822964
	46	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	20606008024
	47	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044
	48	OVERALL SUPPLY IMPORT E.I.R.L.	20606211032
	49	LEMURIAN MEDICAL S.A.C.	20606588071
	50	SYSTEM MED S.A.C.	20609841878
	51	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.	20611433884

DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la plataforma del SEACE sus ofertas en sobre cerrado:

5	Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
	1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	16/08/2024	23:44:53

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

6	Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.
----------	--

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS							
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:							
	<table> <tr> <th>N°</th><th>Nombre o razón social del postor</th><th>Consignar las razones para su no admisión</th></tr> <tr> <td>1</td><td>XXXXXXXXXX</td><td>XXXXXXX</td></tr> </table>	N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión						
1	XXXXXXXXXX	XXXXXXX						

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN							
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:							
	<table> <tr> <th>N°</th><th>Nombre o razón social del postor</th><th>Ítem(s) a los que postula</th></tr> <tr> <td>1</td><td>SAINT INDUSTRY E.I.R.L.</td><td>ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, INCUBADORA NEONATAL Y REFRIGERADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN TREINTA Y TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DISTRITAL (LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA) CUI: 2613092 - ITEM 3: UNIDAD DENTAL COMPLETA</td></tr> </table>	N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula	1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, INCUBADORA NEONATAL Y REFRIGERADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN TREINTA Y TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DISTRITAL (LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA) CUI: 2613092 - ITEM 3: UNIDAD DENTAL COMPLETA	
N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula						
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, INCUBADORA NEONATAL Y REFRIGERADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN TREINTA Y TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DISTRITAL (LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA) CUI: 2613092 - ITEM 3: UNIDAD DENTAL COMPLETA						

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS										
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA									
	<table> <tr> <th>N°</th><th>Nombre o razón social del postor</th><th>Precio de su oferta</th><th>% del valor estimado</th></tr> <tr> <td>1</td><td>SAINT INDUSTRY E.I.R.L.</td><td>S/ 364,000.00</td><td>99.88</td></tr> </table>	N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado	1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	S/ 364,000.00	99.88		
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado								
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	S/ 364,000.00	99.88								
	9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según cuadro N°01 que forma parte de la presente Acta.									

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES																			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR																			
	<table> <tr> <td>10.1</td><td>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</td><td>SAINT INDUSTRY E.I.R.L.</td></tr> <tr> <td></td><td>FACTORES</td><td>PUNTAJES</td></tr> <tr> <td></td><td>PRECIO</td><td>100 Puntos</td></tr> <tr> <td></td><td>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</td><td>100 puntos</td></tr> <tr> <td></td><td>BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA</td><td>5 Puntos</td></tr> <tr> <td></td><td>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES CON BONIFICACIÓN</td><td>105 PUNTOS</td></tr> </table>	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.		FACTORES	PUNTAJES		PRECIO	100 Puntos		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos		BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	5 Puntos		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES CON BONIFICACIÓN	105 PUNTOS	
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.																		
	FACTORES	PUNTAJES																		
	PRECIO	100 Puntos																		
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos																		
	BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	5 Puntos																		
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES CON BONIFICACIÓN	105 PUNTOS																		

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN				
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:				
	<table> <tr> <th>N° DE ORDEN DE PRELACIÓN</th><th>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</th><th>PUNTAJE TOTAL</th></tr> </table>	N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL	
N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL			

FORMATO N° 11		
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:		
BIENES		
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)		

1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	105.00 Puntos
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.		

12	CALIFICACIÓN				
	Luego de culminada la evaluación, el COMITÉ DE SELECCIÓN, determinó si el postor que obtuvo el primer, según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:				
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1			
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
		A	CAPACIDAD LEGAL		
		A.1	HABILITACIÓN	X	
		B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
		B.1	FACTURACIÓN	X	
		C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
		C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA		
	12.3	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS			
		La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo 1 que forma parte de la presente Acta.			

13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN	
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
	1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

14	ACUERDO ADOPTADO
	Los integrantes del comite de seleccion, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.

15	 PRESIDENTE	 PRIMER MIEMBRO	 SEGUNDO MIEMBRO
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN		

CUADRO N°1 : EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 08-2024-GERESA/CS-1- ITEM 3

A.	ADMISIÓN DE OFERTA	SAINT INDUSTRY EIRL
	Documentación de presentación obligatoria	
	Documentos para la admisión de la oferta	
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1
b)	<p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	Presento Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3





e)	<p>Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (ANEXO N° 14) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet de fabricante, en original o copias; también se empleara hasta una carta de fabricante para sustentar como máximo dos (02) características técnicas del mismo. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:</p> <p>(--)Respecto al sustento grafico (planos, figuras, o imágenes), que sustentan el (los) bien(es) ofertado(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán descalificadas.</p> <p>Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases</p>	PRESENTO
	ITEM 3	
	1.- UNIDAD DENTAL COMPLETA	MARCA: DABI ATLANTE, MARCA: CROMA AIR
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES:	
A01	SISTEMA INTEGRADO CONSTITUIDO BASICAMENTE POR: BANDEJA, LAMPARA DENTAL, ESCUPIDERA, SURTIDOR, SOPORTE DE VASO, SILLON Y COMPRESORA DENTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B	COMPONENTES:	
	BANDEJA – MODULO DE CONTROL	




B01	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL INCORPORADO DE 42CM X 40CM +/- 5%	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B02	BRAZO ARTICULADO Y NEUMATICO CON PANEL DE CONTROL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B03	03 SALIDAS DE PIEZA DE MANO: 01 JERINGA TRIPLE, 1 TERMINAL PARA ALTA ROTACIÓN Y 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B04	CONECTORES DE PIEZAS DE MANO TIPO BORDEN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	LAMPARA DENTAL:	
B05	LAMPARA DE LUZ LED O BLANCA FRIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B06	REFLECTOR PARABOLICO CON PANTALLA DICROICA O SIMILAR (SIN SOMBRA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B07	MICA PROTECTORA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B08	INTENSIDAD DE LUZ: ENTRE 8000 Y 35000 LUX.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B09	CON AGARRADERA EN AMBOS LADOS DEL REFLECTOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	ESCUPIDERA:	







B10	DE ACERO INOXIDABLE O PORCELANA (LOZA) DESMONTABLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B11	PROVISTO DE TRAMPA DE SÓLIDOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B12	SURTIDOR Y SOPORTE PARA VASO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B13	SURTIDOR AUTOMATICO O MANUAL, PROGRAMABLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	SILLON DENTAL:	
B14	ACCIONADO POR 02 MOTORES ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B15	ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN ACERO SÓLIDO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B16	ALTURA MÍNIMA DE 49.5 CM Y ALTURA MÁXIMA DE 80 CM DESDE EL ASIENTO HASTA EL SUELO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B17	MOVIMIENTO DEL ASIENTO HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B18	MOVIMIENTO DE INCLINACION DE RESPALDAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B19	APOYO DE CABEZA ARTICULADO CON DESPLAZAMIENTO HACIA ARRIBA Y ABAJO, EXTRAIBLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



B20	RESPALDAR CON APOYA BRAZOS INTEGRADO AL MENOS UNO DE ELLOS CON APERTURA LATERAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B21	RESPALDAR CON ANCHO NO MENOR A 590 mm.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B22	MOVIMIENTOS DE ASIENTO Y ESPALDAR CONTROLADOS POR EL USUARIO DE MANERA INDEPENDIENTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B23	TAPIZADO SIN COSTURAS Y ANTI INCENDIOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B24	CAPACIDAD PARA SOPORTAR PESO DEL PACIENTE: 200 kg O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B25	3 POSICIONES DE TRABAJO PROGRAMABLES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B26	BASE ANTIDESLIZANTE; NO REQUIERE FIJACIÓN EN EL SUELO O SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE A FIN DE BRINDAR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD AL PACIENTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B27	PEDAL DE CONTROL INTEGRADO CON 03 COMANDOS: ACCIONAMIENTO DE REFLECTOR, POSICIÓN DE TRABAJO Y VUELTA A CERO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C	SISTEMA DE VACIO:	
C01	EYECTOR DE SALIVA MEDIANTE VENTURI POR AGUA Y/O AIRE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D	COMPENSORA DENTAL:	
D01	SIN ACEITE; LIBRE DE LUBRICACION.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO


D02	CAPACIDAD DEL TANQUE DE 60 L O MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D03	CON MANOMETRO Y REGULADOR DE PRESION DE TRABAJO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D04	PRESION MAXIMA: NO MENOR A 6.9 BAR (100 PSI)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D05	FLUJO DE AIRE DE 100 L/ min O MAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D06	MOTOR MONOFASICO DE 1.5 HP O MAYOR, CON FILTRO DE AIRE, REGULADOR DE PRESION DE SALIDA, PRESOSTATO, VALVULA DE PURGA, VALVULA DE SEGURIDAD PARA ALTA PRESION, CASETA ISONORIZADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E	HERRAMIENTAS DENTALES:	
E01	DOS (02) PIEZAS DE MANO DE 300000 RPM O MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E02	UN (01) MICROMOTOR, CON PIEZA RECTA Y CONTRA ANGULO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E03	UNA (01) JERINGA TRIPLE CON PUNTAS REMOVIBLES Y AUTOCLAVEABLES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E04	NEGATOSCOPIO PARA PELICULA DENTAL ACOPLADO AL MODULO DE CONTROL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E05	TABURETE ERGONOMICO RODABLE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:	


F01

VOLTAJE: 220 +/- 10% O VALOR QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE ESE RANGO

CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU
CUMPLIMIENTO



F02	FRECUENCIA 60 HZ, MONOFASICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
f)	REGISTRO SANITARIO de los bienes objeto de la contratación que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acreditan; los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTAN A REGISTRO SANITARIO (ANEXO N°11) Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTO DOCUMENTO SUSTENTATORIO
g)	SERVICIO DE VENTA para garantizar un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales, dentro del territorio nacional del Perú; por el periodo de 05 años; debiendo adjuntar la DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA, firmada por el representante legal de la empresa. Así mismo, en el caso de procesos de selección se deberá adjuntar una carta de autorización del fabricante o del representante local.	PRESENTA DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST-VENTA
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTO ANEXO N° 4
J)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTO ANEXO N° 6
3.2	ADMISION DE OFERTAS	ADMITIDO
A	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	
	CAPACIDAD LEGAL	
	HABILITACION: - Autorización Sanitaria de Funcionamiento Acreditación: - Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.	PRESENTO DOCUMENTO SUSTENTATORIO
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	



1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.250,000.00 (doscientos cincuenta mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	CUMPLE CON LO SOLICITADO, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO. S/ 265,200.00
2	BIENES SIMILARES: COMPRESOR DE AIRE, COMPRESORA, TABURETE DENTAL, PIEZA DE MANO, EQUIPOS BIOMEDICOS DE ODONTOLOGIA, EQUIPOS BIOMEDICOS DE CONSULTA EXTERNA	CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES
C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
	01 ingeniero Electrónico y/o Biomédico con 02 años de experiencia como mínimo en mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de equipos biomédicos y/o especialista en equipamiento biomédico y/o especialista en equipamiento hospitalario.	CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	FACTORES DE EVALUACION	
	FACTOR DE EVALUACIÓN: La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DE LOS ITEMS I (PAQUETE)	
	A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	S/. 364,000.00
	BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	5 PUNTOS

	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i} = 100 \text{ PUNTOS}$ <p>i = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p>	105 PUNTOS
--	--	------------